



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 774 DEL 25 AGO. 2016

Il Direttore Generale Dottor Andrea CONTI
su proposta del Responsabile Struttura Complessa
Approvvigionamenti, Gestione Contratti e Funzioni Economiche

adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: procedura di indizione, ai sensi dell'art 32 commi 1 e 2 D.L n.50 del 18/4/2016, mediante RDO su MePA all'offerta economicamente più vantaggiosa, della fornitura di n.1 letto travaglio parto da utilizzare presso la S.C. Ostetricia e Ginecologia del P.O. S.Andrea della Spezia.- Delibera a contrarre -

Nessun onere deriva dall'adozione del presente provvedimento

PREMESSO che con nota prot. n.1094/IC-PAT-GO del 12.7.2016 il Direttore Struttura Complessa Ingegneria Clinica Gestione Patrimonio e Grandi Opere ha trasmesso il parere tecnico relativo alla fornitura di n.1 letto travaglio parto da utilizzare presso la S.C. Ostetricia e Ginecologia del P.O. S.Andrea della Spezia;

PREMESSO che è intenzione di questa Azienda indire procedura per all'assegnazione della fornitura del letto travaglio parto di cui sopra, per un importo inferiore alla soglia di € 40.000,00 e inferiore alla soglia di cui all'art 35 comma 1 lettera c, mediante procedura negoziata previa consultazione ai sensi degli artt. 35-36-37 del D.L n. 50 del 18/4/2016;

PREMESSO, altresì, che detta procedura mira ad assicurare tempestività dei processi di acquisto, con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, nonché delle specificità delle esigenze dell'Azienda Sanitaria Locale ex art.30 D.L n.50 del 18/4/2016 che ben si conciliano con le finalità sottese agli strumenti di e-procurement;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 95 del D.L n. 50 del 18/4/2016 il criterio di selezione delle offerte, assunto, è quello dell'offerta economicamente vantaggiosa, assegnando 50 punti all'offerta economica e 50 punti all'offerta tecnica, per un importo a base di gara non superabile pari ad €. 12.000,00 oltre iva;

RILEVATO che la modalità di scelta del contraente avverrà con procedura negoziata su MEPA, compatibilmente alla presenza su piattaforma della classe merceologica in oggetto e che il contratto avrà la forma di scrittura privata in forma telematica secondo le regole MEPA;

VISTI quindi, la lettera d'invito, il capitolato speciale e relativi allegati, che costituiscono l'intero complesso degli atti del procedimento parti integranti e sostanziali del presente provvedimento (allegati 1-2);

RICHIAMATO l'art. 1, comma 450 della Legge 296/2006, così come modificato dall'art. 7, comma 2 del D.L. 52/2012 convertito nella Legge 94/2012 che prevede che le pubbliche amministrazioni, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico di cui dall'articolo 328, comma 1;

PRESO ATTO che non sono attive convenzioni Consip aventi ad oggetto forniture in acquisto con caratteristiche uguali o compatibili con quelle oggetto della presente procedura di fornitura;

CONSIDERATO che questa Azienda, in assenza di apposita convenzione Consip, intende effettuare acquisto della fornitura de qua, sotto soglia, attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del Mercato Elettronico (MEPA) o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati;

PRESO ATTO che con deliberazione del Direttore Generale n. 425 del 19.5.2016 l'acquisto di n. 1 letto travaglio parto da utilizzare presso la S.C. Ostetricia e Ginecologia del P.O. S.Andrea della Spezia è stato inserito nel piano degli investimenti per l'anno 2016;

Tanto premesso

IL DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri conferitigli con delibera della Giunta Regionale n.731 del 29.7.2016;

su parere conforme del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario facenti funzioni;

DELIBERA

- di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di indire procedura per l'affidamento della fornitura relativa n. 1 letto travaglio parto da utilizzare presso la S.C. Ostetricia e Ginecologia del P.O. S.Andrea della Spezia, mediante una RDO (Richiesta d'offerta) sul Mercato elettronico MEPA Consip, che verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per un importo a base di gara non superabile pari ad €.12.000,00 oltre iva;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale aziendale ai fini della massima trasparenza ed accessibilità totale, ai sensi della vigente normativa e di pubblicarlo altresì all'Albo Pretorio informatico di questo Ente, ai sensi dell'art 32 della L. 69/2009;
- di pubblicare il presente atto ai sensi dell'art 29 del D.L n. 50 del 18/4/2016 "Principi in materia di trasparenza" sul profilo aziendale nella sezione "Amministrazione trasparente" con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 33/2013.

Il Proponente

Il Direttore della Struttura Complessa
Approvvigionamenti, Gestione Contratti
e Funzioni Economiche
(Dottoressa Francesca RATANO)

Per la registrazione contabile

Il Direttore della Struttura Complessa
Gestione delle Risorse
Economiche e Finanziarie
(Dottore Fabio CARGIOLLI)

Il Direttore Amministrativo f.f.
(Dottore Fabio CARGIOLLI)

Il Direttore Sanitario f.f.
(Dottoressa Decia CARLUCCI)

Il Direttore Generale
(Dottore Andrea CONTI)

Estensore del provvedimento: Sig.ra Valentina Sironi

Delibera n. 774 del 25 AGO. 2016 composta di n. 3 pagine e n. 2 allegati



Responsabile del procedimento: Dott.ssa Francesca Ratano
Referente: Sig.ra Valentina Sironi

Prot. N. _____ del ___/___/___

Rdo MePa n. _____

OGGETTO: Richiesta di offerta per l'assegnazione della fornitura di n.1 letto travaglio parto da utilizzare presso la S.C. Ostetricia e Ginecologia del P.O. S.Andrea della Spezia, per un periodo di 12 mesi dalla data del collaudo positivo dell'apparecchiatura.

Ai sensi dell'art. 36 commi 1 e 6 del D. Lgs. N. 50 del 18.04.2016 e della delibera del D.G. n. 473 del 12.06.2014 codesta ditta è invitata a partecipare alla trattativa privata per la fornitura di n.1 letto travaglio parto da utilizzare presso la S.C. Ostetricia e Ginecologia del P.O. S.Andrea della Spezia, per un periodo di 12 mesi dalla data del collaudo positivo dell'apparecchiatura.

Importo complessivo non superabile €. 12.000,00 IVA esclusa.

Il CIG che identifica la presente procedura è: _____.

Si precisa che, per il valore della fornitura, è richiesta la registrazione presso l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici con l'acquisizione del numero CIG **senza che sia dovuto alcun contributo.**

Ai fini dell'art. 3 L. n. 136/2010 ss.mm.ii., alla cui osservanza l'aggiudicatario è tenuto, le fatture dovranno obbligatoriamente riportare il numero CIG.

La fornitura dovrà corrispondere integralmente alle condizioni e/o modalità contenute nella presente lettera d'invito, nell'allegato capitolato speciale e relativi allegati, nell'allegato modulo predisposto per la compilazione dell'offerta, nonché alle norme contenute nel Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi dell'A.S.L. n. 5 Spezzino, nonché a tutta la documentazione presente sul portale relativo al mercato elettronico P.A., per quanto riguarda la presente RdO, cui si fa integrale rinvio, in particolare circa i termini e le modalità di inserimento dell'offerta e dei documenti a corredo della stessa.

OFFERTA ECONOMICA:

Con la partecipazione alla presente RDO la ditta offerente **accetta incondizionatamente:**

- le norme che regolano le forniture di beni e servizi alle ASL ed alle Aziende Ospedaliere approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3691 del 22.09.1997;

- la competenza esclusiva ed inderogabile del foro della Spezia a tutti gli effetti giudiziali e stragiudiziali;

e dichiara che:

- i prezzi unitari dei prodotti offerti in cifre ed in lettere (fax simile – allegato C) resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata della fornitura, che comunque non sarà inferiore a 12 mesi dalla data del collaudo positivo dell'apparecchiatura, intesi comprensivi di ogni spesa ed onere (imballo, confezione, trasporto, facchinaggio e scarico fino al locale di destinazione, montaggio a regola d'arte e posa in opera, installazione e messa in funzione della strumentazione, collaudo ove necessario ecc.) IVA esclusa, per merce resa franco destinazione indicata nel buono d'ordine. L'attrezzatura dovrà essere completa degli accessori indispensabili al funzionamento;

- nella redazione dell'offerta si è tenuto conto del costo del lavoro e dei costi relativi alla sicurezza ai sensi dell'art. 1 della L. 327/2000.

La ditta dovrà allegare all'offerta economica il listino completo degli eventuali accessori sul quale dovrà essere applicata la stessa percentuale di sconto offerta per l'apparecchiatura proposta in gara, lo stesso NON sarà oggetto di valutazione.

Non sono ammesse, pena l'esclusione, offerte alternative, parziali, condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra offerta propria o altrui.

La fornitura potrà essere aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida, ritenuta congrua e conveniente.

E' facoltà dell'ASL di sospendere la gara e/o di non aggiudicare la fornitura sia nel caso in cui venga meno l'interesse pubblico alla effettuazione della stessa, sia nel caso in cui nessuna delle offerte sia ritenute idonea rispetto alle esigenze dell'Azienda, sia quando i prezzi offerti non siano ritenuti congrui ai sensi della vigente normativa o comunque convenienti, senza che i concorrenti possano vantare diritti o attese di sorta.

Qualora dovessero pervenire all'ASL indicazioni da parte della Centrale regionale degli acquisti, di cui alla DGR n. 805 del 4/7/2008, in forza delle quali l'acquisizione dei beni o servizi oggetto del presente appalto, essendo stati dichiarati standardizzabili, sono ricompresi nei compiti della Centrale stessa, l'Azienda, nel caso in cui la procedura di gara non si sia ancora conclusa, si riserva la facoltà di annullare la presente gara oppure, nel caso in cui la procedura di gara si sia conclusa, a interrompere il rapporto anticipatamente rispetto alla data di scadenza a decorrere dal mese successivo alla comunicazione da parte della Centrale regionale degli acquisti della ditta aggiudicataria della procedura di gara unificata regionale.

Qualora vengano meno le condizioni iniziali previste dal Capitolato e, in particolare, nel caso che vengano modificate le disposizioni a livello normativo sia regionale che nazionale con conseguenti ripercussioni di tipo organizzativo sulle Strutture dell'Azienda Sanitaria, la stessa si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto d'appalto.



L'Azienda si riserva inoltre la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della fornitura in oggetto, in particolare in presenza di offerte che superino le previsioni di spesa dell'Ente, senza che le Ditte possano avanzare alcuna pretesa o rivendicazione.

MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

La fornitura sarà aggiudicata, mediante procedura negoziata alla ditta che avrà formulato l'offerta complessiva economicamente più vantaggiosa, valutata ai sensi dell'art. 95 del comma 2 D.Lgs. 50/2016, "prezzo-qualità".

L'offerta sarà valutata sotto il profilo tecnico-economico in base al punteggio che verrà attribuito con i seguenti criteri:

PREZZO: punteggio massimo punti 50:

Verrà attribuito punteggio pari a 50 all'offerta economica più conveniente

Il punteggio economico verrà determinato utilizzando la formula:

$$\text{PUNTEGGIO (offerente)} = 50 * \frac{\text{prezzo tot. (minimo)}}{\text{prezzo tot. (offerto)}}$$

Il prezzo si intende complessivo, iva esclusa.

QUALITA' : punteggio massimo punti 50

Caratteristiche tecniche delle movimentazioni e dei comandi	max punti	___13___
Caratteristiche tecniche meccaniche, costruttive e di sanificazione	max punti	___13___
Caratteristiche tecniche di cuscini e accessori	max punti	___13___
Migliorie e funzioni aggiuntive	max punti	___5___
Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica	max punti	___5___
Consegna	max punti	___1___

Al concorrente che dalla sommata somma avrà ottenuto il punteggio più alto verrà attribuito il punteggio massimo ed agli altri concorrenti punteggi proporzionali applicando la formula:

$$\text{PUNTEGGIO QUALITA' (Definitivo)} = \frac{\text{punteggio massimo} \times \text{punteggio assegnato al concorrente}}{\text{Miglior punteggio assegnato}}$$

L'offerta tecnica che non avrà ottenuto almeno 26 punti come punteggio di qualità sarà automaticamente esclusa. Il verbale con la valutazione di qualità attribuita, corredato di esauriente relazione per quegli articoli che verranno dichiarati non idonei e/o non raggiungano il massimo punteggio, sarà trasmesso dalla Commissione alla Struttura Complessa Approvvigionamenti – Gestione Contratti Funzioni Economiche.

La gara verrà aggiudicata alla Ditta che avrà ottenuto il punteggio, composto dal prezzo e dalla qualità più elevato.

L'aggiudicazione deve intendersi immediatamente vincolante per la Ditta, mentre per l'A.S.L. è subordinata alle verifiche previste dalla normativa nonché dall'adozione di apposito provvedimento da parte dell'A.S.L.

L'aggiudicatario della gara, successivamente all'assegnazione della fornitura, dovrà presentare, a comprova delle dichiarazioni suddette:

- Ai fini della certificazione di regolare esecuzione delle precedenti forniture indicazione degli enti cui richiederle;
- Due referenze bancarie recenti.

L'ASL potrà acquisire d'ufficio la restante documentazione (certificato della CCIAA dell'impresa, comunicazioni antimafia, DURC dell'impresa, ecc.); la mancata comprova dei requisiti di partecipazione sarà causa di decadenza dall'aggiudicazione.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DA ALLEGARE ALL'OFFERTA

Vedasi capitolato speciale.

CONSEGNE

Le consegne dovranno essere effettuate nei luoghi indicati sul buono d'ordine.

FATTURAZIONE

L'Azienda Sanitaria Locale n. 5 "Spezzino", ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1, comma 209, della L. 244/2007 e dell'art. 5 del D. L. 66/2014, a decorrere dal 31/03/2015, accetterà solo ed esclusivamente fatture emesse in formato elettronico e trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio, condizioni indispensabili per l'effettuazione dei pagamenti dovuti.

Il mancato o ritardato pagamento di fatture non emesse nel predetto formato e non inoltrate secondo la procedura di cui al D.M. 55/2013 non darà diritto ad interessi di mora.



Le modalità operative di elaborazione e trasmissione, specificate negli allegati al richiamato D.M. 55/2013, possono essere consultate sul sito www.fatturapa.gov.it. Oltre al contenuto obbligatorio normativamente previsto, le fatture dovranno contenere le informazioni di cui ai paragrafi 5 e 6 dell'allegato A al D.M. 55/13, che verranno richieste da questa Azienda con specifica nota.

Il codice unico dell'ufficio destinatario delle fatture elettroniche, attivo e consultabile anche all'interno dell'IPA, è UFQ5NO.

Le fatture dovranno essere intestate a : ASL n. 5 Spezzino Via Fazio, 30 – 19121 La Spezia e dovranno indicare il numero CIG, il numero e la data dell'ordine, del D.D.T. ed il luogo di consegna.

La fornitura risulta finanziata con i normali mezzi del bilancio dell'Azienda.

Ai sensi della normativa vigente, il termine di pagamento è di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Nel caso di invio di incompleta o erronea documentazione da parte del fornitore, i termini rimangono sospesi fino al momento in cui la documentazione richiesta sia completata e/o corretta.

In attesa di cortese riscontro, si inviano distinti saluti.

Il Direttore Struttura Complessa
Approvvigionamenti - Gestione Contratti
Funzioni Economiche
(Dott.ssa Francesca Ratano)

Rdo MePa n.	Ragione sociale ditta offerente: _____ ALLEGATO C: MODELLO OFFERTA ECONOMICA		Telef _____ telefax _____	Codice fiscale _____				
Quantita'	Descrizione	Marca	Codice	Prezzo di listino IVA escl.	Sconto applicato sul prezzo di listino	Prezzo unitario al netto dello sconto IVA escl.	Aliquota IVA %	
N. 1	LETTO TRAVAGLIO PARTO							

La ditta dovrà allegare il listino completo degli eventuali accessori sul quale dovrà essere applicata la stessa percentuale di sconto offerta per l'apparecchiatura proposta in gara, lo stesso NON sarà oggetto di valutazione.

TIMBRO RAGIONE SOCIALE DITTA OFFERENTE
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE



Rdo MePa n. _____

CAPITOLATO SPECIALE

OGGETTO DELL'APPALTO

La presente negoziazione ha per oggetto la fornitura di n.1 letto travaglio parto da utilizzare presso la S.C. Ostetricia e Ginecologia del P.O. S.Andrea della Spezia, per un periodo di 12 mesi dalla data del collaudo positivo dell'apparecchiatura.

DURATA DELLA FORNITURA

I prezzi dovranno rimanere invariati per un periodo di 12 mesi con decorrenza dal collaudo positivo dell'apparecchiatura.

CARATTERISTICHE TECNICO COSTRUTTIVE DI MINIMA:

La ditta dovrà fornire n. 1 letto travaglio parto con le seguenti caratteristiche tecniche:

1. Seduta inclinabile elettricamente;
2. Movimentazione verticale elettrica;
3. Materasso confortevole e facilmente igienizzabile;
4. Sezione piedi comandata separatamente rispetto alla sezione testa;
5. Bacinella per raccolta liquidi;
6. Posizionamento di Trendelenburg elettrica o gas assistita;
7. Maniglie di spinta incorporate nella struttura;
8. Sezione piedi asportabile o traslabile per la completa trasformazione in letto da parto;
9. Poggia-polpacci orientabili;
10. Poggia piedi, orientabili in altezza e lateralmente;
11. Leva per immediato abbassamento dello schienale in caso di emergenza;
12. Sponde letto a scomparsa;
13. Comando per il ritorno al punto zero per manovre RCP
14. Testa letto asportabile per manovre rianimatorie;
15. Paracolpi in zona testa;
16. N. 4 ruote piroettanti con freno centralizzato;
17. Console di comando o comandi integrati alle sponde;
18. Tavolo sottosacrale applicabile o estraibile per appoggio strumenti o per appoggio neonato.
19. Certificazione 93/42
20. Garanzia 24 mesi

L'offerta deve essere completa di qualunque ed eventuale accessorio e/o minuteria necessaria per la completa messa in servizio dell'apparecchiatura.

NON sono ammesse alternative per l'apparecchiatura offerta.

Le apparecchiature offerte devono recare la Marcatura CE ai fini della loro commercializzazione.

Laddove si dovessero individuare caratteristiche che identificano un determinato articolo, queste devono essere intese come "equivalenti/tipo".

DOCUMENTAZIONE TECNICA

Al fine della valutazione e della conseguente attribuzione del punteggio di Qualità le ditte concorrenti, dovranno accludere la seguente documentazione:

- 1) depliants illustrativi, cataloghi, schede tecniche, relazioni sul servizio di assistenza tecnica e sulla garanzia e quant'altro ritenuto necessario, atti a consentire una completa valutazione dell'apparecchiatura offerta corredata di tutti gli accessori necessari al suo buon funzionamento;
- 2) allegato 1 – Questionario tecnico, compilato in ogni sua parte;
- 3) allegato A compilato in ogni sua parte;
- 4) allegato B, modello offerta tecnica (SENZA PREZZI) compilato in ogni sua parte.

La determinazione dell'idoneità ed il relativo punteggio qualità saranno attribuiti attraverso l'esame della documentazione tecnica sopra richiesta; è nell'interesse della ditta concorrente produrre quanto richiesto in modo esauriente e chiaro per consentire alla Commissione tecnica una appropriata valutazione.

L'Azienda si riserva la facoltà di richiedere integrazioni, chiarimenti ed informazioni utili ai fini della valutazione delle apparecchiature offerte.

Nella "Documentazione Tecnica" non dovranno essere inseriti riferimenti ai prezzi dell'offerta.

ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Le consegne devono essere effettuate a seguito di buono d'ordine emesso dall'AUSL, nella quantità, luoghi e modalità descritte nello stesso e ricevuto dall'impresa anche via fax.

I prodotti forniti dovranno corrispondere alle caratteristiche qualitative stabilite nel capitolato speciale e offerte dall'Impresa.

Al momento della consegna, la merce deve essere accompagnata da regolare documento di trasporto (D.D.T.), sul quale deve essere obbligatoriamente indicato:

- luogo di consegna della merce;
- numero e data dell'ordine.

Tutte le copie del D.D.T. dovranno essere firmate per ricevuta da un incaricato dell'AUSL, fermo restando che tale firma non impegna l'AUSL, quando non è possibile controllare le merci al momento della consegna.

I prodotti dovranno essere confezionati in modo tale che ne sia garantita la corretta conservazione, anche durante le fasi di trasporto.

In mancanza di tali dati i prodotti potranno essere respinti al mittente senza che il fornitore possa avanzare obiezione alcuna.

LUOGO DI CONSEGNA, INSTALLAZIONE E COLLAUDO DELLA STRUMENTAZIONE:

Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri connessi alla installazione e messa in funzione della strumentazione, compreso imballo, trasporto e facchinaggio fino ai locali di destinazione indicati nel buono d'ordine, montaggio, avviamento e collaudo della strumentazione fornita. Recupero e smaltimento degli imballaggi.

Nel caso di sistemi elettromedicali, l'installazione, secondo la normativa CEI EN 60601-1-1 dovrà essere effettuata nei locali previsti, sotto la responsabilità dell'Impresa che dovrà rilasciare al termine opportuna dichiarazione.

Il collaudo dovrà essere eseguito di norma entro 7 giorni utili che decorrono dalla data di consegna in reparto della fornitura che avverrà dopo il benestare del Servizio di Ingegneria Clinica.

Il collaudo di accettazione da parte del Servizio di Ingegneria Clinica di questa azienda è strutturato secondo le seguenti fasi:

- fase preliminare: analisi della documentazione. Verrà valutata la completezza della fornitura sulla base della documentazione presentata e dalla presenza della manualistica richiesta;
- fase strumentale: l'apparecchiatura fornita sarà oggetto di verifiche strumentali.

Tutto quanto necessario per l'effettuazione delle prove di collaudo (strumenti di misura, mano d'opera, ecc.) dovrà avvenire a cura, spese e responsabilità della Ditta aggiudicataria.

L'esito negativo di almeno una delle due fasi causa l'esito negativo del collaudo di accettazione. La Ditta fornitrice dovrà, entro 15 gg. lavorativi dalla comunicazione dell'esito negativo, sanare quanto rilevato. Solo dopo la definitiva eliminazione di tutti i difetti e/o vizi riscontrati, la fornitura si intenderà accettata con esito positivo del collaudo.

In caso di non rispetto del termine temporale indicato, o ulteriore permanenza delle difformità, la fornitura si intende rifiutata e la ditta si impegna a ritirare quanto fornito senza nessun onere per l'azienda.

In sede di collaudo si procederà altresì alla verifica della presenza della manualistica per l'uso e la manutenzione delle apparecchiature e dei loro accessori.

La data e le modalità di collaudo dovranno essere concordate dalla ditta aggiudicataria con il Servizio di Ingegneria Clinica incaricato dall'ASL (Consorzio SIGE. Tel.346/6963080 – Fax. 0742/326615 sic.laspezia@ebm.it).

Nella fase di installazione l'Impresa dovrà fornire gratuitamente la necessaria assistenza tecnica e tutto il materiale di consumo necessario per la definitiva messa a punto della strumentazione fornita.

Il Direttore Struttura Complessa
Approvvigionamenti - Gestione Contratti
Funzioni Economiche
(Dott.ssa Francesca Ratano)

QUESTIONARIO TECNICO

QUESTIONARIO TECNICO LETTO TRAVAGLIO/ PARTO	RISPOSTE RIFERIMENTI PRECISAZIONI
1. DITTA PRODUTTRICE:	
2. DITTA DISTRIBUTTRICE:	
3. MODELLO:	
4. ANNO DI IMMISSIONE SUL MERCATO DEL MODELLO OFFERTO:	
5. CARATTERISTICHE TECNICHE:	
Seduta inclinabile elettricamente (si/no):	
Movimentazione verticale elettrica (si/no):	
Materasso confortevole e facilmente igienizzabile (si/no/descrivere):	
Sezione piedi comandata separatamente rispetto alla sezione testa (si/no):	
Bacinella per raccolta liquidi (si/no):	
Posizionamento di Trendelenburg elettrica o gas assistita (si/no):	
Maniglie di spinta incorporate nella struttura (si/no):	
Sezione piedi asportabile o traslabile per la completa trasformazione in letto da parto (si/no):	
Poggia-polpacci orientabili (si/no):	
Poggia piedi, orientabili in altezza e lateralmente (si/no):	
Leva per immediato abbassamento dello schienale in caso di emergenza (si/no):	
Sponde letto a scomparsa (si/no):	
Comando per il ritorno al punto zero per manovre RCP (si/no):	
Testa letto asportabile per manovre rianimatorie (si/no):	
Paracolpi in zona testa (si/no):	
N. 4 ruote piroettanti con freno centralizzato (si/no):	
Consolle di comando o comandi integrati alle sponde (si/ no):	
Tavolo sottosacrale applicabile o estraibile per appoggio neonato (si/ no):	
Accessori in dotazione all'offerta (indicare):	
6. NOTE:	

Parametri integrativi: (allegare eventualmente data sheet, anche descrizioni e depliant illustrativi)

.....



Rdo MePa n. _____

ALLEGATO "A"

La/il sottoscritta/o _____

nata/o a _____ il _____

residente a _____ in via _____ n. _____

qualifica sottoscrittore _____

ragione sociale ditta rappresentata _____

sede _____

codice fiscale e/o partita IVA _____

indirizzo e-mail _____ PEC _____

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000

D I C H I A R A

- che le attrezzature offerte sono conformi alle disposizioni in materia di sicurezza e di prevenzione infortuni con particolare riferimento al D.Lgs. 626/1996 e D.L. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni;
- che la ditta è in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente per la produzione e la commercializzazione dei prodotti offerti ed impegno a comunicare immediatamente all'Ente le eventuali sospensioni o revoche delle autorizzazioni di cui sopra;
- che l'apparecchiatura è conforme alla Direttiva CEE 93-42 (recepita dal D.Lgs. 46-97) integrata dalla Direttiva 2007/47/CE e a tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e a tutti i dettami normativi e legislativi vigenti di carattere generale e particolare (oppure allega certificato CE);
- che la garanzia sull'apparecchiatura e relativi accessori, comprensiva delle ore di mano d'opera e spese di viaggio e trasferta, inclusi gli eventuali tagliandi per il mantenimento della garanzia (apparecchiatura e relativi accessori), è di _____ mesi (minimo 24) a decorrere dalla data del collaudo positivo;
- di essere disponibile a fornire parti di ricambio, accessori e materiale di consumo per un periodo non inferiore a dieci anni dalla data di collaudo positivo alla ASL o alla società terza incaricata della manutenzione;
- che le caratteristiche necessarie per l'alimentazione elettrica e quant'altro l'Impresa ritenga indispensabile per il buon funzionamento dell'attrezzatura proposta sono le seguenti _____ (se ritenuto necessario);
- di essere disposta ad effettuare un corso di istruzione per il personale utilizzatore, se richiesto;
- che il codice identificativo del fabbricante è _____ (specificare se non applicabile);
- che il codice specifico di registrazione in Banca dati Nazionale dei dispositivi Medici è _____; (se non applicabile specificarne la motivazione);
- che il codice CND è _____ (se non applicabile specificarne la motivazione);
- minimo d'ordine è _____;
- tempi di consegna dall'ordine è di giorni _____.

La/il dichiarante

_____ li _____
