



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE LIGURIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 "SPEZZINO"
LA SPEZIA

**VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA FORNITURA DI
DISPOSITIVI MONOUSO DEDICATI ALL'IGIENE DEI PAZIENTI
PER UN PERIODO DI TRE ANNI**

La Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione degli aspetti tecnico-qualitativi, delle offerte, è stata nominata con deliberazione del Direttore Generale n. 632 / 2013 e risulta così composta:

Presidente - Dottoressa Laura DE ANTONI

Commissario componente - Coord.Inf. Josette FIORI

Commissario componente - Coord.Inf. Gianni MURGIA

La Commissione Giudicatrice in data 12.03.2014, alle ore 14.30, si è riunita, in ottava seduta non pubblica, presso la S.C. Provveditorato Economato Via XXIV Maggio, 139, al completo dei suoi componenti.

La Commissione Giudicatrice procede alla rilettura dei verbali precedenti ed al riepilogo delle valutazioni esplicitate nei moduli di valutazione, di seguito riportato:

LOTTO 1	CRITERIO VALUTATIVO A	CRITERIO VALUTATIVO B	PUNTEGGIO QUALITATIVO TOTALE
CHEMIL	23.50	15	38.50
DANFER	25.75	23.75	49.50
HOSPITAL PROGRAMS	19.25	22.50	41.75
LA CASALINDA			NON AMMESSA
PHARMA EEC			NON AMMESSA
TAKE & CARE	26.50	27.50	54

LOTTO 2	CRITERIO VALUTATIVO A	CRITERIO VALUTATIVO B	PUNTEGGIO QUALITATIVO TOTALE
COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA	30	13.50	43.50
DANFER	30	25.50	55.50
GALBERT			NON AMMESSA
HOSPITAL PROGRAM	28	24	52
LA CASALINDA	28	22.50	50.50
NORMEDITEC			ESCLUSA
PHARMA EEC	28	19.50	47.50
SCA HYGIENE PRODUCTS	30	18	48
SIAD HEALTHCARE SPA			NON AMMESSA

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

SILC	30	25.50	55.50
SVAS	30	27	57
TAKE & CARE	30	21	51
WELCARE INDUSTRIES			NON AMMESSA

LOTTO 3	CRITERIO VALUTATIVO A	CRITERIO VALUTATIVO B	PUNTEGGIO QUALITATIVO TOTALE
NORMEDITEC			NON AMMESSA
PHARMA EEC			NON AMMESSA
SIAD HEALTHCARE SPA			NON AMMESSA
TAKE & CARE	30	26.25	56.25
WELCARE INDUSTRIES			NON AMMESSA

La Commissione procede quindi, come previsto dal Regolamento di gara, alla normalizzazione dei punteggi stessi che hanno determinato i risultati definitivi di seguito riportati:

LOTTO 1	PUNTEGGIO QUALITATIVO TOTALE	PUNTEGGIO NORMALIZZATO FINALE
CHEMIL	38.50	42.78
DANFER	49.50	55
HOSPITAL PROGRAMS	41.75	46.39
TAKE & CARE	54	60

LOTTO 2	PUNTEGGIO QUALITATIVO TOTALE	PUNTEGGIO NORMALIZZATO FINALE
COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA	43.50	45.79
DANFER	55.50	58.42
HOSPITAL PROGRAM	52	54.74
LA CASALINDA	50.50	53.16
PHARMA EEC	47.50	50
SCA HYGIENE PRODUCTS	48	50.53
SILC	55.50	58.42
SVAS	57	60
TAKE & CARE	51	53.68

LOTTO 3	PUNTEGGIO QUALITATIVO TOTALE	PUNTEGGIO NORMALIZZATO FINALE
TAKE & CARE	56.25	60

La Commissione Giudicatrice, a conclusione della valutazione delle offerte tecniche, evidenzia che le Ditte ammesse alla fase successiva di valutazione dell'offerta economica risultano essere le seguenti per i lotti indicati a fianco di ciascuna:

Handwritten signatures and initials.

Ditta CHEMIL SRL idonea per

LOTTO 1

Ditta COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA: idonea per

LOTTO 2

Ditta DANFER SRL: idonea per

LOTTI 1 E 2

Ditta GALBERT:

NON IDONEA

ESCLUSA per il LOTTO 2 in quanto, pur dichiarando che il prodotto offerto non è classificato come Dispositivo Medico di classe 1, sulla confezione primaria del prodotto si riscontra il marchio CE e quindi NON conforme alla normativa vigente (Circolare del Ministero della Salute DGFDM III/2875/I.1/2011/110).

Ditta HOSPITAL PROGRAMS SRL: idonea per

LOTTI 1 E 2

Ditta LA CASALINDA SRL: idonea per

LOTTO 2

ESCLUSA per il LOTTO 1 in quanto non viene indicato in maniera inequivocabile il prodotto offerto; infatti nella scheda E sez. 2 è riportata la dicitura "cod. prodotto M3CSVISP2010", sulla confezione è riportato il codice "M200" e nella documentazione presentata si fa riferimento all' "art. M400".

Inoltre, pur dichiarando la ditta che le manopole non rientrano nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 46/97 e che pertanto non devono recare la marcatura CE di dispositivo medico ai sensi del decreto stesso, come previsto tra l'altro dalla Circolare del Ministero della Salute DGFDM III/2875/I.1/2011/110, sulla confezione primaria si riscontra la presenza del marchio CE.

Ditta NORMEDITEC SRL:

NON IDONEA

ESCLUSA per il LOTTO 2 in quanto la presentazione di 2 prodotti diversi non consente una valutazione coerente con quanto disposto dal Capitolato (Art. 5 N.B. : Potrà essere offerto solo un modello di prodotto, quindi non sono ammesse alternative.)

ESCLUSA per il LOTTO 3 in quanto il prodotto offerto non risulta conforme alle caratteristiche di base richieste dal Capitolato, poiché mancano il pettine e le salviette, richieste nella scheda E.

Ditta PHARMA EEC SRL: idonea per

LOTTO 2

ESCLUSA per il LOTTO 1 in quanto, pur dichiarando la ditta nella scheda E che il prodotto offerto non è classificato come dispositivo medico, sulla confezione primaria si riscontra la presenza del Marchio CE e quindi NON conforme alla normativa vigente (Circolare del Ministero della Salute DGFDM III/2875/I.1/2011/110).

ESCLUSA per il LOTTO 3 in quanto il prodotto offerto non risulta conforme alle caratteristiche di base richieste dal Capitolato, poiché mancano il pettine e il balsamo, richiesti nella scheda E.

Ditta SCA HYGIENE PRODUCTS SPA: idonea per



LOTTO 2

Ditta SIAD HEALTHCARE SPA:

NON IDONEA

ESCLUSA per il LOTTO 2 in quanto il prodotto offerto non risulta conforme al Capitolato per quanto riguarda la destinazione d'uso, come richiesto nella scheda E ("Da utilizzarsi per l'igiene personale del paziente" e "indicate per l'igiene di zone delicate, sensibili e facilmente irritabili) in quanto dalla scheda tecnica risulta che le salviette offerte sono indicate per l'igiene delle mani.

ESCLUSA per il LOTTO 3 in quanto il prodotto offerto non risulta conforme alle caratteristiche di base richieste dal Capitolato, poiché mancano il pettine e le salviette, richieste nella scheda E.



Ditta SILC SPA: idonea per

LOTTO 2

Ditta SVAS BIOSANA SPA: idonea per

LOTTO 2

Ditta TAKE & CARE SRL: idonea per

LOTTI 1 2 E 3

Ditta WELCARE INDUSTRIES SPA: NON IDONEA.

ESCLUSA per il LOTTO 2 in quanto il prodotto offerto è classificato come Dispositivo Medico come dichiarato nella scheda F e dichiarazione conformità CE allegata e quindi NON conforme alla normativa vigente (Circolare del Ministero della Salute DGFDM III/2875/I.1/2011/110).

ESCLUSA per il LOTTO 3 in quanto il prodotto offerto è classificato come Dispositivo Medico di classe 1 (vedi dichiarazione conformità CE) e quindi NON conforme alla normativa vigente (Circolare del Ministero della Salute DGFDM III/2875/I.1/2011/110).

Il Presidente della Commissione Giudicatrice con il consenso di tutti i componenti della stessa, conclude i propri lavori e dichiara chiusa la seduta alle ore 17.00. Procede a chiudere in un plico sigillato la documentazione tecnica delle Ditte concorrenti e stabilisce che la documentazione oggetto di valutazione tecnica venga custodita presso la Farmacia del P.O. S. Andrea in armadi chiusi.

In adempimento a quanto disposto dal Regolamento di gara la Commissione Giudicatrice trasmette i verbali tecnici alla S.C. Provveditorato e Economato per quanto di competenza.

La Spezia 12.03.2014


Letto, approvato e sottoscritto:

Dott. ssa Laura DE ANTONI

Coord. Inf. Josette FIORI

Coord. Inf. Gianni MURGIA

Sig.ra Luciana VALLARINO (segretario verbalizzante)



The image shows four handwritten signatures in black ink, each written over a horizontal line. From top to bottom, the signatures correspond to the names listed in the text: Laura De Antoni, Josette Fiori, Gianni Murgia, and Luciana Vallarino. The signatures are cursive and somewhat stylized.