



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Liguria
Azienda Sanitaria Locale n. 5 "Spezzino"
La Spezia

Verbale della Commissione Giudicatrice relativo al pubblico incanto per la fornitura di deflussori per soluzioni infusionali per un periodo di due anni.

La Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione delle offerte ai sensi dell'art.84 del D.Lgs 163 del 12/4/2006, è stata nominata con deliberazione del Direttore Generale n. 447 del 31 maggio 2011 e risulta così composta:

Presidente: Dott. Giovanni Frandi - Dirigente S.C. Provveditorato – Economato
Componente: Dott. ssa L. De Antoni - Dirigente Farmacista – S.C. Farmaceutica Ospedaliera
Componente: Inf.Rosa Tomarchio –S.C. Chirurgia
Componente: Inf. Luisella Lunardi –S.C. Oncologia
Componente: C.S. Rosa Fricelli –S.C. Rianimazione

Alle ore **14,00** di oggi **14/06/2011**, in prima seduta, si è riunita presso la sala riunioni della S.C. Provveditorato – Economato Via XXIV Maggio 139 La Spezia, la Commissione Giudicatrice, composta dalle suddette persone, al completo dei suoi componenti.

Il Presidente apre i lavori sintetizzando le fasi riguardanti il procedimento amministrativo in esame:

- con deliberazione n. 121 del 24 febbraio 2011 del Direttore Generale, si è provveduto all'indizione di gara mediante pubblico incanto per l'aggiudicazione di due anni, di deflussori per soluzioni infusionali. Con il medesimo provvedimento sono stati altresì approvati il bando di gara, integrale e per estratto, il Regolamento di gara ed il Capitolato speciale d'appalto con i relativi allegati;
- in data 14/04/2011 in seduta pubblica si è provveduto all'apertura dei plichi e quindi alla verifica dei documenti amministrativi a seguito delle quali sono state ammesse le seguenti ditte:

BENEFIS S.R.L.	VIA GUALCO 14	16165 GENOVA)
BERTONI NELLO S.R.L.	VIA S. ONOFRIO 27	41043 FORMIGINE (MO)
CHEMIL S.R.L.	VIA CANADA 23	35127 PADOVA
CO.DI.SAN S.P.A.	VIA PANTANO 24	95032 BELPASSO (CT)
COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA	VIALE BORRI 97	21100 VARESE

LOMBARDA H S.R.L.	LOC. FAUSTINA	20080 ALBAIRATE (MI)
MACROPHARM S.R.L.	VIA S.AVERNA 70	93100 CALTANISSETTA
MAJOR S. P.A.	C.SO ROOSVELT 22	18100 IMPERIA
MULTIMEDICAL S.R.L.	VIA G. ROSSA 71	46019 VIADANA (MN)
RAYS S.R. L.	VIA F. CRISPI	60027 OSIMO (ANCONA)

Tutti i plichi delle ditte ammesse contenenti le offerte tecniche sono stati trasmessi dal Responsabile S.C. Provveditorato - Economato al Presidente della Commissione Giudicatrice.

Il Presidente illustra i contenuti del capitolato di gara e vengono definiti i criteri da seguire per procedere all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche, in particolar modo per quanto riguarda le tecniche in uso e la manualità seguendo quanto indicato dai parametri dell'art. 8 del Capitolato Speciale, e precisamente:

AL PREZZO: fino a **50 punti su 100**. Il massimo punteggio verrà attribuito, per ciascun lotto, al prezzo complessivo più basso; punteggi inversamente proporzionali verranno attribuiti agli altri prezzi.

ALLA QUALITÀ: fino a **50 punti su 100**. Il punteggio verrà attribuito, per ciascun lotto, dalla Commissione Giudicatrice, sulla base della campionatura e delle schede : "B" / Documentazioni Tecnico-Scientifiche, "C" / Servizio Post-vendita, "D" / Requisiti specifici, così ripartito:

→ **MAX 5 PUNTI:** SCHEDA B "Documentazioni Tecnico-scientifiche" attribuiti secondo i seguenti criteri:

- Documentazioni varie;
 - Completezza ed importanza degli argomenti trattati, caratteristiche ed aspetti innovativi dei dati forniti e loro numerosità.
- Lavori scientifici:
 - Correttezza di impostazione secondo i canoni adottati nella sperimentazione clinica (randomizzazione, numerosità del campione, statistica, attendibilità dei dati ecc.) e loro numerosità.

Giudizio complessivo	= insufficiente	punti 0
	= scarso	punti 1
	= suffic.	punti 2
	= buono	punti 3
	= ottimo	punti 5

→ **MAX 5 PUNTI:** SCHEDA C "Servizio post-vendita" così attribuiti:

Domanda n.1) punti 2,5
n.2) punti 2,5

→ **MAX 40 PUNTI:** Scheda D "Requisiti specifici riferiti alla manualità, tecniche in uso, indirizzi terapeutici degli operatori, requisiti prestazionali o funzionali" come indicato in ciascuna scheda E del capitolato di gara.

Nella valutazione della scheda D qualora il punteggio attribuito per ogni singolo prodotto non raggiunga il massimo attribuibile dovrà essere giustificato da un breve commento.

Sono escluse dall'aggiudicazione le ditte che hanno ottenuto, in sede di valutazione qualitativa, un punteggio inferiore a **26/50**.

La Commissione Giudicatrice ribadisce che la valutazione tecnico/qualitativa e relativa attribuzione del punteggio verrà fatta dalla Commissione collegialmente perfetta.


Il Presidente chiude la seduta alle ore 16,00 e la Commissione Giudicatrice decide di :

- inviare in prova e/o visione ai sanitari utilizzatori della Commissione i campioni presentati dalle ditte ammesse alla gara per il giudizio riferito alla manualità, alle tecniche in uso, ecc..
- aggiornare i lavori in seconda seduta a data da destinarsi e comunque successiva al termine del lavoro di valutazione della campionatura.

La Spezia, 14/06/2011

Letto, approvato, sottoscritto


Presidente Dott. Giovanni Frandi




Componente Dott.ssa L. De Antoni




Componente Inf. Rosa Tomarchio



Componente Inf. Luisella Lunardi



Componente: C.S Rosa Fricelli





Servizio Sanitario Nazionale - Regione Liguria
Azienda Sanitaria Locale n. 5 "Spezzino"
La Spezia

Verbale della Commissione Giudicatrice relativo al pubblico Incanto per la fornitura di deflussori per soluzioni infusionali per un periodo di due anni.

La Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione delle offerte ai sensi dell'art.84 del D.Lgs 163 del 12/4/2006, è stata nominata con deliberazione del Direttore Generale n. 447 del 31 maggio 2011 e risulta così composta:

Presidente: Dott. Giovanni Frandi - Dirigente S.C. Provveditorato – Economato
Componente: Dott. ssa L. De Antoni - Dirigente Farmacista – S.C. Farmaceutica Ospedaliera
Componente: Inf.Rosa Tomarchio –S.C. Chirurgia
Componente: Inf. Luisella Lunardi –S.C. Oncologia
Componente: C.S. Rosa Fricelli –S.C. Rianimazione

Alle ore **14,00** di oggi **1 luglio 2011** in seconda seduta, si è riunita presso la sala riunioni della S.C. Provveditorato – Economato **Via XXIV Maggio 139 La Spezia**, la Commissione Giudicatrice, composta dalle suddette persone, al completo dei suoi componenti.

La Commissione Giudicatrice dopo una prima valutazione dei campioni e delle offerte tecniche trasmesse dalle Ditte ammesse a tale fase per quanto riguarda la scheda BeC, al fine di poter esprimere un giudizio completo, ritiene necessario richiedere specifici chiarimenti riguardanti: " il contenuto di ftalati nei dispositivi o in parte di essi" (Allegato I punto 7.5 del D.Lgs. 46/97 emendato dal D.lgs. 25/01/2010 di recepimento della Direttiva 2007/47/CE che recita : " se parti di un dispositivo, o il dispositivo stesso ,destinato a somministrare o a sottrarre medicinali, liquidi corpore...contengono ftalati...), alle seguenti Ditte:


- DITTA MACROPHARM
- DITTA RAYS
- DITTA BERTONI NELLO

- Il Presidente chiude la seduta alle ore **16,00** e la Commissione Giudicatrice decide di : aggiornare i lavori in terza seduta a data da destinarsi e comunque successiva al termine del lavoro di valutazione delle risposte pervenute e della campionatura.

La Spezia, 1 luglio 2011

Letto, approvato, sottoscritto


Presidente Dott. Giovanni Frandi




Componente Dott.ssa L. De Antoni




Componente Inf. Rosa Tomarchio



Componente Inf. Luisella Lunardi



Componente: C.S Rosa Fricelli





Servizio Sanitario Nazionale - Regione Liguria
Azienda Sanitaria Locale n. 5 "Spezzino"
La Spezia

Verbale della Commissione Giudicatrice relativo al pubblico incanto per la fornitura di deflussori per soluzioni infusionali per un periodo di due anni.

La Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione delle offerte ai sensi dell'art.84 del D.Lgs 163 del 12/4/2006, è stata nominata con deliberazione del Direttore Generale n. 447 del 31 maggio 2011 e risulta così composta:

Presidente: Dott. Giovanni Frandi - Dirigente S.C. Provveditorato – Economato
Componente: Dott. ssa L. De Antoni - Dirigente Farmacista – S.C. Farmaceutica Ospedaliera
Componente: Inf. Rosa Tomarchio – S.C. Chirurgia
Componente: Inf. Luisella Lunardi – S.C. Oncologia
Componente: C.S. Rosa Fricelli – S.C. Rianimazione

Alle ore **14,00** di oggi **12 agosto 2011** in terza seduta, si è riunita presso la sala riunioni della S.C. Provveditorato – Economato Via XXIV Maggio 139 La Spezia, la Commissione Giudicatrice, composta dalle suddette persone, al completo dei suoi componenti.

La Commissione Giudicatrice dopo una valutazione dei campioni e delle offerte tecniche trasmesse dalle Ditte ammesse a tale fase per quanto riguarda la scheda BeC, prende positivamente atto delle risposte pervenute dalle ditte:

- DITTA MACROPHARM
- DITTA RAYS
- DITTA BERTONI NELLO

Durante la seduta la Dott.ssa De Antoni fa presente alla Commissione che nel deflussore della Ditta Rays è presente un filtro per il liquido, sebbene questo accessorio rappresenti una sicurezza aggiuntiva dal punto di vista tecnico, in quanto consente il trattenimento di eventuali corpuscoli o frustoli che si possono formare nelle operazioni di aggiunta di farmaci alla flebo, è necessario verificare la corretta velocità del deflusso.

Quindi la Commissione procede alla conclusione della valutazione qualitativa della campionatura, valutazione che, in applicazione dei criteri indicati nel Capitolato di gara hanno determinato i punteggi definitivi indicati nelle tabelle allegate che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente verbale (All. n. 1).

La Commissione Giudicatrice , a conclusione della valutazione delle offerte tecniche, evidenzia che le Ditte ammesse alla fase successiva della valutazione dell'offerta economica risultano essere le seguenti:

- RAYS SRL
- BERTONI NELLO
- COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA SRL

Il Presidente chiude la seduta alle ore **16,00**

La Spezia, 12/08/2011

Letto, approvato, sottoscritto


Presidente Dott. Giovanni Frandi

Componente Dott.ssa L. De Antoni

Componente Inf. Rosa Tomarchio

Componente Inf. Luisella Lunardi

Componente: C.S Rosa Fricelli



The image shows five handwritten signatures, each written over a horizontal line. From top to bottom, the signatures correspond to: 1. Dott. Giovanni Frandi (President), 2. Dott.ssa L. De Antoni, 3. Inf. Rosa Tomarchio, 4. Inf. Luisella Lunardi, and 5. C.S Rosa Fricelli. The signatures are in cursive and vary in style.

LOTTO n° 1

Descrizione: **DEFLUSSORI per soluzioni infusionali**

DITTA	PRODOTTO	SCHEDE			Totale
		B max (5)	C max (5)	D (max punti 40) Caratteristiche del campione	
MACROPHARM SRL	MEDISOL-SET COD. 1520/BC <u>CAMPIONATO</u>	0	2,5	<p>AFFIDABILITA' E PRECISIONE DEL SISTEMA -tenuta innesto ago; -affidabilità del flusso -affidabilità del regolatore a roller -altri eventuali requisiti prestazioni/funzionali RANGE 0-30 9</p> <p>CONFEZIONAMENTO -funzionalità e affidabilità RANGE 0-5 1,50</p> <p>FACILITA' DI UTILIZZO -flessibilità e morbidezza del tubo di deflusso -ergonomia -altri eventuali requisiti prestazionali/funzionali RANGE 0-5 1,50</p> <p>12</p> <p>Scarse tenute innesto ago; deflussore rigido; velocità di flusso lenta; carenze della presa d'aria</p> <p>NON IDONEA</p>	
CO.DI.SAN SPA	"TRO-SOLUSET G - DEFLUSSORI A Y" COD. 95028 <u>CAMPIONATO</u>			<p>AFFIDABILITA' E PRECISIONE DEL SISTEMA -tenuta innesto ago-affidabilità del flusso -affidabilità del regolatore a roller -altri eventuali requisiti prestazioni/funzionali RANGE 0-30</p> <p>CONFEZIONAMENTO -funzionalità e affidabilità RANGE 0-5</p> <p>FACILITA' DI UTILIZZO -flessibilità e morbidezza del tubo di deflusso -ergonomia -altri eventuali requisiti prestazionali/funzionali RANGE 0-5</p> <p>ESCLUSA In quanto non conforme al Capitolato di gara (raccordo ago di tipo LUER LOCK anziché LUER)</p>	
RAYS SRL	INFUSION SET -COD. DEF2BL <u>CAMPIONATO</u>	1	2,5	<p>AFFIDABILITA' E PRECISIONE DEL SISTEMA -tenuta innesto ago-affidabilità del flusso -affidabilità del regolatore a roller -altri eventuali requisiti prestazioni/funzionali RANGE 0-30 30</p> <p>CONFEZIONAMENTO -funzionalità e affidabilità RANGE 0-5 5</p> <p>FACILITA' DI UTILIZZO -flessibilità e morbidezza del tubo di deflusso -ergonomia -altri eventuali requisiti prestazionali/funzionali RANGE 0-5 5</p> <p>40</p>	43,5

La Commissione

LOTTO n° 1

Descrizione: **DEFLUSSORI** per soluzioni infusionali

DITTA	PRODOTTO	SCHEDE		Totale
		B max (5)	C max (5)	
BERTONI NELLO	DEFLUSSORE STANDARD COD. 07.009°/B <u>CAMPIONATO</u>	1	2,5	43,5
			<p>AFFIDABILITA' E PRECISIONE DEL SISTEMA -tenuta innesto ago-affidabilità del flusso -affidabilità del regolatore a roller -altri eventuali requisiti prestazionali/funzionali RANGE 0-30 30 CONFEZIONAMENTO -funzionalità e affidabilità RANGE 0-5 5 FACILITA' DI UTILIZZO -flessibilità e morbidezza del tubo di deflusso -ergonomia -altri eventuali requisiti prestazionali/funzionali RANGE 0-5 5</p> <p>40</p>	
CHEMIL SRL	FLEBO-KIT DEFLUSSORE PER SOLUZIONI PERFUSIONALI COD. DEFL-150LFA <u>CAMPIONATO</u>		<p>AFFIDABILITA' E PRECISIONE DEL SISTEMA -tenuta innesto ago-affidabilità del flusso -affidabilità del regolatore a roller -altri eventuali requisiti prestazionali/funzionali RANGE 0-30 CONFEZIONAMENTO -funzionalità e affidabilità RANGE 0-5 FACILITA' DI UTILIZZO -flessibilità e morbidezza del tubo di deflusso -ergonomia -altri eventuali requisiti prestazionali/funzionali RANGE 0-5</p> <p>ESCLUSA in quanto non conforme al Capitolato di gara (raccordo ago di tipo LUER LOCK anziché LUER)</p>	
BENEFIS SRL	DEFLUSSORE "INFUSION SET" COD. 10020211B <u>CAMPIONATO</u>		<p>AFFIDABILITA' E PRECISIONE DEL SISTEMA -tenuta innesto ago-affidabilità del flusso -affidabilità del regolatore a roller -altri eventuali requisiti prestazionali/funzionali RANGE 0-30 CONFEZIONAMENTO -funzionalità e affidabilità RANGE 0-5 FACILITA' DI UTILIZZO -flessibilità e morbidezza del tubo di deflusso -ergonomia -altri eventuali requisiti prestazionali/funzionali RANGE 0-5</p> <p>ESCLUSA in quanto non conforme al Capitolato di gara (raccordo ago di tipo LUER LOCK anziché LUER)</p>	

La Commissione

LOTTO n° 1

Descrizione: **DEFLUSSORI per soluzioni infusionali**

DITTA	PRODOTTO	SCHEDE		Totale
		B max (5)	C max (5)	
COMMERCIAL E SANITARIA LOMBARDA SRL	DEFLUSSORE ROLLER ATTACCO LUER COD. FD20311151 CAMPIONATO	0	2,5	30,5
			<p>AFFIDABILITA' E PRECISIONE DEL SISTEMA -tenuta innesto ago-affidabilità del flusso -affidabilità del regolatore a roller -altri eventuali requisiti prestazionali/funzionali RANGE 0-30 21</p> <p>CONFEZIONAMENTO -funzionalità e affidabilità RANGE 0-5 3,5</p> <p>FACILITA' DI UTILIZZO -flessibilità e morbidezza del tubo di deflusso -ergonomia -altri eventuali requisiti prestazionali/funzionali RANGE 0-5 3,5</p> <p>28 Buona affidabilità; Buona facilità di utilizzo</p> <p>IDONEA</p>	
MAJOR SPA	DEFLUSSORE 2 VIE CON VASCHETTA PICCOLA RACCORDO IN PARA INTERMEDIO COD. DDS2019 CAMPIONATO	1	5	
			<p>AFFIDABILITA' E PRECISIONE DEL SISTEMA -tenuta innesto ago-affidabilità del flusso -affidabilità del regolatore a roller -altri eventuali requisiti prestazionali/funzionali RANGE 0-30 9</p> <p>CONFEZIONAMENTO -funzionalità e affidabilità RANGE 0-5 1,50</p> <p>FACILITA' DI UTILIZZO -flessibilità e morbidezza del tubo di deflusso -ergonomia -altri eventuali requisiti prestazionali/funzionali RANGE 0-5 1,50</p> <p>12 Privo di sportellino di presa aria; scarsa affidabilità del deflusso</p> <p>NON IDONEA</p>	
MULTIMEDICA SRL	PERFUSSET COD. 090208/1/LL CAMPIONATO			
			<p>AFFIDABILITA' E PRECISIONE DEL SISTEMA -tenuta innesto ago-affidabilità del flusso -affidabilità del regolatore a roller -altri eventuali requisiti prestazionali/funzionali RANGE 0-30</p> <p>CONFEZIONAMENTO -funzionalità e affidabilità RANGE 0-5</p> <p>FACILITA' DI UTILIZZO -flessibilità e morbidezza del tubo di deflusso -ergonomia -altri eventuali requisiti prestazionali/funzionali RANGE 0-5</p> <p>ESCLUSA in quanto non conforme al Capitolato di gara (raccordo ago di tipo LUER LOCK anziché LUER)</p>	

La Commissione

LOTTO n° 1

Descrizione: DEFLUSSORI per soluzioni infusionali

DITTA	PRODOTTO	SCHEDE		Totale
		B PUNTI (%)	C PUNTI (%)	
LOMBARDA H SRL	SET INFUSIONALE MONOUSO ROLLER CONO LUER CAMPIONATO	0	2,5	<p>AFFIDABILITA' E PRECISIONE DEL SISTEMA -tenuta innesto ago-affidabilità del flusso -affidabilità del regolatore a roller -altri eventuali requisiti prestazioni/funzionati RANGE 0-30 9</p> <p>CONFEZIONAMENTO -funzionalità e affidabilità RANGE 0-5 1,50</p> <p>FACILITA' DI UTILIZZO -flessibilità e morbidezza del tubo di deflusso -ergonomia -altri eventuali requisiti prestazioni/funzionati RANGE 0-5 1,50</p> <p>12 Scarsa tenuta con il materiale di connessione in uso ; confezionamento poco funzionante</p> <p>NON IDONEA</p>

La Commissione

Handwritten signatures of the commission members, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.