



Servizio Sanitario Nazionale – Regione Liguria
Azienda Unità Sanitaria Locale n. 5 “Spezzino”
S.C. Immunoematologia e Medicina Trasfusionale

Verbale Commissione giudicatrice

Fornitura di “Materiale diagnostico per l’esecuzione di esami HCV-RNA, HIV-RNA, HBV-DNA in metodica NAT per un periodo di tre anni. Lotto unico ed indivisibile

La Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione degli aspetti tecnico-qualitativi, delle offerte, è stata nominata con deliberazione del Direttore Generale n°867 del 20.10.2011 e risulta così composta:

Presidente – Dott.ssa Rollandi Fiamma Responsabile S.C.Immunoematologia e Trasfusionale

Commissario componente – Tecnico Coordinatore Grillo Carlo

Commissario componente – Dirigente Medico Dott. Piero Pegollo

Alle ore 15.00 di oggi, 24 Novembre 2011 si è riunita in seconda seduta non pubblica, presso i locali della S.C. Immunoematologia e Medicina Trasfusionale dell’Osp. S. Andrea della Spezia, la Commissione giudicatrice composta dalle suddette persone e al completo dei suoi componenti.

Il Presidente apre i lavori dando lettura del Regolamento di gara e del relativo Capitolato speciale, in particolare per quanto riguarda le modalità previste per l’attribuzione del punteggio “qualità” (max. punti 60).

Quindi la Commissione Giudicatrice provvede alla numerazione ed all’apertura del plico contenente l’ offerte tecnica e il materiale illustrativo fornito dalla ditta, formulando i seguenti giudizi:

1. PLICO n. 1: ditta Roche Diagnostics S.p.A.

- Rispetto alle specifiche tecniche richieste la ditta risulta idonea alla fornitura conseguendo il seguente punteggio per la qualità dei prodotti offerti:

		PUNTI MASSIMI ASSEGNATI	CRITERI DI ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO	RISPOSTA DELL'AZIENDA PROPONENTE
PUNTO 1	Il sistema deve essere preferibilmente integrato e automatico in modo da minimizzare il più possibile l'intervento dell'operatore dalla fase di estrazione alla fase di rivelazione. (breve descrizione del numero e del tipo di intervento richiesto)	10	10 punti in totale assenza d'intervento 5 punti se necessari da 1 a 3 interventi 0 punti se necessari più di 3 interventi	10 assenza d'intervento

	richiesto)			
PUNTO 2	Presenza di più termociclatori indipendenti con possibilità di processare più metodiche contemporaneamente (indicare il numero di termociclatori presenti)	10	10 punti se presenti 3 o più termociclatori 5 punti se presenti 2 termociclatori 0 punti se presente 1 solo termociclatore	Punti 10 Presenti 3 o più termociclatori
PUNTO 3	Possibilità di caricamento in continuo dei campioni (si/no + eventuale breve descrizione e/o chiaro richiamo a specifico allegato da unirsi alla scheda tecnica)	3	3 punti se si 0 punti se no	Punti 3 Possibilità di caricamento in continuo
PUNTO 4	Presenza nel reagente di un controllo interno co-amplificato con il campione, che consenta il monitoraggio di tutto il processo analitico (si/no + eventuale breve descrizione e/o chiaro richiamo a specifico allegato da unirsi alla scheda tecnica)	3	3 punti se si 0 punti se no	Punti 3 Controllo interno nel reagente
PUNTO 5	Tutti i reagenti devono essere preferibilmente pronti all'uso senza necessità di manipolazione delle confezioni e gestibili dal sistema con codice a barre (si/no + eventuale breve descrizione e/o chiaro richiamo a specifico allegato da unirsi alla scheda tecnica)	10	10 punti se si 0 punti se no	Punti 10 Reagenti pronti all'uso
PUNTO 6	Chiusura preferibilmente automatica delle provette di reazione e amplificazione (si/no + eventuale breve descrizione e/o chiaro richiamo a specifico allegato da unirsi alla scheda tecnica)	5	5 punti se si 0 punti se no	Punto 5 Chiusura automatica provette
PUNTO 7	Sistema di tipo immunoenzimatico per prevenzione da contaminazione dovuta a carry-over per presenza di precedenti amplificati (si/no + eventuale breve descrizione e/o chiaro richiamo a specifico allegato da unirsi alla scheda tecnica)	10	10 punti se si 0 punti se no	Punti 10 Sistema di tipo immunoenzimatico
PUNTO 8	Possibilità di caricamento del campione in provette chiuse singolarmente (si/no + eventuale breve descrizione e/o chiaro richiamo a specifico allegato da unirsi alla scheda tecnica)	5	5 punti se si 0 punti se no	Punti 5 Caricamento del campione
PUNTO 9	Presenza di un calibratore interno al campione (si/no + eventuale breve descrizione e/o chiaro richiamo a specifico allegato da unirsi alla scheda tecnica)	4	4 punti se si 0 punti se no	Punti 4 Calibratore interno al campione
TOTALE		60		Punti 60

Pertanto il Presidente della Commissione Giudicatrice con il consenso di tutti i componenti della stessa, ritenendo di aver sufficientemente argomentato le valutazioni della gara in oggetto, conclude i propri lavori e dichiara chiusa la seduta, non prima di aver stabilito nel giorno 12 dicembre 2011 alle ore 9,30 la data della successiva seduta pubblica in cui verrà data lettura alla ditta concorrente dei punteggi conseguiti nell'offerta economica, quindi si procederà all'apertura delle buste economiche e alla aggiudicazione provvisoria.

Letto, approvato e sottoscritto

Presidente – Dott.ssa Rollandi Fiamma Responsabile S.C.Immunoematologia e Trasfusionale

Commissario componente – Tecnico Coordinatore Grillo Carlo

Commissario componente – Dirigente Medico Dott. Piero Pegollo

Segretario - Collaboratore Amministrativo S.C. Provveditorato Dott.ssa Emanuela Cappelli



Servizio Sanitario Nazionale – Regione Liguria
Azienda Unità Sanitaria Locale n. 5 “Spezzino”
S.C. Immunoematologia e Medicina Trasfusionale

Verbale Commissione giudicatrice

Fornitura di “Materiale diagnostico per l’esecuzione di esami HCV-RNA, HIV-RNA, HBV-DNA in metodica NAT per un periodo di tre anni. Lotto unico ed indivisibile

La Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione degli aspetti tecnico-qualitativi, delle offerte, è stata nominata con deliberazione del Direttore Generale n°867 del 20.10.2011 e risulta così composta:

Presidente – Dott.ssa Rollandi Fiamma Responsabile S.C.Immunoematologia e Trasfusionale

Commissario componente – Tecnico Coordinatore Grillo Carlo

Commissario componente – Dirigente Medico Dott. Piero Pegollo

Alle ore 9.30 di oggi, 31.10.2011 si è riunita in prima seduta, presso la sala riunioni della S.C. Provveditorato e Economato via XXIV maggio,139 piano 5, la Commissione giudicatrice composta dalle suddette persone e al completo dei suoi componenti.

Il Presidente apre i lavori, dichiarando che le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dalla Dott.ssa Emanuela Cappelli collaboratore amministrativo della S.C. Provveditorato ed Economato e procedendo elencando le decisioni riguardanti il procedimento amministrativo in esame:

provvedimento n° 394 del 19.05.2011 con il quale questa azienda ha provveduto all’indizione di gara mediante procedura aperta per la fornitura triennale di **“Materiale diagnostico per l’esecuzione di esami HCV-RNA, HIV-RNA, HBV-DNA in metodica NAT”**

con la stessa deliberazione n° 393 del 19.05.2011 sono stati altresì approvati il bando di gara, l’avviso di gara, il regolamento di gara e relativi allegati, il capitolato speciale e relativi allegati;

che in data 15.09.2011, in seduta pubblica, come da verbale allegato agli atti, il seggio di gara individuato dalla S.C. Provveditorato e Economato ha provveduto all’apertura del plico e alla verifica della documentazione amministrativa richiesta dal regolamento di gara dell’unica ditta partecipante.

che oggi 31.10.2011, nella stessa seduta pubblica, la S.C. Provveditorato e Economato, ha trasmesso i plichi contenenti l’offerta tecnica, l’offerta economica e la dichiarazione ex art. 2359 dell’unica ditta partecipante alla Commissione Giudicatrice: **Roche Diagnostic SPA**

La Commissione Giudicatrice, procede, inizialmente, alla verifica che il plico della “Documentazione Tecnica” si presenti sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, poi,

all'apertura del plico stesso, verificando la rispondenza della documentazione presentata con quella richiesta nel Capitolato Speciale di Gara.

Il presidente della Commissione Giudicatrice dichiara terminata la seduta pubblica, fissando la data di ripresa dei lavori in seduta non pubblica il giorno 24.11.2011 al fine di procedere alla valutazione dell'offerta tecnica.

Letto, approvato e sottoscritto

Presidente – Dott.ssa Rollandi Fiamma Responsabile S.C.Immunoematologia e Trasfusionale

Commissario componente – Tecnico Coordinatore Grillo Carlo

Commissario componente – Dirigente Medico Dott. Piero Pegollo

Segretario - Dott.ssa Emanuela Cappelli Collaboratore amministrativo