



DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

202 - 28 FEB. 2017

Delibera n. del

Il Direttore Generale, Dottor Andrea CONTI

su proposta del Direttore della Struttura Complessa Gestione Tecnica

adotta la seguente deliberazione:

Oggetto: Contratto di manutenzione e assistenza "full risk" TRIENNALE per l'impianto di trattamento acqua FRESENIUS installato c/o il Centro Dialisi del pad. Da Pozzo dell'Ospedale S. Andrea alla Ditta Gadomed srl - anni 2017-2018-2019.

CIG : Z331D34426

Oneri derivanti dall'adozione del provvedimento:

anno 2017: € 12.745,89
anno 2018: € 12.745,89
anno 2019: € 12.745,89

Aut. 2017/24/27 C.E. 130030005

Premesso che

Il parco dei reni artificiali attualmente esistenti nei centri dialisi aziendali deriva dall'adesione alla convenzione della Centrale Regionale degli Acquisti di cui alla deliberazione del DG n. 862 del 6.10.2016 che tuttavia non riguarda gli impianti di trattamento acque con le apparecchiature per osmosi inversa dedicate,

L'impianto di trattamento acqua ad osmosi inversa di marca Fresenius, installato presso il Pad. Da Pozzo del P.O. S. Andrea, è stato realizzato dalla Ditta Gadomed srl di Genova quale ditta concessionaria della Ditta Fresenius, come da delibera D.G. n° 1291 del 30.12.2008;

Per le motivazioni di cui sopra il contratto di manutenzione e assistenza "full risk" dell'impianto in oggetto è stato affidato, nel corso degli anni passati, sempre alla Ditta Gadomed srl di Genova, quale ditta installatrice dello stesso (vedi del. 604/2012 – allegato 1);

Considerato che in data 31/12/2016 è venuto a decadere il contratto di cui sopra,;

La rilevanza e la delicatezza degli impianti in argomento ed il fatto che le asservite attrezzature sanitarie sono *"sistemi molto complessi in quanto si occupano di purificare in modo automatico il sangue del paziente, prelevandolo da quest'ultimo e sottoponendolo a trattamento in circuiti esterni"*; fanno sì che dette apparecchiature, benché largamente diffuse, risultano estremamente critiche e dotate di componenti, elettronica e software specifici, per cui la loro manutenzione risulta particolarmente complessa; per tutto ciò si ritiene necessario e indispensabile affidarne l'assistenza tecnica alla ditta installatrice;

Considerato che l'affidamento esclusivo in oggetto è ammissibile ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 36, comma 2 lettera a) – *contratti sotto soglia* e art. 63, comma 2, lett. b) sub 2 – *procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara* - del D. Lgs. 50/2016, nonché dell'art. 4, lett. a) del Regolamento aziendale di cui alla deliberazione del DG. N. 984 del 17.11.2016. Infatti l'importo dell'affidamento di che trattasi, per il triennio 2017-2019, ha un valore complessivo di € 31.342,35 + IVA al 22% per un totale di € 38.237,67, come da offerta della Ditta GADOMED SRL allegata, che oltretutto ha offerto uno sconto del 3% sul canone annuo dell'affidamento precedente;

Tanto premesso

IL DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri conferitigli con delibera di Giunta Regionale n. 731 del 29/7/2016;
Su parere conforme del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare alla Ditta Gadomed srl, con sede in Via Monte Zovetto 29/1 – 16145 Genova, il contratto di manutenzione e assistenza "full risk" per il triennio 2017-2019 dell'impianto di trattamento acqua FRESENIUS installato c/o il Centro Dialisi del Pad. Da Pozzo dell'Ospedale S. Andrea, per l'importo annuo di € 10.477,45 + IVA al 22%, quindi complessivi 31.342,35, oltre IVA 22%, come da offerta allegata;

3. di stabilire che il perfezionamento del contratto avvenga mediante scambio di corrispondenza commerciale e successiva trasmissione del buon d'ordine alla Ditta ai sensi dell'art. 8 del Regolamento aziendale di cui alla deliberazione DG n. 984/2016;
4. di dare atto che la spesa derivante dal presente atto risulta regolarmente registrata nel bilancio aziendale con autorizzazione n. 14/8;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale aziendale, ai fini della massima trasparenza ed accessibilità totale, ai sensi della vigente normativa e di pubblicarlo altresì all'albo pretorio informatico, ai sensi dell'art. 32 della legge 69/2009 e s.m.i.

IL PROPONENTE

Il Direttore Struttura Complessa
Gestione Tecnica
(Dottor Ingegnere Romolo MACCHI)

PER LA REGISTRAZIONE CONTABILE

Il Direttore della Struttura Complessa
Gestione delle Risorse
Economiche e Finanziarie
(Dottor Fabio CARGIOLLI)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dottorssa Laura Aurora LODETTI)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dottorssa Maria Antonietta BANCHERO)

IL DIRETTORE GENERALE

(Dottor Andrea CONTI)

Delibera n. _____ del _____ composta di n. 3 pagine e n. 1 allegato

202 - 28 FEB. 2017

Spett.le
ASL 5
Via Fazio 30
19121 La Spezia
c.a.: Ing. Macchi

Genova, 14/02/2017

Ns. offerta n° 17OFF045

OGGETTO: Contratto di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di trattamento acqua FRESENIUS installato presso il Centro Dialisi dell'ospedale S. Andrea di La Spezia per il triennio 2017-2019.

In allegato alla presente siamo lieti di trasmetterVi la nostra offerta per la manutenzione dell' impianto in oggetto.

Vi preghiamo di farci avere comunicazione di accettazione anche informale, in modo che il servizio sia assicurato dal 01.01.2017

Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti o necessità e con l'occasione porgiamo distinti saluti.

dr. Fabio Patti


Amministratore Unico
GADOMED S.r.l.

**PROPOSTA CONTRATTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER
L'IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUA FRESenius INSTALLATO PRESSO IL CENTRO
DIALISI DI
LA SPEZIA PER IL TRIENNIO 2017-2019**

VALIDITA'

Validità della presente proposta di contratto è di **90 giorni** dalla data di emissione.

DURATA

La durata del contratto è di mesi 36: dal 01.01.2017÷ 31.12.2019

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA MANUTENZIONE

Il servizio contrattuale comprende N. 12 visite/annue di manutenzione ordinaria con frequenza mensile nel corso delle quali verranno effettuate le operazioni previste nel Protocollo di Manutenzione e Verifiche di Sicurezza. (vedi "Allegato A").

Sono incluse tutte le cartucce filtranti installate sulla linea di trattamento, esclusi i filtri all'ingresso dei monitor per dialisi.

SERVIZI AGGIUNTIVI

Sono inclusi i seguenti servizi aggiuntivi (solo quelli selezionati):

- 1 – Tutte le visite di manutenzione straordinaria per eventuali avarie delle apparecchiature purché non causate da Vs. errata conduzione.
- 2 - Il controllo e l'eventuale sostituzione/riparazione di tutte le parti di ricambio che possono essere causa di malfunzionamento ad eccezione di quelle soggette a normale usura quali le membrane dell'osmosi, le pompe ad alta pressione ed i componenti elettrici.
- 3 - Il controllo e l'eventuale sostituzione / riparazione delle membrane dell'osmosi, delle pompe ad alta pressione e dei componenti elettrici.
- 4 - La sostituzione delle resine degli addolcitori.

*La sostituzione delle resine scambiatrici verrà effettuata **n. 1 volta ogni due anni** per i due addolcitori installati e si articola come segue:*

- Estrazione della resina esausta dal filtro (lt 125 cadauno TOT. 250 lt).
- Riempimento di detto filtro con la nuova resina granulare necessaria (lt 125 cadauno TOT. 250 lt).
- Rigenerazione e messa in funzione.

- 5 - La sostituzione dei carboni attivi dei filtri dechloratori.

*La sostituzione dei carboni attivi verrà effettuata **n. 1 volta ogni anno** per i 2 filtri dechloratori installati e si articola come segue:*

- Estrazione del carbone esausto dal filtro (125 kg cad TOT.250 Kg).
- Riempimento di detto filtro con il nuovo carbone granulare attivato (Kg.125 cadauno TOT.250 Kg).
- Condizionamento del filtro e messa in funzione.

- 6 - La sostituzione della sabbia BIRM del filtro deferrizzatore (kg 250 circa).

*La sostituzione della sabbia BIRM verrà effettuata **n. 1 volta ogni due anni** per il filtro deferrizzatore installato e si articola come segue:*

- Estrazione della sabbia BIRM dal filtro (TOT.250 Kg).
- Riempimento di detto filtro con la nuova sabbia (TOT.250 Kg).
- Condizionamento del filtro e messa in funzione.

- 7 - La fornitura dei disinfettanti (Ipoclorito di Sodio / Acido Peracetico) in quantità necessaria al corretto funzionamento dell'impianto (max 100 l. cad.).

- 8 - La fornitura dei kit necessari alla rivelazione dei residui di Cloro e dei kit necessari alla misura della durezza dell'acqua.

- 9 - Lo smaltimento dei carboni esausti (circa 125 kg totali ogni anno per i due filtri dechloratori presenti ogni anno TOT. 250 Kg)

- 10 - Lo smaltimento della sabbia deferrizzatrice (TOT. 250 Kg)

- 11 - Lo smaltimento delle resine (circa 250 kg totali per i due addolcitori presenti).

- 12 - L'Aggiornamento tecnologico Software e Hardware limitato ai sottocomponenti del sistema.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Qualora in corso del contratto e dopo obiettiva valutazione del guasto e del costo della riparazione, Gadomed potrà, a proprio insindacabile giudizio, procedere alla sostituzione dell'osmosi o parti dell'impianto con altre di equivalente o superiore valore e prestazioni, informando preventivamente la Vs. amministrazione. L'eventuale corso di formazione del personale per l'uso delle suddette parti, sarà effettuato gratuitamente.



PRODOTTI OSPEDALIERI - PRESIDI CHIRURGICI ELETTROMEDICALI - ASSISTENZA TECNICA

MODALITA' DI ACCESSO AI SERVIZI

Per tutte le chiamate e/o consulenze tecniche e/o manutenzioni ordinarie e **interventi di assistenza straordinaria**, il Centro Dialisi dovrà fare riferimento al **Call Center** i cui numeri sono:

Tel.: 010 3629355 Fax: 010 313836 Cell.: 349 6523976

Le chiamate saranno ricevute nei seguenti giorni feriali negli orari indicati:

UFFICIO
dal LUNEDI' al VENERDI'
dalle ore 8:00 alle ore 18:00

CELLULARE
24 h su 24



GADOMED s.r.l.
Via Monte Zovetto, 29/1 • 16145 Genova - Italy
Tel. 010.3629355 - 010.313836 • Fax 010.313836
e-mail: mail@gadomed.it • www.gadomed.it
Partita IVA 02648250104 - Trib. Ge N. 42890 - C.C.I.A.A. GE N. 287327 - Cap. Soc. 52.000,00 i.v.
Azienda Certificata UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 13485

Per attivare il servizio di assistenza tecnica straordinaria bisogna chiamare i numeri indicati ed inviare fax di richiesta intervento.

ESCLUSIONI

- 1) Non sono previste dal presente contratto le prestazioni rese necessarie da cause accidentali ed eccezionali, quali calamità naturali, stato di guerra, sommosse e simili o derivanti dalle conseguenze di uso improprio, incuria, colpa o dolo del personale utente.
- 2) Nessuna responsabilità può essere attribuita alla ditta nel caso in cui le operazioni di manutenzione vengano ritardate o impedita da cause di forza maggiore.
- 3) Gli obblighi inerenti il presente contratto a carico della Ditta vengono a decadere nel caso in cui l'impianto o parti di esso subiscano modifiche non autorizzate dalla ditta stessa.
- 4) Gli interventi necessari all'implementazione di modifiche sull'impianto o di implementazione Software per Telecontrollo o acquisizione dati e le riparazioni relative.
- 5) La disinfezione dell'impianto con l'utilizzo di sostanze diverse da quelle previste nel protocollo di manutenzione ("Allegato A").
- 6) La conduzione dell'impianto.

CERTIFICAZIONI

L'assistenza tecnica viene garantita secondo il sistema di qualità UNI EN ISO 9001:2008 e UNI CEI EN ISO 13485:2012, e viene effettuata da personale specializzato e certificato mediante corsi specifici, tenuti direttamente da Fresenius Medical Care

COSTI

IL PREZZO COMPLESSIVO DEL CONTRATTO PER MESI 36, COMPRESI TUTTI I SERVIZI AGGIUNTIVI SOPRA INDICATI E' PARI A

IMPORTO PER 1 ANNO € 10.477,45 (Diecimilaquattrocentosettantasette/45)

IMPORTO COMPLESSIVO TRIENNALE € 31.432,35 (Trentunomilaquattrocentotrentadue/35)


CONDIZIONI DI FORNITURA

PAGAMENTO: 60 gg. data fattura.
L'importo annuale Vi sarà fatturato in quattro rate trimestrali di pari importo.

SPEDIZIONE: franco destino

IVA 22%: A Vs. carico

Restando a Vs. completa disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, ci è gradita l'occasione per porgerVi i ns. più distinti saluti.

dr. Fabio Patti

Amministratore Unico
GADOMed S.r.l.

SANTINI ALESSANDRA

Da: Greta Graso <804363987@legalmail.it>
Inviato: giovedì 16 febbraio 2017 17:33
A: Gestionetecnica.segreteria
Oggetto: Invio fattura n. 961553

Priorità: Alta

Gestionetecnica.segreteria,

In allegato originale del documento in oggetto, non sarà effettuato alcun invio postale, se non specificatamente richiesto.

Il documento dovrà essere stampato su formato cartaceo e avrà piena validità fiscale e, come tale, soggetto alle previste norme di utilizzo e conservazione.

Greta Graso

R: ACCETTAZIONE VS. PROPOSTA CONTRATTO TRIENNALE

micciche <micciche@gadomed.it>

mar 14/02/2017 16:40

A:ROMUALDI PATRIZIA <patrizia.romualdi@asl5.liguria.it>;

Cc:'boccaccio' <boccaccio@gadomed.it>;

Priorità: Alta

Buonasera

La presente quale accettazione di quanto in oggetto.
A breve riceverete nostra offerta ufficiale.

Cordiali saluti

Francesca Miccichè
Segreteria Commerciale
Ufficio Gare
Tel. +39 010 3629355
Fax +39 010 313836

GADomed S.r.l.
Via Monte Zovetto 29/1
16145 Genova
P.I. 02648250104

AVVERTENZA AI SENSI DEL DLGS. 196/2003 (PRIVACY)

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e nei files eventualmente allegati allo stesso, sono strettamente riservate al destinatario del messaggio medesimo. Qualora lo riceveste senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di darcene notizia via e-mail e di procedere alla sua distruzione cancellandolo dal Vostro sistema; in questa ipotesi infatti costituisce comportamento contrario al dettato del Dlgs. 196/2003 trattenere il messaggio, divulgarlo anche parzialmente, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo o utilizzarlo per finalità diverse

Da: ROMUALDI PATRIZIA [mailto:patrizia.romualdi@asl5.liguria.it]

Inviato: martedì 14 febbraio 2017 15:04

A: boccaccio@gadomed.it; micciche; info@gadomed.it

Cc: MACCHI ROMOLO; ADAMI SALVATORE

Oggetto: ACCETTAZIONE VS. PROPOSTA CONTRATTO TRIENNALE

A seguito di accordi intercorsi in data odierna con il Dott. Boccaccio, e sentito il mio Resp.le Ing. Romolo Macchi, che legge la presente per conoscenza, si comunica la ns. disponibilità ad accettare la Vs. proposta di contratto triennale relativa a **"Contratto di manutenzione e assistenza "full risk" per l'impianto di trattamento acqua FRESINIUS installato c/o Centro Dialisi del Pad. Da Pozzo dell'Ospedale S. Andrea"**, applicando uno sconto del 3%, come da Voi proposto.

Il canone annuale, da fatturare trimestralmente, sarà quindi pari a € **10.477,45 + IVA al 22%**.
Restiamo in attesa di un Vs. cortese cenno di riscontro relativo all'accettazione di quanto sopra.

A disposizione per eventuali e/o ulteriori chiarimenti in merito alla presente si porgono

cordiali saluti.

Patrizia Romualdi

**Segreteria Amministrativa
e Contabilità**

Gestione Tecnica ASL 5 Spezzino

tel 0187/535968 - fax 0187/533523

mail : patrizia.romualdi@asl5.liguria.it