

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

Delibera n. 400 del 29 MAG. 2019

Il Direttore Generale, Dottor Andrea CONTI

su proposta del Direttore della Struttura Complessa Gestione Tecnica

adotta la seguente deliberazione:

**Oggetto: Contratto di manutenzione e assistenza “full risk” per gli impianti di trattamento acque dei Centri Dialisi degli Ospedali S. Andrea della Spezia e S. Nicolò di Levanto alla Ditta Baxter SPA per l’anno 2019.
CIG Z702795DDF**

Oneri derivanti dall’adozione del provvedimento: 29.280,00 IVA C.

Aut. 2019/21/33 C.E. 130030005

Il Direttore della S.C. Gestione Tecnica Ing. Romolo Macchi, sentito il parere del Resp.le del Procedimento P.I. Salvatore Adami evidenzia quanto segue:

Premesso che i Centri Dialisi del P.O. Levante Ligure di seguito elencati sono serviti da apparecchiature per il trattamento acque e dai correlati impianti di costruzione, fornitura ed installazione della Ditta Gambro Hospal Srl:

- Osp. S. Andrea della Spezia - Pad. Centrale
- Osp. S. Nicolò di Levante

Il parco dei reni artificiali attualmente esistenti nei centri dialisi aziendali deriva dall'adesione alla convenzione della Centrale Regionale degli Acquisti di cui alla deliberazione del DG n. 862 del 6.10.2016 che tuttavia non riguarda gli impianti di trattamento acque con le apparecchiature per osmosi inversa dedicate.

Considerato che la manutenzione dei sopracitati impianti sono stati affidati, negli anni passati, alla Ditta Gambro Hospal quale ditta costruttrice e installatrice (vedi del. 520 del 08/06/2012).

Atteso che la Ditta Gambro Hospal srl è stata incorporata dalla ditta Baxter S.p.A con sede legale in Via dell'Industria 20 – 00144 Roma (atto di fusione del 13.11.2015 con repertorio n°18349 registrato a Milano il 20.11.2015) e pertanto subentra da ogni punto di vista giuridico, tecnico-organizzativo, commerciale ed economico alla sunnominata ditta costruttrice.

Considerato che la rilevanza e la delicatezza degli impianti in argomento ed il fatto che le asservite attrezzature sanitarie sono *“sistemi molto complessi in quanto si occupano di purificare in modo automatico il sangue del paziente, prelevandolo da quest'ultimo e sottoponendolo a trattamento in circuiti esterni”*; per tale motivo dette apparecchiature, benché largamente diffuse, risultano estremamente critiche e dotate di componenti, elettronica e software specifici, per cui la loro manutenzione risulta particolarmente complessa; per tutto ciò si ritiene necessario e indispensabile affidarne l'assistenza tecnica alla ditta produttrice.

Considerato che in data 31/12/2018 è venuto a decadere il contratto di manutenzione in essere per le apparecchiature del trattamento acque di cui sopra;

Dato atto che la Ditta Baxter S.p.A., con propria nota del 07/01/2019 n. 5/2019/SFLF ha presentato proposta di contratto per l'anno 2019 pari a € 12.500,00 + IVA al 22% per ogni impianto Osmosi (Allegato A), poi scontato a € 12.000,00 + IVA al 22%, a seguito di ns. richiesta di sconto (vedi mail del 14/03/2019 - Allegato B);

Considerato che l'affidamento esclusivo in oggetto è ammissibile ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 36, comma 2 lettera a) – *contratti sotto soglia* e art. 63, comma 2, lett. b) sub 2 – *procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara* - del D.Lgs. 50/2016, nonché dell'art. 4, lett. a) del Regolamento aziendale di cui alla deliberazione del DG. N. 984 del 17.11.2016.. Infatti l'importo dell'affidamento di che trattasi, per l'anno 2019, comporta una spesa di € 24.000,00 + Iva al 22%, per un totale complessivo di € 29.280,00 IVA C..

Tanto premesso

IL DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri conferitigli con delibera di Giunta Regionale n. 731 del 29/7/2016;

Su parere conforme del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario;

DELIBERA

1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare alla Ditta Baxter Spa, con sede legale in Via dell'Industria 20 – 00144 Roma, il contratto di manutenzione e assistenza full risk per l'anno 2019, degli impianti di trattamento acque dei Centri Dialisi degli Ospedali S. Andrea della Spezia e S. Nicolò di Levanto alla Ditta Baxter SPA per l'importo complessivo (per i 2 impianti) di € 24.000,00 + IVA al 22% per un totale complessivo di € 29.280,00;
3. di stabilire che il perfezionamento del contratto avvenga mediante scambio di corrispondenza commerciale e successiva trasmissione del buono d'ordine alla Ditta ai sensi dell'art. 8 del Regolamento aziendale di cui alla deliberazione DG n. 984/2016;
4. di dare atto che la spesa derivante dal presente atto risulta regolarmente registrata nel bilancio aziendale 2019 sull'autorizzazione di spesa n. 21/33/2019;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale aziendale, ai fini della massima trasparenza ed accessibilità totale, ai sensi della vigente normativa e di pubblicarlo altresì all'albo pretorio informatico, ai sensi dell'art. 32 della legge 69/2009 e s.m.i.

IL PROPONENTE

Il Direttore Struttura Complessa
Gestione Tecnica
(Dott. Ing. Romolo MACCHI)

PER LA REGISTRAZIONE CONTABILE

Il Direttore della Struttura Complessa
Gestione delle Risorse
Economiche e Finanziarie
(Dottor Fabio CARGIOLLI)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Riccardo ZANELLA)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Maria Antonietta BANCHERO)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dott.ssa Maria Alessandra MASSEI)

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Andrea CONTI)

Estensore del provvedimento:

Ass. Amm.vo Patrizia Romualdi

Delibera n. **400** del **29 MAG. 2019** composta di n. 3 pagine e n. 2 allegati

AUTEGATO A

Baxter

SPETT. LE
Azienda Sanitaria Locale n. 5 "Spezzino"
c.a.: Ing. M. Buccheri
Gestione Tecnica Struttura Complessa
Via 24 Maggio, 139
19124 La Spezia

c.c.: Egregio Dr. Rolla Davide
Primario Divisione Nefrologia e Dialisi

patrizia.romualdi@asl5.liguria.it
Medolla, 7 gennaio 2019
Ns. Prot. n. 5/2019/SFLF

OGGETTO:	PROPOSTA CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA CONTINUA DI TIPO "FULL-RISK" PER IMPIANTO OSMOSI P.O. CENTRO DIALISI S. NICOLO' DI LEVANTO e LA SPEZIA PERIODO 01/01/2019 – 31/12/2019
-----------------	---


La scrivente società **Baxter S.p.A.**, si pregia trasmettere l'offerta relativa al contratto di assistenza tecnica per le apparecchiature distribuite in Italia con marchio **Gambro e Hospal**.

Si sottolinea che:

1. l'accettazione della presente proposta dovrà pervenire entro n. 2 mesi della data della presente offerta; nulla ricevendo oltre tale data, la Baxter S.p.A. fatturerà tutti gli interventi eseguiti.
2. a garanzia della continuità del servizio, saranno eseguiti tutti gli interventi necessari e forniti tutti i materiali indispensabili per l'erogazione delle prestazioni dialitiche, per ulteriori n. 2 mesi della data di scadenza del precedente contratto; tali interventi saranno fatturati a prezzo di listino in caso di mancato rinnovo.
3. sarà facoltà della Vostra Spettabile Azienda, provvedere in ogni momento all'esclusione dalla manutenzione d'apparecchiature per motivi di sopravvenuta necessità (trasferimento o sospensione dell'attività, fuori uso, attivazione di un service, etc.); cesserà conseguentemente, per quel periodo, il pagamento del canone d'assistenza.

Per eventuali chiarimenti si prega contattare il sig. Loris Ferrari (Cell. 3357620057 – e-mail loris_ferrari@baxter.com).

L'occasione ci è gradita per porgerVi distinti saluti.



BAXTER S.p.A.

Rinaldo Bronconi

Sr Director Global Services EMEA

Sede Legale e Amministrativa

Baxter S.p.A.

Piazzale dell'Industria 20, 00144 Roma

Tel (+39) 06 324911 – Fax (+39) 06 3221643

Sito Internet: www.baxteritalia.it

Capitale Sociale € 7.000.000,00 i.v. – Iscritta al Registro delle Imprese di ROMA – C.F. 00492340583 – P. IVA: 00907371009 – Nr. REA 323287

Indirizzo PEC: baxterspa@pec.baxter.com

Privacy: Baxterprivacy@pec.baxter.com

Central Workshop Italia

Viale Trentino 18/20, 35043 Monselice PD

Tel (+39) 0429 768540 – Fax (+39) 0429 768592

Field Technical Service

Via Camurana 71, 41036 Medolla MO

Tel (+39) 0535 50411 – Fax (+39) 053525960



1- PREMESSE

I. ai fini del presente contratto si intendono adottate le seguenti definizioni:

- "Baxter": individua la Baxter S.p.A;
- "AZIENDA" individua la destinataria della proposta;
- "parti": individua congiuntamente Baxter S.p.A e AZIENDA;
- "parte" individua singolarmente Baxter S.p.A e AZIENDA;
- "proposta": individua la presente proposta ed i suoi allegati;
- "accettazione": individua la vostra lettera di accettazione della proposta ed i suoi allegati;
- "contratto": individua l'accordo avente ad oggetto le clausole di cui alla proposta e concluso a seguito dello scambio di proposta ed accettazione;
- "apparecchiature": individua le macchine per emodialisi nei modelli e tipi specificati nell'allegato B, presenti in AZIENDA;
- "SAT": individua il Servizio Assistenza Tecnica di Baxter;
- "ricambi": si intendono tutte le parti di ricambio originali;

II. Baxter, il cui sistema di qualità è conforme ai requisiti della norma ISO 9001:2015, unica distributrice in Italia delle apparecchiature elettromedicali con marchio Gambro e Hospital, fornirà in esclusiva il servizio manutentivo utilizzando la propria rete di assistenza tecnica.

2. PREMESSE ED ALLEGATI

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.

3. OGGETTO DEL CONTRATTO

Oggetto della proposta è il servizio di manutenzione preventiva programmata del trattamento acqua Baxter installato presso il centro dialisi di Levanto e La Spezia.

4. PRESTAZIONI

Baxter, avvalendosi del proprio staff specializzato del SAT, o di personale esterno **qualificato**, preventivamente comunicato, si impegna a fornire un servizio completo di **manutenzione** che **include** le seguenti prestazioni:

- a) operazioni di controllo e di ripristino della funzionalità dell'impianto trattamento delle acque.
- b) sostituzione di parti difettose.
- c) fornitura materiali di consumo:
 - sale in pastiglia SOLVAY certificato a norme NF
 - filtri da 20" in polipropilene puro e carbone attivo
 - rigenerazione filtro carbone
 - reagenti per la durezza

Sede Legale e Amministrativa
Baxter S.p.A.

Piazzale dell'Industria 20, 00144 Roma
Tel (+39) 06 324911 – Fax (+39) 06 3221643
Sito Internet: www.baxteritalia.it

Capitale Sociale € 7.000.000,00 i.v. – Iscritta al Registro delle Imprese di ROMA – C.F. 00492340583 - P. IVA: 00907371009 – Nr. REA 323287
Indirizzo PEC: baxterspa@pec.baxter.com
Privacy: Baxterprivacy@pec.baxter.com

Central Workshop Italia
Viale Trentino 18/20, 35043 Monselice PD
Tel (+39) 0429 768540 – Fax (+39) 0429 768592

Field Technical Service
Via Camurana 71, 41036 Medolla MO
Tel (+39) 0535 50411 – Fax (+39) 053525960



5. MATERIALI

Le parti di ricambio e il materiale di consumo necessarie per il corretto funzionamento dell'impianto e la manutenzione ordinaria preventiva e straordinaria potranno essere nuove di fabbrica od in condizioni equivalenti, sono a totale carico di **Baxter**, e si intendono permutate con eventuali parti sostituite che, a discrezione di Baxter, potranno essere ritirate o meno, ma comunque senza nessun ulteriore addebito. Le parti ritirate perché sostituite diverranno di proprietà Baxter.

6. MODALITÀ DEGLI INTERVENTI

Baxter, eseguirà il programma delle visite programmate come descritto in "Allegato A".

Le visite verranno di norma effettuate nei giorni feriali in normale orario di lavoro (8.00 - 18.00).

Gli interventi con carattere di urgenza saranno concordati telefonicamente con un responsabile autorizzato del servizio di Ingegneria Clinica.

Gli interventi richiesti da definirsi di **livello urgente**, dove si configura l'oggettiva impossibilità di erogare prestazioni sanitarie, in quanto si determina una situazione di fermo dell'impianto o nell'impossibilità di fornire acqua osmotizzata alla sala dialisi, saranno concordati telefonicamente con un responsabile autorizzato del servizio di Ingegneria Clinica ed, eseguiti entro **4 ore** dalla richiesta.

Gli interventi richiesti da definirsi di **livello critico**, dove non esistono criticità circa la qualità dell'acqua e che permettono di erogare prestazioni sanitarie, in situazione di fornire acqua osmotizzata (monosmosi) alla sala dialisi, saranno evasi con carattere preferenziale entro l'avvio della seduta dialitica del giorno successivo.

Dal momento della chiamata è possibile ottenere consulenza telefonica al fine di superare eventuali malfunzionamenti che non richiedano l'immediato intervento del Tecnico della Baxter.

Al termine di ogni intervento verranno stesi rapporti di lavoro sottoscritti da entrambe le parti, una copia dei quali sarà lasciata presso il centro di emodialisi. Qualora non sia possibile ottenere la firma dei documenti di cui sopra al termine della visita, farà fede il rapporto di intervento redatto dai tecnici del SAT.

7. INTERVENTI EXTRA CONTRATTO

Si intendono esclusi dal contratto gli interventi dovuti ad evidenti incuria, atti vandalici, manomissioni, errate manovre, calamità naturali ed a qualsiasi atto od evento che esuli l'ordinario e normale utilizzo dell'impianto. Questi ultimi interventi saranno addebitati a consuntivo, in base al tariffario Baxter S.p.A.

8. INTERVENTI NON PREVISTI

Nel contratto non sono previsti:

- a) eventuali revisioni generali delle apparecchiature che dovessero rendersi necessarie a causa della obsolescenza dell'impianto stesso.
- b) Le analisi chimico-microbiologiche
- c) La conduzione dell'impianto
- d) Interventi necessari all'implementazione di modifiche sull'impianto o di implementazione software per telecontrollo o acquisizione dati.

Sede Legale e Amministrativa
Baxter S.p.A.

Piazzale dell'Industria 20, 00144 Roma
Tel (+39) 06 324911 – Fax (+39) 06 3221643

Sito Internet: www.baxteritalia.it

Capitale Sociale € 7.000.000,00 I.v. – Iscritta al Registro delle Imprese di ROMA – C.F. 00492340583 - P. IVA: 00907371009 – Nr. REA 323287

Indirizzo PEC: baxterspa@pec.baxter.com

Privacy: Baxterprivacy@pec.baxter.com

Central Workshop Italia
Viale Trentino 18/20, 35043 Monselice PD
Tel (+39) 0429 768540 – Fax (+39) 0429 768592

Field Technical Service
Via Camurana 71, 41036 Medolla MO
Tel (+39) 0535 50411 – Fax (+39) 053525960



9. CANONE

Il corrispettivo del contratto è così stabilito, Vedere allegato "B"

Il canone comprende la manodopera, i costi di trasferta, le parti di ricambio originali utilizzate durante le visite di manutenzione preventiva e le visite di manutenzione correttive, gli aggiornamenti hardware e software che si renderanno necessari. Inoltre tutto quanto necessario per assicurare la funzionalità dell'impianto acqua (composto da due macchine per osmosi) ad esclusione di quanto previsto al punto 7 - 8 del presente contratto.

L'IVA così come qualsiasi imposta o tassa attuale o futura sarà a carico dell'AZIENDA. Si specifica inoltre che i costi concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro dell'Azienda, ai sensi dell'art. 95 comma 10 D. Lgs. 50/2016, sono quantificabili nella misura indicativa dell'1% dell'importo del contratto già inclusi nell'importo del canone

10. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il corrispettivo pattuito all'art.09 sarà fatturato in rate trimestrali posticipate.

Il pagamento dovrà avvenire entro 60 giorni data fattura.

Baxter S.p.A si riserva, altresì, il diritto di applicare gli interessi nella misura prevista dal D.Lgs. 231/02 (interessi europei).

11. GARANZIA

I ricambi sono coperti da garanzia secondo le condizioni generali di vendita di Baxter.

L'efficacia della garanzia è subordinata all'uso delle apparecchiature in conformità alle istruzioni fornite.

12. OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL COMMITTENTE

È esclusa ogni responsabilità in capo a Baxter per ritardi o inadempimenti nell'esecuzione del contratto dovuti a cause ad essa non imputabili e per danni di qualsiasi genere, diretti o indiretti, provocati dall'uso di apparecchiature sottoposte a contratto di assistenza tecnica salvo che siano dipesi da suo dolo o colpa grave.

Il personale del Committente dovrà operare sulle apparecchiature oggetto del contratto in conformità alle istruzioni contenute nei manuali relativi sollevando Baxter da ogni responsabilità conseguente un uso improprio.

Il Cliente dovrà garantire adeguate condizioni di sicurezza durante la fornitura dei Servizi sul proprio sito e in particolare fare in modo che, prima della fornitura di ogni servizio, le Apparecchiature siano perfettamente pulite e del tutto prive di fluidi biologici e, in genere, di materiali potenzialmente infettivi. In particolare, Il cliente si obbliga a conformarsi a tutte le Leggi di Igiene, Salute e Sicurezza sul Lavoro, in vigore al momento della stipula del contratto e durante l'intera durata dello stesso, al fine di prevenire eventuali infortuni o incidenti dei Lavoratori Baxter che opereranno presso la sua struttura.

Il personale di Baxter potrà sospendere la manutenzione o le attività di riparazione e disconnettere le Apparecchiature qualora ritenga che ci sia un rischio per la sua sicurezza e salute. In tal caso, il personale Baxter dovrà tempestivamente informare il Cliente che adotterà tutte le misure necessarie per mettere in sicurezza l'Apparecchiatura e non costituisca oggetto di rischio per la salute e la sicurezza del personale di Baxter; in particolare:

Sede Legale e Amministrativa

Baxter S.p.A.

Piazzale dell'Industria 20, 00144 Roma

Tel (+39) 06 324911 – Fax (+39) 06 3221643

Sito Internet: www.baxteritalia.it

Capitale Sociale € 7.000.000,00 i.v. – Iscritta al Registro delle Imprese di ROMA – C.F. 00492340583 - P. IVA: 00907371009 – Nr. REA 323287

Indirizzo PEC: baxterspa@pec.baxter.com

Privacy: Baxterprivacy@pec.baxter.com

Central Workshop Italia

Viale Trentino 18/20, 35043 Monselice PD

Tel (+39) 0429 768540 – Fax (+39) 0429 768592

Field Technical Service

Via Camurana 71, 41036 Medolla MO

Tel (+39) 0535 50411 – Fax (+39) 053525960



- Nell'ambito delle proprie responsabilità di sicurezza, il Cliente dovrà garantire la presenza di almeno uno dei suoi operatori durante gli interventi del personale Baxter, soprattutto qualora il Servizio fosse fornito al di fuori del normale orario di lavoro.
- Redigere il DUVRI che individui i rischi e le misure di prevenzione adottate al fine di garantire le condizioni di sicurezza ed igiene per il personale di Baxter durante la fornitura di Servizi presso il Sito;
- Collocare le apparecchiature da manutentare in ambienti idonei e Regolamentare l'accesso del personale a tali luoghi durante le attività di manutenzione.

13. DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto è indicata nell'allegato "B".

14. INTERVENTI

Le richieste di intervento dovranno essere concordate con il servizio di reperibilità al numero telefonico 0535611083 attivo 24 ore su 24 (A tale numero si può altresì ottenere consulenza telefonica tecnica e/o operativa) e trasmesse direttamente al fax di Baxter 0535 25960, oppure all'e-mail: Italy_SHS_Field_Service@baxter.com.

15. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora per qualunque motivo l'AZIENDA non corrisponda il corrispettivo con le modalità ed alle scadenze pattuite, Baxter avrà la facoltà di ritenere, ex art. 1456 c.c., il contratto risolto di diritto previa semplice comunicazione dell'intenzione di avvalersene.

Nel caso in cui una parte non adempia le proprie prestazioni e non vi ponga rimedio entro trenta giorni dalla diffida ad adempiere, l'altra parte avrà la facoltà di ritenere il contratto risolto previa semplice ulteriore comunicazione decorso il medesimo termine di trenta giorni.

In qualsiasi caso di risoluzione del contratto per inadempimento da parte dell'AZIENDA, Baxter potrà richiedere il risarcimento del danno. La risoluzione del contratto non solleva entrambe le parti dagli obblighi in essere, ivi incluso in particolare l'obbligo dell'AZIENDA di pagare gli importi scaduti e in scadenza.

16. COMUNICAZIONI E NOTIFICHE

Qualsiasi comunicazione prevista dal contratto o conseguente al contratto dovrà essere fatta nella lingua italiana, per iscritto mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al domicilio contrattuale delle parti.

Qualsiasi comunicazione si intenderà validamente effettuata nel giorno di ricevimento oppure decorsi dieci giorni dall'avvenuta comunicazione di deposito della raccomandata non ritirata presso l'Ufficio postale competente.

Ciascuna parte dovrà comunicare all'altra parte ogni cambiamento di sede legale o domicilio contrattuale.

17. VALIDITÀ DEL CONTRATTO

Qualora una clausola del contratto dovesse essere ritenuta non valida per qualsiasi motivo, o una parte dello stesso non eseguita, il contratto manterrà la sua validità ed efficacia immutata.

Sede Legale e Amministrativa

Baxter S.p.A.

Piazzale dell'Industria 20, 00144 Roma

Tel (+39) 06 324911 – Fax (+39) 06 3221643

Sito Internet: www.baxteritalia.it

Capitale Sociale € 7.000.000,00 i.v. – Iscritta al Registro delle Imprese di ROMA – C.F. 00492340583 - P. IVA: 00907371009 – Nr. REA 323287

Indirizzo PEC: baxterspa@pec.baxter.com

Privacy: Baxterprivacy@pec.baxter.com

Central Workshop Italia

Viale Trentino 18/20, 35043 Monselice PD

Tel (+39) 0429 768540 – Fax (+39) 0429 768592

Field Technical Service

Via Camurana 71, 41036 Medolla MO

Tel (+39) 0535 50411 – Fax (+39) 053525960



Le parti si impegnano a regolamentare la clausola ritenuta non valida, o la parte non eseguita, nonché gli effetti economici derivanti dalle stesse nel minor tempo possibile e su sollecitazione della parte più diligente.

18. MODIFICHE

Eventuali modifiche al contratto dovranno essere opportunamente concordate dalle parti e dovranno essere fatta esclusivamente per iscritto e nella stessa forma.

La durata del contratto prevista dall'art.12 potrà essere modificata o prorogata mediante semplice scambio di corrispondenza.

19. DOMICILIAZIONE

Ai fini del contratto le parti eleggono il loro domicilio come segue:

- Baxter S.p.A. con Sede Legale e Amministrativa in Piazzale dell'Industria 20, 00144 Roma
- AZIENDA: presso l'indirizzo a cui è stata inviata la presente proposta;
- Luogo di installazione delle apparecchiature: è presso il centro dialisi dell'AZIENDA

Ogni modifica di domicilio per essere valida dovrà essere comunicata all'altra parte a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

20. FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia relativa al contratto le parti eleggono quale foro competente, in via esclusiva, quello di Roma.

21. UNICITÀ DELL'ACCORDO

Il contratto costituisce espressione integrale dell'accordo intervenuto tra le parti e sostituisce qualsiasi precedente intesa verbale o scritta avente il medesimo oggetto.

Per quanto non espressamente previsto il contratto sarà regolato dalle disposizioni del codice civile.

22. ASSOGGETTAMENTO AD IVA

I corrispettivi relativi alle operazioni previste nella proposta e nel contratto sono soggetti ad IVA.

23. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto diverrà esecutivo nel momento in cui a Baxter perverrà l'accettazione scritta da parte di AZIENDA o mediante trasmissione della copia allegata alla presente sottoscritta in calce ed in ogni pagina, allegati e clausole vessatorie oppure mediante lettera su carta intestata dell'AZIENDA, riportante il testo integrale dell'offerta compresi allegati e clausole vessatorie, sottoscritta in calce ed in ogni pagina oppure nel momento in cui l'AZIENDA farà pervenire a Baxter il primo ordine di assistenza da valere come accettazione della presente proposta.

Nel documento di accettazione dovrà essere riportata espressamente la qualifica del soggetto che sottoscrive con l'indicazione dei poteri ad esso conferiti.

BAXTER S.p.A.

Rinaldo Bronconi

Sr Director Global Services EMEA

Sede Legale e Amministrativa
Baxter S.p.A.

Piazzale dell'Industria 20, 00144 Roma
Tel (+39) 06 324911 – Fax (+39) 06 3221643
Sito Internet: www.baxteritalia.it

Capitale Sociale € 7.000.000,00 i.v. – Iscritta al Registro delle imprese di ROMA – C.F. 00492340583 - P. IVA: 00907371009 – Nr. REA 323287

Indirizzo PEC: baxterspa@pec.baxter.com
Privacy: Baxterprivacy@pec.baxter.com

Central Workshop Italia
Viale Trentino 18/20, 35043 Monselice PD
Tel (+39) 0429 768540 – Fax (+39) 0429 768592

Field Technical Service
Via Camurana 71, 41036 Medolla MO
Tel (+39) 0535 50411 – Fax (+39) 053525960



ALLEGATO A

PROGRAMMA DI CONTROLLO E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO TRATTAMENTO DELLE ACQUE

Frequenza interventi ed operazioni effettuate

CONTROLLI MENSILI

Sostituzione delle cartucce filtranti: 2 filtri 20 micron
2 filtri carbone
2 filtri 5 micron.

- Controllo visivo della linea del pre-trattamento
- Analisi della durezza residua
- Controllo delle conducibilità d'uscita ed eventuale taratura
- Verifica lista allarmi ed eventuale cancellazione
- Verifica delle disinfezioni eseguite
- Verifica parametri di funzionamento
- Controllo circuito interno dell'osmosi e della distribuzione per eventuali perdite

CONTROLLI ANNUALI

- Controllo annuale e rabbocco/sostituzione quando necessario del carbone attivo nel dechloratore
- Controllo della qualità e del valore dei flussi d'ingresso, di rigetto e di produzione
- Ispezione e pulizia di tutte le elettrovalvole (eventuale sostituzione)
- Controllo flussimetri e relativi o-ring
- Verifica pressione di esercizio e flusso pompe
- Verifica funzionamento trasmettitori e sensori del sistema (level switch, etc...)
- Controllo connessioni elettriche
- Esecuzione della procedura di Cleaning osmosi se necessaria
- Controllo delle pressioni e del flusso in anello
- Esecuzione disinfezione termica dell'anello (solo per impianto con capacità di disinfezione termica)
- Controllo anello di distribuzione e rubinetti
- Controllo della taratura della pompa dosatrice
- Esecuzione della disinfezione chimica, verifica tempi e residui
- Sostituzione tutte le parti di tenuta della pompa dosatrice (eventualmente anche tubi e connettori)

Sede Legale e Amministrativa

Baxter S.p.A.

Piazzale dell'Industria 20, 00144 Roma

Tel (+39) 06 324911 – Fax (+39) 06 3221643

Sito Internet: www.baxteritalia.it

Capitale Sociale € 7.000.000,00 i.v. – Iscritta al Registro delle Imprese di ROMA – C.F. 00492340583 - P. IVA: 00907371009 – Nr. REA 323287

Indirizzo PEC: baxterspa@pec.baxter.com

Privacy: Baxterprivacy@pec.baxter.com

Central Workshop Italia

Viale Trentino 18/20, 35043 Monselice PD

Tel (+39) 0429 768540 – Fax (+39) 0429 768592

Field Technical Service

Via Camurana 71, 41036 Medolla MO

Tel (+39) 0535 50411 – Fax (+39) 053525960

ALLEGATO B (1-2)

Canone totale annuo: 12.075,00 + IVA 22%

CENTRO DIALISI DI LEVANTO

Validità del contratto dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Apparecchiature	WRO 102S	Matr. 2348		
Apparecchiature	WRO 101H	Matr. 2349		
A	Manutenzione correttiva	Interventi illimitati su chiamata		
B	Manutenzione preventiva	Frequenza Mensile ed annuale		
C	Cambio Filtri Pre-trattamento	Filtro 20" 5 micron	114770	24 pz
		Filtro 20" 20 micron	114768	24 pz
		Filtro 20" Carbon Blok	3225012520	24 pz
D	Sale	Sacchi di sale da 25 Kg	SALPUR25KG	150 pz
E	Disinfettanti e Reagenti	Oxagal 25 lt.	OXA25LEX	10/12 pz
		Test durezza dell'acqua	MANA91201	04 pz
		Peroxid Test	5105IN	02 pz
		Serim ULTRA 0.1 chlorine strips (100)	5167IN	01 pz
F	Rigenerazione dechloratore	Quando Necessario		
CANONE ANNUALE - INCLUSO MATERIALE DI CONSUMO				€ 12.075,00 + IVA 22%

BAXTER S.p.A.

Rinaldo Broneoni

Sr Director Global Services EMEA

Sede Legale e Amministrativa

Baxter S.p.A.

Piazzale dell'Industria 20, 00144 Roma

Tel (+39) 06 324911 – Fax (+39) 06 3221643

Sito Internet: www.baxteritalia.it

Capitale Sociale € 7.000.000,00 i.v. – Iscritta al Registro delle Imprese di ROMA – C.F. 00492340583 - P. IVA: 00907371009 – Nr. REA 323287

Indirizzo PEC: baxterspa@pec.baxter.com

Privacy: Baxterprivacy@pec.baxter.com

Central Workshop Italia

Viale Trentino 18/20, 35043 Monselice PD

Tel (+39) 0429 768540 – Fax (+39) 0429 768592

Field Technical Service

Via Camurana 71, 41036 Medolia MO

Tel (+39) 0535 50411 – Fax (+39) 053525960



ALLEGATO B (2-2)

Canone totale annuo: 12.075,00 + IVA 22%

CENTRO DIALISI DI LA SPEZIA				
Validità del contratto dal 01/01/2019 al 31/12/2019				
Apparecchiature	OSMOSI WRO64	Matr. 1136		
Apparecchiature	OSMOSI CHEM 113	Matr. 1137		
A	Manutenzione correttiva	Interventi illimitati su chiamata		
B	Manutenzione preventiva	Frequenza Mensile ed annuale		
C	Cambio Filtri Pre-trattamento	Filtro 20" 5 micron	114770	24 pz
		Filtro 20" 20 micron	114768	24 pz
		Filtro 20" Carbon Blok	3225012520	24 pz
D	Sale	Sacchi di sale da 25 Kg	SALPUR25KG	150 pz
E	Disinfettanti e Reagenti	Oxagal 25 lt.	OXA25LEX	10/12 pz
		Test durezza dell'acqua	MANA91201	04 pz
		Peroxid Test	5105IN	02 pz
		Serim ULTRA 0.1 chlorine strips (100)	5167IN	01 pz
F	Rigenerazione dechloratore	Quando Necessario		
CANONE ANNUALE - INCLUSO MATERIALE DI CONSUMO				€ 12.075,00 + IVA 22%

BAXTER S.p.A.

Rinaldo Bronconi

Sr Director Global Services EMEA

Sede Legale e Amministrativa

Baxter S.p.A.

Piazzale dell'Industria 20, 00144 Roma

Tel (+39) 06 324911 -- Fax (+39) 06 3221643

Sito Internet: www.baxteritalia.it

Capitale Sociale € 7.000.000,00 i.v. - Iscritta al Registro delle Imprese di ROMA - C.F. 00492340583 - P. IVA: 00907371009 - Nr. REA 323287

Indirizzo PEC: baxterspa@pec.baxter.com

Privacy: Baxterprivacy@pec.baxter.com

Central Workshop Italia

Viale Trentino 18/20, 35043 Monselice PD

Tel (+39) 0429 768540 -- Fax (+39) 0429 768592

Field Technical Service

Via Camurana 71, 41036 Medolla MO

Tel (+39) 0535 50411 -- Fax (+39) 053525960



R: Baxter 2019 P.O. di Levanto - P.O. di La Spezia

AUGUSTO B

Ferrari, Loris <loris_ferrari@baxter.com>

gio 14/03/2019 13:06

A: ROMUALDI PATRIZIA <patrizia.romualdi@asl5.liguria.it>;

Cc: MACCHI ROMOLO <romolo.macchi@asl5.liguria.it>; ADAMI SALVATORE <salvatore.adami@asl5.liguria.it>; Moletta, Fania <fania_moletta@baxter.com>; Ferrari, Micol <micol_ferrari@baxter.com>; Marchetti, Sonia <sonia_marchetti@baxter.com>; Balestrazzi, Alberto <alberto_balestrazzi@baxter.com>;

Buon giorno,
in riferimento alla Vs richiesta, si conferma la disponibilità ad "arrotondamento" da € 12.075,00 a € 12.000,00 + IVA al 22% per impianto, quindi per un importo annuale di € 24.00,00 + IVA 22%.

Distinti saluti

Baxter

Loris Ferrari

Senior Field Area Leader

Baxter Spa – Field Technical Service

Via Camurana, 71 / 41036 Medolla (MO) / Italy

T +39 0535.50411 / F +39 0535.25960 / M +39 335.7620057

loris_ferrari@baxter.com

Da: ROMUALDI PATRIZIA [mailto:patrizia.romualdi@asl5.liguria.it]

Inviato: giovedì 14 marzo 2019 11:24

A: Ferrari, Loris <loris_ferrari@baxter.com>

Cc: MACCHI ROMOLO <romolo.macchi@asl5.liguria.it>; ADAMI SALVATORE <salvatore.adami@asl5.liguria.it>

Oggetto: RE: Baxter 2019 P.O. di Levanto - P.O. di La Spezia

Buongiorno,

in merito alla Vs. richiesta di approvazione dell'offerta relativa agli impianti di Levanto e La Spezia, chiediamo un piccolo sconto, arrotondando l'importo a € 12.000,00 + IVA al 22% per impianto, quindi per un importo annuale di € 24.00,00 + IVA 22%.

Restiamo in attesa di un Vs. cortese cenno di riscontro per quanto riguarda lo sconto sull'importo, se positivo provvederemo ad approvare l'affidamento con delibera dirigenziale.

A disposizione per eventuali e/o ulteriori chiarimenti in merito alla presente si porgono

cordiali saluti.

Patrizia Romualdi

Segreteria Amministrativa

e Contabilità

Gestione Tecnica ASL 5 Spezzino

tel 0187/535968 - fax 0187/533523

mail : patrizia.romualdi@asl5.liguria.it

Da: Ferrari, Loris <loris_ferrari@baxter.com>

Inviato: mercoledì 13 marzo 2019 09:07

A: ROMUALDI PATRIZIA

Oggetto: R: Baxter 2019 P.O. di Levanto - P.O. di La Spezia

Buon giorno, chiedo se possibile avere un feedback

Buona giornata

Baxter

Loris Ferrari

Senior Field Area Leader

Baxter Spa – Field Technical Service

Via Camurana, 71 / 41036 Medolla (MO) / Italy

T +39 0535.50411 / F +39 0535.25960 / M +39 335.7620057

loris_ferrari@baxter.com

Da: Ferrari, Loris

Inviato: martedì 5 marzo 2019 12:12

A: 'patrizia.romualdi@asl5.liguria.it' <patrizia.romualdi@asl5.liguria.it>

Oggetto: Baxter 2019 P.O. di Levanto - P.O. di La Spezia

Buon giorno si chiedeva cortesemente un aggiornamento sull'offerta allegata.

Rimanendo a completa disposizione si porgolo

Cordiali Saluti

Baxter

Loris Ferrari

Senior Field Area Leader

Baxter Spa – Field Technical Service

Via Camurana, 71 / 41036 Medolla (MO) / Italy

T +39 0535.50411 / F +39 0535.25960 / M +39 335.7620057

loris_ferrari@baxter.com