

LOTTO UNICO. SERVIZIO DI DOSIMETRIA DITTA LB PRODOTTO .....

**SCHEDA VALUTATIVA**  
**CRITERIO A) CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DOSIMETRI** **MAX PUNTI 40 (100%)**

Sub-criterio valutativo	COEFFICIENTE	VOTO COMMISSARI in coefficiente					Punteggio provvisorio
		A	B	C	D	E	
<b>1)</b> Tipologia dei dosimetri forniti e range di misura Max punti 15%	Insufficiente/non valutabile/non conforme 0 Scarso 0,25 Sufficiente 0,5 Buono 0,75 Ottimo 1						<u>Corrispondente punteggio attribuito</u> 1,5
		Commento commissione: Range Energetico Dosimetri a film: 10 kev-3 mev; dose 40µsv-1sv TLD: 10 <sup>7</sup> sv-10sv (linearità)					
		<b>MEDIA coefficienti del sub-criterio</b>					
<b>2)</b> Dose minima rivelabile Max punti 15%	Insufficiente/non valutabile/non conforme 0 Scarso 0,25 Sufficiente 0,5 Buono 0,75 Ottimo 1						<u>Corrispondente punteggio attribuito</u> 3
		Commento commissione: Dosimetri a film: minima 30 µsv Dosimetri neutroni: minima < 30 µsv TLD: < 30 sv					
		<b>MEDIA coefficienti del sub-criterio</b>					
<b>3)</b> Percentuale errore delle letture dosimetriche Max punti 15%	Insufficiente/non valutabile/non conforme 0 Scarso 0,25 Sufficiente 0,5 Buono 0,75 Ottimo 1						<u>Corrispondente punteggio attribuito</u> 1,5
		Commento commissione: < 30%					
		<b>MEDIA coefficienti del sub-criterio</b>					
<b>Sub-criterio valutativo</b>		<b>VOTO COMMISSARI in coefficiente</b>					<b>Punteggio provvisorio</b>
		<b>A B C D E</b>					
		<b>MEDIA coefficienti del sub-criterio</b>					

Sub-criterio valutativo	COEFFICIENTE	VOTO COMMISSARI in coefficiente					Punteggio provvisorio Corrispondente punteggio attribuito	
		A	B	C	D	E		
<b>4)</b> Valutazione della certificazione prodotta Max punti 20%	Insufficiente/non conforme 0 Scarso 0,25 Sufficiente 0,5 Buono 0,75 Ottimo 1	A	B	C	D	E	MEDIA coefficienti del sub-criterio  Commento commissione: Documentazione adeguata	6
		0,75	0,75	0,75				
<b>5)</b> Tipologia dei contenitori e loro portabilità Max punti 10%	Insufficiente/non conforme 0 Scarso 0,25 Sufficiente 0,5 Buono 0,75 Ottimo 1	A	B	C	D	E	MEDIA coefficienti del sub-criterio  Commento commissione: Dosimetri a film: 5 filtri metallici, simmetrico, con n. 2 pellicole TLD: Bracciale Cristallino: 2 rilevatori GR 200° (slide card), clips o fascia Dosimetri neutroni: 1 mm Cd posteriore e 1 mm Al anteriore	2
		0,5	0,5	0,5				
COEFFICIENTE		VOTO COMMISSARI in coefficiente					Punteggio provvisorio	
							Corrispondente	
							punteggio	
							attribuito	

Sub-criterio valutativo	COEFFICIENTE	VOTO COMMISSARI in coefficiente					Punteggio provvisorio Corrispondente punteggio attribuito
		A	B	C	D	E	
<b>6)</b> Modalità di riconoscimento dei dosimetri ed associazione ai nominativi degli operatori Max punti 15%	Insufficiente/non valutabile/non conforme 0 Scarso 0,25 Sufficiente 0,5 Buono 0,75 Ottimo 1	A	B	C	D	E	MEDIA coefficienti del sub-criterio  Commento commissione:  Punteggio provvisorio Corrispondente punteggio attribuito 6
		Commento commissione:					
<b>7)</b> Modalità di sterilizzazione a freddo per i dosimetri all'estremità Max punti 10%	Insufficiente/non valutabile/non conforme 0 Scarso 0,25 Sufficiente 0,5 Buono 0,75 Ottimo 1	A	B	C	D	E	MEDIA coefficienti del sub-criterio  Commento commissione:  Punteggio provvisorio Corrispondente punteggio attribuito 4
		Commento commissione:					

TOTALE SUB-CRITERIO A) PUNTI 24



**CRITERIO B) MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI LETTURA** **SCHEDA VALUTATIVA** **MAX PUNTI 40 (100%)**

Sub-criterio valutativo	COEFFICIENTE					VOTO COMMISSARI in coefficiente	Punteggio provvisorio
	A	B	C	D	E		
<b>1)</b> Frequenza, modalit� e tempo di spedizione dei dosimetri Max punti 10%	Insufficiente/non valutabile/non conforme 0 Scarso 0,25 Sufficiente 0,5 Buono 0,75 Ottimo 1					Commento commissione: Frequenza mensile, entro il 23 del mese	Corrispondente punteggio attribuito 2
	COEFFICIENTE						
<b>2)</b> Modalit� e tempi di aggiornamento del numero di dosimetri e dei nominativi operatore Max punti 10%	Insufficiente/non valutabile/non conforme 0 Scarso 0,25 Sufficiente 0,5 Buono 0,75 Ottimo 1					Commento commissione: variazioni fino al giorno precedente la consegna del plico e applicate entro la mensilit� successiva	Corrispondente punteggio attribuito 2
	COEFFICIENTE						
<b>3)</b> Confezionamento e suddivisione in gruppi omogenei dei dosimetri Max punti 10%	Insufficiente/non valutabile/non conforme 0 Scarso 0,25 Sufficiente 0,5 Buono 0,75 Ottimo 1					Commento commissione:	Corrispondente punteggio attribuito 2
	COEFFICIENTE						
<b>VOTO COMMISSARI in coefficiente</b>							<b>Punteggio provvisorio</b>
A	B	C	D	E	<b>MEDIA coefficienti del sub-criterio</b>		
1	1	1			<b>MEDIA coefficienti del sub-criterio</b>		
Commento commissione:							<b>Punteggio provvisorio</b>
A	B	C	D	E	<b>MEDIA coefficienti del sub-criterio</b>		
1	1	1			<b>MEDIA coefficienti del sub-criterio</b>		

Sub-criterio valutativo	COEFFICIENTE	VOTO COMMISSARI In coefficiente					Punteggio provvisorio Corrispondente punteggio attribuito	
		A	B	C	D	E		
<b>4)</b> Frequenza modalità e tempi di trasmissione delle letture dosimetriche Max punti 20%	Insufficiente/non valutabile/non conforme Scarso 0,25 Sufficiente 0,5 Buono 0,75 Ottimo 1	A	B	C	D	E	<b>MEDIA coefficienti del sub-criterio</b>  Commento commissione: entro 10 gg	4
<b>5)</b> Modalità della comunicazione straordinaria delle letture dosimetriche Max punti 10%	Insufficiente/non valutabile/non conforme Scarso 0,25 Sufficiente 0,5 Buono 0,75 Ottimo 1	A	B	C	D	E	<b>MEDIA coefficienti del sub-criterio</b>  Commento commissione: entro 8 ore	1,5
<b>6)</b> Reports invio letture dosimetriche relative ai dosimetri restituiti in ritardo Max punti 10%	Insufficiente/non valutabile/non conforme Scarso 0,25 Sufficiente 0,5 Buono 0,75 Ottimo 1	A	B	C	D	E	<b>MEDIA coefficienti del sub-criterio</b>  Commento commissione: fino a 3 mesi	1
<b>Sub-criterio valutativo</b>		<b>VOTO COMMISSARI In coefficiente</b>					<b>Punteggio provvisorio</b>	
							<b>Corrispondente punteggio attribuito</b>	



Sub-criterio valutativo	COEFFICIENTE	VOTO COMMISSARI in coefficiente					Punteggio provvisorio Corrispondente punteggio attribuito	
		A	B	C	D	E		
<b>7)</b> Risultati letture dosimetriche sia su supporto cartaceo che informatico Max punti 20%	Insufficiente/non valutabile/non conforme 0 Scarso 0,25 Sufficiente 0,5 Buono 0,75 Ottimo 1	1	1	1			Commento commissione:  MEDIA coefficienti del sub-criterio	4
<b>8)</b> Archiviazione materiale sensibile Max punti 10%	Insufficiente/non valutabile/non conforme 0 Scarso 0,25 Sufficiente 0,5 Buono 0,75 Ottimo 1	VOTO COMMISSARI in coefficiente					Commento commissione: nessun dato fornito	Punteggio provvisorio Corrispondente punteggio attribuito 0
		A	B	C	D	E		
		0	0	0				

TOTALE SUB-CRITERIO B) PUNTI 16,5