

**SCHEDA VALUTATIVA**  
**CRITERIO A) CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DOSIMETRI**      **MAX PUNTI 40 (100%)**

Sub-criterio valutativo	COEFFICIENTE	VOTO COMMISSARI in coefficiente					Punteggio provvisorio
		A	B	C	D	E	
<b>1)</b> Tipologia dei dosimetri forniti e range di misura Max punti 15%	Insufficiente/non conforme 0 Scarso 0,25 Sufficiente 0,5 Buono 0,75 Ottimo 1	1	1	1			Corrispondente punteggio attribuito 6
		Commento commissione: Range Energetico Dosimetri a film: 15kev-20mev, dose 0-1sv Dosimetri neutroni termici: fino a 0,4 kev Dosimetri neutroni gamma: da 0,125 kev a qualche mev					
		VOTO COMMISSARI in coefficiente					
<b>2)</b> Dose minima rivelabile Max punti 15%	Insufficiente/non conforme 0 Scarso 0,25 Sufficiente 0,5 Buono 0,75 Ottimo 1	0,5	0,5	0,5			Corrispondente punteggio attribuito 3
		Commento commissione: Dosimetri a film: 37 kev 6 μsv, 65 kev 8 μsv, 104 kev 20 μsv, 1250 kev 70 μsv Dosimetri neutroni termici: soglia 0,02 msv Dosimetri neutroni gamma: soglia 0,02 msv					
		VOTO COMMISSARI in coefficiente					
<b>3)</b> Percentuale errore delle letture dosimetriche Max punti 15%	Insufficiente/non conforme 0 Scarso 0,25 Sufficiente 0,5 Buono 0,75 Ottimo 1	0,25	0,25	0,25			Corrispondente punteggio attribuito 1,5
		Commento commissione: Neutroni termici: 25% Neutroni termici gamma: 30% Neutroni veloci: 40% Neutroni gamma veloci: 30%					
		VOTO COMMISSARI in coefficiente					
		<b>MEDIA coefficienti del sub-criterio</b>					
		<b>MEDIA coefficienti del sub-criterio</b>					
		<b>MEDIA coefficienti del sub-criterio</b>					

Sub-criterio valutativo	COEFFICIENTE	VOTO COMMISSARI in coefficiente					Punteggio provvisorio	
		A	B	C	D	E		
<b>4)</b> Valutazione della certificazione prodotta Max punti 20%	Insufficiente/non conforme 0 Scarso 0,25 Sufficiente 0,5 Buono 0,75 Ottimo 1	0,25	0,25	0,25			Commento commissione: Documentazione scarsa	Corrispondente punteggio attribuito 2
<b>5)</b> Tipologia dei contenitori e loro portabilità Max punti 10%	Insufficiente/non conforme 0 Scarso 0,25 Sufficiente 0,5 Buono 0,75 Ottimo 1	VOTO COMMISSARI in coefficiente					Corrispondente punteggio attribuito 4	
		A	B	C	D	E		MEDIA coefficienti del sub-criterio
		1	1	1			Commento commissione: Dosimetri a film: 9 filtri (di cui 1 da 2 mm Pb), asimmetrico, con n. 2 pellicole (n. 1 ad alta e n. 1 a bassa sensibilità) TLD: Bracciale Cristallino: un rivelatore GR 200°, no supporti Dosimetri neutroni: 1 mm Cd posteriore e 1 mm Al anteriore	

Sub-criterio valutativo	COEFFICIENTE	VOTO COMMISSARI in coefficiente					Punteggio provvisorio	Corrispondente punteggio attribuito
		A	B	C	D	E		
<b>6)</b> Modalità di riconoscimento dei dosimetri ed associazione ai nominativi degli operatori Max punti 15%	Insufficiente/non conforme 0 Scarso 0,25 Sufficiente 0,5 Buono 0,75 Ottimo 1	1	1	1				6
		Commento commissione:						
<b>7)</b> Modalità di sterilizzazione a freddo per i dosimetri all'estremità Max punti 10%	Insufficiente/non conforme 0 Scarso 0,25 Sufficiente 0,5 Buono 0,75 Ottimo 1	1	1	1				4
		Commento commissione:						
<b>Sub-criterio valutativo</b>		<b>VOTO COMMISSARI in coefficiente</b>					<b>Punteggio provvisorio</b>	<b>Corrispondente punteggio attribuito</b>
		<b>MEDIA coefficienti del sub-criterio</b>						

**TOTALE SUB-CRITERIO A) PUNTI 26,5**

LOTTO UNICO. SERVIZIO DI DOSIMETRIA

DITTA LA

PRODOTTO .....

**CRITERIO B) MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI LETTURA**

**SCHEDA VALUTATIVA**

**MAX PUNTI 40 (100%)**

Sub-criterio valutativo	COEFFICIENTE	VOTO COMMISSARI in coefficiente					Punteggio provvisorio
		A	B	C	D	E	
<b>1)</b> Frequenza, modalità e tempo di spedizione dei dosimetri Max punti 10%	Insufficiente/non valutabile/non conforme 0 Scarso 0,25 Sufficiente 0,5 Buono 0,75 Ottimo 1						Corrispondente punteggio attribuito 1,5
		Commento commissione: Frequenza mensile, entro il 25 del mese					
<b>2)</b> Modalità e tempi di aggiornamento del numero di dosimetri e dei nominativi operatore Max punti 10%	Insufficiente/non valutabile/non conforme 0 Scarso 0,25 Sufficiente 0,5 Buono 0,75 Ottimo 1						Corrispondente punteggio attribuito 1,5
		Commento commissione: entro il 15 del mese					
<b>3)</b> Confezionamento e suddivisione in gruppi omogenei dei dosimetri Max punti 10%	Insufficiente/non valutabile/non conforme 0 Scarso 0,25 Sufficiente 0,5 Buono 0,75 Ottimo 1						Corrispondente punteggio attribuito 2
		Commento commissione:					
<b>Sub-criterio valutativo</b>		<b>VOTO COMMISSARI in coefficiente</b>					<b>Punteggio provvisorio</b>
<b>COEFFICIENTE</b>		A	B	C	D	E	
Insufficiente/non valutabile/non conforme 0 Scarso 0,25 Sufficiente 0,5 Buono 0,75 Ottimo 1		1	1	1			<b>MEDIA coefficienti del sub-criterio</b>

Sub-criterio valutativo	COEFFICIENTE	VOTO COMMISSARI in coefficiente					Punteggio provvisorio	Corrispondente punteggio attribuito
		A	B	C	D	E		
<b>4)</b> Frequenza modalità e tempi di trasmissione delle letture dosimetriche Max punti 20%	Insufficiente/non valutabile/non conforme 0 Scarso 0,25 Sufficiente 0,5 Buono 0,75 Ottimo 1	0,25	0,25	0,25				1
		Commento commissione: entro 30 gg						
<b>5)</b> Modalità della comunicazione straordinaria delle letture dosimetriche Max punti 10%	Insufficiente/non valutabile/non conforme 0 Scarso 0,25 Sufficiente 0,5 Buono 0,75 Ottimo 1	0,75	0,75	0,75				1,5
		Commento commissione: comunicati non appena rilevati e max entro 3 gg lavorativi						
<b>6)</b> Reports invio letture dosimetriche relative ai dosimetri restituiti in ritardo Max punti 10%	Insufficiente/non valutabile/non conforme 0 Scarso 0,25 Sufficiente 0,5 Buono 0,75 Ottimo 1	0	0	0				0
		Commento commissione: dato non fornito						
<b>Sub-criterio valutativo</b>		<b>VOTO COMMISSARI in coefficiente</b>					<b>Punteggio provvisorio</b>	<b>Corrispondente punteggio attribuito</b>

Sub-criterio valutativo	COEFFICIENTE	VOTO COMMISSARI in coefficiente					Punteggio provvisorio Corrispondente punteggio attribuito	
		A	B	C	D	E		
<b>7)</b> Risultati letture dosimetriche sia su supporto cartaceo che informatico Max punti 20%	Insufficiente/non valutabile/non conforme 0 Scarso 0,25 Sufficiente 0,5 Buono 0,75 Ottimo 1	1	1	1			MEDIA coefficienti del sub-criterio  Commento commissione: fino a 30 anni	Punteggio provvisorio Corrispondente punteggio attribuito 4
<b>8)</b> Archiviazione materiale sensibile Max punti 10%	Insufficiente non valutabile/non conforme 0 Scarso 0,25 Sufficiente 0,5 Buono 0,75 Ottimo 1	VOTO COMMISSARI in coefficiente					Punteggio provvisorio Corrispondente punteggio attribuito 1,5	
		A	B	C	D	E		MEDIA coefficienti del sub-criterio  Commento commissione: fino a 30 anni

TOTALE SUB-CRITERIO B) PUNTI 13