

LOTTO UNICO. SERVICE MULTIFUNZIONALE AUTOMATICO PER INDAGINI IMMUNOISTOCHIMICHE.
 DITTA ... LEICA..... PRODOTTO IMMUNO COLORATORE AUTOMATICO BOND MAX

SCHEMA VALUTATIVA
Criterio valutativo A) Strumentazione MAX PUNTI 40 (100%)

Sub-criterio valutativo	COEFFICIENTE	VOTO COMMISSARI in coefficiente					Punteggio provvisorio
		A	B	C	D	E	
1) Possibilita' di caricamento in continuo di vetrini per singola postazione Max punti 20%	Insufficiente/non valutabile/non conforme 0 Scarso 0,25 Sufficiente 0,5 Buono 0,75 Ottimo 1						Punteggio corrispondente attribuito 5%
		MEDIA coefficienti del sub-criterio 0,25					
Commento commissione: L'inserimento dei vetrini non e' a singola postazione poiche' lo strumento prevede 3 rack contenenti ognuno n. 10 vetrini, se uno di questi e' occupato anche da un solo vetrino non e' possibile, una volta avviata la corsa, caricarne altri.							
2) Fase di sparaffinatura senza uso di reagenti alcolici e/o tossici non contenente solventi organici max punti 5%	Insufficiente/non valutabile/non conforme 0 Scarso 0,25 Sufficiente 0,5 Buono 0,75 Ottimo 1						Punteggio corrispondente attribuito 3,75%
		MEDIA coefficienti del sub-criterio 0,75					
Commento commissione: Si conforme a quanto richiesto.							

[Handwritten signature]

Sub-criterio valutativo	COEFFICIENTE	VOTO COMMISSARI in coefficiente					Punteggio provvisorio	Corrispondente punteggio attribuito
		A	B	C	D	E		
3) Possibilita' di eseguire sparaffinatura e smascleramento antigenico ad alta temperatura durante il ciclo di colorazione, senza alcun intervento dell'operatore dopo l'avvio della corsa max punti 20%	Insufficiente/non valutabile/non conforme 0 Scarso 0,25 Sufficiente 0,5 Buono 0,75 Ottimo 1	1	1	1				
		Commento commissione: Si conforme a quanto richiesto.					MEDIA coefficienti del sub-criterio 1	20%
4) Sistema di distribuzione dei reagenti dispensati sul vetrino con possibilita' di utilizzare tutta la superficie del vetrino, possibilita' di poter usare qualsiasi tipo di	Insufficiente non valutabile/non conforme 0 Scarso 0,25 Sufficiente 0,5 Buono 0,75 Ottimo 1	A	B	C	D	E		
		Commento commissione: La distribuzione dei reagenti su tutta la superficie del vetrino richiede l'uso del COVERTILE (supporto in plastica) che ad ogni fine corsa necessita di lavaggio in alcool e asciugatura all'aria. Lo strumento inoltre, non rileva l'eventuale assenza di questo indispensabile accessorio, compromettendo l'esito della colorazione. Si evince quindi che l'uso del COVERTILE e' machinoso, allunga notevolmente i tempi di lavorazione, e' fonte di errore, e' tecnologicamente inferiore.					MEDIA coefficienti del sub-criterio 0,25	5%

[Handwritten signature]

vetrino max punti 20%																			
Sub-criterio valutativo 5) Sistema informatico per il controllo di qualità e tracciabilità già operativo, collaudato e visionabile presso Unita' Operative di Anatomia Patologica sul territorio nazionale max punti 25%	COEFFICIENTE Insufficiente/non valutabile/non conforme 0 Scarso 0,25 Sufficiente 0,5 Buono 0,75 Ottimo 1	VOTO COMMISSARI in coefficiente <table border="1"> <tr> <td>A</td> <td>B</td> <td>C</td> <td>D</td> <td>E</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0,25</td> <td>0,25</td> <td>0,25</td> <td></td> <td></td> <td>0,25</td> </tr> </table> Commento commissione: Sistema non visionabile, operativo e collaudato presso U.O di Anatomia Patologica sul territorio nazionale.					A	B	C	D	E		0,25	0,25	0,25			0,25	Punteggio provvisorio Corrispondente punteggio attribuito 6,25%
A	B	C	D	E															
0,25	0,25	0,25			0,25														
Sub-criterio valutativo 6) Sistema che non utilizza puntali per dispensazione max punti 10%	COEFFICIENTE Insufficiente/non valutabile/non conforme 0 Scarso 0,25 Sufficiente 0,5 Buono 0,75 Ottimo 1	VOTO COMMISSARI in coefficiente <table border="1"> <tr> <td>A</td> <td>B</td> <td>C</td> <td>D</td> <td>E</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> </tr> </table> Commento commissione: Si conforme a quanto richiesto.					A	B	C	D	E		1	1	1			1	Punteggio provvisorio Corrispondente punteggio attribuito 10%
A	B	C	D	E															
1	1	1			1														

Paul

PST

TOTALE SUB-CRITERIO A) PUNTI _____ 20.00 _____

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]