


LOTTO UNICO. SERVICE MULTIFUNZIONALE AUTOMATICO PER INDAGINI IMMUNOISTOCHEMICHE.
 DITTA ROCHE PRODOTTO IMMUNO COLORITORE AUTOMATICO BENCHMARK ULTRA

SCHEDA VALUTATIVA
Critero valutativo A) Strumentazione MAX PUNTI 40 (100%)

Sub-criterio valutativo	COEFFICIENTE	VOTO COMMISSARI in coefficiente					Punteggio provvisorio
		A	B	C	D	E	
1) Possibilita' di caricamento in continuo di vetrini per singola postazione Max punti 20%	Insufficiente/non valutabile/non conforme 0 Scarso 0,25 Sufficiente 0,5 Buono 0,75 Ottimo 1	1	1	1			Punteggio provvisorio Corrispondente punteggio attribuito 20%
		Commento commissione: Sì, il caricamento dei vetrini avviene per singola postazione durante la corsa.					
2) Fase di separaffinatura senza uso di reagenti alcolici e/o tossici non contenente solventi organici max punti 5%	Insufficiente/non valutabile/non conforme 0 Scarso 0,25 Sufficiente 0,5 Buono 0,75 Ottimo 1	A	B	C	D	E	Punteggio provvisorio Corrispondente punteggio attribuito 3.75%
		0.75	0.75	0.75			
		Commento commissione: Si conforme a quanto richiesto.					

[Handwritten signatures and initials]

Sub-criterio valutativo	COEFFICIENTE	VOTO COMMISSARI in coefficiente					Punteggio provvisorio	Corrispondente punteggio attribuito
		A	B	C	D	E		
3) Possibilita' di eseguire sparaffinatura e smascheramento antigenico ad alta temperatura durante il ciclo di colorazione, senza alcun intervento dell'operatore dopo l'avvio della corsa max punti 20%	Insufficiente/non valutabile/non conforme 0 Scarso 0,25 Sufficiente 0,5 Buono 0,75 Ottimo 1	1	1	1			1	
		Commento commissione: SÌ.						
4) Sistema di distribuzione dei reagenti dispensati sul vetrino con possibilita' di utilizzare tutta la superficie del vetrino, possibilita' di poter usare qualsiasi tipo di	Insufficiente/non valutabile/non conforme 0 Scarso 0,25 Sufficiente 0,5 Buono 0,75 Ottimo 1	1	1	1			1	
		Commento commissione: SÌ conforme a quanto richiesto.						
Sub-criterio valutativo		VOTO COMMISSARI in coefficiente					Punteggio provvisorio	Corrispondente punteggio attribuito
		A	B	C	D	E	MEDIA coefficienti del sub-criterio	
		1	1	1			1	20%



vettino max punti 20%											
Sub-criterio valutativo 5) Sistema informatico per il controllo di qualità e tracciabilità già operativo, collaudato e visionabile presso Unità Operative di Anatomia Patologica sul territorio nazionale max punti 25%	COEFFICIENTE Insufficiente/non valutabile/non conforme 0 Scarso 0,25 Sufficiente 0,5 Buono 0,75 Ottimo 1	VOTO COMMISSARI in coefficiente					Punteggio provvisorio Corrispondente punteggio attribuito 25%				
		A	B	C	D	E					MEDIA coefficienti del sub-criterio
		1	1	1							1
		Commento commissione: Sì.									
Sub-criterio valutativo 6) Sistema che non utilizza puntali per dispensazione max punti 10%	COEFFICIENTE Insufficiente/non valutabile/non conforme 0 Scarso 0,25 Sufficiente 0,5 Buono 0,75 Ottimo 1	VOTO COMMISSARI in coefficiente					Punteggio provvisorio Corrispondente punteggio attribuito 10%				
		A	B	C	D	E					MEDIA coefficienti del sub-criterio
		1	1	1							1
		Commento commissione: Sì conforme con quanto richiesto.									

TOTALE SUB-CRITERIO A) PUNTI 39.50

FR
Paul