

Dirigente Responsabile e RUP: Dott. Marco Lugli  
tel. 0187-533504 e-mail: marco.lugli@asl5.liguria.it  
Referente: Dott.ssa Annalisa Raggio  
tel. 0187-533703 e-mail: annalisa.raggio@asl5.liguria.it

ASL 5 S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI PROTOCOLLO GENERALE
16 GIU. 2025
POSTA IN PARTENZA Prot. n° 28101

**OGGETTO: Avviso di consultazione preliminare di mercato ex art. 77 del d. Lgs. N° 36/2023 finalizzata a verificare l'esistenza dei presupposti che consentano, ai sensi dell'art. 76 del d.lgs. 36/2023, il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando, per la fornitura a noleggio, per un periodo di 5 anni, comprensivo di assistenza e manutenzione di tipo "full-risk", di nr. 1 microscopio operatorio per chirurgia oftalmica, con generazione di immagini tridimensionali (3d) e sistema di tomografia a coerenza ottica integrata (oct), destinato alla S.C. Oftalmologia (Blocco Operatorio Ospedale san Bartolomeo di Sarzana).  
SCADENZA PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE: ORE 10.00 DEL 02/07/2025.**

La presente Consultazione Preliminare di Mercato viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici.

La Stazione Appaltante utilizza il sistema di intermediazione telematica denominato "SinTel" al quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo internet: [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it)

Per le indicazioni riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema, si rimanda all'Allegato 2 "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento. Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d'uso per gli Operatori Economici e nelle Domande Frequenti messi a disposizione nella sezione Help&Faq del sito [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it) Per ulteriori richieste di assistenza sull'utilizzo di SinTel si prega di contattare il Call Center di ARIA scrivendo all'indirizzo e-mail: [supportoacquistipa@ariaspa.it](mailto:supportoacquistipa@ariaspa.it) oppure telefonando al numero verde 800.116.738.

Tutta la documentazione relativa alla presente consultazione preliminare di mercato è disponibile sul sito di ARIA [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it) e sul sito di S.U.A.R. [www.acquistiliguria.it](http://www.acquistiliguria.it)

**Indirizzo stazione appaltante:** Azienda Sociosanitaria Ligure 5  
S.C. Programmazione e gestione acquisti, gestione magazzino economale  
Via Fazio n°30 – 19121 La Spezia

**Termine ultimo per la presentazione della documentazione:** 02/07/2025 ore 10.00

**Responsabile unico del progetto (RUP):** Dott. Marco Lugli  
P.I. 00962520110

**Sito internet:** [www.asl5.liguria.it](http://www.asl5.liguria.it)

**Codice AUSA:** 0000175921

**OGGETTO DELLA CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO EX ART. 77**  
**D.Lgs. n. 36/2023**

In ottemperanza agli obiettivi di cui all'art. 77 del D. Lgs. n° 36/2023 nonché coerentemente alle Linee Guida ANAC n. 8 e 14, il presente avviso è finalizzato alla consultazione del maggior numero di Operatori Economici nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza, con la finalità di verificare l'esistenza dei presupposti che consentano, ai sensi dell'art. 76 del d.lgs. 36/2023, il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando.

Il presente documento di consultazione del mercato ha l'obiettivo di:

- Garantire la massima e più diffusa pubblicità delle iniziative al fine di assicurare la più ampia diffusione delle informazioni;
- Avere la maggiore partecipazione possibile da parte dei soggetti interessati;
- Ricevere, da parte dei soggetti interessati osservazioni e suggerimenti per una più compiuta conoscenza del mercato;
- Verificare quali siano le soluzioni effettivamente disponibili per soddisfare l'interesse pubblico per il quale si procede;

### **CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA**

Il microscopio operatorio oggetto della presente iniziativa è destinato alle chirurgie oculari e dovrà pertanto consentire un ingrandimento ottico elevato e una visione dettagliata delle piccole e delicate strutture dell'occhio per affrontare interventi complessi come quelli per cataratta, glaucoma, patologie retiniche o trapianti corneali. Il microscopio dovrà altresì garantire un'illuminazione potente e regolabile, una profondità di campo adeguata, un'eccellente resa dei colori nonché funzionalità aggiuntive, finalizzate ad aumentare la precisione e la sicurezza durante gli interventi sui vari annessi oculari, quali l'integrazione con OCT intraoperatori, filtri ottici specifici, stabilizzazione dell'immagine e possibilità di registrazione video.

### **CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO**

#### **1. Caratteristiche del microscopio richiesto:**

- Microscopio operatorio digitale per chirurgia oftalmica, con generazioni di immagini tridimensionali (3D) e sistema di tomografia a coerenza ottica integrato (OCT);
- Stativo da pavimento con struttura solida, stabile e compatta. Dotato di blocco e sblocco movimentazioni con freni elettromagnetici;
- Basamento dello stativo compatto e dotato di un idoneo sistema frenante per permettere la corretta stabilità e di ruote antistatiche o di altro sistema equivalente per la protezione antistatica, che consentano un facile spostamento in ogni direzione;
- Movimento di rotazione del corpo ottico con range più elevato possibile e regolato mediante freno elettromagnetico;
- Pannello di controllo touch-screen;
- Possibilità di memorizzare le impostazioni di diversi utenti;
- Pedaliera di comando wireless, impermeabile con funzioni programmabili;
- Sistema di guida/allineamento per l'impianto di lenti toriche;
- Messa a fuoco micrometrica e zoom motorizzati;
- Movimenti XY del corpo ottico motorizzati e con funzione reset;
- Tilting micrometrico motorizzato;
- Sorgente luminosa con tecnologia LED e illuminazione stereo coassiale, con possibilità di inserimento filtri (UV, IR, ecc.);
- Sistema di acquisizione immagini (videocamere) con risoluzione 4K e 3D;



- videomonitor su stativo carrellato con la possibilità di visualizzare immagini tridimensionali, con risoluzione 4K e di ampia diagonale (indicativamente 55");
- Panfundoscopio;
- Inversione immagine di tipo automatico;
- Agevole possibilità di passaggio dalla modalità tridimensionale (visione 3D) alla modalità convenzionale (visione 2D) e viceversa da parte dell'utilizzatore nel corso della seduta operatoria e senza necessità di intervento tecnico che preveda lo smontaggio e/o il montaggio di parti del microscopio (Specificare in offerta le procedure operative che consentono il passaggio dalla modalità 3D alla modalità 2D).

## 2. Manutenzione e assistenza tecnica

Il Servizio si intende comprensivo di assistenza tecnica full-risk (interventi correttivi con ore manodopera e ricambi illimitati; manutenzione preventiva e verifica di sicurezza elettrica a cadenza almeno annuale).

Per manutenzione ed assistenza tecnica full-risk si intende: manutenzione preventiva (almeno 2 visite/anno o secondo protocollo del costruttore), evolutiva (per i sistemi HD e SW dovuta ad adeguamenti normativi nazionali e/o regionali, aggiornamento di versione, ecc), correttiva, parti di ricambio incluse e numero di interventi illimitati e controlli qualità.

L'Operatore economico aggiudicatario provvederà a proprie spese ad eliminare gli inconvenienti e/o ad introdurre le eventuali funzionalità mancanti rispetto ai vincoli indicati nel presente documento.

L'assistenza e la manutenzione dovranno essere garantite anche per i moduli opzionali e per le integrazioni specifiche aziendali e per ogni modulo/componente offerto.

L'Operatore economico deve fornire inoltre le seguenti informazioni tecnico/logistiche:

- a) organizzazione del servizio di assistenza tecnica con indicazione del centro di assistenza tecnica;
- b) modalità operative e logistiche per garantire i tempi di intervento massimi sotto riportati e/o quelli eventualmente proposti come migliorativi.

La manutenzione ed assistenza tecnica full-risk dovrà rispettare le seguenti condizioni di minima:

- a) assistenza tecnica da remoto (tramite specifica connessione VPN) e on site;
- b) manutenzione preventiva programmata secondo la cadenza e le modalità previste dal fabbricante dell'apparecchiatura fornita;
- c) tempo massimo di primo intervento da remoto: 2 ore lavorative dalla chiamata, escluso i giorni festivi di calendario;
- d) tempo massimo di primo intervento on site: 2 giorni lavorativi dalla chiamata, escluso i giorni festivi di calendario;
- e) tempo massimo di risoluzione del guasto = 4 giorni lavorativi, escluso i giorni festivi di calendario;
- f) interventi di manutenzione evolutiva sul software riguardanti adeguamenti a normative regionali e nazionali: dovranno essere realizzati entro 15 gg. dall'emanazione della normativa e comunque garantiti entro l'entrata in vigore della normativa stessa.

La manutenzione dovrà prevedere obbligatoriamente, oltre a quanto sopra indicato, gli aggiornamenti alla documentazione e alla manualistica in merito alle correzioni apportate ed agli interventi effettuati.

## 3. Sicurezza informatica

3.1. Rispondenza alle linee guida AGID: La fornitura, nella sua interezza, dovrà risultare conforme agli adempimenti previsti dalle Misure di sicurezza minime AGID al mercato P.A. – Circolare AGID 18 Aprile 2017, N.2 del 2017 almeno al livello STANDARD S;

**3.2. Trattamento dei dati:** I trattamenti dei dati dovranno risultare conformi in termini tecnologici, organizzativi e procedurali al Regolamento Privacy Europeo 2016/679 – General Data Protection Regulation (GDPR) entrato in vigore ufficialmente il 25 maggio 2018 a tutela dei dati personali dei cittadini della comunità e al d.lgs. 196/2003 s.m.i.;

Questa Azienda necessita della presente fornitura per un periodo stimato di 60 mesi decorrenti dall'aggiudicazione, salvo che, nelle more, non intervenga l'attivazione di analoga procedura dal parte del soggetto aggregatore regionale (S.U.A.R.) ovvero da parte di CONSIP S.p.A.

#### **REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

Sono ammessi a presentare la documentazione gli operatori economici di cui all'art. 65 del D. Lgs. 36/2023, nei cui confronti non ricorrano le cause di esclusione di cui agli artt. 94-98 del predetto decreto.

La partecipazione alla “Consultazione preliminare di mercato” non comporta oneri di alcun tipo per la Stazione appaltante ed è finalizzata ad incrementare il livello di concorrenza ed a rendere più trasparenti le condizioni di partecipazione alla procedura.

#### **COMUNICAZIONI DELLA PROCEDURA**

Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura avverranno di regola per via telematica, attraverso l'apposita funzionalità di Sintel denominata “Comunicazioni procedura”, disponibile per l'operatore economico nell'interfaccia “Dettaglio” della procedura.

L'operatore economico elegge dunque, quale domicilio principale per il ricevimento delle comunicazioni inerenti le procedure e, in generale, le attività svolte nell'ambito di Sintel, l'apposita **area riservata** ad accesso sicuro “**Comunicazioni procedura**” e l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dichiarato dallo stesso al momento della registrazione (o successivamente con l'aggiornamento del profilo utente).

A tale fine, l'operatore economico si impegna a verificare costantemente e tenere sotto controllo la funzionalità “Comunicazioni procedura” all'interno di Sintel. Tutte le comunicazioni della procedura inviate attraverso Sintel da Enti pubblici ed operatori economici.

Sintel utilizza per le comunicazioni una casella PEC, ai sensi dell'Art. 48 del D. Lgs. 82/2005, del D.P.R. 68/2005 e del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. Il momento, data ed orario, di invio delle comunicazioni effettuate attraverso Sintel sono determinate dalle registrazioni di sistema (log), in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 207/2010.

In caso di R.T.I. costituenti e Consorzi ciascuna delle imprese che prendono parte al raggruppamento eleggono quale domicilio per il ricevimento delle comunicazioni relative alla procedura i recapiti appartenenti all'impresa mandataria.

#### **MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE**

Gli operatori economici interessati a partecipare alla presente consultazione preliminare di mercato devono redigere e trasmettere esclusivamente in formato elettronico i loro contributi tramite piattaforma Sintel entro e **non oltre il giorno 02/07/2025 ore 10:00**.

L'operatore economico registrato a Sintel dovrà accedere all'interfaccia “Dettaglio” della presente procedura e all'apposito percorso guidato “Invia Offerta”.

La documentazione inserita dovrà essere recapitata alla Stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step costituenti il percorso guidato di seguito descritti:

### **Step 1 Documentazione richiesta:**

Il concorrente debitamente registrato a Sintel accede con le proprie credenziali nell'apposita sezione "Invio offerta" relativa alla presente consultazione di mercato accedendo al sito internet all'indirizzo <http://www.ariaspa.it>

Al primo step del percorso guidato "Invia offerta" l'operatore economico dovrà inserire la documentazione debitamente compilata e firmata digitalmente, negli appositi campi della piattaforma Sintel:

- 1) Risposta alla consultazione preliminare di mercato: l'Operatore Economico dovrà dimostrare, mediante idonea documentazione, di essere in grado di fornire il prodotto richiesto e/o equivalente le cui caratteristiche sono elencate ai punti 1,2,3, dimostrando la praticabilità di soluzioni alternative a quelle che porterebbero a concludere per l'esistenza di un unico fornitore;
- 2) copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante che sottoscrive;
- 3) dichiarazione circa l'assenza di cause di esclusione di cui agli artt. 94-98 del D. Lgs. 36/2023.

N.B.: Si precisa che, al fine di consentire l'analisi della documentazione trasmessa, i contributi devono avere un formato che permetta la funzione di selezione e ricerca di una qualsiasi occorrenza presente all'interno del documento (differentemente dalle mere scansioni di documenti originali analogici).

### **Step 2 Busta Tecnica**

Al secondo step del percorso guidato "Invia offerta" l'Operatore economico non deve inserire alcuna documentazione poiché la consultazione preliminare di mercato non prevede offerta tecnica. L'Operatore economico deve quindi cliccare su "Avanti" e procedere con la sottomissione dell'offerta economica.

### **Step 3 Busta Economica**

Al terzo step del percorso guidato "Invia offerta" l'Operatore economico non è tenuto a valorizzare il campo "Offerta economica" oppure deve inserire il valore 1,00 € in quanto necessario per ultimare il percorso di presentazione della documentazione e al fine di proseguire nel percorso di presentazione della documentazione.

### **Step 4 Firma Digitale dell'offerta**

Al quarto step del percorso guidato "Invia offerta" la piattaforma Sintel genera automaticamente il "Documento d'offerta" in formato pdf. contenente tutti i dati e le dichiarazioni inseriti negli step precedenti. L'Operatore economico deve scaricare tale documento sul proprio PC, sottoscriverlo con firma digitale ed effettuare l'upload dello stesso in Sintel.

### **Step 5 Riepilogo ed invio offerta**

Al quinto step del percorso guidato "Invio offerta" l'operatore economico visualizza il riepilogo di tutte le informazioni inserite in Sintel. Per concludere il percorso guidato ed inviare il proprio contributo alla consultazione preliminare di mercato, è necessario cliccare l'apposito tasto "Invia offerta". Sintel restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell'invio effettuato.



# Asl5

Sistema Sanitario Regione Liguria

SISTEMA SANITARIO - REGIONE LIGURIA  
Azienda Sociosanitaria Ligure 5  
S.C. Programmazione e Gestione Acquisti  
Gestione Magazzino Economale  
Tel. 0187/533703

## PUBBLICAZIONE AVVISO

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale di ASL5 all'indirizzo <https://www.asl5.liguria.it/Istituzionali/Bandievvisi/Avvisi.aspx> e sulla piattaforma SINTEL di cui al sito [www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria](http://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria).

All'esito della consultazione di mercato, ASL 5 determinerà la tipologia di procedura più idonea per l'affidamento della fornitura in parola e, qualora ve ne siano i presupposti, svolgerà una procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023.

In ogni caso, il presente avviso è da intendersi come mera consultazione di mercato, finalizzata alla raccolta di manifestazioni di interesse; la presente consultazione non vincola in alcun modo ASL 5 e le manifestazioni di interesse non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti.

## RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO


Ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023 il RUP individuato è il Dott. Marco Lugli.

## TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali forniti dai concorrenti saranno trattati, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, esclusivamente per finalità connesse all'espletamento della procedura di gara. Gli operatori economici concorrenti avranno la facoltà di esercitare i diritti previsti dal suddetto articolo. Il titolare del trattamento dei dati personali è ASL 5.

Il Responsabile Unico del Progetto

Dott. Marco LUGLI



**N.B.** Si precisa che la dicitura "Invio offerta" presente all'interno dell'Avviso è esclusivamente riferita alla terminologia tecnica utilizzata dalla piattaforma Sintel per identificare il percorso di trasmissione telematica dei documenti richiesti ai fini della consultazione preliminare di mercato.