

Quesito n° 1: “nella scheda D allegata al citato capitolato speciale ,in cui si evidenziano i criteri specifici utilizzati dalla Commissione tecnica per la valutazione qualitativa dei prodotti offerti,al punto 2) (valutazione ausili da parte degli utilizzatori) si fa riferimento ad una tecnica/procedura definita dalla commissione senza alcuna precisazione dei suddetti criteri di valutazione,e tale mancanza impedisce alle ditte concorrenti di formulare un’offerta adeguata. Si chiede pertanto di specificare le tecniche/procedure che verranno utilizzate dalla commissione...”

Risposta:

a) AUSILI ASSORBENTI L’URINA DA INDOSSARE

a1) Pannoloni a mutandina

Le procedure di posizionamento e rimozione del prodotto propedeutiche alla formulazione dei giudizi di qualità specifici sono:

- **Posizionamento:** i prodotti vengono utilizzati su paziente allettato . Il paziente viene posto su un decubito laterale ,il pannolone viene arrotolato per metà e posizionato sul paziente. Quindi si gira il paziente sul lato opposto e si srotola la metà del pannolone , infine si fissa.
- **Rimozione:** dopo la rimozione dei fissaggi, si opera come sopra, ma in modo inverso.

Saranno valutati

- la facilità/difficoltà nel posizionamento e/o rimozione del prodotto verificando : la flessibilità e la resistenza allo strappo, la morbidezza, la funzionalità dei mezzi di fissaggio, il confort, la forma fisio-anatomica.
- la validità del prodotto nel trattenere l’urina senza perdere verificando: che anche con i movimenti ordinari del paziente non si abbia fuoriuscita/perdita di urina.
- la validità del prodotto nel mantenere il posizionamento corretto e la vestibilità verificando : che quando il paziente si muove nel letto o lo stesso viene spostato da un operatore, il pannolone rimanga correttamente posizionato,nonchè la eventuale presenza di segni sulla cute e la funzionalità dei bordi.

a2) pannoloni sagomati

Le procedure di posizionamento e rimozione del prodotto propedeutiche alla formulazione dei giudizi di qualità specifici sono:

- **Posizionamento:** si opera su paziente semiallettato . Il paziente si pone su un decubito laterale ,il pannolone viene arrotolato per metà e posizionato sulla persona. Quindi la stessa si gira sul lato opposto, si srotola la metà del pannolone ed infine si fissa il presidio con apposito supposto di fissaggio separato (mutanda elasticizzata riutilizzabile nuova) e si indossa.
- **Rimozione:** dopo la rimozione del fissaggio separato, si opera come sopra, ma in modo inverso

Saranno valutati

- la facilità/difficoltà nel posizionamento e/o rimozione del prodotto verificando : la flessibilità e la resistenza allo strappo, la morbidezza, la forma fisio-anatomica, il confort,
- la validità del prodotto nel trattenere l’urina senza perdere verificando: che anche ad ogni movimento autonomo del paziente non ci sia perdita/fuoriuscita di urina ,
- la validità del prodotto nel mantenere il posizionamento corretto e la vestibilità verificando : che la sagomatura permetta una buona aderenza anche durante i movimenti ordinari del paziente e che il presidio non si presenti eccessivamente ingombrante , nonché la funzionalità dei bordi .

a3) pannolone rettangolare

Le procedure di posizionamento e rimozione del prodotto propedeutiche alla formulazione dei giudizi di qualità specifici sono:

- **Posizionamento:** si opera su paziente autonomo . Il pannolone viene posizionato sul sistema di fissaggio separato (mutanda elasticizzata riutilizzabile nuova) e poi indossato.
- **Rimozione:** si sfilta il sistema di fissaggio , e successivamente il pannolone .

Saranno valutati

- la facilità/difficoltà nel posizionamento e/o rimozione del prodotto verificando: la flessibilità e la resistenza allo strappo, la morbidezza, il confort, la forma fisio-anatomica.
- la validità del prodotto nel trattenere l’urina senza perdere verificando: che anche ad ogni movimento autonomo del paziente non ci sia perdita/fuoriuscita di urina,
- la validità del prodotto nel mantenere il posizionamento corretto e la vestibilità verificando : che sussista una buona aderenza anche durante i movimenti ordinari del paziente e che non si presenti eccessivamente ingombrante, la funzionalità dei bordi

b) SUPPORTI E FISSAGGI PER AUSILI ASSORBENTI L'URINA

b1) mutanda elasticizzata riutilizzabile

Le procedure di posizionamento e rimozione del prodotto propedeutiche alla formulazione dei giudizi di qualità specifici sono:

- **Posizionamento:** su paziente autonomo. Si indossa come un normale indumento intimo in postura eretta
- **Rimozione :** si opera come sopra ,ma in modo inverso.

Saranno valutati

- la facilità/difficoltà nel posizionamento e/o rimozione del prodotto verificando :la elasticità, la morbidezza e maneggevolezza , il confort, la forma fisio-anatomica .
- la validità del prodotto nel mantenere il posizionamento corretto verificando : il mantenimento della aderenza alla anatomia del corpo su un prodotto che ha subito un lavaggio in lavatrice a 60 °C e la sua forma fisioanatomica
- la validità della mutanda di fissaggio in termini di vestibilità verificando : la conformabilità alla anatomia del corpo su un prodotto che ha subito un lavaggio in lavatrice a 60 °C e la eventuale presenza di segni sulla cute, la funzionalità dei bordi

c) ACCESSORI PER LETTI- TRAVERSE ASSORBENTI

c1) traversa salva materasso rimboccabile

Le procedure di posizionamento del prodotto propedeutiche alla formulazione dei giudizi di qualità specifici sono:

- **Posizionamento** : Si opera su letto occupato. Si posiziona il paziente su decubito laterale ,si arrotola la traversa per la metà e la si posiziona accanto al paziente , si ruota il paziente sul decubito opposto , si srotola la traversa e si rimboccano le parti sotto il materasso.

Saranno valutati

- la facilità/difficoltà nel posizionamento del prodotto verificando : elasticità, morbidezza, resistenza allo strappo , l'adattabilità e la conformabilità sia della parte assorbente che di quella rimboccabile, nonché il confort.
- validità del prodotto nel trattenere l'urina senza perdere verificando :l'adeguato assorbimento e il trattenimento dell'urina.
- la validità del prodotto nel mantenere il posizionamento corretto verificando : il mantenimento del posizionamento originario dopo i movimenti ordinari del paziente , le proprietà antiscivolo.

c2) traversa salva materasso non rimboccabile

Le procedure di posizionamento del prodotto propedeutiche alla formulazione dei giudizi di qualità specifici sono:

- **Posizionamento** Si opera su letto occupato. Si posiziona il paziente su decubito laterale ,si arrotola la traversa per la metà e la si posiziona accanto al paziente , si ruota il paziente sul decubito opposto , si srotola la traversa.

Saranno valutati

- la facilità/difficoltà nel posizionamento del prodotto verificando : elasticità, morbidezza, resistenza allo strappo , l'adattabilità e la conformabilità della parte assorbente, nonché il confort.
- validità del prodotto nel trattenere l'urina senza perdere verificando : l'adeguato assorbimento e il trattenimento dell'urina.
- la validità del prodotto nel mantenere il posizionamento corretto verificando : il mantenimento del posizionamento originario dopo i movimenti ordinari del paziente, le proprietà antiscivolo.

Quesito n° 2: *“all'art 5, punto 6) del capitolato speciale si dichiara che la valutazione qualitativa verrà espletata anche mediante reperimento di campioni dei prodotti offerti sul libero mercato. Che cosa succede se una ditta concorrente intende offrire prodotti non ancora immessi in commercio e che vengono offerti per la prima volta proprio a questo Ente?”*

Risposta:

Qualora i prodotti non siano ancora disponibili sul mercato, come nella ipotesi formulata, ovviamente non potranno essere reperiti presso terzi ,senza alcuna ricaduta per la ditta partecipante alla gara.

Quesito n° 3: *“si chiede di confermare che la documentazione probatoria di congrua copertura assicurativa RCT, di cui all’art 4 lettera b) del capottato speciale, viene richiesta alla sola ditta aggiudicataria”*

Risposta:

Si da conferma che la documentazione probatoria di congrua copertura assicurativa RCT di cui all’art 4 lettera b) del capitolato speciale, sarà richiesta alla sola ditta aggiudicataria, essendo sufficiente nella fase di offerta dichiararne il possesso.