
CHIARIMENTI

Si precisa che per mero errore materiale l'art. 3 del Capitolato Speciale di Gara al capoverso SACCHE o FLACONI in MATERIALE PLASTICO deve intendersi così modificato:

1) Le SACCHE di FISIOLÓGICA 0,9% per INFUSIONE da ml 500 e ml 1000 di cui ai lotti n. 26 e n. 27 devono avere attacco doppio, di cui uno luer lock a frattura e uno a setto perforabile di tipo standard.

Le SACCHE di FISIOLÓGICA 0,9% per INFUSIONE ml 2000 di cui al lotto n. 28 devono avere attacco doppio a setto perforabile di tipo standard.

Le SACCHE di FISIOLÓGICA 0,9% per IRRIGAZIONE ml 3000 di cui al lotto n. 29 devono essere dotate di attacco doppio, di cui uno a setto perforabile di tipo standard e uno a frattura di tipo standard.

Tutti i prodotti sopra menzionati vengono richiesti esclusivamente in sacche.

2) I prodotti degli altri lotti possono essere offerti in sacche o flaconi in materiale plastico. Le sacche devono avere due raccordi di cui uno a setto perforabile standard e uno luer lock a frattura.

I flaconi devono essere dotati di un punto di innesto a setto perforabile standard e di un punto di iniezione per l'aggiunta farmaci.

3) Tutti i prodotti sopra indicati devono essere latex free.