

N° 300 **Introduttori per succlavia Peel Away**

Ditta partecipante (1).....

Fabbricante (2).....

Cod. comm. del prodotto attribuito dal fabbricante.....

Fornitore (3).....

Cod. comm. del prodotto attribuito dal fornitore (4).....

Modello..... **Campionatura richiesta** **SI**

Misure (5).....

Caratteristiche tecniche preferenziali richieste

Introduttori per succlavia a guaina apribile dotati di sistema meccanico di blocco bilaterale di sicurezza per impedire il distacco tra guaina e dilatatore durante l' inserimento.
Dimensioni da 7 fr a 12 Fr e lunghezza utilizzabile di 14 cm., con guaina apribile e dilatatore in polietilene. Ottimale transizione tra guida, dilatatore e guaina.
Guida in acciaio da 0,038" dotata di punta aJ da 3 mm., ago da 18 Ga e siringa da 12 cc.
La disponibilità di ulteriori dimensioni, comprese le mezze misure, e ulteriori lunghezze costituisce titolo preferenziale.

- **CARATTERISTICHE TECNICHE** (Max 25)
 • facilità di utilizzo (maneggevolezza e facilità di applicazione, etc)
 • materiali impiegati
 • altro

- **TECNICHE IN USO** (Max 10)
 • innovazioni tecniche sotto il profilo rischio-beneficio
 • adattabilità ai protocolli in uso
 • altro

- **INDIRIZZI TERAPEUTICI OPERATORI** (Max 10)
 • confezionamento
 • completezza gamma misure
 • compliance paziente
 • altro

- **ALTRO**(Max 5)

PUNTEGGIO TOTALE :(Max 50)

N.B. Nel caso di più alternative offerte utilizzare singole schede separate

Legenda
 (1)Ragione sociale della ditta partecipante
 (2)Denominazione del Fabbricante (responsabile immissione in commercio)
 (3)Denominazione del Fornitore (da indicare solo se diverso dal fabbricante)
 (4)da indicare solo se diverso da quello attribuito dal fabbricante
 (5)indicare le misure campionate e/o disponibili e offerte

La Ditta
 Timbro e firma del Legale Rappresentante o suo Procuratore

N° 200 Introduttori valvolati con dispositivo di blocco elettrocateri

Ditta partecipante (1).....

Fabbricante (2).....

Cod. comm. del prodotto attribuito dal fabbricante.....

Fornitore (3).....

Cod. comm. del prodotto attribuito dal fornitore (4).....

Modello..... **Campionatura richiesta** **SI**

Misure (5).....

Caratteristiche tecniche preferenziali richieste

Introduttore venoso valvolato (con porta laterale di infusione con rubinetto a tre vie) e dilatatore realizzati in polietilene.

Disponibilità delle seguenti dimensioni : almeno da 5 F a 9 F. Lunghezza 12 cm. Dovrà essere fornita, nella stessa confezione, una guida in acciaio da 0,038" con punta a J di lunghezza 50 cm.

Si richiede un dispositivo meccanico di bloccaggio regolabile del catetere inserito.

Presenza di anello di sutura per fermare l' introduttore durante procedure prolungate.

I materiali ed i processi utilizzati dovranno garantire ottime caratteristiche di inserimento e di scorrevolezza sulla guida; dovranno altresì assicurare una perfetta transizione tra i diversi componenti per consentire la riduzione della possibilità di traumi.

- **CARATTERISTICHE TECNICHE** punteggio (Max 25)

- facilità di utilizzo (maneggevolezza e facilità di applicazione, etc)
- materiali impiegati
- altro

- **TECNICHE IN USO** punteggio....., (Max 10)

- innovazioni tecniche sotto il profilo rischio-beneficio
- adattabilità ai protocolli in uso
- altro

- **INDIRIZZI TERAPEUTICI OPERATORI** punteggio....., (Max 10)

- confezionamento
- completezza gamma misure
- compliance paziente
- altro

- **ALTRO** punteggio.....(Max 5)

PUNTEGGIO TOTALE :(Max 50)

N.B. Nel caso di più alternative offerte utilizzare singole schede separate

Legenda

- (1)Ragione sociale della ditta partecipante
- (2)Denominazione del Fabbricante (responsabile immissione in commercio)
- (3)Denominazione del Fornitore (da indicare solo se diverso dal fabbricante)
- (4)da indicare solo se diverso da quello attribuito dal fabbricante
- (5)indicare le misure campionate e/o disponibili e offerte

La Ditta

Timbro e firma del Legale Rappresentante o suo Procuratore

Misure (5).....

Accessorio richiesto: valvola emostatica staccabile (con porta laterale di infusione con rubinetto a tre vie) con dispositivo meccanico di bloccaggio regolabile del catetere inserito.

- | | |
|---|----------------------------|
| - CARATTERISTICHE TECNICHE | punteggio (Max 25) |
| <ul style="list-style-type: none"> • facilità di utilizzo (maneggevolezza e facilità di applicazione, etc) • materiali impiegati • altro | |
| - TECNICHE IN USO | punteggio....., (Max 10) |
| <ul style="list-style-type: none"> • innovazioni tecniche sotto il profilo rischio-beneficio • adattabilità ai protocolli in uso • altro | |
| - INDIRIZZI TERAPEUTICI OPERATORI | punteggio....., (Max 10) |
| <ul style="list-style-type: none"> • confezionamento • completezza gamma misure • compliance paziente • altro | |
| - ALTRO | punteggio.....(Max 5) |

PUNTEGGIO TOTALE :(Max 50)

- (1) Ragione sociale della ditta partecipante
- (2) Denominazione del Fabbrikante (responsabile immissione in commercio)
- (3) Denominazione del Fornitore (da indicare solo se diverso dal fabbricante)
- (4) da indicare solo se diverso da quello attribuito dal fabbricante
- (5) indicare le misure campionate e/o disponibili e offerte

Timbro e firma del Legale Rappresentante o suo Procuratore

N° 5 **Introduttori speciali lunghi valvolati per il mappaggio degli anelli valvolari.**

Ditta partecipante (1).....

Fabbricante (2).....

Cod. comm. del prodotto attribuito dal fabbricante.....

Fornitore (3).....

Cod. comm. del prodotto attribuito dal fornitore (4).....

Modello..... **Campionatura richiesta** NO

Misure (5).....

Caratteristiche tecniche preferenziali richieste

Introduttori guida speciali da 8F e 8,5F per il posizionamento di cateteri sull'anello tricuspidalico in atrio destro o sull'anello mitralico in atrio sinistro per via transettale. Disponibilità di diverse curve distali (comprese tra 45° e 180°) specifiche per le diverse regioni degli anelli valvolari. Presenza di valvola emostatica antireflusso, porta laterale a tre vie, punta con marker radiopaco e fori laterali. Disponibilità di lunghezze di 63cm e di 81cm circa.

- **CARATTERISTICHE TECNICHE** punteggio (Max 25)

- facilità di utilizzo (maneggevolezza e facilità di applicazione, etc)
- materiali impiegati
- altro

- **TECNICHE IN USO** punteggio....., (Max 10)

- innovazioni tecniche sotto il profilo rischio-beneficio
- adattabilità ai protocolli in uso
- altro

- **INDIRIZZI TERAPEUTICI OPERATORI** punteggio....., (Max 10)

- confezionamento
- completezza gamma misure
- compliance paziente
- altro

- **ALTRO** punteggio.....(Max 5)

PUNTEGGIO TOTALE :(Max 50)

N.B. Nel caso di più alternative offerte utilizzare singole schede separate

Legenda (1)Ragione sociale della ditta partecipante
 (2)Denominazione del Fabbricante (responsabile immissione in commercio)
 (3)Denominazione del Fornitore (da indicare solo se diverso dal fabbricante)
 (4)da indicare solo se diverso da quello attribuito dal fabbricante
 (5)indicare le misure campionate e/o disponibili e offerte

La Ditta
 Timbro e firma del Legale Rappresentante o suo Procuratore

N° 20 Elettrocateri bilanciati per stimolazione transesofagea,
con relativi cavi di connessione.

Ditta partecipante (1).....

Fabbricante (2).....

Cod. comm. del prodotto attribuito dal fabbricante.....

Fornitore (3).....

Cod. comm. del prodotto attribuito dal fornitore (4).....

Modello..... **Campionatura richiesta** **SI**

Misure (5).....

Caratteristiche tecniche preferenziali richieste

Elettrocateri per stimolazione transesofagea a bassa energia a configurazione elettronica bilanciata quadripolare a cinque elettrodi. La disponibilità anche della versione a tre elettrodi costituisce titolo preferenziale.

Corpo dell' elettrocateri 8 Fr, elettrodi di forma atraumatica in acciaio ed a bassa polarizzazione, distanze interelettrodiche 8-12-12-8, lume dedicato e separato dai conduttori per il mandrino di posizionamento

- **CARATTERISTICHE TECNICHE** punteggio (Max 25)

- facilità di utilizzo (maneggevolezza e facilità di applicazione, etc)
- materiali impiegati
- altro

- **TECNICHE IN USO** punteggio....., (Max 10)

- innovazioni tecniche sotto il profilo rischio-beneficio
- adattabilità ai protocolli in uso
- altro

- **INDIRIZZI TERAPEUTICI OPERATORI** punteggio....., (Max 10)

- confezionamento
- completezza gamma misure
- compliance paziente
- altro

- **ALTRO** punteggio.....(Max 5)

PUNTEGGIO TOTALE :(Max 50)

N.B. Nel caso di più alternative offerte utilizzare singole schede separate

Legenda (1)Ragione sociale della ditta partecipante
(2)Denominazione del Fabbricante (responsabile immissione in commercio)
(3)Denominazione del Fornitore (da indicare solo se diverso dal fabbricante)
(4)da indicare solo se diverso da quello attribuito dal fabbricante
(5)indicare le misure campionate e/o disponibili e offerte

La Ditta
Timbro e firma del Legale Rappresentante o suo Procuratore

N° 50 **Elettrocateri BIPOLARI per stimolazione cardiaca temporanea.**

Ditta partecipante (1).....

Fabbricante (2).....

Cod. comm. del prodotto attribuito dal fabbricante.....

Fornitore (3).....

Cod. comm. del prodotto attribuito dal fornitore (4).....

Modello..... **Campionatura richiesta** SI

Misure (5).....

Caratteristiche tecniche preferenziali richieste

Elettrocateri bipolari per stimolazione temporanea con diametri disponibili 4,5,6,7 Fr.

Gli elettrocateri devono essere in grado di garantire una stimolazione ed un sensing affidabili in atrio ed in ventricolo.

Disponibilità, a scelta, di almeno tre curve distali preformate a seconda dell' approccio seguito e della camera stimolata:

- curva per approccio ventricolare da vena cava superiore
- curva per approccio ventricolare da vena cava inferiore
- curva a J per facilitare il mantenimento del catetere in auricola

Lunghezza totale di 110 cm, rivestimento esterno in poliuretano, conduttore interno in acciaio, elettrodi in acciaio, distanza interelettrodica 1 cm.

Diametri disponibili: 4-5-6-7 Fr per pacing ventricolare e 5-7 Fr per pacing atriale.

Il corpo dell' elettrocateri deve essere flessibile e sufficientemente rigido per garantire le necessarie capacità di torsione, di posizionamento stabile e di mantenimento nel tempo della curva in vivo; la superficie dovrà essere liscia per ridurre i rischi trombotici e facilitare l' inserimento.

La connessione del catetere all' apparecchiatura esterna per il pacing dovrà essere, direttamente o tramite cavo adattatore, con terminale a spinotto.

- **CARATTERISTICHE TECNICHE** punteggio (Max 25)

- facilità di utilizzo (maneggevolezza e facilità di applicazione, etc)
- materiali impiegati
- altro

- **TECNICHE IN USO** punteggio....., (Max 10)

- innovazioni tecniche sotto il profilo rischio-beneficio
- adattabilità ai protocolli in uso
- altro

- **INDIRIZZI TERAPEUTICI OPERATORI** punteggio....., (Max 10)

- confezionamento
- completezza gamma misure
- compliance paziente
- altro

- **ALTRO** punteggio.....(Max 5)

PUNTEGGIO TOTALE :(Max 50)

N.B. Nel caso di più alternative offerte utilizzare singole schede separate

Legenda (1)Ragione sociale della ditta partecipante
 (2)Denominazione del Fabbricante (responsabile immissione in commercio)
 (3)Denominazione del Fornitore (da indicare solo se diverso dal fabbricante)
 (4)da indicare solo se diverso da quello attribuito dal fabbricante
 (5)indicare le misure campionate e/o disponibili e offerte

La Ditta
 Timbro e firma del Legale Rappresentante o suo Procuratore

N° 10 Elettrocateri QUADRIPOLARI a punta fissa per studio elettrofisiologico, con relativi cavi di connessione.

Ditta partecipante (1).....

Fabbricante (2).....

Cod. comm. del prodotto attribuito dal fabbricante.....

Fornitore (3).....

Cod. comm. del prodotto attribuito dal fornitore (4).....

Modello..... **Campionatura richiesta** SI

Misure (5).....

Caratteristiche tecniche preferenziali richieste

Elettrocateri quadripolari per studio elettrofisiologico a curva fissa (Cournand, Josephson, Damato) di lunghezza 120cm circa. La presenza di dimensioni differenti del corpo del catetere (4F, 5F e 6F), varie distanze interelettrodiche (10mm, 5mm, 2-5-2mm), curve speciali per il fascio di His e punta del catetere non armata (atraumatica), costituiranno caratteristiche preferenziali.

- **CARATTERISTICHE TECNICHE** punteggio (Max 25)

- facilità di utilizzo (maneggevolezza e facilità di applicazione, etc)
- materiali impiegati
- altro

- **TECNICHE IN USO** punteggio....., (Max 10)

- innovazioni tecniche sotto il profilo rischio-beneficio
- adattabilità ai protocolli in uso
- altro

- **INDIRIZZI TERAPEUTICI OPERATORI** punteggio....., (Max 10)

- confezionamento
- completezza gamma misure
- compliance paziente
- altro

- **ALTRO** punteggio.....(Max 5)

PUNTEGGIO TOTALE :(Max 50)

N.B. Nel caso di più alternative offerte utilizzare singole schede separate

- Legenda**
- (1) Ragione sociale della ditta partecipante
 - (2) Denominazione del Fabbricante (responsabile immissione in commercio)
 - (3) Denominazione del Fornitore (da indicare solo se diverso dal fabbricante)
 - (4) da indicare solo se diverso da quello attribuito dal fabbricante
 - (5) indicare le misure campionate e/o disponibili e offerte

La Ditta

Timbro e firma del Legale Rappresentante o suo Procuratore

N° 5 Elettrocateri DECAPOLARI a punta FISSA per mappaggio seno coronario, con relativi cavi di connessione.

Ditta partecipante (1).....

Fabbricante (2).....

Cod. comm. del prodotto attribuito dal fabbricante.....

Fornitore (3).....

Cod. comm. del prodotto attribuito dal fornitore (4).....

Modello..... **Campionatura richiesta** NO

Misure (5).....

Caratteristiche tecniche preferenziali richieste

Elettrocateri decapolari curva fissa per il mappaggio del seno coronario con approccio da vena cava superiore. La presenza di dimensioni differenti del corpo del catetere (5F, 6F, 7F) e di versione con lume interno distale per infusione, costituiranno caratteristiche preferenziali.

- **CARATTERISTICHE TECNICHE** punteggio (Max 25)

- facilità di utilizzo (maneggevolezza e facilità di applicazione, etc)
- materiali impiegati
- altro

- **TECNICHE IN USO** punteggio....., (Max 10)

- innovazioni tecniche sotto il profilo rischio-beneficio
- adattabilità ai protocolli in uso
- altro

- **INDIRIZZI TERAPEUTICI OPERATORI** punteggio....., (Max 10)

- confezionamento
- completezza gamma misure
- compliance paziente
- altro

- **ALTRO** punteggio.....(Max 5)

PUNTEGGIO TOTALE :(Max 50)

N.B. Nel caso di più alternative offerte utilizzare singole schede separate

Legenda (1)Ragione sociale della ditta partecipante
 (2)Denominazione del Fabbricante (responsabile immissione in commercio)
 (3)Denominazione del Fornitore (da indicare solo se diverso dal fabbricante)
 (4)da indicare solo se diverso da quello attribuito dal fabbricante
 (5)indicare le misure campionate e/o disponibili e offerte

La Ditta
 Timbro e firma del Legale Rappresentante o suo Procuratore

N° 5 Elettrocateri DECAPOLARI a punta ORIENTABILE per mappaggio seno coronario, con relativi cavi di connessione.

Ditta partecipante (1).....

Fabbricante (2).....

Cod. comm. del prodotto attribuito dal fabbricante.....

Fornitore (3).....

Cod. comm. del prodotto attribuito dal fornitore (4).....

Modello..... **Campionatura richiesta NO**

Misure (5).....

Caratteristiche tecniche preferenziali richieste

Elettrocateri decapolari orientabili per il mappaggio del seno coronario con approccio da vena cava inferiore con corpo in poliuretano e disponibilità di differenti distanze interelettrodiche. La presenza di dimensioni differenti del corpo del catetere (5F, 6F, 7F) e di versione con curva bidirezionale costituiranno caratteristiche preferenziali. Impugnatura preferibilmente con anello rotante, controllo micrometrico del movimento della punta e meccanismo automatico di blocco della punta.

- **CARATTERISTICHE TECNICHE** punteggio (Max 25)

- facilità di utilizzo (maneggevolezza e facilità di applicazione, etc)
- materiali impiegati
- altro

- **TECNICHE IN USO** punteggio....., (Max 10)

- innovazioni tecniche sotto il profilo rischio-beneficio
- adattabilità ai protocolli in uso
- altro

- **INDIRIZZI TERAPEUTICI OPERATORI** punteggio....., (Max 10)

- confezionamento
- completezza gamma misure
- compliance paziente
- altro

- **ALTRO** punteggio.....(Max 5)

PUNTEGGIO TOTALE :(Max 50)

N.B. Nel caso di più alternative offerte utilizzare singole schede separate

- Legenda**
- (1) Ragione sociale della ditta partecipante
 - (2) Denominazione del Fabbricante (responsabile immissione in commercio)
 - (3) Denominazione del Fornitore (da indicare solo se diverso dal fabbricante)
 - (4) da indicare solo se diverso da quello attribuito dal fabbricante
 - (5) indicare le misure campionate e/o disponibili e offerte

La Ditta
Timbro e firma del Legale Rappresentante o suo Procuratore

N° 3 Elettrocateri VENTIPOLARI a punta orientabile per mappaggio valvola tricuspidale, con relativi cavi di connessione.

Ditta partecipante (1).....

Fabbricante (2).....

Cod. comm. del prodotto attribuito dal fabbricante.....

Fornitore (3).....

Cod. comm. del prodotto attribuito dal fornitore (4).....

Modello..... **Campionatura richiesta NO**

Misure (5).....

Caratteristiche tecniche preferenziali richieste

Elettrocateri orientabili ventipolari da 7F per il mappaggio dell'atrio destro, con corpo in poliuretano e disponibilità di differenti distanze interelettrodeiche regolari ed irregolari per il mappaggio di aritmie specifiche. Impugnatura preferibilmente con anello rotante, controllo micrometrico del movimento della punta e meccanismo automatico di blocco della punta.

- **CARATTERISTICHE TECNICHE** punteggio (Max 25)

- facilità di utilizzo (maneggevolezza e facilità di applicazione, etc)
- materiali impiegati
- altro

- **TECNICHE IN USO** punteggio....., (Max 10)

- innovazioni tecniche sotto il profilo rischio-beneficio
- adattabilità ai protocolli in uso
- altro

- **INDIRIZZI TERAPEUTICI OPERATORI** punteggio....., (Max 10)

- confezionamento
- completezza gamma misure
- compliance paziente
- altro

- **ALTRO** punteggio.....(Max 5)

PUNTEGGIO TOTALE :(Max 50)

N.B. Nel caso di più alternative offerte utilizzare singole schede separate

- Legenda**
- (1) Ragione sociale della ditta partecipante
 - (2) Denominazione del Fabbricante (responsabile immissione in commercio)
 - (3) Denominazione del Fornitore (da indicare solo se diverso dal fabbricante)
 - (4) da indicare solo se diverso da quello attribuito dal fabbricante
 - (5) indicare le misure campionate e/o disponibili e offerte

La Ditta

Timbro e firma del Legale Rappresentante o suo Procuratore

N° 10 Elettrocateri quadripolari da ABLAZIONE a radiofrequenza, con punta orientabile monodirezionale da 4 mm e da 8 mm, con relativi cavi di connessione.

Ditta partecipante (1).....

Fabbricante (2).....

Cod. comm. del prodotto attribuito dal fabbricante.....

Fornitore (3).....

Cod. comm. del prodotto attribuito dal fornitore (4).....

Modello..... **Campionatura richiesta** **SI**

Misure (5).....

Caratteristiche tecniche preferenziali richieste

Elettrocateri orientabili per ablazione, dotati di doppio sensore per il monitoraggio di temperatura (termocoppia e termistore), corpo in poliuretano ed elettrodi in platino, con punta orientabile soffice e non armata, quadripolare, distanza interelettrodica 2-5-2mm, elettrodo puntale 4mm e 8mm. Tipi di curva distale con massimo angolo di curvatura fino a 180° e fino a 270° con almeno tre differenti raggi di curvatura. Lunghezza di 115cm circa. Impugnatura preferibilmente con anello rotante e controllo micrometrico del movimento della punta dotata di meccanismo automatico di blocco della punta.

- **CARATTERISTICHE TECNICHE** punteggio (Max 25)
 • facilità di utilizzo (maneggevolezza e facilità di applicazione, etc)
 • materiali impiegati
 • altro

- **TECNICHE IN USO** punteggio....., (Max 10)
 • innovazioni tecniche sotto il profilo rischio-beneficio
 • adattabilità ai protocolli in uso
 • altro

- **INDIRIZZI TERAPEUTICI OPERATORI** punteggio....., (Max 10)
 • confezionamento
 • completezza gamma misure
 • compliance paziente
 • altro

- **ALTRO** punteggio.....(Max 5)

PUNTEGGIO TOTALE :(Max 50)

N.B. Nel caso di più alternative offerte utilizzare singole schede separate

Legenda
 (1) Ragione sociale della ditta partecipante
 (2) Denominazione del Fabbricante (responsabile immissione in commercio)
 (3) Denominazione del Fornitore (da indicare solo se diverso dal fabbricante)
 (4) da indicare solo se diverso da quello attribuito dal fabbricante
 (5) indicare le misure campionate e/o disponibili e offerte

La Ditta
 Timbro e firma del Legale Rappresentante o suo Procuratore

N° 5 Elettrocateri quadripolari da ABLAZIONE a radiofrequenza ad ELEVATA POTENZA, con punta orientabile MONODIREZIONALE da 4 mm e da 8 mm, con relativi cavi di connessione.

Ditta partecipante (1).....

Fabbricante (2).....

Cod. comm. del prodotto attribuito dal fabbricante.....

Fornitore (3).....

Cod. comm. del prodotto attribuito dal fornitore (4).....

Modello..... **Campionatura richiesta** NO

Misure (5).....

Caratteristiche tecniche preferenziali richieste

Elettrocateri orientabili per ablazione con punta da 4mm o 8mm, dotati di un sensore a scelta tra termocoppia e termistore per il monitoraggio della temperatura, con corpo in Pebax con calibro di 7F e preferibilmente anche da 5F, di lunghezza 110cm circa. Elettrodi in platino, configurazione quadripolare, con distanze interelettrodiche preferibilmente di 2mm, 2-5-2mm. Presenza di almeno cinque differenti curve distali "SMALL", "MEDIUM", "LARGE", "X-LARGE", "EXTENDED", "FAR REACH". Impugnatura ergonomica con movimento a pistone per la deflessione della curva dotata di meccanismo di blocco della curva.

- **CARATTERISTICHE TECNICHE** punteggio (Max 25)

- facilità di utilizzo (maneggevolezza e facilità di applicazione, etc)
- materiali impiegati
- altro

- **TECNICHE IN USO** punteggio....., (Max 10)

- innovazioni tecniche sotto il profilo rischio-beneficio
- adattabilità ai protocolli in uso
- altro

- **INDIRIZZI TERAPEUTICI OPERATORI** punteggio....., (Max 10)

- confezionamento
- completezza gamma misure
- compliance paziente
- altro

- **ALTRO** punteggio.....(Max 5)

PUNTEGGIO TOTALE :(Max 50)

N.B. Nel caso di più alternative offerte utilizzare singole schede separate

Legenda

- (1)Ragione sociale della ditta partecipante
- (2)Denominazione del Fabbricante (responsabile immissione in commercio)
- (3)Denominazione del Fornitore (da indicare solo se diverso dal fabbricante)
- (4)da indicare solo se diverso da quello attribuito dal fabbricante
- (5)indicare le misure campionate e/o disponibili e offerte

La Ditta

Timbro e firma del Legale Rappresentante o suo Procuratore

N° 5 **Elettrocateri quadripolari da ABLAZIONE a radiofrequenza ad ELEVATA POTENZA con punta orientabile BIDIREZIONALE da 4 mm e da 8 mm, con relativi cavi di connessione.**

Ditta partecipante (1).....

Fabbricante (2).....

Cod. comm. del prodotto attribuito dal fabbricante.....

Fornitore (3).....

Cod. comm. del prodotto attribuito dal fornitore (4).....

Modello..... **Campionatura richiesta** NO

Misure (5).....

Caratteristiche tecniche preferenziali richieste

Elettrocateri orientabili per ablazione con punta da 4mm o 8mm, dotati di un sensore a termocoppia per il monitoraggio della temperatura. Disponibilità di varie curve distali Bidirezionali sia Simmetriche e sia Asimmetriche. Corpo in Pebax di lunghezza 90cm e 110cm circa con elettrodi in platino. Configurazione quadripolare con distanza interelettrodica 2-5-2mm.
Impugnatura ergonomica con movimento a pistone per la deflessione della curva dotata di meccanismo di blocco della punta.

- **CARATTERISTICHE TECNICHE** punteggio (Max 25)

- facilità di utilizzo (maneggevolezza e facilità di applicazione, etc)
- materiali impiegati
- altro

- **TECNICHE IN USO** punteggio....., (Max 10)

- innovazioni tecniche sotto il profilo rischio-beneficio
- adattabilità ai protocolli in uso
- altro

- **INDIRIZZI TERAPEUTICI OPERATORI** punteggio....., (Max 10)

- confezionamento
- completezza gamma misure
- compliance paziente
- altro

- **ALTRO** punteggio.....(Max 5)

PUNTEGGIO TOTALE :(Max 50)

N.B. Nel caso di più alternative offerte utilizzare singole schede separate

Legenda

- (1)Ragione sociale della ditta partecipante
- (2)Denominazione del Fabbricante (responsabile immissione in commercio)
- (3)Denominazione del Fornitore (da indicare solo se diverso dal fabbricante)
- (4)da indicare solo se diverso da quello attribuito dal fabbricante
- (5)indicare le misure campionate e/o disponibili e offerte

La Ditta

Timbro e firma del Legale Rappresentante o suo Procuratore

N° 3 **Elettrocateri quadripolari da ABLAZIONE a radiofrequenza, con punta RAFFREDDATA orientabile monodirezionale da 2 mm e da 4 mm, con relativi cavi di connessione.**

Ditta partecipante (1).....

Fabbricante (2).....

Cod. comm. del prodotto attribuito dal fabbricante.....

Fornitore (3).....

Cod. comm. del prodotto attribuito dal fornitore (4).....

Modello..... **Campionatura richiesta** NO

Misure (5).....

Caratteristiche tecniche preferenziali richieste

Elettrocateri per ablazione con punta orientabile di 4mm e possibilmente anche di 2mm, quadripolare con monitoraggio di temperatura con sensore a scelta tra termocoppia e termistore. Corpo in Pebax con, preferibilmente, disponibilità di due versioni di corpo con differente rigidità, lunghezza 110mm circa. Elettrodi in platino, distanza interelettroica 2-5-2mm.

Elettrodo puntale con 6 porte disposte a corona per l'infusione di soluzione salina.

Presenza di almeno cinque differenti curve distali. Impugnatura ergonomica con movimento a pistone per la deflessione della curva dotata di meccanismo di blocco della punta.

- **CARATTERISTICHE TECNICHE** punteggio (Max 25)

- facilità di utilizzo (maneggevolezza e facilità di applicazione, etc)
- materiali impiegati
- altro

- **TECNICHE IN USO** punteggio....., (Max 10)

- innovazioni tecniche sotto il profilo rischio-beneficio
- adattabilità ai protocolli in uso
- altro

- **INDIRIZZI TERAPEUTICI OPERATORI** punteggio....., (Max 10)

- confezionamento
- completezza gamma misure
- compliance paziente
- altro

- **ALTRO** punteggio.....(Max 5)

PUNTEGGIO TOTALE :(Max 50)

N.B. Nel caso di più alternative offerte utilizzare singole schede separate

Legenda

- (1) Ragione sociale della ditta partecipante
- (2) Denominazione del Fabbricante (responsabile immissione in commercio)
- (3) Denominazione del Fornitore (da indicare solo se diverso dal fabbricante)
- (4) da indicare solo se diverso da quello attribuito dal fabbricante
- (5) indicare le misure campionate e/o disponibili e offerte

La Ditta

Timbro e firma del Legale Rappresentante o suo Procuratore

N° 50 Piastre monouso neutre per ablazione a radiofrequenza,

Ditta partecipante (1).....

Fabbricante (2).....

Cod. comm. del prodotto attribuito dal fabbricante.....

Fornitore (3).....

Cod. comm. del prodotto attribuito dal fornitore (4).....

Modello..... **Campionatura richiesta** **NO**

Misure (5).....

Caratteristiche tecniche preferenziali richieste

Piastre monouso neutre per ablazione a radiofrequenza, complete di cavo di collegamento e terminale Valleylab.

- **CARATTERISTICHE TECNICHE** punteggio (Max 25)

- facilità di utilizzo (maneggevolezza e facilità di applicazione, etc)
- materiali impiegati
- altro

- **TECNICHE IN USO** punteggio....., (Max 10)

- innovazioni tecniche sotto il profilo rischio-beneficio
- adattabilità ai protocolli in uso
- altro

- **INDIRIZZI TERAPEUTICI OPERATORI** punteggio....., (Max 10)

- confezionamento
- completezza gamma misure
- compliance paziente
- altro

- **ALTRO** punteggio.....(Max 5)

PUNTEGGIO TOTALE :(Max 50)

N.B. Nel caso di più alternative offerte utilizzare singole schede separate

- Legenda**
- (1)Ragione sociale della ditta partecipante
 - (2)Denominazione del Fabbricante (responsabile immissione in commercio)
 - (3)Denominazione del Fornitore (da indicare solo se diverso dal fabbricante)
 - (4)da indicare solo se diverso da quello attribuito dal fabbricante
 - (5)indicare le misure campionate e/o disponibili e offerte

La Ditta
Timbro e firma del Legale Rappresentante o suo Procuratore

N° 5 Set d' infusione per pompa di infusione per uso con elettrocateteri da ablazione con punta raffreddata.

Ditta partecipante (1).....

Fabbricante (2).....

Cod. comm. del prodotto attribuito dal fabbricante.....

Fornitore (3).....

Cod. comm. del prodotto attribuito dal fornitore (4).....

Modello..... **Campionatura richiesta** **NO**

Misure (5).....

Caratteristiche tecniche preferenziali richieste

Kit deflussore per relativa pompa di infusione salina.

- CARATTERISTICHE TECNICHE

punteggio (Max 25)

- facilità di utilizzo (maneggevolezza e facilità di applicazione, etc)
- materiali impiegati
- altro

- TECNICHE IN USO

punteggio....., (Max 10)

- innovazioni tecniche sotto il profilo rischio-beneficio
- adattabilità ai protocolli in uso
- altro

- INDIRIZZI TERAPEUTICI OPERATORI

punteggio....., (Max 10)

- confezionamento
- completezza gamma misure
- compliance paziente
- altro

- ALTRO

punteggio.....(Max 5)

PUNTEGGIO TOTALE :(Max 50)

N.B. Nel caso di più alternative offerte utilizzare singole schede separate

Legenda

- (1) Ragione sociale della ditta partecipante
- (2) Denominazione del Fabbricante (responsabile immissione in commercio)
- (3) Denominazione del Fornitore (da indicare solo se diverso dal fabbricante)
- (4) da indicare solo se diverso da quello attribuito dal fabbricante
- (5) indicare le misure campionate e/o disponibili e offerte

La Ditta

Timbro e firma del Legale Rappresentante o suo Procuratore

N° 3 Kit per estrazione elettrocateteri da stimolazione o defibrillazione impiantati.

Ditta partecipante (1).....

Fabbricante (2).....

Cod. comm. del prodotto attribuito dal fabbricante.....

Fornitore (3).....

Cod. comm. del prodotto attribuito dal fornitore (4).....

Modello..... **Campionatura richiesta** **NO**

Misure (5).....

Caratteristiche tecniche preferenziali richieste

Kit costituito da un elemento, inseribile all' interno degli elettrocateteri da rimuovere, dotato di un dispositivo per ancorarsi all' interno della parte distale della spirale per esercitare la trazione necessaria alla rimozione. La connessione interna deve essere di tipo rapidamente reversibile per consentire, in caso di rinuncia alla rimozione, di non lasciare nulla all' interno della spirale.

Il kit deve comprendere un elemento per valutare la pervietà della spirale del catetere da rimuovere e delle guaine per l' eventuale scollamento.

- CARATTERISTICHE TECNICHE punteggio (Max 25)

- facilità di utilizzo (maneggevolezza e facilità di applicazione, etc)
- materiali impiegati
- altro

- TECNICHE IN USO punteggio....., (Max 10)

- innovazioni tecniche sotto il profilo rischio-beneficio
- adattabilità ai protocolli in uso
- altro

- INDIRIZZI TERAPEUTICI OPERATORI punteggio....., (Max 10)

- confezionamento
- completezza gamma misure
- compliance paziente
- altro

- ALTRO punteggio.....(Max 5)

PUNTEGGIO TOTALE :(Max 50)

N.B. Nel caso di più alternative offerte utilizzare singole schede separate

Legenda

- (1) Ragione sociale della ditta partecipante
- (2) Denominazione del Fabbricante (responsabile immissione in commercio)
- (3) Denominazione del Fornitore (da indicare solo se diverso dal fabbricante)
- (4) da indicare solo se diverso da quello attribuito dal fabbricante
- (5) indicare le misure campionate e/o disponibili e offerte

La Ditta

Timbro e firma del Legale Rappresentante o suo Procuratore