

CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER APPARATO UROGENITALE

ART. 1 OGGETTO E QUANTITA'

L'appalto ha per oggetto la fornitura di prodotti (Dispositivi Medici) dettagliatamente descritti per lotti nelle "SCHEDE E " (PRODOTTI RICHIESTI) allegate al presente capitolato speciale. I prodotti elencati rappresentano l'occorrente per soddisfare le esigenze "ANNUE" delle diverse strutture sanitarie di questa ASL, le quantità riportate sono puramente indicative e non vincolanti per l'Ente Appaltante, anche in considerazione di successive analisi costo/terapia sull'effettivo utilizzo dei singoli prodotti.

L'ASL 5 Spezzino si riserva il diritto di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e congrua per lotto. Si riserva, inoltre, di aggiudicare anche solo uno o alcuni lotti e di sospendere o non aggiudicare la gara. Sarà, infatti, la verifica del grado di soddisfacimento del prodotto alle esigenze e alle tecniche chirurgiche/mediche in uso presso la ASL a determinarne la idoneità o meno.

Elenco riepilogativo dei prodotti nei seguenti importi presunti annui:

LOTTO	DESCRIZIONE	IMPORTO PRESUNTO ANNUO Iva esclusa
1	Sonde nelaton autolubrificanti/ autolubrificate lung. 40 cm	€ 70.400
2	Sonde nelaton autolubrificate/ autolubrificanti lung. 20 cm	€ 43.000
3	Sonde nelaton autolubrificate/ autolubrificanti lung. 40 cm	€ 12.800
4	Sonde tiemann autolubrificate/ autolubrificanti lung. 40 cm	€ 550
5	Sonde conico – olivari	€ 80
6	Sonde couvelaire	€ 2.300
7	Sonde mercier	€ 7.500
8	Sonde Foley punta nelaton silicone 100%	€ 19.600
9	Sonde Foley punta nelaton lattice siliconato	€ 5.500
10	Sonde Foley punta nelaton silicone scanalature longitudinali	€ 850
11	Sonde Foley punta nelaton aperta in punta silicone per utilizzo su guida dopo dilatazione uretrale	€ 1.000
12	Sonde foley punta nelaton pediatrico lattice siliconato	€ 350
13	Sonde Foley punta nelaton con due palloncini lattice siliconato	€ 200
14	Sonde Foley punta couvelaire per resezione prostatiche e vescicali silicone	€ 2.700
15	Sonde foley punta delinotte per resezione prostatiche e vescicali palloncino 30/50 ml	€ 4.700
16	Sonde foley punta delinotte per resezione prostatiche e vescicali palloncino 50/80 ml	€ 3.000

17	Sonde foley punta delinotte per lavaggio vescicale palloncino 30/50 ml lattice semirigido o gomma	€ 4.700
18	Sonde foley punta dufour palloncino 30/50 ml lattice siliconato	€ 6.500
19	Sonde foley punta dufour palloncino 50/80 ml lattice siliconato	€ 7.500
20	Sonde foley punta dufour palloncino 120 ml lattice siliconato	€ 2.500
21	Sonde foley punta tiemann palloncino 5/12 ml silicone 100%	€ 10.000
22	Sonde con altre punte per passaggio di una guida metallica di 0,9 mm	€ 300
23	Stent a loop singolo con catetere pig tail sinistro	€ 4.000
24	Stent a loop singolo con catetere pig tail destro	€ 4.000
25	Stent a loop singolo con sten doppio loop JJ	€ 13.200
26	Stent a loop singolo con sten doppio loop JJ	€ 2.200
27	Altri stent con sten radiopaco uretrale con estremità renale chiusa	€ 450
28	Altri stent con sten radiopaco ureterale con due estremità chiuse	€ 450
29	Dilatatori sequenziali per nefrotomia per cutanea cannula tipo Amplatz	€ 8.250
30	Dilatatori uretrali	€ 500
31	Dilatatori a palloncino uretrali 10 cm x 21F	€ 21.000
32	Dilatatori a palloncino uretrali 10 cm x 18F	€ 21.000
33	Dilatatori a palloncino uretrali 6 cm x 12 F	€ 21.000
34	Dilatatori a palloncino uretrali 4 cm x 12 F	€ 35.000
35	Dilatatori a palloncino uretrali catetere 150 cm x 3F	€ 10.500
36	Kit con cateteri di drenaggio con introduttore set per cistostomia sovrapubica	€ 4.900
37	Kit con cateteri di drenaggio con introduttore set di sostituzione per cistostomia sovrapubica	€ 8.200
38	Cateteri per nefrotomia set per nefrotomia	€ 3.600
39	Cateteri per nefrotomia set di sostituzione per nefrotomia	€ 7.200
40	Sonde per derivazioni ureterale tipo Bracci	€ 4.000
41	Sonde per cistomanometria senza palloncino a due vie	€ 1.400
42	Sonde per studio pressione flusso per riempimento	€ 4.950
43	Sonde per rilevamento della pressione addominale con palloncino	€ 4.920

44	Guide idrofiliche	€ 24.500
45	Guide non idrofiliche	€ 1.600
46	Sistemi interni di sospensione a nastro	€ 400
47	Sistemi esterni a guaina	€ 250
48	Cestelli	€ 37.000
49	Anse da prostatectomia elettrodi di tipo HF	€ 8.700
50	Anse da prostatectomia elettrodi ad ago	€ 10.250
51	Dilatatori uretrali lung. 30 cm	€ 600
52	Dilatatori uretrali lung. 40 cm	€ 600
53	Elettrodi per litotritore	€ 31.500
54	Sacche raccolta urina da gamba	€ 750
55	Cuffie copri apparecchio	€ 2.000
56	Fissativo per citologia	€ 450
57	Urostomie a due pezzi sacche e placche	€ 4.450
58	Linea di infusione	€ 300
59	Trasduttore pressione urodinamica	€ 1.900
60	Catetere uretrale per portatori di stomia uretrale	€ 11.000

ART. 2 DURATA DELLA FORNITURA

L'appalto avrà durata triennale con decorrenza dalla data di aggiudicazione della fornitura.

L'ASL5 Spezzino si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per un ulteriore anno, previa ridefinizione dei termini contrattuali pattuiti seguendo la graduatoria di gara e consequenziale adozione di apposito atto deliberativo, da notificarsi alla Ditta Aggiudicataria entro tre mesi prima della scadenza dell'apposito contratto originario. La Ditta Aggiudicataria dovrà impegnarsi ad effettuare, se richiesta, una fornitura suppletiva per un periodo non superiore a 90 giorni, alle stesse condizioni contrattuali determinate a seguito della aggiudicazione, al fine di garantire l'esecuzione della nuova procedura di gara.

ART. 3 CONFEZIONAMENTO

I prodotti dovranno essere confezionati in modo tale che ne sia garantita la corretta conservazione, anche durante le fasi di trasporto.

- Le stampigliature o le impressioni a secco dovranno essere apposte direttamente sulle singole confezioni e non con etichette autoadesive anonime.
- ◆ Il confezionamento e l'etichettatura dovranno consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla vigente normativa: tali diciture dovranno figurare, se del caso, sia sui condizionamenti primari, a diretto contatto del prodotto, sia sull'imballaggio secondario.
- I prodotti aggiudicati dovranno essere forniti in confezioni di spedizione che ne garantiscano, il facile immagazzinamento per sovrapposizione e riportare a caratteri ben leggibili, in lingua italiana, la descrizione quali-quantitativa del contenuto, il nome e la ragione sociale del produttore ed ogni altra informazione utile al loro riconoscimento.
- Tutti i prodotti, anche in funzione della loro validità, dovranno avere al momento della consegna almeno 2/3 della loro validità.

Le Etichette

Devono, se del caso, riportare:

1. Nome o ragione sociale e indirizzo del fabbricante (o se non residente nella Comunità, indicazione del responsabile per la immissione in commercio nella Comunità)
2. Indicazioni per consentire all'utilizzatore di identificare il dispositivo e il contenuto della confezione.

3. La dicitura "Sterile" per i prodotti sterili.
4. Il numero di lotto o il numero di serie.
5. La data di fabbricazione e la scadenza.
6. La dicitura "Monouso" o similare per i prodotti non riutilizzabili.
7. Le condizioni di conservazione e/o di manipolazione.
8. Eventuali istruzioni di uso.
9. Avvertenze e/o precauzioni.
10. Destinazione d'uso per i dispositivi non immediatamente identificabili.
11. MARCHIO "CE"
12. Altre informazioni previste dalla normativa vigente.

Le Istruzioni per l'uso (Foglietti illustrativi)

Devono, se del caso, riportare:

- Indicazioni già previste nelle etichette.
- Prestazioni assegnate dal fabbricante ed eventuali effetti collaterali.
- Le istruzioni in caso di danneggiamento dell'involucro
- Altre informazioni previste dalla normativa vigente.

Dati richiesti o presenti nelle etichettature o nei foglietti illustrativi oltre quelli previsti obbligatoriamente per legge, rappresentano caratteristiche ulteriori aggiuntive per una corretta gestione e potranno essere quindi oggetto di qualificazione nella valutazione di qualità.

ART.4 CONDIZIONI PARTICOLARI SU AGGIORNAMENTO PRODOTTI E/O SERVIZI

I prodotti oggetto della fornitura dovranno essere conformi alle Normative Nazionali e/o alla Legislazione Comunitaria per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio. Se durante il periodo di fornitura sopravvenissero innovazioni normative in merito, la Ditta Aggiudicataria è tenuta a conformare la qualità dei prodotti forniti alle sopravvenute norme, senza aumenti di prezzo, ed a sostituire le eventuali rimanenze relative alle forniture effettuate, qualora ne fosse vietato l'uso senza alcun onere aggiuntivo per la ASL.

L'ASL 5 "Spezzino" si riserva la facoltà, durante il periodo di fornitura, di sospendere o interrompere la fornitura dei prodotti che non risultassero più utilizzabili a seguito di variazioni di indirizzi terapeutici stabiliti dalla Direzione dell'Azienda.

Fermo restando le condizioni di fornitura stabilite, la Ditta Aggiudicataria, qualora ponga in commercio durante il periodo di fornitura nuovi prodotti analoghi a quelli forniti, che presentino migliori caratteristiche di rendimento e funzionalità, può proporre alla stazione appaltante, la sostituzione con detti prodotti alle medesime condizioni contrattuali o a condizioni migliorative.

Nel caso in cui L'ASL 5 procedesse, nel corso del presente contratto, ad una revisione dei processi di somministrazione oppure, alla riorganizzazione della struttura logistica e distributiva, gli aggiudicatari saranno tenuti a concordare con l'ASL modalità di fornitura coerenti con gli obiettivi formulati.

ART. 5 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Al fine della valutazione e della conseguente attribuzione del punteggio di "Qualità", le ditte concorrenti, dovranno far pervenire **entro il termine previsto per la presentazione delle offerte, pena l'esclusione dalla gara**, quanto di seguito richiesto:

A)- Una **ADEGUATA CAMPIONATURA (numero di campioni indicato nelle singole schede) nella misura di uso più routinario** di ogni modello proposto, presentati almeno in **confezione primaria** (a diretto contatto con il prodotto) **identica all'originale, eventualmente ridotta e fotocopia della confezione secondaria.**

Le confezioni dovranno comunque sempre essere provviste della relativa etichettatura in originale.

L'Azienda ASL si riserva il diritto di richiedere una integrazione della campionatura nel caso in cui la Commissione Tecnica, deputata alla valutazione di qualità, ritenga insufficiente quella inviata e/o richiesta/prevista.

Su ogni campione dovrà essere riportato il numero del lotto di gara a cui il prodotto si riferisce, nonché il numero di riferimento per l'identificazione delle relative schede tecniche.

Sul pacco, che dovrà contenere i campioni, dovrà essere riportato l'oggetto della gara, l'indicazione "contiene campioni per gara Dispositivi Medici per apparato urogenitale, ASL 5^" e il numero di lotto di gara cui la campionatura è riferita.

B - **LAVORI SCIENTIFICI** integrali (max 5 lavori) sulle caratteristiche tecniche, efficacia, sicurezza, ecc. dei prodotti proposti, i cui contenuti saranno valutati secondo i canoni previsti per la sperimentazione clinica.

C - **RELAZIONI TECNICHE** sulle destinazioni di impiego, sui rischi relativi all'uso dei prodotti, sulla corrispondenza dei parametri tecnici a norme di qualità riconosciute, dei singoli modelli dei prodotti presentati.

D - **DICHIARAZIONE con la specificazione della CLASSE di rischio "CE"** di appartenenza dei singoli dispositivi offerti.

E - **DICHIARAZIONE** sulle indicazioni/destinazioni d'uso autorizzate di cui **al titolo del capitolato di gara e/o al titolo della scheda E.**

F - **CATALOGO** completo e **SCHEDE TECNICHE** di tutta la gamma dei prodotti proposti.

G - Le seguenti schede:

- **LA SCHEDA A – SCHEDA DI IDENTITA' DEL FORNITORE** allegata, che dovrà essere debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal legale rappresentante dell'Azienda.

- **LA SCHEDA B – DOCUMENTAZIONI TECNICO - SCIENTIFICHE** allegata, che dovrà essere debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal legale rappresentante dell'Azienda.

- **LA SCHEDA C - SERVIZIO POST-VENDITA** allegata, compilata e debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda.

- **LA SCHEDA E – Prodotti richiesti** allegata, compilata e debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda.

La mancata presentazione delle schede, debitamente compilate e sottoscritte dal legale rappresentante della azienda o dal suo procuratore, esclude automaticamente la ditta dalla partecipazione alla gara.

Nel caso in cui intervenissero nel corso della fornitura variazioni in merito a quanto indicato nella SCHEDA A, la ditta fornitrice è tenuta a darne notizia tempestivamente all'Azienda ASL utilizzando la stessa modulistica.

Sul pacco contenente le schede dovrà essere riportato l'oggetto della gara, l'indicazione "contiene documentazione tecnica per gara Dispositivi Medici per apparato urogenitale"

Le schede e la documentazione richiesta saranno esaminate dalla Commissione Tecnica Aziendale che attribuirà i relativi punteggi di qualità sulla base di valutazioni relative a quanto indicato dalle Ditte sulle **Scheda B, Scheda C** e su una griglia di valutazione i cui parametri sono individuati nella **Scheda D** di pertinenza della Commissione, ma che viene allegata al presente Capitolato Tecnico in ossequio al principio della trasparenza.

Chiarimenti sulla valutazione tecnica potranno essere richiesti entro 60 gg dalla data di apertura delle offerte economiche.

Per l'identificazione dei prodotti offerti, fermo restando quanto richiesto al punto A, primo comma, del presente articolo, si farà riferimento, ad ogni effetto, alle misure e ai tipi specificati con la Scheda - E

ART.6 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL' OFFERTA ECONOMICA

La Ditta dovrà presentare, per ciascun prodotto del lotto a cui partecipa, pena l'esclusione, offerta contenente i seguenti dati:

- 1) numero di riferimento del lotto;
- 2) eventuale nome commerciale del prodotto offerto;
- 3) numero di pezzi per confezione
- 4) **prezzo** espresso in cifre ed in lettere fino alla sesta cifra decimale per singolo prodotto, con riferimento all'unità di misura (millilitri, litri, grammi) indicata nella SCHEDA E (quantità totale), prescindendo dal confezionamento;
- 5) sconto applicato;
- 6) importo totale del lotto;
- 7) aliquota IVA.

Nel caso di prodotti richiesti in "misure varie" e/o ove non specificata la quantità rispetto alle relative singole misure richieste, dovrà essere formulato un prezzo unico medio.

I prezzi/sconti proposti, da ritenere fissi ed invariabili, per tutta la durata della fornitura, si intendono comprensivi di ogni spesa ed onere (trasporto, imballo, confezione, ecc) IVA ESCLUSA, per merce resa franco magazzino all'indirizzo indicato dalla ASL.

I prezzi suindicati potranno variare solo a seguito di provvedimenti normativi o ministeriali, nel qual caso dovrà essere mantenuto almeno lo sconto indicato rispetto ai parametri sopra individuati.

Per quanto su indicato è fatto onere per tutti gli aggiudicatari di comunicare il nuovo prezzo, risultante dall'applicazione dello sconto definito in contratto, all'ufficio ordini dell'ASL che provvederà ad applicarlo a partire dal primo ordine successivo al ricevimento della stessa.

E' facoltà delle ditte concorrenti presentare offerta per tutti o alcuni dei lotti oggetto di gara.

Per ogni singolo lotto, in caso di offerte paritetiche qualità/prezzo, si procederà a chiedere miglioria alle Ditte offerenti. Qualora ciò non fosse possibile o non si ottenessero migliorie, si procederà mediante sorteggio.

L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di addivenire all'aggiudicazione soltanto nel caso in cui l'offerta risultata migliore sia ritenuta congrua alle esigenze di bilancio a suo insindacabile giudizio.

ART 7 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione sarà fatta per ogni lotto ad una sola ditta (salvo il lotto n.1 e n. 2) che avrà presentato l'offerta e che sarà risultata idonea per i prodotti richiesti, secondo il metodo previsto dall'art.83 del D.Lgs. n. 163/2006.

I prodotti saranno valutati sotto il profilo tecnico/economico in base al punteggio che verrà attribuito con i seguenti criteri:

A) **PREZZO: punti 50 max** - Il massimo punteggio verrà attribuito, per ciascun lotto, al prezzo complessivo più basso; punteggi inversamente proporzionali verranno attribuiti agli altri prezzi.

Al concorrente che avrà proposto, per ciascun lotto, l'offerta con il miglior prezzo, verranno attribuiti **50 punti** ed ai prezzi degli altri concorrenti punteggi inversamente proporzionali secondo la seguente formula:

$$\text{PUNTEGGIO PREZZO CONCORRENTE CONSIDERATO} = \frac{50 \times \text{prezzo più basso nel lotto}}{\text{prezzo concorrente}}$$

B) **QUALITA': punti 50 max**

- La Commissione Tecnica, per ciascun lotto, attribuirà “un provvisorio punteggio di qualità” sulla base della **SCHEDA B** “documentazioni scientifiche”, **SCHEDA C** “servizio post vendita” e **SCHEDA D** “manualità, tecniche in uso, indirizzi terapeutici degli utilizzatori, requisiti prestazionali” così come di seguito indicato:

PARAMETRI	Punteggio max
Servizio post-vendita (da Scheda C)	5
Documentazioni scientifiche (da Scheda B)	10
Qualità dei campioni: requisiti specifici di manualità, tecniche in uso, indirizzi terapeutici degli utilizzatori, requisiti prestazionali/funzionali (da Scheda D)	35

- Attribuzione dei “punteggi di qualità definitivi”: successivamente, per ciascun lotto, al concorrente che in sede di valutazione qualitativa avrà ottenuto il punteggio provvisorio più alto, verranno sempre attribuiti **50 punti** ed agli altri concorrenti, punteggi direttamente proporzionali, applicando la seguente formula:

$$\text{PUNTEGGIO QUALITA' (Definitivo)} = \frac{50 \times \text{punteggio assegnato al concorrente}}{\text{Miglior punteggio assegnato al lotto}}$$

In ogni caso, non verranno giudicate idonee le offerte che avranno totalizzato un provvisorio punteggio complessivo di qualità inferiore a 26 punti su 50.

Infine, la fornitura sarà aggiudicata per ciascun lotto, al concorrente che, sommati i punteggi attribuiti in sede di valutazione qualitativa e di prezzo offerto, avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto e che avrà presentato offerta per tutte le tipologie dei prodotti richiesti.

La disponibilità da parte del concorrente della più ampia gamma di prodotti rientranti nel l'eventuale range di misure indicato, o con i requisiti prestazionali/funzionali più idonei a soddisfare le esigenze degli utilizzatori, può rappresentare vantaggi di carattere operativo e potrà essere, quindi, oggetto di una qualificazione nella attribuzione dei punteggi di qualità e/o di idoneità.

Le misure riportate sono indicative e possono variare minimamente da ditta a ditta. L'eventuale indisponibilità di alcune misure richieste non rappresenta una condizione di perentoria esclusione del concorrente. Infatti, sarà facoltà della Commissione tecnica valutare complessivamente la copertura delle esigenze terapeutiche/diagnostiche in base alle misure presentate.

Per ciò che concerne la verifica delle caratteristiche tecniche richieste/esplicitate dal capitolato, si farà riferimento non solo alle specifiche tecniche indicate, ma anche al grado dei requisiti prestazionali e funzionali posseduto dai prodotti presentati.

I punteggi relativi alla qualità saranno attribuiti dalla Commissione Tecnica; il verbale con la valutazione di qualità attribuita, corredato di esauriente relazione per quei prodotti che verranno dichiarati non idonei, sarà trasmesso dalla Commissione alla Struttura complessa Provveditorato - economato entro e non oltre il giorno precedente a quello fissato per l'apertura delle offerte economiche.

L'aggiudicazione potrà avvenire anche in giorni successivi a quello di apertura delle offerte economiche, per consentire al Provveditorato ed alla Commissione Tecnica eventuali verifiche di competenza. La graduatoria per l'aggiudicazione di ogni singolo lotto, sarà quindi stilata

successivamente alle verifiche indicate, fatte salve le eventuali verifiche sulla congruità dell'offerta.

ART 8 ESECUZIONE DELLA FORNITURA

La fornitura dovrà essere eseguita nella quantità di volta in volta richiesta dall'Amministrazione con buoni d'ordine o modelli conformi in uso e avverrà presso i magazzini e nelle località di questa ASL espressamente indicate nei buoni di ordinazione.

Le operazioni di scarico dei prodotti direttamente nei magazzini ASL, devono essere effettuate dal personale utilizzato dalla Ditta per la consegna.

La consegna dei prodotti, presso la farmacia e/o magazzino, secondo quanto indicato nel buono di ordinazione, dovrà avvenire, salvo diversa disposizione, ENTRO 5 giorni lavorativi (e in casi di urgenza ENTRO 48 ORE) dalla data dell'ordine.

Le bolle di consegna devono riportare, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, anche le seguenti indicazioni:

- Luogo di consegna;
- Numero e data dell'ordine;
- Numero di lotto di produzione dei singoli prodotti;

In mancanza di tali dati i prodotti potranno essere respinti al mittente senza che il fornitore possa avanzare obiezione alcuna.

Il fornitore deve altresì garantire, anche durante le fasi di trasporto, rigorosa osservanza di modalità idonee alla perfetta conservazione dei prodotti secondo anche quanto specificato all'art 3 del presente capitolato.

ART 9 CONTROLLO SULLA FORNITURA

Tutte le singole confezioni dei prodotti inviati devono essere sigillate in modo tale da lasciare traccia, se manomesse.

Il controllo quali-quantitativo della fornitura viene effettuato dalle strutture cui il materiale è di volta in volta destinato; la firma all'atto del ricevimento dei prodotti indica solo la rispondenza tra il numero di colli ricevuti e quello indicato nella bolla di consegna.

La quantità dei prodotti consegnati è esclusivamente quella accertata, successivamente, presso il Magazzino ASL e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore.

Qualora i prodotti forniti non abbiano i requisiti richiesti, saranno respinti ed il fornitore sarà tenuto a ritirarli a proprie spese ed a provvedere all'immediata sostituzione.

ART. 10 PENALI

In caso di mancata fornitura o anche solo di ritardi nelle consegne, qualora il soggetto aggiudicatario non rispettasse i termini concordati, l'ASL applicherà una penale a carico del fornitore inadempiente fino al 5% dell'importo della merce non consegnata e per ogni giorno di ritardo. Tale penale sarà detratta dalla cauzione in possesso o dalle fatture in corso di liquidazione. Il soggetto aggiudicatario dovrà reintegrare la cauzione entro il termine fissato dalla ASL.

Oltre il 10° giorno solare di ritardo non giustificato da nessun atto ufficiale, l'amministrazione avrà diritto di risolvere il contratto ed effettuare l'aggiudicazione al secondo aggiudicatario, addebitando gli eventuali oneri aggiuntivi alla Ditta inadempiente.

Per particolari esigenze legate alla continuità terapeutica, qualora si verificino episodi quali quelli sopra individuati, l'ASL si riserva di acquistare il prodotto non fornito presso altri fornitori (per es. grossisti) addebitando i maggiori oneri alla Ditta inadempiente che dovrà provvedere ad emettere nota di accredito di pari importo.

ART. 11 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di ripetute inosservanze delle prescrizioni contrattuali ed in specie quelle riflettenti la qualità ed il termine di consegna, l'ASL avrà diritto di dichiarare risolto il contratto, ai sensi dell'art.

1454 Cod.Civ., provvedendo come meglio crederà per la continuazione della fornitura sino alla scadenza del termine di appalto con obbligo dell'appaltatore decaduto di risarcire i danni economici e di sottostare, altresì, a titolo di penale, alla perdita della cauzione prestata che si devolerà a beneficio della ASL.

In caso di rinuncia in corso di fornitura da parte del soggetto aggiudicatario, l'ASL avrà diritto di provvedere come meglio crederà per la continuazione della fornitura sino alla scadenza del termine di appalto con obbligo dell'appaltatore decaduto di risarcire i danni economici derivanti dalla rinuncia.

ART. 12 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'ASL potrà dichiarare risolto il contratto avvalendosi del disposto dell'art. 1456 del Codice Civile " Clausola risolutiva espressa", nel caso in cui la ditta incorra in una delle inadempienze sotto indicate:

- mancata presentazione entro i termini dell'eventuale documentazione richiesta;
- fornitura non più corrispondente a quanto offerto in sede di gara;
- fornitura di prodotti rivelatisi in fase di utilizzo qualitativamente insoddisfacenti, ed il cui uso abbia avuto ripercussione sulla normale attività chirurgica e diagnostica dei reparti della ASL;
- nel caso di cessione o subappalto non autorizzati da questa Azienda;
- per tentativo di frode;
- nel caso in cui, dopo due formali richiami, la ditta non rispetti il termine di consegna della merce;
- nel caso in cui l'ASL sia stata costretta a richiedere la sostituzione parziale o totale di una consegna e la ditta aggiudicataria non abbia provveduto o la partita sostituita, abbia dato luogo a reclami;
- quando nel corso dell'appalto, per la terza volta si sia dovuto richiamare la ditta all'osservanza degli obblighi assunti in dipendenza dell'appalto della fornitura;
- in caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario;
- per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione.

La risoluzione si verificherà di diritto a decorrere dalla data di ricevimento, da parte della ditta, della dichiarazione con la quale la ASL comunicherà di avvalersi della presente clausola risolutiva.

Nei casi sopra indicati la ditta aggiudicataria sarà tenuta al completo risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti che l'Azienda deve sopportare per il rimanente periodo contrattuale a seguito dell'affidamento della fornitura ad altra ditta.

ART. 13 FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Le fatture dovranno essere intestate a: ASL n. 5 "Spezzino" Via XXIV Maggio, 139 – 19124 La Spezia.

La fornitura risulta finanziata con i normali mezzi del bilancio dell'Azienda.

Ai sensi della normativa vigente, il termine di pagamento è di 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura

Qualora l'Azienda, per comprovata indisponibilità finanziaria, non sia in grado di provvedere al pagamento entro i termini di cui al comma precedente, le richieste di interessi sono riconosciute nelle seguente misura:

- oltre il 90° giorno ed entro il 180° giorno al tasso di interesse pari al BCE senza maggiorazioni
- oltre il 180° giorno al saggio di cui sopra maggiorato di due punti percentuali.

ART. 14 REVISIONE PREZZI

I prezzi preposti saranno soggetti a revisione annuale, da effettuarsi ai sensi dell'art. n. 115 del D. Lgs. n. 163/2006 e rimarranno fissi per i primi dodici mesi di esecuzione della fornitura.

ART. 15 DIVIETO DI CESSIONE E DI SUBAPPALTO DELLA FORNITURA

Ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs n. 163/2006, la Ditta partecipante dovrà indicare nelle relazioni tecniche e nell'offerta economica, la parte della fornitura che intende eventualmente appaltare a terzi, fino ad un massimo del 30% dell'intera fornitura.

Qualora le Ditte partecipanti non indicano nell'offerta la parte dell'appalto che intendono eventualmente subappaltare a terzi, è espressamente vietato alla Ditta aggiudicataria cedere a terzi, o comunque dare in subappalto, parte della stessa, senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Amministrazione appaltante.

ART. 16 MUTAMENTO CONDIZIONI INIZIALI

Qualora vengano meno le condizioni iniziali previste dal presente Capitolato e, in particolare, nel caso che vengano modificate le disposizioni a livello normativo sia regionale che nazionale con conseguenti ripercussioni di tipo organizzativo sulle Strutture dell'Azienda Sanitaria, la stessa si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto d'appalto.

L'Azienda si riserva inoltre la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della fornitura in oggetto, in particolare in presenza di offerte che superino le previsioni di spesa dell'Ente, senza che le Ditte possano avanzare alcuna pretesa o rivendicazione.

ART. 17 SPESE

Sono a carico della ditta aggiudicataria, senza possibilità di rivalsa nei confronti della ASL, tutte le spese relative al contratto, sia maturate all'atto dell'aggiudicazione, che successivamente.

ART. 18 FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Azienda ASL e la ditta aggiudicataria in ordine all'esecuzione del contratto sarà competente il Tribunale della Spezia.

ART. 19 NORME DI RINVIO.

Per quanto non previsto dal presente Capitolato Speciale di Gara, si farà riferimento alla legislazione italiana e comunitaria vigente in materia.

per la Ditta offerente
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

IL RESPONSABILE DELLA
S.C. PROVVEDITORATO E ECONOMATO
(DOTT. MARCO TORRINI)

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 cod. civ. si intendono specificatamente approvati gli artt. 4 - 8 - 10 - 11 - 12 - 15 - 16 - 18.

per la Ditta offerente
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

SCHEDA – A CARTA DI IDENTITA' DEL FORNITORE

(Non valida ai fini dell'assegnazione del punteggio)

RAGIONE SOCIALE

SEDE LEGALE

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

TELEFONO

TELEFAX

E – MAIL

RAGIONE SOCIALE di chi emette la fattura

NOME DEPOSITO

INDIRIZZO **Tel**

Fax..... **Linea telefonica verde**.....

LA DITTA

(timbro e firma del legale rappresentante o suo procuratore)

SCHEDA – B DOCUMENTAZIONI Tecnico-Scientifiche

Da compilarsi in ogni sua parte (se del caso, utilizzare una scheda unica per tutta la fornitura o una singola per ogni lotto)

LOTTO/I: | _____ |

PRODOTTO //
.....
.....

DOCUMENTAZIONI scientifiche presentate, *ELENCO INDICE:*

- 1).....
- 2).....
- 3).....
- 4).....
- 5).....
- 6).....
- 7).....
- 8).....
- 9).....
- 10).....
- 11).....
- 12).....
- 13).....
- 14).....
- 15).....

Nota: i lavori pubblicati in lingua straniera ,dovranno , preferibilmente, essere presentati in versione tradotta in Italiano

LA DITTA

(timbro e firma del legale rappresentante o suo procuratore)

SCHEDA - C SERVIZIO POST VENDITA

Da compilarsi in ogni sua parte (se del caso, utilizzare una scheda unica per tutta la fornitura o una singola per ogni lotto) e barrare le caselle che interessano

1)- L' Azienda è dotata di una rete di informazione-assistenza? [_SI_] [_NO_]
se SI, indicare:

- **DIRETTORE MEDICO/TECNICO** : Cognome e Nome
Tel
- **PRESENZA DI INFORMATORE/I SCIENTIFICO/I NELLE ZONE INTERESSATE ALLA FORNITURA** [_SI_] [_NO_]
- Se SI, indicare:
Cognome e nome
Indirizzo Tel

2) La Ditta mette a disposizione **ACCESSI BIBLIOGRAFICI** informatizzati per eventuali richieste: [_SI_] [_NO_]

Se SI, indicare quali banche dati sono messe a disposizione, i tempi di risposta e le modalità di accesso:

.....
.....
.....

La ditta si impegna a:

3) **Ritirare** (in caso di mancato utilizzo) **i prodotti** che abbiano una validità residua superiore o pari ad 1/3 della validità complessiva , correttamente conservati [_SI_] [_NO_]

- Note
.....
.....

4) **consegnare i prodotti entro 24 ore in caso di eccezionale urgenza** [_SI_] [_NO_]

Se SI, indicare se esiste un canale preferenziale per la ricezione degli ordini:

Destinatario Indirizzo
Tel. Fax

5) **Il Fornitore prevede un controllo qualitativo (corrispondenza scadenze, n° di lotto, ecc.) nella fase di spedizione al cliente dei prodotti ?** [_SI_] [_NO_]

Se SI, indicare :

- per singola spedizione al singolo cliente e su ogni tipologia di prodotto.
- a campione sul totale delle spedizioni avvenute in un certo intervallo di tempo ma su ogni tipologia di prodotto.
- a campione sul totale delle spedizioni avvenute in un certo intervallo di tempo ma su un campione di tipologie di prodotto
- altro (specificare)

Data

LA DITTA
(timbro e firma del legale rappresentante o suo procuratore)

SCHEDA - D

REQUISITI SPECIFICI (manualità, tecniche in uso, indirizzi terapeutici degli operatori, requisiti prestazionali o funzionali)

(Riservato alla Commissione Tecnica)

Facilità di utilizzo
Semplificazione procedure
Adattabilità a parti anatomiche
Innovazioni tecniche sotto il profilo rischio/beneficio
Adattabilità ai protocolli in uso
Riduzione del rischio
Affidabilità e precisione del sistema
Compliance del paziente
Requisiti prestazionali/funzionali
Confezionamento
Altro

Alternativa B (*)								

**Timbro e Firma leggibile
del legale rappresentante dell'Azienda**

Legenda:

La Sezione 2 deve essere compilata dalla azienda partecipante alla gara.

- (1)- Nome commerciale, modello del prodotto presenti sul catalogo ufficiale;
- (2) - Denominazione del fabbricante (responsabile immissione in commercio) ;
- (3) - Codice commerciale del prodotto attribuito dal fabbricante ;
- (4)- Denominazione del fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso dal fabbricante);
- (5)- Codice commerciale prodotto attribuito dal fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso da quello attribuito dal fabbricante);
- (6)- Codifica CND (Classificazione Nazionale Dispositivi) all'ultimo livello di suddivisione.
- (*) Da compilare solo in caso di offerte alternative per lo stesso lotto. In caso di più alternative, SPECIFICARE anche il gruppo di alternativa di appartenenza dei singoli prodotti offerti (Es: Alternativa A; alternativa B; ecc.). Nel caso di offerte alternative per lo stesso lotto, per la compilazione, utilizzare una riga successiva per ciascuna alternativa offerta.
- (**) Indicare le misure (Ch - F- mm - Fig. ecc.) campionate e/o disponibili e offerte .
- (***) Specificare col simbolo (**C**) se la misura/prodotto è stata/o campionata/o o col simbolo (**D**) se disponibile e , comunque,offerta/o.

Alternativa B (*)								

**Timbro e Firma leggibile
del legale rappresentante dell'Azienda**

Legenda:

La Sezione 2 deve essere compilata dalla azienda partecipante alla gara.

- (1)- Nome commerciale, modello del prodotto presenti sul catalogo ufficiale;
- (2) - Denominazione del fabbricante (responsabile immissione in commercio) ;
- (3) - Codice commerciale del prodotto attribuito dal fabbricante ;
- (4)- Denominazione del fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso dal fabbricante);
- (5)- Codice commerciale prodotto attribuito dal fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso da quello attribuito dal fabbricante);
- (6)- Codifica CND (Classificazione Nazionale Dispositivi) all'ultimo livello di suddivisione.
- (*) Da compilare solo in caso di offerte alternative per lo stesso lotto. In caso di più alternative, SPECIFICARE anche il gruppo di alternativa di appartenenza dei singoli prodotti offerti (Es: Alternativa A; alternativa B; ecc.). Nel caso di offerte alternative per lo stesso lotto, per la compilazione, utilizzare una riga successiva per ciascuna alternativa offerta.
- (**) Indicare le misure (Ch - F- mm - Fig. ecc.) campionate e/o disponibili e offerte .
- (***) Specificare col simbolo (**C**) se la misura/prodotto è stata/o campionata/o o col simbolo (**D**) se disponibile e , comunque,offerta/o.

**Timbro e Firma leggibile
del legale rappresentante dell'Azienda**

Legenda:

La Sezione 2 deve essere compilata dalla azienda partecipante alla gara.

- (1)- Nome commerciale, modello del prodotto presenti sul catalogo ufficiale;
- (2) - Denominazione del fabbricante (responsabile immissione in commercio) ;
- (3) - Codice commerciale del prodotto attribuito dal fabbricante ;
- (4)- Denominazione del fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso dal fabbricante);
- (5)- Codice commerciale prodotto attribuito dal fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso da quello attribuito dal fabbricante);
- (6)- Codifica CND (Classificazione Nazionale Dispositivi) all'ultimo livello di suddivisione.
- (*) Da compilare solo in caso di offerte alternative per lo stesso lotto. In caso di più alternative, SPECIFICARE anche il gruppo di alternativa di appartenenza dei singoli prodotti offerti (Es: Alternativa A; alternativa B; ecc.). Nel caso di offerte alternative per lo stesso lotto, per la compilazione, utilizzare una riga successiva per ciascuna alternativa offerta.
- (**) Indicare le misure (Ch - F- mm - Fig. ecc.) campionate e/o disponibili e offerte .
- (***) Specificare col simbolo (**C**) se la misura/prodotto è stata/o campionata/o o col simbolo (**D**) se disponibile e , comunque,offerta/o.

**Timbro e Firma leggibile
del legale rappresentante dell'Azienda**

Legenda:

La Sezione 2 deve essere compilata dalla azienda partecipante alla gara.

- (1)- Nome commerciale, modello del prodotto presenti sul catalogo ufficiale;
- (2) - Denominazione del fabbricante (responsabile immissione in commercio) ;
- (3) - Codice commerciale del prodotto attribuito dal fabbricante ;
- (4)- Denominazione del fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso dal fabbricante);
- (5)- Codice commerciale prodotto attribuito dal fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso da quello attribuito dal fabbricante);
- (6)- Codifica CND (Classificazione Nazionale Dispositivi) all'ultimo livello di suddivisione.
- (*) Da compilare solo in caso di offerte alternative per lo stesso lotto. In caso di più alternative, SPECIFICARE anche il gruppo di alternativa di appartenenza dei singoli prodotti offerti (Es: Alternativa A; alternativa B; ecc.). Nel caso di offerte alternative per lo stesso lotto, per la compilazione, utilizzare una riga successiva per ciascuna alternativa offerta.
- (**) Indicare le misure (Ch - F- mm - Fig. ecc.) campionate e/o disponibili e offerte .
- (***) Specificare col simbolo (**C**) se la misura/prodotto è stata/o campionata/o o col simbolo (**D**) se disponibile e , comunque,offerta/o.

--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Timbro e Firma leggibile
del legale rappresentante dell'Azienda**

Legenda:

La Sezione 2 deve essere compilata dalla azienda partecipante alla gara.

- (1)- Nome commerciale, modello del prodotto presenti sul catalogo ufficiale;
- (2) - Denominazione del fabbricante (responsabile immissione in commercio) ;
- (3) - Codice commerciale del prodotto attribuito dal fabbricante ;
- (4)- Denominazione del fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso dal fabbricante);
- (5)- Codice commerciale prodotto attribuito dal fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso da quello attribuito dal fabbricante);
- (6)- Codifica CND (Classificazione Nazionale Dispositivi) all'ultimo livello di suddivisione.
- (*) Da compilare solo in caso di offerte alternative per lo stesso lotto. In caso di più alternative, SPECIFICARE anche il gruppo di alternativa di appartenenza dei singoli prodotti offerti (Es: Alternativa A; alternativa B; ecc.). Nel caso di offerte alternative per lo stesso lotto, per la compilazione, utilizzare una riga successiva per ciascuna alternativa offerta.
- (**) Indicare le misure (Ch - F- mm - Fig. ecc.) campionate e/o disponibili e offerte .
- (***) Specificare col simbolo (**C**) se la misura/prodotto è stata/o campionata/o o col simbolo (**D**) se disponibile e , comunque,offerta/o.

--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Timbro e Firma leggibile
del legale rappresentante dell'Azienda**

Legenda:

La Sezione 2 deve essere compilata dalla azienda partecipante alla gara.

- (1)- Nome commerciale, modello del prodotto presenti sul catalogo ufficiale;
- (2) - Denominazione del fabbricante (responsabile immissione in commercio) ;
- (3) - Codice commerciale del prodotto attribuito dal fabbricante ;
- (4)- Denominazione del fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso dal fabbricante);
- (5)- Codice commerciale prodotto attribuito dal fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso da quello attribuito dal fabbricante);
- (6)- Codifica CND (Classificazione Nazionale Dispositivi) all'ultimo livello di suddivisione.
- (*) Da compilare solo in caso di offerte alternative per lo stesso lotto. In caso di più alternative, SPECIFICARE anche il gruppo di alternativa di appartenenza dei singoli prodotti offerti (Es: Alternativa A; alternativa B; ecc.). Nel caso di offerte alternative per lo stesso lotto, per la compilazione, utilizzare una riga successiva per ciascuna alternativa offerta.
- (**) Indicare le misure (Ch - F- mm - Fig. ecc.) campionate e/o disponibili e offerte .
- (***) Specificare col simbolo (**C**) se la misura/prodotto è stata/o campionata/o o col simbolo (**D**) se disponibile e , comunque,offerta/o.

**Timbro e Firma leggibile
del legale rappresentante dell'Azienda**

Legenda:

La Sezione 2 deve essere compilata dalla azienda partecipante alla gara.

- (1)- Nome commerciale, modello del prodotto presenti sul catalogo ufficiale;
- (2) - Denominazione del fabbricante (responsabile immissione in commercio) ;
- (3) - Codice commerciale del prodotto attribuito dal fabbricante ;
- (4)- Denominazione del fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso dal fabbricante);
- (5)- Codice commerciale prodotto attribuito dal fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso da quello attribuito dal fabbricante);
- (6)- Codifica CND (Classificazione Nazionale Dispositivi) all'ultimo livello di suddivisione.
- (*) Da compilare solo in caso di offerte alternative per lo stesso lotto. In caso di più alternative, SPECIFICARE anche il gruppo di alternativa di appartenenza dei singoli prodotti offerti (Es: Alternativa A; alternativa B; ecc.). Nel caso di offerte alternative per lo stesso lotto, per la compilazione, utilizzare una riga successiva per ciascuna alternativa offerta.
- (**) Indicare le misure (Ch - F- mm - Fig. ecc.) campionate e/o disponibili e offerte .
- (***) Specificare col simbolo (**C**) se la misura/prodotto è stata/o campionata/o o col simbolo (**D**) se disponibile e , comunque,offerta/o.

Alternativa A (*)								
Alternativa B (*)								

**Timbro e Firma leggibile
del legale rappresentante dell'Azienda**

Legenda:

La Sezione 2 deve essere compilata dalla azienda partecipante alla gara.

- (1)- Nome commerciale, modello del prodotto presenti sul catalogo ufficiale;
- (2) - Denominazione del fabbricante (responsabile immissione in commercio) ;
- (3) - Codice commerciale del prodotto attribuito dal fabbricante ;
- (4)- Denominazione del fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso dal fabbricante);
- (5)- Codice commerciale prodotto attribuito dal fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso da quello attribuito dal fabbricante);
- (6)- Codifica CND (Classificazione Nazionale Dispositivi) all'ultimo livello di suddivisione.
- (*) Da compilare solo in caso di offerte alternative per lo stesso lotto. In caso di più alternative, SPECIFICARE anche il gruppo di alternativa di appartenenza dei singoli prodotti offerti (Es: Alternativa A; alternativa B; ecc.). Nel caso di offerte alternative per lo stesso lotto, per la compilazione, utilizzare una riga successiva per ciascuna alternativa offerta.
- (**) Indicare le misure (Ch - F- mm - Fig. ecc.) campionate e/o disponibili e offerte .
- (***) Specificare col simbolo (**C**) se la misura/prodotto è stata/o campionata/o o col simbolo (**D**) se disponibile e , comunque,offerta/o.

SCHEDA E - PRODOTTI RICHIESTI

LOTTO n° 9

TITOLO:

CATEGORIA: SONDE URETRALI, PROSTATICHE e VESCICALI- CON PALLONCINO (FOLEY):

TIPOLOGIE PRODOTTI: Sonde Foley punta Nelaton

Sezione 1:		RICHIESTO						
Descrizione	<p>Sterili, monouso. <u>Vie</u> : due vie <u>Materiale</u> :lattice siliconato; il trattamento superficiale con silicone è preferibile che sia presente sia esternamente che internamente alla sonda stessa. <u>Morfologia della punta</u>: Nelaton . <u>Lunghezza</u>: 40 cm circa. <u>Palloncino</u>: 5/15 ml circa. In materiale idoneo ,soffice e tale da ottenere un rigonfiamento uniforme per garantire una ottimale stabilità del posizionamento della sonda. Il palloncino deve assicurare la forma sferica anche per gonfiaggi a bassi volumi e lo sgonfiamento completo alla rimozione della sonda. <u>Canale di gonfiaggio</u> ricavato nello spessore dell'asta in modo da non essere bloccato da compressioni esterne e collegato con un raccordo all'asta della sonda che garantisca una sicura connessione. <u>Canale di drenaggio e/o di irrigazione</u> dall'ampio lume con pareti interne lisce per facilitare un buon flusso. <u>Valvola di gonfiaggio</u>: morbida per garantire un facile inserimento della siringa e dotata , preferibilmente, di fascetta con colore differenziato per ciascuna misura e che protegga ed assicuri la valvola stessa. <u>Fori sulla sonda</u>: due fori atraumatici di grandezza e forma adatti per evitare possibili occlusioni.</p> <p>Confezione: Ogni singola sonda deve essere contenuta in un involucro termosaldato, di facile apertura , con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie suddivise in idonei box secondari. Etichette: Secondo la normativa vigente.</p>							
	Misure e Quantità	<p>Misure da Ch 12 a Ch 26 = 14.000 pezzi unitari totali CAMPIONI DA PRESENTARE di ogni "modello" proposto <i>(nella misura di uso più routinario)</i>= pz 10</p>						
<p>Sezione 2: da compilare da parte della ditta partecipante</p> <p>DITTA PARTECIPANTE:</p>								
PRODOTTI OFFERTI								
	Denominazione prodotto (1)	Fabbricante (2)	Codice prodotto attribuito dal fabbricante (3)	Fornitore (4)	Codice prodotto attribuito dal fornitore (5)	Misure (**)	C= campionato D= disponibile (****)	Classif. C.N.D. (6)

<i>Prodotto primario</i>								
<i>Alternativa A (*)</i>								
<i>Alternativa B (*)</i>								

**Timbro e Firma leggibile
del legale rappresentante dell'Azienda**

Legenda:

La Sezione 2 deve essere compilata dalla azienda partecipante alla gara.

- (1)- Nome commerciale, modello del prodotto presenti sul catalogo ufficiale;
- (2) - Denominazione del fabbricante (responsabile immissione in commercio) ;
- (3) - Codice commerciale del prodotto attribuito dal fabbricante ;
- (4)- Denominazione del fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso dal fabbricante);
- (5)- Codice commerciale prodotto attribuito dal fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso da quello attribuito dal fabbricante);
- (6)- Codifica CND (Classificazione Nazionale Dispositivi) all'ultimo livello di suddivisione.
- (*) Da compilare solo in caso di offerte alternative per lo stesso lotto. In caso di più alternative, SPECIFICARE anche il gruppo di alternativa di appartenenza dei singoli prodotti offerti (Es: Alternativa A; alternativa B; ecc.). Nel caso di offerte alternative per lo stesso lotto, per la compilazione, utilizzare una riga successiva per ciascuna alternativa offerta.
- (**) Indicare le misure (Ch - F- mm - Fig. ecc.) campionate e/o disponibili e offerte .
- (***) Specificare col simbolo (**C**) se la misura/prodotto è stata/o campionata/o o col simbolo (**D**) se disponibile e , comunque,offerta/o.

Alternativa A (*)								
Alternativa B (*)								

**Timbro e Firma leggibile
del legale rappresentante dell'Azienda**

Legenda:

La Sezione 2 deve essere compilata dalla azienda partecipante alla gara.

- (1)- Nome commerciale, modello del prodotto presenti sul catalogo ufficiale;
- (2) - Denominazione del fabbricante (responsabile immissione in commercio) ;
- (3) - Codice commerciale del prodotto attribuito dal fabbricante ;
- (4)- Denominazione del fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso dal fabbricante);
- (5)- Codice commerciale prodotto attribuito dal fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso da quello attribuito dal fabbricante);
- (6)- Codifica CND (Classificazione Nazionale Dispositivi) all'ultimo livello di suddivisione.
- (*) Da compilare solo in caso di offerte alternative per lo stesso lotto. In caso di più alternative, SPECIFICARE anche il gruppo di alternativa di appartenenza dei singoli prodotti offerti (Es: Alternativa A; alternativa B; ecc.). Nel caso di offerte alternative per lo stesso lotto, per la compilazione, utilizzare una riga successiva per ciascuna alternativa offerta.
- (**) Indicare le misure (Ch - F- mm - Fig. ecc.) campionate e/o disponibili e offerte .
- (***) Specificare col simbolo (**C**) se la misura/prodotto è stata/o campionata/o o col simbolo (**D**) se disponibile e , comunque,offerta/o.

SCHEDA E - PRODOTTI RICHIESTI

LOTTO n° 11

TITOLO:

CATEGORIA: SONDE URETRALI, PROSTATICHE e VESCICALI- CON PALLONCINO (FOLEY):

TIPOLOGIE PRODOTTI: Sonde Foley punta Nelaton

Sezione 1:		RICHIESTO						
Descrizione	<p>Sterili, monouso. Per utilizzo su guida dopo dilatazione uretrale <u>Vie</u> : due vie <u>Materiale</u> : silicone . <u>Morfologia della punta</u>: Nelaton, aperta in punta per uso su guida. <u>Lunghezza</u>: idonea. <u>Palloncino</u>: 10 ml circa. In materiale idoneo ,soffice e tale da ottenere un rigonfiamento uniforme per garantire una ottimale stabilità del posizionamento della sonda. Il palloncino deve assicurare la forma sferica anche per gonfiaggi a bassi volumi e lo sgonfiamento completo alla rimozione della sonda. <u>Canale di gonfiaggio</u> ricavato nello spessore dell'asta in modo da non essere bloccato da compressioni esterne e collegato con un raccordo all'asta della sonda che garantisca una sicura connessione. <u>Canale di drenaggio e/o di irrigazione</u> dall'ampio lume con pareti interne lisce per facilitare un buon flusso. <u>Valvola di gonfiaggio</u>: morbida per garantire un facile inserimento della siringa e dotata, preferibilmente, di fascetta con colore differenziato per ciascuna misura e che protegga ed assicuri la valvola stessa.</p> <p>Confezione: Ogni singola sonda deve essere contenuta in un involucro termosaldato, di facile apertura , con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie suddivise in idonei box secondari. Etichette: Secondo la normativa vigente.</p>							
Misure e Quantità	Misure da Ch 14 a Ch 20 = 60 pezzi unitari totali CAMPIONI DA PRESENTARE di ogni "modello" proposto <i>(nella misura di uso più routinario)</i> = pz 3							
Sezione 2: da compilare da parte della ditta partecipante DITTA PARTECIPANTE:								
PRODOTTI OFFERTI								
	Denominazione prodotto (1)	Fabbricante (2)	Codice prodotto attribuito dal fabbricante (3)	Fornitore (4)	Codice prodotto attribuito dal fornitore (5)	Misure (**)	C= campionato D= disponibile (***)	Classif. C.N.D. (6)

<i>Prodotto primario</i>								
<i>Alternativa A (*)</i>								
<i>Alternativa B (*)</i>								

**Timbro e Firma leggibile
del legale rappresentante dell'Azienda**

Legenda:

La Sezione 2 deve essere compilata dalla azienda partecipante alla gara.

- (1)- Nome commerciale, modello del prodotto presenti sul catalogo ufficiale;
- (2) - Denominazione del fabbricante (responsabile immissione in commercio) ;
- (3) - Codice commerciale del prodotto attribuito dal fabbricante ;
- (4)- Denominazione del fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso dal fabbricante);
- (5)- Codice commerciale prodotto attribuito dal fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso da quello attribuito dal fabbricante);
- (6)- Codifica CND (Classificazione Nazionale Dispositivi) all'ultimo livello di suddivisione.
- (*) Da compilare solo in caso di offerte alternative per lo stesso lotto. In caso di più alternative, SPECIFICARE anche il gruppo di alternativa di appartenenza dei singoli prodotti offerti (Es: Alternativa A; alternativa B; ecc.). Nel caso di offerte alternative per lo stesso lotto, per la compilazione, utilizzare una riga successiva per ciascuna alternativa offerta.
- (**) Indicare le misure (Ch - F- mm - Fig. ecc.) campionate e/o disponibili e offerte .
- (***) Specificare col simbolo (**C**) se la misura/prodotto è stata/o campionata/o o col simbolo (**D**) se disponibile e , comunque,offerta/o.

SCHEDA E - PRODOTTI RICHIESTI

LOTTO n° 12

TITOLO:

CATEGORIA: SONDE URETRALI, PROSTATICHE e VESCICALI- CON PALLONCINO (FOLEY):

TIPOLOGIE PRODOTTI: Sonde Foley punta Nelaton

Sezione 1:		RICHIESTO
Descrizione	<p>Sterili, monouso. Di tipo pediatrico. Vie : due vie Materiale : lattice siliconato Il trattamento superficiale con silicone è preferibile che sia presente sia esternamente che internamente alla sonda stessa. Morfologia della punta: Nelaton . Lunghezza: 30 cm circa. Palloncino: 5 ml circa. In materiale idoneo ,soffice e tale da ottenere un rigonfiamento uniforme per garantire una ottimale stabilità del posizionamento della sonda. Il palloncino deve assicurare la forma sferica anche per gonfiaggi a bassi volumi e lo sgonfiamento completo alla rimozione della sonda. Canale di gonfiaggio ricavato nello spessore dell'asta in modo da non essere bloccato da compressioni esterne e collegato con un raccordo all'asta della sonda che garantisca una sicura connessione. Canale di drenaggio e/o di irrigazione dall'ampio lume con pareti interne lisce per facilitare un buon flusso. Valvola di gonfiaggio: morbida per garantire un facile inserimento della siringa e dotata , preferibilmente, di fascetta con colore differenziato per ciascuna misura e che protegga ed assicuri la valvola stessa.</p> <p>Confezione: Ogni singola sonda deve essere contenuta in un involucro termosaldato, di facile apertura , con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie suddivise in idonei box secondari. Etichette: Secondo la normativa vigente.</p>	
Misure e Quantità	Misure: da Ch 6 a Ch 10 = 200 pezzi unitari totali CAMPIONI DA PRESENTARE di ogni "modello" proposto (nella misura di uso più routinario)= pz 3	
Sezione 2: da compilare da parte della ditta partecipante		
DITTA PARTECIPANTE:		
		PRODOTTI OFFERTI

	Denominazione prodotto (1)	Fabbricante (2)	Codice prodotto attribuito dal fabbricante (3)	Fornitore (4)	Codice prodotto attribuito dal fornitore (5)	Misure (**)	C = campionato D = disponibile (***)	Classif. C.N.D. (6)
<i>Prodotto primario</i>								
<i>Alternativa A (*)</i>								
<i>Alternativa B (*)</i>								

**Timbro e Firma leggibile
del legale rappresentante dell'Azienda**

Legenda:

La Sezione 2 deve essere compilata dalla azienda partecipante alla gara.

- (1)- Nome commerciale, modello del prodotto presenti sul catalogo ufficiale;
- (2) - Denominazione del fabbricante (responsabile immissione in commercio) ;
- (3) - Codice commerciale del prodotto attribuito dal fabbricante ;
- (4)- Denominazione del fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso dal fabbricante);
- (5)- Codice commerciale prodotto attribuito dal fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso da quello attribuito dal fabbricante);
- (6)- Codifica CND (Classificazione Nazionale Dispositivi) all'ultimo livello di suddivisione.
- (*) Da compilare solo in caso di offerte alternative per lo stesso lotto. In caso di più alternative, SPECIFICARE anche il gruppo di alternativa di appartenenza dei singoli prodotti offerti (Es: Alternativa A; alternativa B; ecc.). Nel caso di offerte alternative per lo stesso lotto, per la compilazione, utilizzare una riga successiva per ciascuna alternativa offerta.
- (**) Indicare le misure (Ch - F- mm - Fig. ecc.) campionate e/o disponibili e offerte .
- (***) Specificare col simbolo (**C**) se la misura/prodotto è stata/o campionata/o o col simbolo (**D**) se disponibile e , comunque,offerta/o.

SCHEDA E - PRODOTTI RICHIESTI

LOTTO n° 13

TITOLO:

CATEGORIA: SONDE URETRALI, PROSTATICHE e VESCICALI- CON PALLONCINO (FOLEY):

TIPOLOGIE PRODOTTI: Sonde Foley punta Nelaton

Sezione 1:		RICHIESTO
Descrizione	<p>Sterili, monouso. <u>Con due palloncini (uno distale ed uno prossimale , per lo studio radiografico dell'uretra).</u> <u>Materiale</u> : lattice siliconato. Il trattamento superficiale con silicone è preferibile che sia presente sia esternamente che internamente alla sonda stessa. <u>Morfologia della punta:</u> Nelaton . <u>Lunghezza:</u> idonea. <u>Palloncini:</u> 5/15 ml circa. In materiale idoneo ,soffice e tale da ottenere un rigonfiamento uniforme per garantire una ottimale stabilità del posizionamento della sonda. Il palloncino deve assicurare la forma sferica anche per gonfiaggi a bassi volumi e lo sgonfiamento completo alla rimozione della sonda. <u>Valvola di gonfiaggio:</u> morbida per garantire un facile inserimento della siringa e dotata , preferibilmente, di fascetta con colore differenziato per ciascuna misura e che protegga ed assicuri la valvola stessa.</p> <p>Confezione: Ogni singola sonda deve essere contenuta in un involucro termosaldato, di facile apertura , con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie suddivise in idonei box secondari. Etichette: Secondo la normativa vigente.</p>	
Misure e Quantità	<p>Misure da Ch 16 a Ch 18 = 20 pezzi unitari totali CAMPIONI DA PRESENTARE di ogni "modello" proposto <i>(nella misura di uso più routinario)= pz 3</i></p>	
Sezione 2: da compilare da parte della ditta partecipante		
DITTA PARTECIPANTE:		
PRODOTTI OFFERTI		
	Denominazione prodotto (1)	Fabbricante (2)
	Codice prodotto attribuito dal fabbricante (3)	Fornitore (4)
	Codice prodotto attribuito dal fornitore (5)	Misure (**)
	C= campionato D= disponibile (***)	Classif. C.N.D. (6)

<i>Prodotto primario</i>								
<i>Alternativa A (*)</i>								
<i>Alternativa B (*)</i>								

**Timbro e Firma leggibile
del legale rappresentante dell'Azienda**

Legenda:

La Sezione 2 deve essere compilata dalla azienda partecipante alla gara.

- (1)- Nome commerciale, modello del prodotto presenti sul catalogo ufficiale;
- (2) - Denominazione del fabbricante (responsabile immissione in commercio) ;
- (3) - Codice commerciale del prodotto attribuito dal fabbricante ;
- (4)- Denominazione del fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso dal fabbricante);
- (5)- Codice commerciale prodotto attribuito dal fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso da quello attribuito dal fabbricante);
- (6)- Codifica CND (Classificazione Nazionale Dispositivi) all'ultimo livello di suddivisione.
- (*) Da compilare solo in caso di offerte alternative per lo stesso lotto. In caso di più alternative, SPECIFICARE anche il gruppo di alternativa di appartenenza dei singoli prodotti offerti (Es: Alternativa A; alternativa B; ecc.). Nel caso di offerte alternative per lo stesso lotto, per la compilazione, utilizzare una riga successiva per ciascuna alternativa offerta.
- (**) Indicare le misure (Ch - F- mm - Fig. ecc.) campionate e/o disponibili e offerte .
- (***) Specificare col simbolo (**C**) se la misura/prodotto è stata/o campionata/o o col simbolo (**D**) se disponibile e , comunque,offerta/o.

SCHEDA E - PRODOTTI RICHIESTI

LOTTO n° 14

TITOLO:

CATEGORIA: **SONDE URETRALI, PROSTATICHE e VESCICALI- CON PALLONCINO (FOLEY):**

TIPOLOGIE PRODOTTI: **Sonde Foley punta Couvelaire**

Sezione 1:		RICHIESTO
Descrizione	<p>Sterili, monouso. Per resezioni prostatiche e vescicali <u>Vie</u> : tre vie <u>Materiale</u> : silicone . <u>Morfologia della punta</u>: Couvelaire. <u>Lunghezza</u>: 40 cm circa. <u>Palloncino</u>: 75 ml circa. In materiale idoneo ,soffice e tale da ottenere un rigonfiamento uniforme per garantire una ottimale stabilità del posizionamento della sonda. Il palloncino deve assicurare la forma sferica anche per gonfiaggi a bassi volumi e lo sgonfiamento completo alla rimozione della sonda. <u>Canale di gonfiaggio</u> ricavato nello spessore dell'asta in modo da non essere bloccato da compressioni esterne e collegato con un raccordo all'asta della sonda che garantisca una sicura connessione e che , deve essere di spessore idoneo per impedire la torsione su se stesso così da limitare la chiusura accidentale del canale di irrigazione. <u>Canale di drenaggio e/o di irrigazione</u> dall'ampio lume con pareti interne lisce per facilitare un buon flusso. <u>Valvola di gonfiaggio</u>: morbida per garantire un facile inserimento della siringa e dotata , preferibilmente, di fascetta con colore differenziato per ciascuna misura e che protegga ed assicuri la valvola stessa.</p> <p>Confezione: Ogni singola sonda deve essere contenuta in un involucro termosaldato, di facile apertura , con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie suddivise in idonei box secondari. Etichette: Secondo la normativa vigente.</p>	
Misure e Quantità	<p>Misure: Ch 18 = 80 pezzi unitari Ch 20 = 160 pezzi unitari CAMPIONI DA PRESENTARE di ogni "modello" proposto <i>(nella misura di uso più routinario)</i>= pz 3</p>	
Sezione 2: da compilare da parte della ditta partecipante		
DITTA PARTECIPANTE:		
		PRODOTTI OFFERTI

	Denominazione prodotto (1)	Fabbricante (2)	Codice prodotto attribuito dal fabbricante (3)	Fornitore (4)	Codice prodotto attribuito dal fornitore (5)	Misure (**)	C = campionato D = disponibile (***)	Classif. C.N.D. (6)
<i>Prodotto primario</i>								
<i>Alternativa A (*)</i>								
<i>Alternativa B (*)</i>								

**Timbro e Firma leggibile
del legale rappresentante dell'Azienda**

Legenda:

La Sezione 2 deve essere compilata dalla azienda partecipante alla gara.

- (1)- Nome commerciale, modello del prodotto presenti sul catalogo ufficiale;
- (2) - Denominazione del fabbricante (responsabile immissione in commercio) ;
- (3) - Codice commerciale del prodotto attribuito dal fabbricante ;
- (4)- Denominazione del fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso dal fabbricante);
- (5)- Codice commerciale prodotto attribuito dal fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso da quello attribuito dal fabbricante);
- (6)- Codifica CND (Classificazione Nazionale Dispositivi) all'ultimo livello di suddivisione.
- (*) Da compilare solo in caso di offerte alternative per lo stesso lotto. In caso di più alternative, SPECIFICARE anche il gruppo di alternativa di appartenenza dei singoli prodotti offerti (Es: Alternativa A; alternativa B; ecc.). Nel caso di offerte alternative per lo stesso lotto, per la compilazione, utilizzare una riga successiva per ciascuna alternativa offerta.
- (**) Indicare le misure (Ch - F- mm - Fig. ecc.) campionate e/o disponibili e offerte .
- (***) Specificare col simbolo (**C**) se la misura/prodotto è stata/o campionata/o o col simbolo (**D**) se disponibile e , comunque,offerta/o.

SCHEDA E - PRODOTTI RICHIESTI

LOTTO n° 15

TITOLO:

CATEGORIA: SONDE URETRALI, PROSTATICHE e VESCICALI- CON PALLONCINO (FOLEY):

TIPOLOGIE PRODOTTI: Sonde Foley punta Delinotte

Sezione 1:	RICHIESTO
Descrizione	<p>Sterili, monouso. Vie : tre vie Per resezioni vescicale e prostatiche. <u>Materiale</u> : silicone . <u>Morfologia della punta</u>: Delinotte. <u>Lunghezza</u>: 40 cm circa. <u>Palloncino</u>: 30/50 ml circa. In materiale idoneo ,soffice e tale da ottenere un rigonfiamento uniforme per garantire una ottimale stabilità del posizionamento della sonda. Il palloncino deve assicurare la forma sferica anche per gonfiaggi a bassi volumi e lo sgonfiamento completo alla rimozione della sonda. <u>Canale di gonfiaggio</u> ricavato nello spessore dell'asta in modo da non essere bloccato da compressioni esterne e collegato con un raccordo all'asta della sonda che garantisca una sicura connessione e che , deve essere di spessore idoneo per impedire la torsione su se stesso così da limitare la chiusura accidentale del canale di irrigazione. <u>Canale di drenaggio e/o di irrigazione</u> dall'ampio lume con pareti interne lisce per facilitare un buon flusso. <u>Valvola di gonfiaggio</u>: morbida per garantire un facile inserimento della siringa e dotata , preferibilmente, di fascetta con colore differenziato per ciascuna misura e che protegga ed assicuri la valvola stessa.</p> <p>Confezione: Ogni singola sonda deve essere contenuta in un involucro termosaldato, di facile apertura , con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie suddivise in idonei box secondari. Etichette: Secondo la normativa vigente.</p>
Misure e Quantità	<p>Misure: Ch 18 = 100 pezzi unitari Ch 20 = 160 pezzi unitari Ch 22 = 20 pezzi unitari CAMPIONI DA PRESENTARE di ogni "modello" proposto <i>(nella misura di uso più routinario)</i>= pz 3</p>
Sezione 2: da compilare da parte della ditta partecipante DITTA PARTECIPANTE: <div style="text-align: center;">PRODOTTI OFFERTI</div>	

	Denominazione prodotto (1)	Fabbricante (2)	Codice prodotto attribuito dal fabbricante (3)	Fornitore (4)	Codice prodotto attribuito dal fornitore (5)	Misure (**)	C = campionato D = disponibile (***)	Classif. C.N.D. (6)
<i>Prodotto primario</i>								
<i>Alternativa A (*)</i>								
<i>Alternativa B (*)</i>								

**Timbro e Firma leggibile
del legale rappresentante dell'Azienda**

Legenda:

La Sezione 2 deve essere compilata dalla azienda partecipante alla gara.

- (1)- Nome commerciale, modello del prodotto presenti sul catalogo ufficiale;
- (2) - Denominazione del fabbricante (responsabile immissione in commercio) ;
- (3) - Codice commerciale del prodotto attribuito dal fabbricante ;
- (4)- Denominazione del fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso dal fabbricante);
- (5)- Codice commerciale prodotto attribuito dal fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso da quello attribuito dal fabbricante);
- (6)- Codifica CND (Classificazione Nazionale Dispositivi) all'ultimo livello di suddivisione.
- (*) Da compilare solo in caso di offerte alternative per lo stesso lotto. In caso di più alternative, SPECIFICARE anche il gruppo di alternativa di appartenenza dei singoli prodotti offerti (Es: Alternativa A; alternativa B; ecc.). Nel caso di offerte alternative per lo stesso lotto, per la compilazione, utilizzare una riga successiva per ciascuna alternativa offerta.
- (**) Indicare le misure (Ch - F- mm - Fig. ecc.) campionate e/o disponibili e offerte .
- (***) Specificare col simbolo (**C**) se la misura/prodotto è stata/o campionata/o o col simbolo (**D**) se disponibile e , comunque,offerta/o.

SCHEDA E - PRODOTTI RICHIESTI

LOTTO n° 16

TITOLO:

CATEGORIA: SONDE URETRALI, PROSTATICHE e VESCICALI- CON PALLONCINO (FOLEY):

TIPOLOGIE PRODOTTI: Sonde Foley punta Delinotte

Sezione 1:	RICHIESTO
Descrizione	<p>Sterili, monouso. Vie : tre vie Per resezioni vescicale e prostatiche. <u>Materiale</u> : silicone . <u>Morfologia della punta:</u> Delinotte. <u>Lunghezza:</u> 40 cm circa. <u>Palloncino:</u> 50/80 ml circa. In materiale idoneo ,soffice e tale da ottenere un rigonfiamento uniforme per garantire una ottimale stabilità del posizionamento della sonda. Il palloncino deve assicurare la forma sferica anche per gonfiaggi a bassi volumi e lo sgonfiamento completo alla rimozione della sonda. <u>Canale di gonfiaggio</u> ricavato nello spessore dell'asta in modo da non essere bloccato da compressioni esterne e collegato con un raccordo all'asta della sonda che garantisca una sicura connessione e che , deve essere di spessore idoneo per impedire la torsione su se stesso così da limitare la chiusura accidentale del canale di irrigazione. <u>Canale di drenaggio e/o di irrigazione</u> dall'ampio lume con pareti interne lisce per facilitare un buon flusso. <u>Valvola di gonfiaggio:</u> morbida per garantire un facile inserimento della siringa e dotata , preferibilmente, di fascetta con colore differenziato per ciascuna misura e che protegga ed assicuri la valvola stessa.</p> <p>Confezione: Ogni singola sonda deve essere contenuta in un involucro termosaldato, di facile apertura , con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie suddivise in idonei box secondari. Etichette: Secondo la normativa vigente.</p>
Misure e Quantità	<p>Misure: Ch 18 = 60 pezzi unitari Ch 20 = 80 pezzi unitari Ch 22 = 40 pezzi unitari CAMPIONI DA PRESENTARE di ogni "modello" proposto <i>(nella misura di uso più routinario)= pz 3</i></p>
<p>Sezione 2: <i>da compilare da parte della ditta partecipante</i></p> <p>DITTA PARTECIPANTE:</p> <p style="text-align: center;">PRODOTTI OFFERTI</p>	

	Denominazione prodotto (1)	Fabbricante (2)	Codice prodotto attribuito dal fabbricante (3)	Fornitore (4)	Codice prodotto attribuito dal fornitore (5)	Misure (**)	C = campionato D = disponibile (***)	Classif. C.N.D. (6)
<i>Prodotto primario</i>								
<i>Alternativa A (*)</i>								
<i>Alternativa B (*)</i>								

**Timbro e Firma leggibile
del legale rappresentante dell'Azienda**

Legenda:

La Sezione 2 deve essere compilata dalla azienda partecipante alla gara.

- (1)- Nome commerciale, modello del prodotto presenti sul catalogo ufficiale;
- (2) - Denominazione del fabbricante (responsabile immissione in commercio) ;
- (3) - Codice commerciale del prodotto attribuito dal fabbricante ;
- (4)- Denominazione del fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso dal fabbricante);
- (5)- Codice commerciale prodotto attribuito dal fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso da quello attribuito dal fabbricante);
- (6)- Codifica CND (Classificazione Nazionale Dispositivi) all'ultimo livello di suddivisione.
- (*) Da compilare solo in caso di offerte alternative per lo stesso lotto. In caso di più alternative, SPECIFICARE anche il gruppo di alternativa di appartenenza dei singoli prodotti offerti (Es: Alternativa A; alternativa B; ecc.). Nel caso di offerte alternative per lo stesso lotto, per la compilazione, utilizzare una riga successiva per ciascuna alternativa offerta.
- (**) Indicare le misure (Ch - F- mm - Fig. ecc.) campionate e/o disponibili e offerte .
- (***) Specificare col simbolo (**C**) se la misura/prodotto è stata/o campionata/o o col simbolo (**D**) se disponibile e , comunque,offerta/o.

SCHEDA E - PRODOTTI RICHIESTI

LOTTO n° 17

TITOLO:

CATEGORIA: SONDE URETRALI, PROSTATICHE e VESCICALI- CON PALLONCINO (FOLEY):

TIPOLOGIE PRODOTTI: Sonde Foley punta Delinotte

Sezione 1:	RICHIESTO
Descrizione	<p>Sterili, monouso. Per lavaggio vescicale a doppia corrente continua per macroematuria. <u>Vie</u> : tre vie <u>Materiale</u> : lattice semirigido o gomma . <u>Morfologia della punta</u>: Delinotte. <u>Lunghezza</u>: idonea. <u>Palloncino</u>: 30/50 ml circa. In materiale idoneo ,soffice e tale da ottenere un rigonfiamento uniforme per garantire una ottimale stabilità del posizionamento della sonda. Il palloncino deve assicurare la forma sferica anche per gonfiaggi a bassi volumi e lo sgonfiamento completo alla rimozione della sonda. <u>Canale di gonfiaggio</u> ricavato nello spessore dell'asta in modo da non essere bloccato da compressioni esterne e collegato con un raccordo all'asta della sonda che garantisca una sicura connessione e che , deve essere di spessore idoneo per impedire la torsione su se stesso così da limitare la chiusura accidentale del canale di irrigazione. <u>Canale di drenaggio e/o di irrigazione</u> dall'ampio lume con pareti interne lisce per facilitare un buon flusso. <u>Valvola di gonfiaggio</u>: morbida per garantire un facile inserimento della siringa e dotata , preferibilmente, di fascetta con colore differenziato per ciascuna misura e che protegga ed assicuri la valvola stessa.</p> <p>Confezione: Ogni singola sonda deve essere contenuta in un involucro termosaldato, di facile apertura , con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie suddivise in idonei box secondari. Etichette: Secondo la normativa vigente.</p>
Misure e Quantità	<p>Misure da Ch 18 a Ch 24 = 300 pezzi unitari totali CAMPIONI DA PRESENTARE di ogni "modello" proposto <i>(nella misura di uso più routinario)</i>= pz 3</p>
Sezione 2: da compilare da parte della ditta partecipante	
DITTA PARTECIPANTE:	
PRODOTTI OFFERTI	

	Denominazione prodotto (1)	Fabbricante (2)	Codice prodotto attribuito dal fabbricante (3)	Fornitore (4)	Codice prodotto attribuito dal fornitore (5)	Misure (**)	C = campionato D = disponibile (***)	Classif. C.N.D. (6)
<i>Prodotto primario</i>								
<i>Alternativa A (*)</i>								
<i>Alternativa B (*)</i>								

**Timbro e Firma leggibile
del legale rappresentante dell'Azienda**

Legenda:

La Sezione 2 deve essere compilata dalla azienda partecipante alla gara.

- (1)- Nome commerciale, modello del prodotto presenti sul catalogo ufficiale;
- (2) - Denominazione del fabbricante (responsabile immissione in commercio) ;
- (3) - Codice commerciale del prodotto attribuito dal fabbricante ;
- (4)- Denominazione del fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso dal fabbricante);
- (5)- Codice commerciale prodotto attribuito dal fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso da quello attribuito dal fabbricante);
- (6)- Codifica CND (Classificazione Nazionale Dispositivi) all'ultimo livello di suddivisione.
- (*) Da compilare solo in caso di offerte alternative per lo stesso lotto. In caso di più alternative, SPECIFICARE anche il gruppo di alternativa di appartenenza dei singoli prodotti offerti (Es: Alternativa A; alternativa B; ecc.). Nel caso di offerte alternative per lo stesso lotto, per la compilazione, utilizzare una riga successiva per ciascuna alternativa offerta.
- (**) Indicare le misure (Ch - F- mm - Fig. ecc.) campionate e/o disponibili e offerte .
- (***) Specificare col simbolo (**C**) se la misura/prodotto è stata/o campionata/o o col simbolo (**D**) se disponibile e , comunque,offerta/o.

SCHEDA E - PRODOTTI RICHIESTI

LOTTO n° 18

TITOLO:

CATEGORIA: SONDE URETRALI, PROSTATICHE e VESCICALI- CON PALLONCINO (FOLEY):

TIPOLOGIE PRODOTTI: Sonde Foley punta Dufour

Sezione 1:	RICHIESTO
Descrizione	<p>Sonda vescicale/prostatica. Per interventi prostatici intraoperatori. <u>Vie</u> : tre vie <u>Materiale</u> : lattice siliconato. <u>Morfologia della punta</u>: Dufour. <u>Lunghezza</u>: 40 cm circa. <u>Palloncino</u>: 30/50 ml circa. In materiale idoneo ,soffice e tale da ottenere un rigonfiamento uniforme per garantire una ottimale stabilità del posizionamento della sonda. Il palloncino deve assicurare la forma sferica anche per gonfiaggi a bassi volumi e lo sgonfiamento completo alla rimozione della sonda. <u>Canale di gonfiaggio</u> ricavato nello spessore dell'asta in modo da non essere bloccato da compressioni esterne e collegato con un raccordo all'asta della sonda che garantisca una sicura connessione e che , deve essere di spessore idoneo per impedire la torsione su se stesso così da limitare la chiusura accidentale del canale di irrigazione. <u>Canale di drenaggio e/o di irrigazione</u> dall'ampio lume con pareti interne lisce per facilitare un buon flusso. <u>Valvola di gonfiaggio</u>: morbida per garantire un facile inserimento della siringa e dotata , preferibilmente, di fascetta con colore differenziato per ciascuna misura e che protegga ed assicuri la valvola stessa.</p> <p>Confezione: Ogni singola sonda deve essere contenuta in un involucro termosaldato, di facile apertura , con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie suddivise in idonei box secondari. Etichette: Secondo la normativa vigente.</p>
Misure e Quantità	<p>Misure: Ch 18 = 60 pezzi unitari Ch 20 = 160 pezzi unitari Ch 22 = 40 pezzi unitari CAMPIONI DA PRESENTARE di ogni "modello" proposto <i>(nella misura di uso più routinario)</i>= pz 3</p>
Sezione 2: da compilare da parte della ditta partecipante	
DITTA PARTECIPANTE:	
PRODOTTI OFFERTI	

	Denominazione prodotto (1)	Fabbricante (2)	Codice prodotto attribuito dal fabbricante (3)	Fornitore (4)	Codice prodotto attribuito dal fornitore (5)	Misure (**)	C = campionato D = disponibile (***)	Classif. C.N.D. (6)
<i>Prodotto primario</i>								
<i>Alternativa A (*)</i>								
<i>Alternativa B (*)</i>								

**Timbro e Firma leggibile
del legale rappresentante dell'Azienda**

Legenda:

La Sezione 2 deve essere compilata dalla azienda partecipante alla gara.

- (1)- Nome commerciale, modello del prodotto presenti sul catalogo ufficiale;
- (2) - Denominazione del fabbricante (responsabile immissione in commercio) ;
- (3) - Codice commerciale del prodotto attribuito dal fabbricante ;
- (4)- Denominazione del fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso dal fabbricante);
- (5)- Codice commerciale prodotto attribuito dal fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso da quello attribuito dal fabbricante);
- (6)- Codifica CND (Classificazione Nazionale Dispositivi) all'ultimo livello di suddivisione.
- (*) Da compilare solo in caso di offerte alternative per lo stesso lotto. In caso di più alternative, SPECIFICARE anche il gruppo di alternativa di appartenenza dei singoli prodotti offerti (Es: Alternativa A; alternativa B; ecc.). Nel caso di offerte alternative per lo stesso lotto, per la compilazione, utilizzare una riga successiva per ciascuna alternativa offerta.
- (**) Indicare le misure (Ch - F- mm - Fig. ecc.) campionate e/o disponibili e offerte .
- (***) Specificare col simbolo (**C**) se la misura/prodotto è stata/o campionata/o o col simbolo (**D**) se disponibile e , comunque,offerta/o.

SCHEDA E - PRODOTTI RICHIESTI

LOTTO n° 19

TITOLO:

CATEGORIA: SONDE URETRALI, PROSTATICHE e VESCICALI- CON PALLONCINO (FOLEY):

TIPOLOGIE PRODOTTI: Sonde Foley punta Dufour

Sezione 1:	RICHIESTO
Descrizione	<p>Sonda vescicale /prostatica Per interventi prostatici intraoperatori. <u>Vie</u> : tre vie <u>Materiale</u> : lattice siliconato. <u>Morfologia della punta</u>: Dufour. <u>Lunghezza</u>: 40 cm circa. <u>Palloncino</u>: 50/80 circa. Materiale idoneo ,soffice e tale da ottenere un rigonfiamento uniforme per garantire una ottimale stabilità del posizionamento della sonda. Il palloncino deve assicurare la forma sferica anche per gonfiaggi a bassi volumi e lo sgonfiamento completo alla rimozione della sonda. <u>Canale di gonfiaggio</u> ricavato nello spessore dell'asta in modo da non essere bloccato da compressioni esterne e collegato con un raccordo all'asta della sonda che garantisca una sicura connessione e che , deve essere di spessore idoneo per impedire la torsione su se stesso così da limitare la chiusura accidentale del canale di irrigazione. <u>Canale di drenaggio e/o di irrigazione</u> dall'ampio lume con pareti interne lisce per facilitare un buon flusso. <u>Valvola di gonfiaggio</u>: morbida per garantire un facile inserimento della siringa e dotata , preferibilmente, di fascetta con colore differenziato per ciascuna misura e che protegga ed assicuri la valvola stessa.</p> <p>Confezione: Ogni singola sonda deve essere contenuta in un involucro termosaldato, di facile apertura , con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie suddivise in idonei box secondari. Etichette: Secondo la normativa vigente.</p>
Misure e Quantità	<p>Misure: Ch 18 = 80 pezzi unitari Ch 20 = 180 pezzi unitari Ch 22 =40 pezzi unitari CAMPIONI DA PRESENTARE di ogni "modello" proposto <i>(nella misura di uso più routinario)</i>= pz 3</p>
Sezione 2: da compilare da parte della ditta partecipante	
DITTA PARTECIPANTE:	
PRODOTTI OFFERTI	

	Denominazione prodotto (1)	Fabbricante (2)	Codice prodotto attribuito dal fabbricante (3)	Fornitore (4)	Codice prodotto attribuito dal fornitore (5)	Misure (**)	C = campionato D = disponibile (***)	Classif. C.N.D. (6)
<i>Prodotto primario</i>								
<i>Alternativa A (*)</i>								
<i>Alternativa B (*)</i>								

**Timbro e Firma leggibile
del legale rappresentante dell'Azienda**

Legenda:

La Sezione 2 deve essere compilata dalla azienda partecipante alla gara.

- (1)- Nome commerciale, modello del prodotto presenti sul catalogo ufficiale;
- (2) - Denominazione del fabbricante (responsabile immissione in commercio) ;
- (3) - Codice commerciale del prodotto attribuito dal fabbricante ;
- (4)- Denominazione del fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso dal fabbricante);
- (5)- Codice commerciale prodotto attribuito dal fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso da quello attribuito dal fabbricante);
- (6)- Codifica CND (Classificazione Nazionale Dispositivi) all'ultimo livello di suddivisione.
- (*) Da compilare solo in caso di offerte alternative per lo stesso lotto. In caso di più alternative, SPECIFICARE anche il gruppo di alternativa di appartenenza dei singoli prodotti offerti (Es: Alternativa A; alternativa B; ecc.). Nel caso di offerte alternative per lo stesso lotto, per la compilazione, utilizzare una riga successiva per ciascuna alternativa offerta.
- (**) Indicare le misure (Ch - F- mm - Fig. ecc.) campionate e/o disponibili e offerte .
- (***) Specificare col simbolo (**C**) se la misura/prodotto è stata/o campionata/o o col simbolo (**D**) se disponibile e , comunque,offerta/o.

SCHEDA E - PRODOTTI RICHIESTI

LOTTO n° 20

TITOLO:

CATEGORIA: SONDE URETRALI, PROSTATICHE e VESCICALI- CON PALLONCINO (FOLEY):

TIPOLOGIE PRODOTTI: Sonde Foley punta Dufour

Sezione 1:	RICHIESTO
Descrizione	<p>Sonda vescicale /prostatica Per interventi prostatici intraoperatori. <u>Vie</u> : tre vie <u>Materiale</u> : lattice siliconato. <u>Morfologia della punta</u>: Dufour. <u>Lunghezza</u>: 40 cm circa. <u>Palloncino</u>: 120 ml circa. Materiale idoneo ,soffice e tale da ottenere un rigonfiamento uniforme per garantire una ottimale stabilità del posizionamento della sonda. Il palloncino deve assicurare la forma sferica anche per gonfiaggi a bassi volumi e lo sgonfiamento completo alla rimozione della sonda. <u>Canale di gonfiaggio</u> ricavato nello spessore dell'asta in modo da non essere bloccato da compressioni esterne e collegato con un raccordo all'asta della sonda che garantisca una sicura connessione e che , deve essere di spessore idoneo per impedire la torsione su se stesso così da limitare la chiusura accidentale del canale di irrigazione. <u>Canale di drenaggio e/o di irrigazione</u> dall'ampio lume con pareti interne lisce per facilitare un buon flusso. <u>Valvola di gonfiaggio</u>: morbida per garantire un facile inserimento della siringa e dotata , preferibilmente, di fascetta con colore differenziato per ciascuna misura e che protegga ed assicuri la valvola stessa.</p> <p>Confezione: Ogni singola sonda deve essere contenuta in un involucro termosaldato, di facile apertura , con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie suddivise in idonei box secondari. Etichette: Secondo la normativa vigente.</p>
Misure e Quantità	<p>Misure: Ch 20 = 100 pezzi unitari totali CAMPIONI DA PRESENTARE di ogni "modello" proposto <i>(nella misura di uso più routinario)</i>= pz 3</p>
Sezione 2: da compilare da parte della ditta partecipante	
DITTA PARTECIPANTE:	
PRODOTTI OFFERTI	

	Denominazione prodotto (1)	Fabbricante (2)	Codice prodotto attribuito dal fabbricante (3)	Fornitore (4)	Codice prodotto attribuito dal fornitore (5)	Misure (**)	C = campionato D = disponibile (***)	Classif. C.N.D. (6)
<i>Prodotto primario</i>								
<i>Alternativa A (*)</i>								
<i>Alternativa B (*)</i>								

**Timbro e Firma leggibile
del legale rappresentante dell'Azienda**

Legenda:

La Sezione 2 deve essere compilata dalla azienda partecipante alla gara.

- (1)- Nome commerciale, modello del prodotto presenti sul catalogo ufficiale;
- (2) - Denominazione del fabbricante (responsabile immissione in commercio) ;
- (3) - Codice commerciale del prodotto attribuito dal fabbricante ;
- (4)- Denominazione del fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso dal fabbricante);
- (5)- Codice commerciale prodotto attribuito dal fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso da quello attribuito dal fabbricante);
- (6)- Codifica CND (Classificazione Nazionale Dispositivi) all'ultimo livello di suddivisione.
- (*) Da compilare solo in caso di offerte alternative per lo stesso lotto. In caso di più alternative, SPECIFICARE anche il gruppo di alternativa di appartenenza dei singoli prodotti offerti (Es: Alternativa A; alternativa B; ecc.). Nel caso di offerte alternative per lo stesso lotto, per la compilazione, utilizzare una riga successiva per ciascuna alternativa offerta.
- (**) Indicare le misure (Ch - F- mm - Fig. ecc.) campionate e/o disponibili e offerte .
- (***) Specificare col simbolo (**C**) se la misura/prodotto è stata/o campionata/o o col simbolo (**D**) se disponibile e , comunque,offerta/o.

SCHEDA E - PRODOTTI RICHIESTI

LOTTO n° 21

TITOLO:

CATEGORIA: SONDE URETRALI, PROSTATICHE e VESCICALI- CON PALLONCINO (FOLEY):

TIPOLOGIE PRODOTTI: Sonde Foley punta Tiemann

Sezione 1:		RICHIESTO
Descrizione	<p>Sterili, monouso. Vie : due vie <u>Materiale</u> : silicone 100%, . <u>Morfologia della punta:</u> Tiemann Devono avere preferibilmente un marker ben visibile per indicare la posizione della punta stessa nello spazio. <u>Lunghezza:</u> 40 cm circa. <u>Palloncino:</u> 5/15 ml circa. In materiale idoneo ,soffice e tale da ottenere un rigonfiamento uniforme per garantire una ottimale stabilità del posizionamento della sonda. Il palloncino deve assicurare la forma sferica anche per gonfiaggi a bassi volumi e lo sgonfiamento completo alla rimozione della sonda. <u>Canale di gonfiaggio</u> ricavato nello spessore dell'asta in modo da non essere bloccato da compressioni esterne e collegato con un raccordo all'asta della sonda che garantisca una sicura connessione <u>Canale di drenaggio e/o di irrigazione</u> dall'ampio lume con pareti interne lisce per facilitare un buon flusso. <u>Valvola di gonfiaggio:</u> morbida per garantire un facile inserimento della siringa e dotata , preferibilmente, di fascetta con colore differenziato per ciascuna misura e che protegga ed assicuri la valvola stessa.</p> <p>Confezione: Ogni singola sonda deve essere contenuta in un involucro termosaldato, di facile apertura , con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie suddivise in idonei box secondari. Etichette: Secondo la normativa vigente.</p>	
Misure e Quantità	<p>Da Ch 12 a Ch 24 = 1.000 pezzi unitari totali totali CAMPIONI DA PRESENTARE di ogni "modello" proposto <i>(nella misura di uso più routinario)= pz 10</i></p>	
Sezione 2: <i>da compilare da parte della ditta partecipante</i>		
DITTA PARTECIPANTE:		
PRODOTTI OFFERTI		

	Denominazione prodotto (1)	Fabbricante (2)	Codice prodotto attribuito dal fabbricante (3)	Fornitore (4)	Codice prodotto attribuito dal fornitore (5)	Misure (**)	C = campionato D = disponibile (***)	Classif. C.N.D. (6)
<i>Prodotto primario</i>								
<i>Alternativa A (*)</i>								
<i>Alternativa B (*)</i>								

**Timbro e Firma leggibile
del legale rappresentante dell'Azienda**

Legenda:

La Sezione 2 deve essere compilata dalla azienda partecipante alla gara.

- (1)- Nome commerciale, modello del prodotto presenti sul catalogo ufficiale;
- (2) - Denominazione del fabbricante (responsabile immissione in commercio) ;
- (3) - Codice commerciale del prodotto attribuito dal fabbricante ;
- (4)- Denominazione del fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso dal fabbricante);
- (5)- Codice commerciale prodotto attribuito dal fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso da quello attribuito dal fabbricante);
- (6)- Codifica CND (Classificazione Nazionale Dispositivi) all'ultimo livello di suddivisione.
- (*) Da compilare solo in caso di offerte alternative per lo stesso lotto. In caso di più alternative, SPECIFICARE anche il gruppo di alternativa di appartenenza dei singoli prodotti offerti (Es: Alternativa A; alternativa B; ecc.). Nel caso di offerte alternative per lo stesso lotto, per la compilazione, utilizzare una riga successiva per ciascuna alternativa offerta.
- (**) Indicare le misure (Ch - F- mm - Fig. ecc.) campionate e/o disponibili e offerte .
- (***) Specificare col simbolo (**C**) se la misura/prodotto è stata/o campionata/o o col simbolo (**D**) se disponibile e , comunque,offerta/o.

Alternativa A (*)								
Alternativa B (*)								

**Timbro e Firma leggibile
del legale rappresentante dell'Azienda**

Legenda:

La Sezione 2 deve essere compilata dalla azienda partecipante alla gara.

- (1)- Nome commerciale, modello del prodotto presenti sul catalogo ufficiale;
- (2) - Denominazione del fabbricante (responsabile immissione in commercio) ;
- (3) - Codice commerciale del prodotto attribuito dal fabbricante ;
- (4)- Denominazione del fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso dal fabbricante);
- (5)- Codice commerciale prodotto attribuito dal fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso da quello attribuito dal fabbricante);
- (6)- Codifica CND (Classificazione Nazionale Dispositivi) all'ultimo livello di suddivisione.
- (*) Da compilare solo in caso di offerte alternative per lo stesso lotto. In caso di più alternative, SPECIFICARE anche il gruppo di alternativa di appartenenza dei singoli prodotti offerti (Es: Alternativa A; alternativa B; ecc.). Nel caso di offerte alternative per lo stesso lotto, per la compilazione, utilizzare una riga successiva per ciascuna alternativa offerta.
- (**) Indicare le misure (Ch - F- mm - Fig. ecc.) campionate e/o disponibili e offerte .
- (***) Specificare col simbolo (**C**) se la misura/prodotto è stata/o campionata/o o col simbolo (**D**) se disponibile e , comunque,offerta/o.

Alternativa A (*)								
Alternativa B (*)								

**Timbro e Firma leggibile
del legale rappresentante dell'Azienda**

Legenda:

La Sezione 2 deve essere compilata dalla azienda partecipante alla gara.

- (1)- Nome commerciale, modello del prodotto presenti sul catalogo ufficiale;
- (2) - Denominazione del fabbricante (responsabile immissione in commercio) ;
- (3) - Codice commerciale del prodotto attribuito dal fabbricante ;
- (4)- Denominazione del fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso dal fabbricante);
- (5)- Codice commerciale prodotto attribuito dal fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso da quello attribuito dal fabbricante);
- (6)- Codifica CND (Classificazione Nazionale Dispositivi) all'ultimo livello di suddivisione.
- (*) Da compilare solo in caso di offerte alternative per lo stesso lotto. In caso di più alternative, SPECIFICARE anche il gruppo di alternativa di appartenenza dei singoli prodotti offerti (Es: Alternativa A; alternativa B; ecc.). Nel caso di offerte alternative per lo stesso lotto, per la compilazione, utilizzare una riga successiva per ciascuna alternativa offerta.
- (**) Indicare le misure (Ch - F- mm - Fig. ecc.) campionate e/o disponibili e offerte .
- (***) Specificare col simbolo (**C**) se la misura/prodotto è stata/o campionata/o o col simbolo (**D**) se disponibile e , comunque,offerta/o.

Alternativa A (*)								
Alternativa B (*)								

**Timbro e Firma leggibile
del legale rappresentante dell'Azienda**

Legenda:

La Sezione 2 deve essere compilata dalla azienda partecipante alla gara.

- (1)- Nome commerciale, modello del prodotto presenti sul catalogo ufficiale;
- (2) - Denominazione del fabbricante (responsabile immissione in commercio) ;
- (3) - Codice commerciale del prodotto attribuito dal fabbricante ;
- (4)- Denominazione del fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso dal fabbricante);
- (5)- Codice commerciale prodotto attribuito dal fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso da quello attribuito dal fabbricante);
- (6)- Codifica CND (Classificazione Nazionale Dispositivi) all'ultimo livello di suddivisione.
- (*) Da compilare solo in caso di offerte alternative per lo stesso lotto. In caso di più alternative, SPECIFICARE anche il gruppo di alternativa di appartenenza dei singoli prodotti offerti (Es: Alternativa A; alternativa B; ecc.). Nel caso di offerte alternative per lo stesso lotto, per la compilazione, utilizzare una riga successiva per ciascuna alternativa offerta.
- (**) Indicare le misure (Ch - F- mm - Fig. ecc.) campionate e/o disponibili e offerte .
- (***) Specificare col simbolo (**C**) se la misura/prodotto è stata/o campionata/o o col simbolo (**D**) se disponibile e , comunque,offerta/o.

Alternativa A (*)								
Alternativa B (*)								

**Timbro e Firma leggibile
del legale rappresentante dell'Azienda**

Legenda:

La Sezione 2 deve essere compilata dalla azienda partecipante alla gara.

- (1)- Nome commerciale, modello del prodotto presenti sul catalogo ufficiale;
- (2) - Denominazione del fabbricante (responsabile immissione in commercio) ;
- (3) - Codice commerciale del prodotto attribuito dal fabbricante ;
- (4)- Denominazione del fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso dal fabbricante);
- (5)- Codice commerciale prodotto attribuito dal fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso da quello attribuito dal fabbricante);
- (6)- Codifica CND (Classificazione Nazionale Dispositivi) all'ultimo livello di suddivisione.
- (*) Da compilare solo in caso di offerte alternative per lo stesso lotto. In caso di più alternative, SPECIFICARE anche il gruppo di alternativa di appartenenza dei singoli prodotti offerti (Es: Alternativa A; alternativa B; ecc.). Nel caso di offerte alternative per lo stesso lotto, per la compilazione, utilizzare una riga successiva per ciascuna alternativa offerta.
- (**) Indicare le misure (Ch - F- mm - Fig. ecc.) campionate e/o disponibili e offerte .
- (***) Specificare col simbolo (**C**) se la misura/prodotto è stata/o campionata/o o col simbolo (**D**) se disponibile e , comunque,offerta/o.

Alternativa A (*)								
Alternativa B (*)								

**Timbro e Firma leggibile
del legale rappresentante dell'Azienda**

Legenda:

La Sezione 2 deve essere compilata dalla azienda partecipante alla gara.

- (1)- Nome commerciale, modello del prodotto presenti sul catalogo ufficiale;
- (2) - Denominazione del fabbricante (responsabile immissione in commercio) ;
- (3) - Codice commerciale del prodotto attribuito dal fabbricante ;
- (4)- Denominazione del fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso dal fabbricante);
- (5)- Codice commerciale prodotto attribuito dal fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso da quello attribuito dal fabbricante);
- (6)- Codifica CND (Classificazione Nazionale Dispositivi) all'ultimo livello di suddivisione.
- (*) Da compilare solo in caso di offerte alternative per lo stesso lotto. In caso di più alternative, SPECIFICARE anche il gruppo di alternativa di appartenenza dei singoli prodotti offerti (Es: Alternativa A; alternativa B; ecc.). Nel caso di offerte alternative per lo stesso lotto, per la compilazione, utilizzare una riga successiva per ciascuna alternativa offerta.
- (**) Indicare le misure (Ch - F- mm - Fig. ecc.) campionate e/o disponibili e offerte .
- (***) Specificare col simbolo (**C**) se la misura/prodotto è stata/o campionata/o o col simbolo (**D**) se disponibile e , comunque,offerta/o.

Alternativa A (*)								
Alternativa B (*)								

**Timbro e Firma leggibile
del legale rappresentante dell'Azienda**

Legenda:

La Sezione 2 deve essere compilata dalla azienda partecipante alla gara.

- (1)- Nome commerciale, modello del prodotto presenti sul catalogo ufficiale;
- (2) - Denominazione del fabbricante (responsabile immissione in commercio) ;
- (3) - Codice commerciale del prodotto attribuito dal fabbricante ;
- (4)- Denominazione del fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso dal fabbricante);
- (5)- Codice commerciale prodotto attribuito dal fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso da quello attribuito dal fabbricante);
- (6)- Codifica CND (Classificazione Nazionale Dispositivi) all'ultimo livello di suddivisione.
- (*) Da compilare solo in caso di offerte alternative per lo stesso lotto. In caso di più alternative, SPECIFICARE anche il gruppo di alternativa di appartenenza dei singoli prodotti offerti (Es: Alternativa A; alternativa B; ecc.). Nel caso di offerte alternative per lo stesso lotto, per la compilazione, utilizzare una riga successiva per ciascuna alternativa offerta.
- (**) Indicare le misure (Ch - F- mm - Fig. ecc.) campionate e/o disponibili e offerte .
- (***) Specificare col simbolo (**C**) se la misura/prodotto è stata/o campionata/o o col simbolo (**D**) se disponibile e , comunque,offerta/o.

Alternativa A (*)								
Alternativa B (*)								

**Timbro e Firma leggibile
del legale rappresentante dell'Azienda**

Legenda:

La Sezione 2 deve essere compilata dalla azienda partecipante alla gara.

- (1)- Nome commerciale, modello del prodotto presenti sul catalogo ufficiale;
- (2) - Denominazione del fabbricante (responsabile immissione in commercio) ;
- (3) - Codice commerciale del prodotto attribuito dal fabbricante ;
- (4)- Denominazione del fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso dal fabbricante);
- (5)- Codice commerciale prodotto attribuito dal fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso da quello attribuito dal fabbricante);
- (6)- Codifica CND (Classificazione Nazionale Dispositivi) all'ultimo livello di suddivisione.
- (*) Da compilare solo in caso di offerte alternative per lo stesso lotto. In caso di più alternative, SPECIFICARE anche il gruppo di alternativa di appartenenza dei singoli prodotti offerti (Es: Alternativa A; alternativa B; ecc.). Nel caso di offerte alternative per lo stesso lotto, per la compilazione, utilizzare una riga successiva per ciascuna alternativa offerta.
- (**) Indicare le misure (Ch - F- mm - Fig. ecc.) campionate e/o disponibili e offerte .
- (***) Specificare col simbolo (**C**) se la misura/prodotto è stata/o campionata/o o col simbolo (**D**) se disponibile e , comunque,offerta/o.

Alternativa B (*)								

**Timbro e Firma leggibile
del legale rappresentante dell'Azienda**

Legenda:

La Sezione 2 deve essere compilata dalla azienda partecipante alla gara.

- (1)- Nome commerciale, modello del prodotto presenti sul catalogo ufficiale;
- (2) - Denominazione del fabbricante (responsabile immissione in commercio) ;
- (3) - Codice commerciale del prodotto attribuito dal fabbricante ;
- (4)- Denominazione del fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso dal fabbricante);
- (5)- Codice commerciale prodotto attribuito dal fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso da quello attribuito dal fabbricante);
- (6)- Codifica CND (Classificazione Nazionale Dispositivi) all'ultimo livello di suddivisione.
- (*) Da compilare solo in caso di offerte alternative per lo stesso lotto. In caso di più alternative, SPECIFICARE anche il gruppo di alternativa di appartenenza dei singoli prodotti offerti (Es: Alternativa A; alternativa B; ecc.). Nel caso di offerte alternative per lo stesso lotto, per la compilazione, utilizzare una riga successiva per ciascuna alternativa offerta.
- (**) Indicare le misure (Ch - F- mm - Fig. ecc.) campionate e/o disponibili e offerte .
- (***) Specificare col simbolo (**C**) se la misura/prodotto è stata/o campionata/o o col simbolo (**D**) se disponibile e , comunque,offerta/o.

Alternativa A (*)								
Alternativa B (*)								

**Timbro e Firma leggibile
del legale rappresentante dell'Azienda**

Legenda:

La Sezione 2 deve essere compilata dalla azienda partecipante alla gara.

- (1)- Nome commerciale, modello del prodotto presenti sul catalogo ufficiale;
- (2) - Denominazione del fabbricante (responsabile immissione in commercio) ;
- (3) - Codice commerciale del prodotto attribuito dal fabbricante ;
- (4)- Denominazione del fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso dal fabbricante);
- (5)- Codice commerciale prodotto attribuito dal fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso da quello attribuito dal fabbricante);
- (6)- Codifica CND (Classificazione Nazionale Dispositivi) all'ultimo livello di suddivisione.
- (*) Da compilare solo in caso di offerte alternative per lo stesso lotto. In caso di più alternative, SPECIFICARE anche il gruppo di alternativa di appartenenza dei singoli prodotti offerti (Es: Alternativa A; alternativa B; ecc.). Nel caso di offerte alternative per lo stesso lotto, per la compilazione, utilizzare una riga successiva per ciascuna alternativa offerta.
- (**) Indicare le misure (Ch - F- mm - Fig. ecc.) campionate e/o disponibili e offerte .
- (***) Specificare col simbolo (**C**) se la misura/prodotto è stata/o campionata/o o col simbolo (**D**) se disponibile e , comunque,offerta/o.

Alternativa A (*)								
Alternativa B (*)								

**Timbro e Firma leggibile
del legale rappresentante dell'Azienda**

Legenda:

La Sezione 2 deve essere compilata dalla azienda partecipante alla gara.

- (1)- Nome commerciale, modello del prodotto presenti sul catalogo ufficiale;
- (2) - Denominazione del fabbricante (responsabile immissione in commercio) ;
- (3) - Codice commerciale del prodotto attribuito dal fabbricante ;
- (4)- Denominazione del fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso dal fabbricante);
- (5)- Codice commerciale prodotto attribuito dal fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso da quello attribuito dal fabbricante);
- (6)- Codifica CND (Classificazione Nazionale Dispositivi) all'ultimo livello di suddivisione.
- (*) Da compilare solo in caso di offerte alternative per lo stesso lotto. In caso di più alternative, SPECIFICARE anche il gruppo di alternativa di appartenenza dei singoli prodotti offerti (Es: Alternativa A; alternativa B; ecc.). Nel caso di offerte alternative per lo stesso lotto, per la compilazione, utilizzare una riga successiva per ciascuna alternativa offerta.
- (**) Indicare le misure (Ch - F- mm - Fig. ecc.) campionate e/o disponibili e offerte .
- (***) Specificare col simbolo (**C**) se la misura/prodotto è stata/o campionata/o o col simbolo (**D**) se disponibile e , comunque,offerta/o.

Alternativa A (*)								
Alternativa B (*)								

**Timbro e Firma leggibile
del legale rappresentante dell'Azienda**

Legenda:

La Sezione 2 deve essere compilata dalla azienda partecipante alla gara.

- (1)- Nome commerciale, modello del prodotto presenti sul catalogo ufficiale;
- (2) - Denominazione del fabbricante (responsabile immissione in commercio) ;
- (3) - Codice commerciale del prodotto attribuito dal fabbricante ;
- (4)- Denominazione del fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso dal fabbricante);
- (5)- Codice commerciale prodotto attribuito dal fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso da quello attribuito dal fabbricante);
- (6)- Codifica CND (Classificazione Nazionale Dispositivi) all'ultimo livello di suddivisione.
- (*) Da compilare solo in caso di offerte alternative per lo stesso lotto. In caso di più alternative, SPECIFICARE anche il gruppo di alternativa di appartenenza dei singoli prodotti offerti (Es: Alternativa A; alternativa B; ecc.). Nel caso di offerte alternative per lo stesso lotto, per la compilazione, utilizzare una riga successiva per ciascuna alternativa offerta.
- (**) Indicare le misure (Ch - F- mm - Fig. ecc.) campionate e/o disponibili e offerte .
- (***) Specificare col simbolo (**C**) se la misura/prodotto è stata/o campionata/o o col simbolo (**D**) se disponibile e , comunque,offerta/o.

Alternativa A (*)								
Alternativa B (*)								

**Timbro e Firma leggibile
del legale rappresentante dell'Azienda**

Legenda:

La Sezione 2 deve essere compilata dalla azienda partecipante alla gara.

- (1)- Nome commerciale, modello del prodotto presenti sul catalogo ufficiale;
- (2) - Denominazione del fabbricante (responsabile immissione in commercio) ;
- (3) - Codice commerciale del prodotto attribuito dal fabbricante ;
- (4)- Denominazione del fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso dal fabbricante);
- (5)- Codice commerciale prodotto attribuito dal fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso da quello attribuito dal fabbricante);
- (6)- Codifica CND (Classificazione Nazionale Dispositivi) all'ultimo livello di suddivisione.
- (*) Da compilare solo in caso di offerte alternative per lo stesso lotto. In caso di più alternative, SPECIFICARE anche il gruppo di alternativa di appartenenza dei singoli prodotti offerti (Es: Alternativa A; alternativa B; ecc.). Nel caso di offerte alternative per lo stesso lotto, per la compilazione, utilizzare una riga successiva per ciascuna alternativa offerta.
- (**) Indicare le misure (Ch - F- mm - Fig. ecc.) campionate e/o disponibili e offerte .
- (***) Specificare col simbolo (**C**) se la misura/prodotto è stata/o campionata/o o col simbolo (**D**) se disponibile e , comunque,offerta/o.

Alternativa A (*)								
Alternativa B (*)								

**Timbro e Firma leggibile
del legale rappresentante dell'Azienda**

Legenda:

La Sezione 2 deve essere compilata dalla azienda partecipante alla gara.

- (1)- Nome commerciale, modello del prodotto presenti sul catalogo ufficiale;
- (2) - Denominazione del fabbricante (responsabile immissione in commercio) ;
- (3) - Codice commerciale del prodotto attribuito dal fabbricante ;
- (4)- Denominazione del fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso dal fabbricante);
- (5)- Codice commerciale prodotto attribuito dal fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso da quello attribuito dal fabbricante);
- (6)- Codifica CND (Classificazione Nazionale Dispositivi) all'ultimo livello di suddivisione.
- (*) Da compilare solo in caso di offerte alternative per lo stesso lotto. In caso di più alternative, SPECIFICARE anche il gruppo di alternativa di appartenenza dei singoli prodotti offerti (Es: Alternativa A; alternativa B; ecc.). Nel caso di offerte alternative per lo stesso lotto, per la compilazione, utilizzare una riga successiva per ciascuna alternativa offerta.
- (**) Indicare le misure (Ch - F- mm - Fig. ecc.) campionate e/o disponibili e offerte .
- (***) Specificare col simbolo (**C**) se la misura/prodotto è stata/o campionata/o o col simbolo (**D**) se disponibile e , comunque,offerta/o.

Alternativa A (*)								
Alternativa B (*)								

**Timbro e Firma leggibile
del legale rappresentante dell'Azienda**

Legenda:

La Sezione 2 deve essere compilata dalla azienda partecipante alla gara.

- (1)- Nome commerciale, modello del prodotto presenti sul catalogo ufficiale;
- (2) - Denominazione del fabbricante (responsabile immissione in commercio) ;
- (3) - Codice commerciale del prodotto attribuito dal fabbricante ;
- (4)- Denominazione del fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso dal fabbricante);
- (5)- Codice commerciale prodotto attribuito dal fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso da quello attribuito dal fabbricante);
- (6)- Codifica CND (Classificazione Nazionale Dispositivi) all'ultimo livello di suddivisione.
- (*) Da compilare solo in caso di offerte alternative per lo stesso lotto. In caso di più alternative, SPECIFICARE anche il gruppo di alternativa di appartenenza dei singoli prodotti offerti (Es: Alternativa A; alternativa B; ecc.). Nel caso di offerte alternative per lo stesso lotto, per la compilazione, utilizzare una riga successiva per ciascuna alternativa offerta.
- (**) Indicare le misure (Ch - F- mm - Fig. ecc.) campionate e/o disponibili e offerte .
- (***) Specificare col simbolo (**C**) se la misura/prodotto è stata/o campionata/o o col simbolo (**D**) se disponibile e , comunque,offerta/o.

Alternativa A (*)								
Alternativa B (*)								

**Timbro e Firma leggibile
del legale rappresentante dell'Azienda**

Legenda:

La Sezione 2 deve essere compilata dalla azienda partecipante alla gara.

- (1)- Nome commerciale, modello del prodotto presenti sul catalogo ufficiale;
- (2) - Denominazione del fabbricante (responsabile immissione in commercio) ;
- (3) - Codice commerciale del prodotto attribuito dal fabbricante ;
- (4)- Denominazione del fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso dal fabbricante);
- (5)- Codice commerciale prodotto attribuito dal fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso da quello attribuito dal fabbricante);
- (6)- Codifica CND (Classificazione Nazionale Dispositivi) all'ultimo livello di suddivisione.
- (*) Da compilare solo in caso di offerte alternative per lo stesso lotto. In caso di più alternative, SPECIFICARE anche il gruppo di alternativa di appartenenza dei singoli prodotti offerti (Es: Alternativa A; alternativa B; ecc.). Nel caso di offerte alternative per lo stesso lotto, per la compilazione, utilizzare una riga successiva per ciascuna alternativa offerta.
- (**) Indicare le misure (Ch - F- mm - Fig. ecc.) campionate e/o disponibili e offerte .
- (***) Specificare col simbolo (**C**) se la misura/prodotto è stata/o campionata/o o col simbolo (**D**) se disponibile e , comunque,offerta/o.

Alternativa A (*)								
Alternativa B (*)								

**Timbro e Firma leggibile
del legale rappresentante dell'Azienda**

Legenda:

La Sezione 2 deve essere compilata dalla azienda partecipante alla gara.

- (1)- Nome commerciale, modello del prodotto presenti sul catalogo ufficiale;
- (2) - Denominazione del fabbricante (responsabile immissione in commercio) ;
- (3) - Codice commerciale del prodotto attribuito dal fabbricante ;
- (4)- Denominazione del fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso dal fabbricante);
- (5)- Codice commerciale prodotto attribuito dal fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso da quello attribuito dal fabbricante);
- (6)- Codifica CND (Classificazione Nazionale Dispositivi) all'ultimo livello di suddivisione.
- (*) Da compilare solo in caso di offerte alternative per lo stesso lotto. In caso di più alternative, SPECIFICARE anche il gruppo di alternativa di appartenenza dei singoli prodotti offerti (Es: Alternativa A; alternativa B; ecc.). Nel caso di offerte alternative per lo stesso lotto, per la compilazione, utilizzare una riga successiva per ciascuna alternativa offerta.
- (**) Indicare le misure (Ch - F- mm - Fig. ecc.) campionate e/o disponibili e offerte .
- (***) Specificare col simbolo (**C**) se la misura/prodotto è stata/o campionata/o o col simbolo (**D**) se disponibile e , comunque,offerta/o.

SCHEDA E - PRODOTTI RICHIESTI

LOTTO n° 38

TITOLO:

CATEGORIA: DRENAGGIO PERCUTANEO e CATETERI PER NEFROSTOMIA -Nefrotomia Percutanea:

TIPOLOGIE PRODOTTI: cateteri per nefrostomia

Sezione 1:		RICHIESTO						
Descrizione	<p>Set per nefrotomia per cutanea,sterile, monouso. Per il trattamento della idronefrosi per ostacolato deflusso di urina in vescica.</p> <p><u>Caratteristiche di base;</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - catetere in silicone o altro materiale plastico idoneo; - ago trocar con guida; - serie idonea di dilatatori ; - guida di idonea lunghezza. <p>Confezione:</p> <p>Ogni singola sonda deve essere contenuta in un involucro termosaldato,di facile apertura , con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie suddivise in idonei box secondari.</p> <p>Etichette:</p> <p>Secondo la normativa vigente.</p>							
Misure e Quantità	<p>Misure da Ch 8 a Ch 10 100 pezzi unitari totali CAMPIONI DA PRESENTARE di ogni "modello" proposto <i>(nella misura di uso più routinario)= pz 2</i></p>							
Sezione 2: da compilare da parte della ditta partecipante								
DITTA PARTECIPANTE:								
PRODOTTI OFFERTI								
	Denominazione prodotto (1)	Fabbricante (2)	Codice prodotto attribuito dal fabbricante (3)	Fornitore (4)	Codice prodotto attribuito dal fornitore (5)	Misure (**)	C= campionato D= disponibile (***)	Classif. C.N.D. (6)

<i>Prodotto primario</i>								
<i>Alternativa A (*)</i>								
<i>Alternativa B (*)</i>								

**Timbro e Firma leggibile
del legale rappresentante dell'Azienda**

Legenda:

La Sezione 2 deve essere compilata dalla azienda partecipante alla gara.

- (1)- Nome commerciale, modello del prodotto presenti sul catalogo ufficiale;
- (2) - Denominazione del fabbricante (responsabile immissione in commercio) ;
- (3) - Codice commerciale del prodotto attribuito dal fabbricante ;
- (4)- Denominazione del fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso dal fabbricante);
- (5)- Codice commerciale prodotto attribuito dal fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso da quello attribuito dal fabbricante);
- (6)- Codifica CND (Classificazione Nazionale Dispositivi) all'ultimo livello di suddivisione.
- (*) Da compilare solo in caso di offerte alternative per lo stesso lotto. In caso di più alternative, SPECIFICARE anche il gruppo di alternativa di appartenenza dei singoli prodotti offerti (Es: Alternativa A; alternativa B; ecc.). Nel caso di offerte alternative per lo stesso lotto, per la compilazione, utilizzare una riga successiva per ciascuna alternativa offerta.
- (**) Indicare le misure (Ch - F- mm - Fig. ecc.) campionate e/o disponibili e offerte .
- (***) Specificare col simbolo (**C**) se la misura/prodotto è stata/o campionata/o o col simbolo (**D**) se disponibile e , comunque,offerta/o.

Alternativa A (*)								
Alternativa B (*)								

**Timbro e Firma leggibile
del legale rappresentante dell'Azienda**

Legenda:

La Sezione 2 deve essere compilata dalla azienda partecipante alla gara.

- (1)- Nome commerciale, modello del prodotto presenti sul catalogo ufficiale;
- (2) - Denominazione del fabbricante (responsabile immissione in commercio) ;
- (3) - Codice commerciale del prodotto attribuito dal fabbricante ;
- (4)- Denominazione del fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso dal fabbricante);
- (5)- Codice commerciale prodotto attribuito dal fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso da quello attribuito dal fabbricante);
- (6)- Codifica CND (Classificazione Nazionale Dispositivi) all'ultimo livello di suddivisione.
- (*) Da compilare solo in caso di offerte alternative per lo stesso lotto. In caso di più alternative, SPECIFICARE anche il gruppo di alternativa di appartenenza dei singoli prodotti offerti (Es: Alternativa A; alternativa B; ecc.). Nel caso di offerte alternative per lo stesso lotto, per la compilazione, utilizzare una riga successiva per ciascuna alternativa offerta.
- (**) Indicare le misure (Ch - F- mm - Fig. ecc.) campionate e/o disponibili e offerte .
- (***) Specificare col simbolo (**C**) se la misura/prodotto è stata/o campionata/o o col simbolo (**D**) se disponibile e , comunque,offerta/o.

Alternativa A (*)								
Alternativa B (*)								

**Timbro e Firma leggibile
del legale rappresentante dell'Azienda**

Legenda:

La Sezione 2 deve essere compilata dalla azienda partecipante alla gara.

- (1)- Nome commerciale, modello del prodotto presenti sul catalogo ufficiale;
- (2) - Denominazione del fabbricante (responsabile immissione in commercio) ;
- (3) - Codice commerciale del prodotto attribuito dal fabbricante ;
- (4)- Denominazione del fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso dal fabbricante);
- (5)- Codice commerciale prodotto attribuito dal fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso da quello attribuito dal fabbricante);
- (6)- Codifica CND (Classificazione Nazionale Dispositivi) all'ultimo livello di suddivisione.
- (*) Da compilare solo in caso di offerte alternative per lo stesso lotto. In caso di più alternative, SPECIFICARE anche il gruppo di alternativa di appartenenza dei singoli prodotti offerti (Es: Alternativa A; alternativa B; ecc.). Nel caso di offerte alternative per lo stesso lotto, per la compilazione, utilizzare una riga successiva per ciascuna alternativa offerta.
- (**) Indicare le misure (Ch - F- mm - Fig. ecc.) campionate e/o disponibili e offerte .
- (***) Specificare col simbolo (**C**) se la misura/prodotto è stata/o campionata/o o col simbolo (**D**) se disponibile e , comunque,offerta/o.

Alternativa A (*)								
Alternativa B (*)								

**Timbro e Firma leggibile
del legale rappresentante dell'Azienda**

Legenda:

La Sezione 2 deve essere compilata dalla azienda partecipante alla gara.

- (1)- Nome commerciale, modello del prodotto presenti sul catalogo ufficiale;
- (2) - Denominazione del fabbricante (responsabile immissione in commercio) ;
- (3) - Codice commerciale del prodotto attribuito dal fabbricante ;
- (4)- Denominazione del fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso dal fabbricante);
- (5)- Codice commerciale prodotto attribuito dal fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso da quello attribuito dal fabbricante);
- (6)- Codifica CND (Classificazione Nazionale Dispositivi) all'ultimo livello di suddivisione.
- (*) Da compilare solo in caso di offerte alternative per lo stesso lotto. In caso di più alternative, SPECIFICARE anche il gruppo di alternativa di appartenenza dei singoli prodotti offerti (Es: Alternativa A; alternativa B; ecc.). Nel caso di offerte alternative per lo stesso lotto, per la compilazione, utilizzare una riga successiva per ciascuna alternativa offerta.
- (**) Indicare le misure (Ch - F- mm - Fig. ecc.) campionate e/o disponibili e offerte .
- (***) Specificare col simbolo (**C**) se la misura/prodotto è stata/o campionata/o o col simbolo (**D**) se disponibile e , comunque,offerta/o.

SCHEDA E - PRODOTTI RICHIESTI

LOTTO n° 42

TITOLO:

CATEGORIA: URODINAMICA - SONDE PER STUDIO PRESSIONE-FLUSSO:

TIPOLOGIE PRODOTTI: sonde per studio pressione-flusso per riempimento

Sezione 1:		RICHIESTO						
Descrizione	Kit per studio pressione-flusso per riempimento, sterili, monouso. <u>Caratteristiche di base:</u> - Catetere Tiemann Ch 10; - Catetere con ricciolo per studio pressione flusso con attacco luer lock.; Confezione: Ogni singola sonda deve essere contenuta in un involucro termosaldato, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie suddivise in idonei box secondari. Etichette: Secondo la normativa vigente.							
Misure e Quantità	350 pezzi unitari CAMPIONI DA PRESENTARE di ogni "modello" proposto <i>(nella misura di uso più routinario)</i> = pz 2							
Sezione 2: da compilare da parte della ditta partecipante								
DITTA PARTECIPANTE:								
PRODOTTI OFFERTI								
	Denominazione prodotto (1)	Fabbricante (2)	Codice prodotto attribuito dal fabbricante (3)	Fornitore (4)	Codice prodotto attribuito dal fornitore (5)	Misure (**)	C = campionato D = disponibile (***)	Classif. C.N.D. (6)

<i>Prodotto primario</i>								
<i>Alternativa A (*)</i>								
<i>Alternativa B (*)</i>								

**Timbro e Firma leggibile
del legale rappresentante dell'Azienda**

Legenda:

La Sezione 2 deve essere compilata dalla azienda partecipante alla gara.

- (1)- Nome commerciale, modello del prodotto presenti sul catalogo ufficiale;
- (2) - Denominazione del fabbricante (responsabile immissione in commercio) ;
- (3) - Codice commerciale del prodotto attribuito dal fabbricante ;
- (4)- Denominazione del fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso dal fabbricante);
- (5)- Codice commerciale prodotto attribuito dal fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso da quello attribuito dal fabbricante);
- (6)- Codifica CND (Classificazione Nazionale Dispositivi) all'ultimo livello di suddivisione.
- (*) Da compilare solo in caso di offerte alternative per lo stesso lotto. In caso di più alternative, SPECIFICARE anche il gruppo di alternativa di appartenenza dei singoli prodotti offerti (Es: Alternativa A; alternativa B; ecc.). Nel caso di offerte alternative per lo stesso lotto, per la compilazione, utilizzare una riga successiva per ciascuna alternativa offerta.
- (**) Indicare le misure (Ch - F- mm - Fig. ecc.) campionate e/o disponibili e offerte .
- (***) Specificare col simbolo (**C**) se la misura/prodotto è stata/o campionata/o o col simbolo (**D**) se disponibile e , comunque,offerta/o.

SCHEDA E - PRODOTTI RICHIESTI

LOTTO n° 43

TITOLO:

CATEGORIA: URODINAMICA - SONDE PER RILEVAMENTO PRESSIONE ADDOMINALE:

TIPOLOGIE PRODOTTI: sonde per rilevamento della pressione addominale con palloncino

Sezione 1:		RICHIESTO						
Descrizione	Sonde per il rilevamento della pressione addominale con palloncino, sterile, monouso. In lattice, monovolume, con palloncino ci circa 15 x 75 mm. Confezione: Ogni singola sonda deve essere contenuta in un involucro termosaldato, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie suddivise in idonei box secondari. Etichette: Secondo la normativa vigente.							
Misure e Quantità	350 pezzi unitari CAMPIONI DA PRESENTARE di ogni "modello" proposto <i>(nella misura di uso più routinario)</i> = pz 2							
Sezione 2: da compilare da parte della ditta partecipante								
DITTA PARTECIPANTE:								
PRODOTTI OFFERTI								
	Denominazione prodotto (1)	Fabbricante (2)	Codice prodotto attribuito dal fabbricante (3)	Fornitore (4)	Codice prodotto attribuito dal fornitore (5)	Misure (**)	C = campionato D = disponibile (***)	Classif. C.N.D. (6)

<i>Prodotto primario</i>								
<i>Alternativa A (*)</i>								
<i>Alternativa B (*)</i>								

**Timbro e Firma leggibile
del legale rappresentante dell'Azienda**

Legenda:

La Sezione 2 deve essere compilata dalla azienda partecipante alla gara.

- (1)- Nome commerciale, modello del prodotto presenti sul catalogo ufficiale;
- (2) - Denominazione del fabbricante (responsabile immissione in commercio) ;
- (3) - Codice commerciale del prodotto attribuito dal fabbricante ;
- (4)- Denominazione del fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso dal fabbricante);
- (5)- Codice commerciale prodotto attribuito dal fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso da quello attribuito dal fabbricante);
- (6)- Codifica CND (Classificazione Nazionale Dispositivi) all'ultimo livello di suddivisione.
- (*) Da compilare solo in caso di offerte alternative per lo stesso lotto. In caso di più alternative, SPECIFICARE anche il gruppo di alternativa di appartenenza dei singoli prodotti offerti (Es: Alternativa A; alternativa B; ecc.). Nel caso di offerte alternative per lo stesso lotto, per la compilazione, utilizzare una riga successiva per ciascuna alternativa offerta.
- (**) Indicare le misure (Ch - F- mm - Fig. ecc.) campionate e/o disponibili e offerte .
- (***) Specificare col simbolo (**C**) se la misura/prodotto è stata/o campionata/o o col simbolo (**D**) se disponibile e , comunque,offerta/o.

SCHEDA E - PRODOTTI RICHIESTI

LOTTO n° 44

TITOLO:

CATEGORIA: GUIDE UROLOGICHE

TIPOLOGIE PRODOTTI: guide idrofiliche

Sezione 1:		RICHIESTO
Descrizione	Guida idrofila, sterile, monouso. Per agevolare il posizionamento di strumenti endoscopici. Caratteristiche di base: - lunghezza di circa 150 mm e diam 0,35 in; - nei tipi a punta dritta e curva. Confezione: Ogni singola sonda deve essere contenuta in un involucro termosaldato, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie suddivise in idonei box secondari. Etichette: Secondo la normativa vigente.	
Misure e Quantità	500 pezzi unitari totali CAMPIONI DA PRESENTARE di ogni "modello" proposto (<i>nella misura di uso più routinario</i>)= pz 3	
Sezione 2: da compilare da parte della ditta partecipante		
DITTA PARTECIPANTE:		
PRODOTTI OFFERTI		

	Denominazione prodotto (1)	Fabbricante (2)	Codice prodotto attribuito dal fabbricante (3)	Fornitore (4)	Codice prodotto attribuito dal fornitore (5)	Misure (**)	C = campionato D = disponibile (***)	Classif. C.N.D. (6)
<i>Prodotto primario</i>								
<i>Alternativa A (*)</i>								
<i>Alternativa B (*)</i>								

**Timbro e Firma leggibile
del legale rappresentante dell'Azienda**

Legenda:

La Sezione 2 deve essere compilata dalla azienda partecipante alla gara.

- (1)- Nome commerciale, modello del prodotto presenti sul catalogo ufficiale;
- (2) - Denominazione del fabbricante (responsabile immissione in commercio) ;
- (3) - Codice commerciale del prodotto attribuito dal fabbricante ;
- (4)- Denominazione del fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso dal fabbricante);
- (5)- Codice commerciale prodotto attribuito dal fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso da quello attribuito dal fabbricante);
- (6)- Codifica CND (Classificazione Nazionale Dispositivi) all'ultimo livello di suddivisione.
- (*) Da compilare solo in caso di offerte alternative per lo stesso lotto. In caso di più alternative, SPECIFICARE anche il gruppo di alternativa di appartenenza dei singoli prodotti offerti (Es: Alternativa A; alternativa B; ecc.). Nel caso di offerte alternative per lo stesso lotto, per la compilazione, utilizzare una riga successiva per ciascuna alternativa offerta.
- (**) Indicare le misure (Ch - F- mm - Fig. ecc.) campionate e/o disponibili e offerte .
- (***) Specificare col simbolo (**C**) se la misura/prodotto è stata/o campionata/o o col simbolo (**D**) se disponibile e , comunque,offerta/o.

SCHEDA E - PRODOTTI RICHIESTI

LOTTO n° 45

TITOLO:

CATEGORIA: GUIDE UROLOGICHE

TIPOLOGIE PRODOTTI: guide non idrofiliche

Sezione 1:		RICHIESTO
Descrizione	Guide non idrofile, sterili, monouso. Per agevolare il posizionamento di strumenti endoscopici. Caratteristiche di base: - lunghezza di circa 150 mm e con diam di 0,35 in; - nei tipi a punta dritta e curva Confezione: Ogni singola sonda deve essere contenuta in un involucro termosaldato, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie suddivise in idonei box secondari. Etichette: Secondo la normativa vigente.	
Misure e Quantità	80 pezzi unitari totali CAMPIONI DA PRESENTARE di ogni "modello" proposto <i>(nella misura di uso più routinario)</i> = pz 3	
Sezione 2: da compilare da parte della ditta partecipante		
DITTA PARTECIPANTE:		
PRODOTTI OFFERTI		

	Denominazione prodotto (1)	Fabbricante (2)	Codice prodotto attribuito dal fabbricante (3)	Fornitore (4)	Codice prodotto attribuito dal fornitore (5)	Misure (**)	C = campionato D = disponibile (***)	Classif. C.N.D. (6)
<i>Prodotto primario</i>								
<i>Alternativa A (*)</i>								
<i>Alternativa B (*)</i>								

**Timbro e Firma leggibile
del legale rappresentante dell'Azienda**

Legenda:

La Sezione 2 deve essere compilata dalla azienda partecipante alla gara.

- (1)- Nome commerciale, modello del prodotto presenti sul catalogo ufficiale;
- (2) - Denominazione del fabbricante (responsabile immissione in commercio) ;
- (3) - Codice commerciale del prodotto attribuito dal fabbricante ;
- (4)- Denominazione del fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso dal fabbricante);
- (5)- Codice commerciale prodotto attribuito dal fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso da quello attribuito dal fabbricante);
- (6)- Codifica CND (Classificazione Nazionale Dispositivi) all'ultimo livello di suddivisione.
- (*) Da compilare solo in caso di offerte alternative per lo stesso lotto. In caso di più alternative, SPECIFICARE anche il gruppo di alternativa di appartenenza dei singoli prodotti offerti (Es: Alternativa A; alternativa B; ecc.). Nel caso di offerte alternative per lo stesso lotto, per la compilazione, utilizzare una riga successiva per ciascuna alternativa offerta.
- (**) Indicare le misure (Ch - F- mm - Fig. ecc.) campionate e/o disponibili e offerte .
- (***) Specificare col simbolo (**C**) se la misura/prodotto è stata/o campionata/o o col simbolo (**D**) se disponibile e , comunque,offerta/o.

SCHEDA E - PRODOTTI RICHIESTI

LOTTO n° 46

TITOLO:

CATEGORIA: TRATTAMENTO DELLA INCONTINENZA -SISTEMI INTERNI

TIPOLOGIE PRODOTTI: Sistemi interni di sospensione a nastro

Sezione 1:		RICHIESTO
Descrizione	Sistema per la ricostruzione intravaginale con nastro, sterile monouso. <u>Caratteristiche di base:</u> il sistema deve ricomprendere: - un introduttore in acciaio; - un mandrino; - un nastro in maglia in polipropilene. Confezione: Ogni singola sonda deve essere contenuta in un involucro termosaldato, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie suddivise in idonei box secondari. Etichette: Secondo la normativa vigente.	
Misure e Quantità	20 pezzi unitari CAMPIONI DA PRESENTARE di ogni "modello" proposto (nella misura di uso più routinario)= pz 3	
Sezione 2: da compilare da parte della ditta partecipante		
DITTA PARTECIPANTE:		
PRODOTTI OFFERTI		

	Denominazione prodotto (1)	Fabbricante (2)	Codice prodotto attribuito dal fabbricante (3)	Fornitore (4)	Codice prodotto attribuito dal fornitore (5)	Misure (**)	C = campionato D = disponibile (***)	Classif. C.N.D. (6)
<i>Prodotto primario</i>								
<i>Alternativa A (*)</i>								
<i>Alternativa B (*)</i>								

**Timbro e Firma leggibile
del legale rappresentante dell'Azienda**

Legenda:

La Sezione 2 deve essere compilata dalla azienda partecipante alla gara.

- (1)- Nome commerciale, modello del prodotto presenti sul catalogo ufficiale;
- (2) - Denominazione del fabbricante (responsabile immissione in commercio) ;
- (3) - Codice commerciale del prodotto attribuito dal fabbricante ;
- (4)- Denominazione del fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso dal fabbricante);
- (5)- Codice commerciale prodotto attribuito dal fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso da quello attribuito dal fabbricante);
- (6)- Codifica CND (Classificazione Nazionale Dispositivi) all'ultimo livello di suddivisione.
- (*) Da compilare solo in caso di offerte alternative per lo stesso lotto. In caso di più alternative, SPECIFICARE anche il gruppo di alternativa di appartenenza dei singoli prodotti offerti (Es: Alternativa A; alternativa B; ecc.). Nel caso di offerte alternative per lo stesso lotto, per la compilazione, utilizzare una riga successiva per ciascuna alternativa offerta.
- (**) Indicare le misure (Ch - F- mm - Fig. ecc.) campionate e/o disponibili e offerte .
- (***) Specificare col simbolo (**C**) se la misura/prodotto è stata/o campionata/o o col simbolo (**D**) se disponibile e , comunque,offerta/o.

SCHEDA E - PRODOTTI RICHIESTI

LOTTO n° 47

TITOLO:

CATEGORIA: TRATTAMENTO DELLA INCONTINENZA -SISTEMI ESTERNI

TIPOLOGIE PRODOTTI: Sistemi esterni a guaina

Sezione 1:		RICHIESTO
Descrizione	Catetere esterno autoadesivo, monouso, non sterile, per la terapia della incontinenza urinaria maschile. In lattice o polimeri sintetici. Confezione: Ogni singola sonda deve essere contenuta in un involucro termosaldato, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie suddivise in idonei box secondari. Etichette: Secondo la normativa vigente.	
Misure e Quantità	Misure varie = 200 pezzi unitari totali CAMPIONI DA PRESENTARE di ogni "modello" proposto <i>(nella misura di uso più routinario)</i> = pz 10	
Sezione 2: da compilare da parte della ditta partecipante		
DITTA PARTECIPANTE:		
PRODOTTI OFFERTI		

	Denominazione prodotto (1)	Fabbricante (2)	Codice prodotto attribuito dal fabbricante (3)	Fornitore (4)	Codice prodotto attribuito dal fornitore (5)	Misure (**)	C = campionato D = disponibile (***)	Classif. C.N.D. (6)
<i>Prodotto primario</i>								
<i>Alternativa A (*)</i>								
<i>Alternativa B (*)</i>								

**Timbro e Firma leggibile
del legale rappresentante dell'Azienda**

Legenda:

La Sezione 2 deve essere compilata dalla azienda partecipante alla gara.

- (1)- Nome commerciale, modello del prodotto presenti sul catalogo ufficiale;
- (2) - Denominazione del fabbricante (responsabile immissione in commercio) ;
- (3) - Codice commerciale del prodotto attribuito dal fabbricante ;
- (4)- Denominazione del fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso dal fabbricante);
- (5)- Codice commerciale prodotto attribuito dal fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso da quello attribuito dal fabbricante);
- (6)- Codifica CND (Classificazione Nazionale Dispositivi) all'ultimo livello di suddivisione.
- (*) Da compilare solo in caso di offerte alternative per lo stesso lotto. In caso di più alternative, SPECIFICARE anche il gruppo di alternativa di appartenenza dei singoli prodotti offerti (Es: Alternativa A; alternativa B; ecc.). Nel caso di offerte alternative per lo stesso lotto, per la compilazione, utilizzare una riga successiva per ciascuna alternativa offerta.
- (**) Indicare le misure (Ch - F- mm - Fig. ecc.) campionate e/o disponibili e offerte .
- (***) Specificare col simbolo (**C**) se la misura/prodotto è stata/o campionata/o o col simbolo (**D**) se disponibile e , comunque,offerta/o.

SCHEDA E - PRODOTTI RICHIESTI

LOTTO n° 48

TITOLO:

CATEGORIA: ENDOSCOPIA UROGENITALE - RECUPERO CALCOLI:

TIPOLOGIE PRODOTTI: cestelli

Sezione 1:		RICHIESTO
Descrizione	Cestello sterile, monouso, per recupero calcoli dell'uretere Per interventi di endoscopia urologica Lunghezza di circa 90 cm, con diam. di circa 3,2 F Confezione: Ogni singola sonda deve essere contenuta in un involucro termosaldato, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie suddivise in idonei box secondari. Etichette: Secondo la normativa vigente	
Misure e Quantità	100 pezzi unitari totali CAMPIONI DA PRESENTARE di ogni "modello" proposto (<i>nella misura di uso più routinario</i>)= pz 2	

Sezione 2: da compilare da parte della ditta partecipante

DITTA PARTECIPANTE:

PRODOTTI OFFERTI

	Denominazione prodotto (1)	Fabbricante (2)	Codice prodotto attribuito dal fabbricante (3)	Fornitore (4)	Codice prodotto attribuito dal fornitore (5)	Misure (**)	C= campionato D= disponibile (***)	Classif. C.N.D. (6)
<i>Prodotto primario</i>								
<i>Alternativa A (*)</i>								
<i>Alternativa B (*)</i>								

**Timbro e Firma leggibile
del legale rappresentante dell'Azienda**

Legenda:

La Sezione 2 deve essere compilata dalla azienda partecipante alla gara.

- (1)- Nome commerciale, modello del prodotto presenti sul catalogo ufficiale;
- (2) - Denominazione del fabbricante (responsabile immissione in commercio) ;
- (3) - Codice commerciale del prodotto attribuito dal fabbricante ;
- (4)- Denominazione del fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso dal fabbricante);
- (5)- Codice commerciale prodotto attribuito dal fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso da quello attribuito dal fabbricante);
- (6)- Codifica CND (Classificazione Nazionale Dispositivi) all'ultimo livello di suddivisione.
- (*) Da compilare solo in caso di offerte alternative per lo stesso lotto. In caso di più alternative, SPECIFICARE anche il gruppo di alternativa di appartenenza dei singoli prodotti offerti (Es: Alternativa A; alternativa B; ecc.). Nel caso di offerte alternative per lo stesso lotto, per la compilazione, utilizzare una riga successiva per ciascuna alternativa offerta.
- (**) Indicare le misure (Ch - F- mm - Fig. ecc.) campionate e/o disponibili e offerte .
- (***) Specificare col simbolo (**C**) se la misura/prodotto è stata/o campionata/o o col simbolo (**D**) se disponibile e , comunque,offerta/o.

SCHEDA E - PRODOTTI RICHIESTI

LOTTO n° 49

TITOLO:

CATEGORIA: ENDOSCOPIA UROGENITALE - STRUMENTI DA RESEZIONE:

TIPOLOGIE PRODOTTI: anse da prostatectomia

Sezione 1:		RICHIESTO
Descrizione	Elettrodi da resezione tipo HF,pluriuso,per resezioni prostatiche in endoscopia . In acciaio, 30 cm circa, Il dispositivo deve essere compatibile con il resettore endoscopico Olympus in dotazione al reparto. Confezione: Ogni singola sonda deve essere contenuta in un involucro termosaldato,di facile apertura , con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie suddivise in idonei box secondari. Etichette: Secondo la normativa vigente	
Misure e Quantità	100 pezzi unitari CAMPIONI DA PRESENTARE di ogni "modello" proposto <i>(nella misura di uso più routinario)= pz 3</i>	

Sezione 2: da compilare da parte della ditta partecipante

DITTA PARTECIPANTE:

PRODOTTI OFFERTI

	Denominazione prodotto (1)	Fabbricante (2)	Codice prodotto attribuito dal fabbricante (3)	Fornitore (4)	Codice prodotto attribuito dal fornitore (5)	Misure (**)	C= campionato D= disponibile (***)	Classif. C.N.D. (6)
<i>Prodotto primario</i>								
<i>Alternativa A (*)</i>								
<i>Alternativa B (*)</i>								

**Timbro e Firma leggibile
del legale rappresentante dell'Azienda**

Legenda:

La Sezione 2 deve essere compilata dalla azienda partecipante alla gara.

- (1)- Nome commerciale, modello del prodotto presenti sul catalogo ufficiale;
- (2) - Denominazione del fabbricante (responsabile immissione in commercio) ;
- (3) - Codice commerciale del prodotto attribuito dal fabbricante ;
- (4)- Denominazione del fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso dal fabbricante);
- (5)- Codice commerciale prodotto attribuito dal fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso da quello attribuito dal fabbricante);
- (6)- Codifica CND (Classificazione Nazionale Dispositivi) all'ultimo livello di suddivisione.
- (*) Da compilare solo in caso di offerte alternative per lo stesso lotto. In caso di più alternative, SPECIFICARE anche il gruppo di alternativa di appartenenza dei singoli prodotti offerti (Es: Alternativa A; alternativa B; ecc.). Nel caso di offerte alternative per lo stesso lotto, per la compilazione, utilizzare una riga successiva per ciascuna alternativa offerta.
- (**) Indicare le misure (Ch - F- mm - Fig. ecc.) campionate e/o disponibili e offerte .
- (***) Specificare col simbolo (**C**) se la misura/prodotto è stata/o campionata/o o col simbolo (**D**) se disponibile e , comunque,offerta/o.

SCHEDA E - PRODOTTI RICHIESTI

LOTTO n° 50

TITOLO:

CATEGORIA: ENDOSCOPIA UROGENITALE - STRUMENTI DA RESEZIONE:

TIPOLOGIE PRODOTTI: anse da prostatectomia

Sezione 1:		RICHIESTO
Descrizione	Elettrodi ad ago per incisioni prostatiche, pluriuso. per interventi endoscopici sulla prostata. In acciaio, 30 cm circa, Il dispositivo deve essere compatibile con il resettore endoscopico Olympus in dotazione al reparto Confezione: Ogni singola sonda deve essere contenuta in un involucro termosaldato, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie suddivise in idonei box secondari. Etichette: Secondo la normativa vigente	
Misure e Quantità	30 pezzi unitari CAMPIONI DA PRESENTARE di ogni "modello" proposto <i>(nella misura di uso più routinario)</i> = pz 3	

Sezione 2: da compilare da parte della ditta partecipante

DITTA PARTECIPANTE:

PRODOTTI OFFERTI

	Denominazione prodotto (1)	Fabbricante (2)	Codice prodotto attribuito dal fabbricante (3)	Fornitore (4)	Codice prodotto attribuito dal fornitore (5)	Misure (**)	C= campionato D= disponibile (***)	Classif. C.N.D. (6)
<i>Prodotto primario</i>								
<i>Alternativa A (*)</i>								
<i>Alternativa B (*)</i>								

**Timbro e Firma leggibile
del legale rappresentante dell'Azienda**

Legenda:

La Sezione 2 deve essere compilata dalla azienda partecipante alla gara.

- (1)- Nome commerciale, modello del prodotto presenti sul catalogo ufficiale;
- (2) - Denominazione del fabbricante (responsabile immissione in commercio) ;
- (3) - Codice commerciale del prodotto attribuito dal fabbricante ;
- (4)- Denominazione del fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso dal fabbricante);
- (5)- Codice commerciale prodotto attribuito dal fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso da quello attribuito dal fabbricante);
- (6)- Codifica CND (Classificazione Nazionale Dispositivi) all'ultimo livello di suddivisione.
- (*) Da compilare solo in caso di offerte alternative per lo stesso lotto. In caso di più alternative, SPECIFICARE anche il gruppo di alternativa di appartenenza dei singoli prodotti offerti (Es: Alternativa A; alternativa B; ecc.). Nel caso di offerte alternative per lo stesso lotto, per la compilazione, utilizzare una riga successiva per ciascuna alternativa offerta.
- (**) Indicare le misure (Ch - F- mm - Fig. ecc.) campionate e/o disponibili e offerte .
- (***) Specificare col simbolo (**C**) se la misura/prodotto è stata/o campionata/o o col simbolo (**D**) se disponibile e , comunque,offerta/o.

SCHEDA E - PRODOTTI RICHIESTI

LOTTO n° 51

TITOLO:

CATEGORIA: DISPOSITIVI PER DILATAZIONE URETRALE,URETERALE Dilatazione rigida

TIPOLOGIE PRODOTTI: Dilatatori uretrali

Sezione 1:		RICHIESTO
Descrizione	<p>Candelette uretrali filiformi ,pluriuso,risterilizzabili,armate femmina in pvc o altro materiale plastico idoneo. Per il trattamento delle stenosi serrate della uretra. Lunghezza di circa 30 cm;</p> <p>Confezione: Ogni singola sonda deve essere contenuta in un involucro termosaldato,di facile apertura , con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie suddivise in idonei box secondari. Etichette: Secondo la normativa vigente</p>	
Misure e Quantità	<p>Da Ch 3 a Ch 8 50 pezzi unitari totali CAMPIONI DA PRESENTARE di ogni "modello" proposto <i>(nella misura di uso più routinario)= pz 3</i></p>	

Sezione 2: da compilare da parte della ditta partecipante

DITTA PARTECIPANTE:

PRODOTTI OFFERTI

	Denominazione prodotto (1)	Fabbricante (2)	Codice prodotto attribuito dal fabbricante (3)	Fornitore (4)	Codice prodotto attribuito dal fornitore (5)	Misure (**)	C= campionato D= disponibile (***)	Classif. C.N.D. (6)
<i>Prodotto primario</i>								
<i>Alternativa A (*)</i>								
<i>Alternativa B (*)</i>								

**Timbro e Firma leggibile
del legale rappresentante dell'Azienda**

Legenda:

La Sezione 2 deve essere compilata dalla azienda partecipante alla gara.

- (1)- Nome commerciale, modello del prodotto presenti sul catalogo ufficiale;
- (2) - Denominazione del fabbricante (responsabile immissione in commercio) ;
- (3) - Codice commerciale del prodotto attribuito dal fabbricante ;
- (4)- Denominazione del fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso dal fabbricante);
- (5)- Codice commerciale prodotto attribuito dal fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso da quello attribuito dal fabbricante);
- (6)- Codifica CND (Classificazione Nazionale Dispositivi) all'ultimo livello di suddivisione.
- (*) Da compilare solo in caso di offerte alternative per lo stesso lotto. In caso di più alternative, SPECIFICARE anche il gruppo di alternativa di appartenenza dei singoli prodotti offerti (Es: Alternativa A; alternativa B; ecc.). Nel caso di offerte alternative per lo stesso lotto, per la compilazione, utilizzare una riga successiva per ciascuna alternativa offerta.
- (**) Indicare le misure (Ch - F- mm - Fig. ecc.) campionate e/o disponibili e offerte .
- (***) Specificare col simbolo (**C**) se la misura/prodotto è stata/o campionata/o o col simbolo (**D**) se disponibile e , comunque,offerta/o.

SCHEDA E - PRODOTTI RICHIESTI

LOTTO n° 52

TITOLO:

CATEGORIA: DISPOSITIVI PER DILATAZIONE URETRALE,URETERALE Dilatazione rigida

TIPOLOGIE PRODOTTI: Dilatatori uretrali

Sezione 1:		RICHIESTO
Descrizione	<p>Sonda uretrale di Philips pluriuso, risterilizzabile armata maschio in pvc o altro materiale plastico idoneo. Per il trattamento delle stenosi serrate dell'uretra per la dilatazione progressiva Lunghezza di circa 40 cm Il dispositivo deve essere compatibile alle candelette uretrali filiformi di cui al LOTTO 51</p> <p>Confezione: Ogni singola sonda deve essere contenuta in un involucro termosaldato, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie suddivise in idonei box secondari. Etichette: Secondo la normativa vigente</p>	
Misure e Quantità	<p>Da Ch 3 a Ch 24 50 pezzi unitari totali CAMPIONI DA PRESENTARE di ogni "modello" proposto <i>(nella misura di uso più routinario)</i>= pz 3</p>	

Sezione 2: da compilare da parte della ditta partecipante

DITTA PARTECIPANTE:

PRODOTTI OFFERTI

	Denominazione prodotto (1)	Fabbricante (2)	Codice prodotto attribuito dal fabbricante (3)	Fornitore (4)	Codice prodotto attribuito dal fornitore (5)	Misure (**)	C= campionato D= disponibile (***)	Classif. C.N.D. (6)
<i>Prodotto primario</i>								
<i>Alternativa A (*)</i>								
<i>Alternativa B (*)</i>								

**Timbro e Firma leggibile
del legale rappresentante dell'Azienda**

Legenda:

La Sezione 2 deve essere compilata dalla azienda partecipante alla gara.

- (1)- Nome commerciale, modello del prodotto presenti sul catalogo ufficiale;
- (2) - Denominazione del fabbricante (responsabile immissione in commercio) ;
- (3) - Codice commerciale del prodotto attribuito dal fabbricante ;
- (4)- Denominazione del fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso dal fabbricante);
- (5)- Codice commerciale prodotto attribuito dal fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso da quello attribuito dal fabbricante);
- (6)- Codifica CND (Classificazione Nazionale Dispositivi) all'ultimo livello di suddivisione.
- (*) Da compilare solo in caso di offerte alternative per lo stesso lotto. In caso di più alternative, SPECIFICARE anche il gruppo di alternativa di appartenenza dei singoli prodotti offerti (Es: Alternativa A; alternativa B; ecc.). Nel caso di offerte alternative per lo stesso lotto, per la compilazione, utilizzare una riga successiva per ciascuna alternativa offerta.
- (**) Indicare le misure (Ch - F- mm - Fig. ecc.) campionate e/o disponibili e offerte .
- (***) Specificare col simbolo (**C**) se la misura/prodotto è stata/o campionata/o o col simbolo (**D**) se disponibile e , comunque,offerta/o.

SCHEDA E - PRODOTTI RICHIESTI

LOTTO n° 53

TITOLO:

CATEGORIA:

TIPOLOGIE PRODOTTI: elettrodi per litotritore

Sezione 1:		RICHIESTO
Descrizione	Elettrodo monouso, non sterile, per litotritore. Per il trattamento della calcolosi delle vie urinarie. Misura standard. Dispositivi che deve essere compatibile con il litotritore in uso (Lithoring Multi one Meedas) Confezione: Ogni elettrodo deve essere contenuto in una confezione di facile apertura. Etichette: Secondo la normativa vigente	
Misure e Quantità	600 pezzi unitari CAMPIONI DA PRESENTARE di ogni "modello" proposto <i>(nella misura di uso più routinario)= pz 3</i>	
Sezione 2: da compilare da parte della ditta partecipante		
DITTA PARTECIPANTE:		PRODOTTI OFFERTI

	Denominazione prodotto (1)	Fabbricante (2)	Codice prodotto attribuito dal fabbricante (3)	Fornitore (4)	Codice prodotto attribuito dal fornitore (5)	Misure (**)	C = campionato D = disponibile (***)	Classif. C.N.D. (6)
<i>Prodotto primario</i>								
<i>Alternativa A (*)</i>								
<i>Alternativa B (*)</i>								

**Timbro e Firma leggibile
del legale rappresentante dell'Azienda**

Legenda:

La Sezione 2 deve essere compilata dalla azienda partecipante alla gara.

- (1)- Nome commerciale, modello del prodotto presenti sul catalogo ufficiale;
- (2) - Denominazione del fabbricante (responsabile immissione in commercio) ;
- (3) - Codice commerciale del prodotto attribuito dal fabbricante ;
- (4)- Denominazione del fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso dal fabbricante);
- (5)- Codice commerciale prodotto attribuito dal fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso da quello attribuito dal fabbricante);
- (6)- Codifica CND (Classificazione Nazionale Dispositivi) all'ultimo livello di suddivisione.
- (*) Da compilare solo in caso di offerte alternative per lo stesso lotto. In caso di più alternative, SPECIFICARE anche il gruppo di alternativa di appartenenza dei singoli prodotti offerti (Es: Alternativa A; alternativa B; ecc.). Nel caso di offerte alternative per lo stesso lotto, per la compilazione, utilizzare una riga successiva per ciascuna alternativa offerta.
- (**) Indicare le misure (Ch - F- mm - Fig. ecc.) campionate e/o disponibili e offerte .
- (***) Specificare col simbolo (**C**) se la misura/prodotto è stata/o campionata/o o col simbolo (**D**) se disponibile e , comunque,offerta/o.

SCHEDA E - PRODOTTI RICHIESTI

LOTTO n° 54

TITOLO:

CATEGORIA: SACCHE DI RACCOLTA LIQUIDI - SISTEMI E SACCHE PER RACCOLTa URINE

TIPOLOGIE PRODOTTI: Sacche urine da gamba

Sezione 1:		RICHIESTO
Descrizione	Sacca raccolta urina da gamba ,monouso, non sterile Nella ritenzione post operatoria. Capacità 500 ml circa . Con sistema di fissaggio. Confezione: Ogni singola sonda deve essere contenuta in un involucro termosaldato,di facile apertura , con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie suddivise in idonei box secondari. Etichette: Secondo la normativa vigente	

Misure e Quantità	500 pezzi unitari + sistemi di fissaggio CAMPIONI DA PRESENTARE di ogni "modello" proposto (nella misura di uso più routinario)= pz 5
-------------------	---

Sezione 2: da compilare da parte della ditta partecipante

DITTA PARTECIPANTE:

PRODOTTI OFFERTI

	Denominazione prodotto (1)	Fabbricante (2)	Codice prodotto attribuito dal fabbricante (3)	Fornitore (4)	Codice prodotto attribuito dal fornitore (5)	Misure (**)	C = campionato D = disponibile (***)	Classif. C.N.D. (6)
<i>Prodotto primario</i>								
<i>Alternativa A (*)</i>								
<i>Alternativa B (*)</i>								

**Timbro e Firma leggibile
del legale rappresentante dell'Azienda**

Legenda:

La Sezione 2 deve essere compilata dalla azienda partecipante alla gara.

- (1)- Nome commerciale, modello del prodotto presenti sul catalogo ufficiale;
- (2) - Denominazione del fabbricante (responsabile immissione in commercio) ;
- (3) - Codice commerciale del prodotto attribuito dal fabbricante ;
- (4)- Denominazione del fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso dal fabbricante);
- (5)- Codice commerciale prodotto attribuito dal fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso da quello attribuito dal fabbricante);
- (6)- Codifica CND (Classificazione Nazionale Dispositivi) all'ultimo livello di suddivisione.
- (*) Da compilare solo in caso di offerte alternative per lo stesso lotto. In caso di più alternative, SPECIFICARE anche il gruppo di alternativa di appartenenza dei singoli prodotti offerti (Es: Alternativa A; alternativa B; ecc.). Nel caso di offerte alternative per lo stesso lotto, per la compilazione, utilizzare una riga successiva per ciascuna alternativa offerta.
- (**) Indicare le misure (Ch - F- mm - Fig. ecc.) campionate e/o disponibili e offerte .
- (***) Specificare col simbolo (**C**) se la misura/prodotto è stata/o campionata/o o col simbolo (**D**) se disponibile e , comunque,offerta/o.

SCHEDA E - PRODOTTI RICHIESTI

LOTTO n° 55

TITOLO:

CATEGORIA: PROTEZIONI - COPRI STRUMENTI

TIPOLOGIE PRODOTTI: Cuffie copri apparecchio

Sezione 1:		RICHIESTO
Descrizione	Copertura, monouso, non sterili, per sonda rettale ecografica da utilizzare durante l'esecuzione della ecografia transrettale; idonea al calibro della sonda (dimensioni indicative mm 20/150 circa) Confezione: Ogni singola copertura deve essere contenuta in un involucro termosaldato, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie suddivise in idonei box secondari. Etichette: Secondo la normativa vigente	

Misure e Quantità	2.000 pezzi unitari CAMPIONI DA PRESENTARE di ogni "modello" proposto (nella misura di uso più routinario)= pz 5
-------------------	--

Sezione 2: da compilare da parte della ditta partecipante

DITTA PARTECIPANTE:

PRODOTTI OFFERTI

	Denominazione prodotto (1)	Fabbricante (2)	Codice prodotto attribuito dal fabbricante (3)	Fornitore (4)	Codice prodotto attribuito dal fornitore (5)	Misure (**)	C = campionato D = disponibile (***)	Classif. C.N.D. (6)
<i>Prodotto primario</i>								
<i>Alternativa A (*)</i>								
<i>Alternativa B (*)</i>								

**Timbro e Firma leggibile
del legale rappresentante dell'Azienda**

Legenda:

La Sezione 2 deve essere compilata dalla azienda partecipante alla gara.

- (1)- Nome commerciale, modello del prodotto presenti sul catalogo ufficiale;
- (2) - Denominazione del fabbricante (responsabile immissione in commercio) ;
- (3) - Codice commerciale del prodotto attribuito dal fabbricante ;
- (4)- Denominazione del fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso dal fabbricante);
- (5)- Codice commerciale prodotto attribuito dal fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso da quello attribuito dal fabbricante);
- (6)- Codifica CND (Classificazione Nazionale Dispositivi) all'ultimo livello di suddivisione.
- (*) Da compilare solo in caso di offerte alternative per lo stesso lotto. In caso di più alternative, SPECIFICARE anche il gruppo di alternativa di appartenenza dei singoli prodotti offerti (Es: Alternativa A; alternativa B; ecc.). Nel caso di offerte alternative per lo stesso lotto, per la compilazione, utilizzare una riga successiva per ciascuna alternativa offerta.
- (**) Indicare le misure (Ch - F- mm - Fig. ecc.) campionate e/o disponibili e offerte .
- (***) Specificare col simbolo (**C**) se la misura/prodotto è stata/o campionata/o o col simbolo (**D**) se disponibile e , comunque,offerta/o.

SCHEDA E - PRODOTTI RICHIESTI

LOTTO n° 56

TITOLO:

CATEGORIA: DISPOSITIVI VARI

TIPOLOGIE PRODOTTI: fissativo per citologia

Sezione 1:		RICHIESTO
Descrizione	Fissativo per citologia urinaria. Per la ricerca di cellule atipiche nelle urine. In flaconi di idonea capacità. Confezione: in flaconi da circa 1 litro Etichette: Secondo la normativa vigente	
Misure e Quantità	30 litri circa CAMPIONI DA PRESENTARE di ogni "modello" proposto <i>(nella misura di uso più routinario)= pz 2</i>	

Sezione 2: da compilare da parte della ditta partecipante

DITTA PARTECIPANTE:

PRODOTTI OFFERTI

	Denominazione prodotto (1)	Fabbricante (2)	Codice prodotto attribuito dal fabbricante (3)	Fornitore (4)	Codice prodotto attribuito dal fornitore (5)	Misure (**)	C= campionato D= disponibile (***)	Classif. C.N.D. (6)
Alternativa A (*)								
Alternativa B (*)								

**Timbro e Firma leggibile
del legale rappresentante dell'Azienda**

Legenda:

La Sezione 2 deve essere compilata dalla azienda partecipante alla gara.

- (1)- Nome commerciale, modello del prodotto presenti sul catalogo ufficiale;
- (2) - Denominazione del fabbricante (responsabile immissione in commercio) ;
- (3) - Codice commerciale del prodotto attribuito dal fabbricante ;
- (4)- Denominazione del fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso dal fabbricante);
- (5)- Codice commerciale prodotto attribuito dal fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso da quello attribuito dal fabbricante);
- (6)- Codifica CND (Classificazione Nazionale Dispositivi) all'ultimo livello di suddivisione.
- (*) Da compilare solo in caso di offerte alternative per lo stesso lotto. In caso di più alternative, SPECIFICARE anche il gruppo di alternativa di appartenenza dei singoli prodotti offerti (Es: Alternativa A; alternativa B; ecc.). Nel caso di offerte alternative per lo stesso lotto, per la compilazione, utilizzare una riga successiva per ciascuna alternativa offerta.
- (**) Indicare le misure (Ch - F- mm - Fig. ecc.) campionate e/o disponibili e offerte .
- (***) Specificare col simbolo (**C**) se la misura/prodotto è stata/o campionata/o o col simbolo (**D**) se disponibile e , comunque,offerta/o.

SCHEDA E - PRODOTTI RICHIESTI

LOTTO n° 57

TITOLO:

CATEGORIA: DISPOSITIVI PER STOMIA

TIPOLOGIE PRODOTTI: UROSTOMIE a due pezzi

Sezione 1:

RICHIESTO

Descrizione	Sacca di raccolta urina da urostomia con flangia. Per raccolta urine continua in ucs (ureterocutaneostomia) post cistestomia. Diametro con 35 circa Diametro 50 cm circa
	Placche di fissaggio a corredo: diametro 35 cm circa diametro 50 cm circa
Misure e Quantità	Sacche = 500 pezzi unitari totali Placche = 1.000 pezzi unitari totali CAMPIONI DA PRESENTARE di ogni "modello" proposto (nella misura di uso più routinario)= pz 10

Sezione 2: da compilare da parte della ditta partecipante

DITTA PARTECIPANTE:

PRODOTTI OFFERTI

	Denominazione prodotto (1)	Fabbricante (2)	Codice prodotto attribuito dal fabbricante (3)	Fornitore (4)	Codice prodotto attribuito dal fornitore (5)	Misure (**)	C = campionato D = disponibile (***)	Classif. C.N.D. (6)
<i>Prodotto primario</i>								
<i>Alternativa A (*)</i>								
<i>Alternativa B (*)</i>								

Timbro e Firma leggibile del legale rappresentante dell'Azienda

Legenda:

La Sezione 2 deve essere compilata dalla azienda partecipante alla gara.

- (1)- Nome commerciale, modello del prodotto presenti sul catalogo ufficiale;
- (2) - Denominazione del fabbricante (responsabile immissione in commercio) ;
- (3) - Codice commerciale del prodotto attribuito dal fabbricante ;
- (4)- Denominazione del fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso dal fabbricante);
- (5)- Codice commerciale prodotto attribuito dal fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso da quello attribuito dal fabbricante);
- (6)- Codifica CND (Classificazione Nazionale Dispositivi) all'ultimo livello di suddivisione.
- (*) Da compilare solo in caso di offerte alternative per lo stesso lotto. In caso di più alternative, SPECIFICARE anche il gruppo di alternativa di appartenenza dei singoli prodotti offerti (Es: Alternativa A; alternativa B; ecc.). Nel caso di offerte alternative per lo stesso lotto, per la compilazione, utilizzare una riga successiva per ciascuna alternativa offerta.
- (**) Indicare le misure (Ch - F- mm - Fig. ecc.) campionate e/o disponibili e offerte .
- (***) Specificare col simbolo (**C**) se la misura/prodotto è stata/o campionata/o o col simbolo (**D**) se disponibile e , comunque,offerta/o.

SCHEDA E - PRODOTTI RICHIESTI

LOTTO n° 58

TITOLO:

CATEGORIA:

TIPOLOGIE PRODOTTI: linea di infusione con segmento e linea laterale

Sezione 1: RICHIESTO	
Descrizione	Linea di infusione con segmento in pvc o altro materiale plastico idoneo e linea laterale, con attacco luer lock. Per pompa da infusione liquido in urodinamica. Confezione: Ogni singola linea deve essere contenuta in un involucro termosaldato, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie suddivise in idonei box secondari. Etichette: Secondo la normativa vigente
Misure e Quantità	100 pezzi unitari CAMPIONI DA PRESENTARE di ogni "modello" proposto (<i>nella misura di uso più routinario</i>)= pz 2

Sezione 2: da compilare da parte della ditta partecipante

DITTA PARTECIPANTE:

PRODOTTI OFFERTI

	Denominazione prodotto (1)	Fabbricante (2)	Codice prodotto attribuito dal fabbricante (3)	Fornitore (4)	Codice prodotto attribuito dal fornitore (5)	Misure (**)	C = campionato D = disponibile (****)	Classif. C.N.D. (6)
<i>Prodotto primario</i>								
<i>Alternativa A (*)</i>								
<i>Alternativa B (*)</i>								

**Timbro e Firma leggibile
del legale rappresentante dell'Azienda**

Legenda:

La Sezione 2 deve essere compilata dalla azienda partecipante alla gara.

- (1)- Nome commerciale, modello del prodotto presenti sul catalogo ufficiale;
- (2) - Denominazione del fabbricante (responsabile immissione in commercio) ;
- (3) - Codice commerciale del prodotto attribuito dal fabbricante ;

- (4)- Denominazione del fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso dal fabbricante);
- (5)- Codice commerciale prodotto attribuito dal fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso da quello attribuito dal fabbricante);
- (6)- Codifica CND (Classificazione Nazionale Dispositivi) all'ultimo livello di suddivisione.
- (*) Da compilare solo in caso di offerte alternative per lo stesso lotto. In caso di più alternative, SPECIFICARE anche il gruppo di alternativa di appartenenza dei singoli prodotti offerti (Es: Alternativa A; alternativa B; ecc.). Nel caso di offerte alternative per lo stesso lotto, per la compilazione, utilizzare una riga successiva per ciascuna alternativa offerta.
- (**) Indicare le misure (Ch - F- mm - Fig. ecc.) campionate e/o disponibili e offerte .
- (***) Specificare col simbolo (**C**) se la misura/prodotto è stata/o campionata/o o col simbolo (**D**) se disponibile e , comunque, offerta/o.

SCHEDA E - PRODOTTI RICHIESTI

LOTTO n° 59

TITOLO:

CATEGORIA:

TIPOLOGIE PRODOTTI: trasduttore pressione urodinamica

Sezione 1: RICHIESTO

Descrizione
 Trasduttore per rilevazione pressione urodinamica.
 Dispositivo compatibile con l'apparecchio (Menfis Biomedica A0141)
 Confezione:
 Ogni singolo pezzo deve essere contenuto in un involucro termosaldato, di facile apertura , con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie suddivise in idonei box secondari.
 Etichette:
 Secondo la normativa vigente

Misure e Quantità
 100 pezzi unitari
CAMPIONI DA PRESENTARE di ogni "modello" proposto *(nella misura di uso più routinario)= pz 2*

Sezione 2: da compilare da parte della ditta partecipante

DITTA PARTECIPANTE:

PRODOTTI OFFERTI

	Denominazione prodotto (1)	Fabbricante (2)	Codice prodotto attribuito dal fabbricante (3)	Fornitore (4)	Codice prodotto attribuito dal fornitore (5)	Misure (**)	C = campionato D = disponibile (***)	Classif. C.N.D. (6)
<i>Prodotto primario</i>								
<i>Alternativa A (*)</i>								
<i>Alternativa B (*)</i>								

Timbro e Firma leggibile del legale rappresentante dell'Azienda

Legenda:
 La Sezione 2 deve essere compilata dalla azienda partecipante alla gara.

- (1)- Nome commerciale, modello del prodotto presenti sul catalogo ufficiale;
- (2) - Denominazione del fabbricante (responsabile immissione in commercio) ;
- (3) - Codice commerciale del prodotto attribuito dal fabbricante ;
- (4)- Denominazione del fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso dal fabbricante);

- (5)- Codice commerciale prodotto attribuito dal fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso da quello attribuito dal fabbricante);
- (6)- Codifica CND (Classificazione Nazionale Dispositivi) all'ultimo livello di suddivisione.
- (*) Da compilare solo in caso di offerte alternative per lo stesso lotto. In caso di più alternative, SPECIFICARE anche il gruppo di alternativa di appartenenza dei singoli prodotti offerti (Es: Alternativa A; alternativa B; ecc.). Nel caso di offerte alternative per lo stesso lotto, per la compilazione, utilizzare una riga successiva per ciascuna alternativa offerta.
- (**) Indicare le misure (Ch - F- mm - Fig. ecc.) campionate e/o disponibili e offerte .
- (***) Specificare col simbolo (**C**) se la misura/prodotto è stata/o campionata/o o col simbolo (**D**) se disponibile e , comunque, offerta/o.

SCHEDA E - PRODOTTI RICHIESTI

LOTTO n° 60

TITOLO:

CATEGORIA:

A 12 - TIPOLOGIE PRODOTTI: catetere ureterale per portatori di stomia ureterale

Sezione 1:

RICHIESTO

Descrizione	Catetere ureterale sterile monouso, per portatori di stomie ureterali. Lunghezza di circa 40 cm, cono catetere prossimale.
	Confezione: Ogni singolo pezzo deve essere contenuto in un involucro termosaldato, di facile apertura, con ben evidenziato il punto in cui praticare lo strappo di apertura e le confezioni primarie suddivise in idonei box secondari. Etichette: Secondo la normativa vigente
Misure e Quantità	Misure Ch 10 Ch 8 Ch 12 500 pezzi unitari totali CAMPIONI DA PRESENTARE di ogni "modello" proposto (nella misura di uso più routinario)= pz 5

Sezione 2: da compilare da parte della ditta partecipante

DITTA PARTECIPANTE:

PRODOTTI OFFERTI

	Denominazione prodotto (1)	Fabbricante (2)	Codice prodotto attribuito dal fabbricante (3)	Fornitore (4)	Codice prodotto attribuito dal fornitore (5)	Misure (**)	C= campionato D= disponibile (***)	Classif. C.N.D. (6)
<i>Prodotto primario</i>								
<i>Alternativa A (*)</i>								
<i>Alternativa B (*)</i>								

**Timbro e Firma leggibile
del legale rappresentante dell'Azienda**

Legenda:

La Sezione 2 deve essere compilata dalla azienda partecipante alla gara.

- (1)- Nome commerciale, modello del prodotto presenti sul catalogo ufficiale;
- (2) - Denominazione del fabbricante (responsabile immissione in commercio) ;
- (3) - Codice commerciale del prodotto attribuito dal fabbricante ;
- (4)- Denominazione del fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso dal fabbricante);

- (5)- Codice commerciale prodotto attribuito dal fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso da quello attribuito dal fabbricante);
- (6)- Codifica CND (Classificazione Nazionale Dispositivi) all'ultimo livello di suddivisione.
- (*) Da compilare solo in caso di offerte alternative per lo stesso lotto. In caso di più alternative, SPECIFICARE anche il gruppo di alternativa di appartenenza dei singoli prodotti offerti (Es: Alternativa A; alternativa B; ecc.). Nel caso di offerte alternative per lo stesso lotto, per la compilazione, utilizzare una riga successiva per ciascuna alternativa offerta.
- (**) Indicare le misure (Ch - F- mm - Fig. ecc.) campionate e/o disponibili e offerte .
- (***) Specificare col simbolo (**C**) se la misura/prodotto è stata/o campionata/o o col simbolo (**D**) se disponibile e , comunque, offerta/o.