

PUBBLICO INCANTO PER LA FORNITURA DI PACEMAKERS, DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI E DISPOSITIVI MEDICI PER ELETTROSTIMOLAZIONE ED ELETTROFISIOLOGIA.

A seguito di richieste da parte di alcune Società interessate alla gara di cui all'oggetto, si forniscono i seguenti chiarimenti:

DOMANDA:

Chiarimenti sul punto D) del Capitolato Speciale: Dichiarazione sulle indicazioni / destinazioni d'uso autorizzate di cui al titolo del capitolato di gara e /o al titolo della scheda H.

RISPOSTA:

In linea generale, è possibile che alcuni dispositivi medici siano registrati per specifiche indicazioni d'uso che, quindi, potrebbero essere diverse da quelle richieste dai vari utilizzatori.

La dichiarazione indicata dal capitolato speciale ha anche lo scopo di avere una visione immediata della corrispondenza tra le indicazioni autorizzate e quelle di effettivo utilizzo nella ASL.

DOMANDA:

In riferimento alle schede H viene richiesto di indicare la "Durata prevista ai valori operativi da specificare in offerta". Si chiede:

- 1) Per offerta cosa si intende? Quella economica? Oppure è un dato che deve essere inserito solo ed unicamente nella documentazione tecnica?*
- 2) Per valore operativo si intende quello nominale con cui il pm viene prodotto oppure quello che arbitrariamente si sceglie di indicare (ad esempio nei sistemi di cattura automatica si potrebbe fare vedere il beneficio con la funzione attiva).*

RISPOSTA:

- 1) per offerta si intende un dato che deve essere inserito solo ed unicamente nella documentazione tecnica;*
- 2) per valore operativo si intende quello che arbitrariamente si sceglie di indicare nei sistemi con cattura automatica.*

DOMANDA:

Art. 5 del Capitolato Speciale – Punti C) ed F): qual è la differenza tra schede tecniche varie (punto C) e schede tecniche (punto F)?

RISPOSTA:

Il Capitolato differenzia due tipologie di schede tecniche: la seconda (punto F) è riferibile alla classica scheda tecnica contenente tutte le caratteristiche tecniche del prodotto, mentre la prima (punto C) identifica eventuali schede tecniche varie/diverse riportanti dati ed informazioni particolari o aggiuntive.

DOMANDA:

Art. 5 del Capitolato Speciale – Punto D): nella scheda H va compilata soltanto la prima parte (Ditta partecipante, fabbricante, cod. comm., etc)?

RISPOSTA:

La scheda H deve essere compilata per la parte di competenza del concorrente, quindi solo la prima parte.

DOMANDA:

Art. 5 del Capitolato Speciale – Punto G3: per i lotti ad es. 24, 25, etc. va presentata la scheda AIAC?

RISPOSTA:

No. Tale scheda, infatti, è riferita solo agli stimolatori cardiaci e non agli elettrocaterteri.