

1) In merito alla richiesta "Strumentazione di ultima generazione, anche ricondizionata, di non oltre 4 anni, ... ", nel caso non fossero disponibili strumentazioni con meno di 4 anni, si chiede se in alternativa sia possibile offrire strumentazioni di recente ricondizionamento:

**- E' possibile offrire anche strumenti ricondizionati di recente.**

2) All'interno del capitolato tecnico, tra le voci del paragrafo "La fornitura prevede" viene citato l'obbligo del sopralluogo. Si chiede conferma che tale richiesta sia un refuso:

**- Non c'è obbligo di sopralluogo per chi dichiara di conoscere i locali dove vengono attualmente processati gli emocromi.**

3) Si chiede di specificare i volumi annuali per reticolociti e colorazione dei vetrini:

**- 1800 reticolociti/anno più controlli ed eventuali calibratori solo alla Spezia; 12000 vetrini/anno.**

4) Per quanto riguarda i controlli si chiede di specificare il numero di livelli desiderati (1 livello, 2 livelli o 3 livelli) e la frequenza giornaliera di esecuzione (ogni 12 o 24 ore):

**- Controlli su due livelli ogni 24 ore per ogni macchina offerta.**

5) Si chiede di confermare che la creazione del PASSOe costituisca un refuso in quanto, come sancito dalla Delibera Anac n. 582 del 13 dicembre 2023 avente ad oggetto <>, per le procedure indette a partire dal 1° gennaio 2024 è stato dismesso l'uso del PassOE, che è sostituito da un meccanismo di richiesta da parte della SA - approvazione da parte dell'OE dell'accesso ai documenti:

**- Si comunica che, come da indicazioni ricevute da ANAC prima della pubblicazione della procedura in oggetto e come confermato in data 23/07/2024 dalla stessa, l'Operatore Economico può ancora procedere alla creazione del PASSOe per tutti quei CIG generati sul SIMOG prima del 31/12/2023.**

6) Con riferimento al patto di integrità da voi menzionato e agli obblighi che l'O.E. deve assumere in tema di conflitti di interesse, si chiede di confermare:

A) che l'ambito applicativo della dichiarazione sia limitato, per l'operatore economico, ai soggetti giuridicamente abilitati a rappresentare l'O.E./aggiudicatario, ovvero componenti del CDA e procuratori rilevanti ai sensi dell'art. 80, comma 1, lett. a), b), b-bis), c), d, e), f), g), comma 2 e comma 5 lettera l) del D. Lgs 50/2016 ed i procuratori dotati di poteri, seppur non rilevanti ai sensi dell'art. 80 comma 1 lettere a), b), b-bis), c), d, e) f), g) del D. Lgs n. 50/2016:

**- Si conferma che l'ambito applicativo della dichiarazione sia limitato, per l'operatore economico, ai soggetti giuridicamente abilitati a rappresentare l'O.E./aggiudicatario, ovvero componenti del CDA e procuratori rilevanti.**

B) che l'ambito applicativo della dichiarazione richiesta sia limitato, per codesto Ente, al solo personale coinvolto nella procedura in oggetto e che abbia o debba esercitare poteri autoritativi o negoziali per conto delle P.A., come previsto dall'art. 53 d.lgs. 165/01 pertanto il RUP e gli altri soggetti espressamente indicati negli atti di gara come rilevanti ai fini della valutazione della sussistenza di un possibile conflitto di interessi:

**- Si conferma l'ambito applicativo della dichiarazione richiesta sia limitato, per codesto Ente, al solo personale coinvolto nella procedura in oggetto e che abbia o debba esercitare poteri autoritativi o negoziali per conto delle P.A.**

7) Premesso che è a carico dell'aggiudicatario l'interfacciamento bidirezionale con il LIS di laboratorio e che tali attività di interfacciamento dei sistemi offerti nell'ambito della procedura e l'eventuale manutenzione su detti interfacciamenti saranno necessariamente svolte dal fornitore del LIS aziendale, pertanto già individuato e verificato da codesta Stazione Appaltante, con la presente siamo a chiedere conferma che le predette prestazioni non debbano essere qualificate quali attività affidate in subappalto e che per le stesse non siano pertanto necessari i relativi adempimenti previsti per legge art. 119 D. Lgs. 36/2023:

**- Si conferma che l'interfacciamento LIS non verrà qualificato come attività affidata in subappalto.**

8) Si chiede di indicare il link e di pubblicare il formato "exspd-request.xml" scaricabile necessari per compilare il "DGUEREQUEST\_186722270" allegato alla documentazione di gara:

**- L'Operatore Economico, una volta effettuato l'accesso con le proprie credenziali a SINTEL, dal Tab PROCEDURE, cliccando sul tasto "Compila DGUE" viene indirizzato nella prima pagina del processo di Creazione dell'eDGUE Response. Atterrando nella pagina, viene visualizzato il tasto "Compila DGUE Response", e sotto il tasto "Leggi Request/Response". Cliccando sul tasto "Compila DGUE Response" sarà chiesto all'OE di caricare la eDGUE Request prodotta dalla SA in formato xml.**

**Al fine di fornire ulteriori indicazioni, inviamo manuale d'uso Sintel per la compilazione del DGUE.**

9) Si chiede di confermare che la richiesta del pagamento contributo ANAC costituisca refuso considerato che per il CIG indicato per la presente procedura (A01FDFFD81) il termine per poter pagare il contributo risulta il 28.12.2023:

**- Si comunica che, come da indicazioni ANAC ricevute in data 23/07/2024, la data del 28/12/2023, indicata come termine ultimo per il pagamento del contributo, non preclude in alcun modo l'esecuzione dell'attività stessa; tale termine infatti non risulta bloccante per il pagamento PagoPA. Qualora ci fossero ulteriori problematiche, si consiglia di contattare ANAC.**