

RISPOSTA AI CHIARIMENTI DEL 1/9/25

Vs richiesta: In merito alla risposta al seguente chiarimento - n.10 garze 10x10 mm, si chiede se le garze siano richieste in TNT o cotone
Riscontro: le garze dovranno essere in cotone con filo di bario - chiediamo se trattasi di refuso e se confermate la risposta come indicata sopra, In quanto a nostra conoscenza questa tipologia di garze con il filo di bario non vengono utilizzate per la chirurgia oftalmica.

Ns riscontro: A parziale modifica di quanto precedentemente indicato, si conferma che le garze dovranno essere 10x10mm in cotone. La presenza di filo di bario rappresenta caratteristica preferibile non a pena esclusione.

PACCHETTO PERSONALIZZATO CATARATTA

- Vs richiesta n°1 Telo copritavolo, si chiede di specificare le caratteristiche e le misure del telo richiesto.

Riscontro: il telo copritavolo dovrà avere dimensioni di circa 140x140mm in TNT

- Vs richiesta n°1 Telo oftalmico copri paziente, si chiede di specificare le caratteristiche e le misure del telo richiesto

Riscontro: il telo oftalmico copri paziente dovrà avere dimensioni di circa 100x120mm in TNT con oblò in pellicola trasparente adesiva in corrispondenza della testa del paziente e con sacca per la raccolta di eventuali perdite liquide

- Vs richiesta n°1 Bisturi 2,2 mm angolato, si chiede se il bisturi richiesto debba essere con o senza dispositivo di protezione antitaglio.

Riscontro: il bisturi dovrà essere fornito con dispositivo di protezione antitaglio

- Vs richiesta n°1 Bisturi 22,5° si chiede se il bisturi richiesto debba essere con o senza dispositivo di protezione antitaglio

Riscontro: il bisturi dovrà essere fornito con dispositivo di protezione antitaglio

- Vs richiesta n°1 Tampone oculare, si chiede se debba essere adesivo o non

Riscontro: il tampone richiesto NON deve essere adesivo

- n.10 garze 10x10 mm, si chiede se le garze siano richieste in TNT o cotone

Riscontro: le garze dovranno essere in cotone, preferibilmente con filo di bario - le garze dovranno essere 10x10mm in cotone. La presenza di filo di bario rappresenta caratteristica preferibile non a pena esclusione

- Ago cannula per idrodissezione, si chiede di specificare le misure della cannula richiesta (es. 25-27G etc)

Riscontro: l'ago cannula richiesta dovrà essere da 25 G

PACCHETTO PERSONALIZZATO FACOVITRECTOMIA

- Vs richiesta n°1 Ago back flush non protetto, si chiede di specificare le misure della cannula richiesta (es. 25-27G etc)

Riscontro: si conferma la richiesta del capitolato tecnico, l'ago dovrà essere disponibile nei calibri 23-25-27 G a seconda delle necessità di questa Azienda

- Vs richiesta n°1 Telo copritavolo, si chiede di specificare le caratteristiche e le misure del telo richiesto

Riscontro: il telo copritavolo dovrà avere dimensioni di circa 140x140mm in TNT

- Vs richiesta n°1 Bisturi 2,2 mm angolato, si chiede se il bisturi richiesto debba essere con o senza dispositivo di protezione antitaglio

Riscontro: il bisturi dovrà essere fornito con dispositivo di protezione antitaglio

- Vs richiesta n°1 Bisturi 22,5° si chiede se il bisturi richiesto debba essere con o senza dispositivo di protezione antitaglio

Riscontro: il bisturi dovrà essere fornito con dispositivo di protezione antitaglio

- Vs richiesta n°1 Tampone oculare, si chiede se debba essere adesivo o non

Riscontro: il tampone richiesto NON deve essere adesivo

- n.10 garze 10x10 mm, si chiede se le garze siano richieste in TNT o cotone

Riscontro: le garze dovranno essere in cotone, preferibilmente con filo di bario - le garze dovranno essere 10x10mm in cotone. La presenza di filo di bario rappresenta caratteristica preferibile non a pena esclusione

- Ago cannula per idrodissezione, si chiede di specificare le misure della cannula richiesta (es. 25-27G etc)

Riscontro: l'ago cannula richiesta dovrà essere da 25 G