

RISPOSTA AI CHIARIMENTI DEL 29/8/25

in merito al Materiale di consumo: "PACCHETTO PERSONALIZZATO CATARATTA", si richiedono i seguenti chiarimenti:

- *Vs richiesta n°1 Telo copritavolo, si chiede di specificare le caratteristiche e le misure del telo richiesto.*

Riscontro: il telo copritavolo dovrà avere dimensioni di circa 140x140mm in TNT

- *Vs richiesta n°1 Telo oftalmico copri paziente, si chiede di specificare le caratteristiche e le misure del telo richiesto*

Riscontro: il telo oftalmico copri paziente dovrà avere dimensioni di circa 100x120mm in TNT con oblò in pellicola trasparente adesiva in corrispondenza della testa del paziente e con sacca per la raccolta di eventuali perdite liquide

- *Vs richiesta n°1 Bisturi 2,2 mm angolato, si chiede se il bisturi richiesto debba essere con o senza dispositivo di protezione antitaglio.*

Riscontro: il bisturi dovrà essere fornito con dispositivo di protezione antitaglio

- *Vs richiesta n°1 Bisturi 22,5° si chiede se il bisturi richiesto debba essere con o senza dispositivo di protezione antitaglio*

Riscontro: il bisturi dovrà essere fornito con dispositivo di protezione antitaglio

- *Vs richiesta n°1 Tampone oculare, si chiede se debba essere adesivo o non*

Riscontro: il tampone richiesto NON deve essere adesivo

- *n.10 garze 10x10 mm, si chiede se le garze siano richieste in TNT o cotone*

Riscontro: le garze dovranno essere in cotone con filo di bario

- *Ago cannula per idrodissezione, si chiede di specificare le misure della cannula richiesta (es. 25-27G etc)*

Riscontro: l'ago cannula richiesta dovrà essere da 25 G

in merito al Materiale di consumo: "PACCHETTO PERSONALIZZATO FACOVITRECTOMIA"

- *Vs richiesta n°1 Ago back flush non protetto, si chiede di specificare le misure della cannula richiesta (es. 25-27G etc)*

Riscontro: si conferma la richiesta del capitolato tecnico, l'ago dovrà essere disponibile nei calibri 23-25-

27 G a seconda delle necessità di questa Azienda

- Vs richiesta n°1 Telo copritavolo, si chiede di specificare le caratteristiche e le misure del telo richiesto

Riscontro: il telo copritavolo dovrà avere dimensioni di circa 140x140mm in TNT

- Vs richiesta n°1 Bisturi 2,2 mm angolato, si chiede se il bisturi richiesto debba essere con o senza dispositivo di protezione antitaglio

Riscontro: il bisturi dovrà essere fornito con dispositivo di protezione antitaglio

- Vs richiesta n°1 Bisturi 22,5° si chiede se il bisturi richiesto debba essere con o senza dispositivo di protezione antitaglio

Riscontro: il bisturi dovrà essere fornito con dispositivo di protezione antitaglio

- Vs richiesta n°1 Tampone oculare, si chiede se debba essere adesivo o non

Riscontro: il tampone richiesto NON deve essere adesivo

- n.10 garze 10x10 mm, si chiede se le garze siano richieste in TNT o cotone

Riscontro: le garze dovranno essere in cotone con filo di bario

- Ago cannula per idrodissezione, si chiede di specificare le misure della cannula richiesta (es. 25-27G etc)

Riscontro: l'ago cannula richiesta dovrà essere da 25 G

- Vs richiesta "Confermate la possibilità di proporre singolarmente la cassetta faco ed il custom pack ?"

Riscontro: Per favorire la maggior partecipazione possibile degli O.E. alla procedura di gara, potrà essere ammessa, in alternativa ad un unico pacchetto omnicomprendente di tutti gli accessori dedicati all'intervento, la fornitura di questi organizzati in due pacchetti.

- Vs richiesta "Si chiede di rendere la voce Modulo per microforbici pneumatiche un criterio preferenziale e non requisito minimo"

Riscontro: Per favorire la maggior partecipazione possibile degli O.E. alla procedura di gara, la presenza di modulo per microforbici pneumatiche non sarà requisito minimo pena esclusione ma requisito preferenziale, valorizzabile in fase di attribuzione del punteggio tecnico.