

**Servizio Sanitario Nazionale – Regione Liguria**  
**Azienda Unità Sanitaria Locale n. 5 “Spezzino”**  
**Presidio Ospedaliero S. Bartolomeo di Sarzana**  
**S.C. di Oculistica**  
*Direttore Dott. Maurizio Postorino*

Sarzana, 15/11/2025

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Cristina Bordino (RUP)

Referente: Dott. Giacomo Zanella

Verbale della seduta riservata della commissione giudicatrice del 15/11/2025

Componenti della Commissione	Ente	Qualifica	Incarico
Dott. Maurizio Postorino	ASL 5	Direttore	Presidente
Dott. Davide Aleo	ASL 5	Dirigente medico	Componente
Dott.ssa Simona Tomè	ASL 5	Infermiera	Componente

Alle ore 11:00 ha inizio l'incontro della commissione riunita presso il reparto di Oftalmologia dell'Ospedale San Bartolomeo di Sarzana dove viene verificato e valutato il "LOTTO 2 FERRI OFTALMICI MONOUSO"

Si sono presentate le seguenti ditte

- EMMEC/4
- VISIONIC
- TEC MED
- DIEMME
- RICORDINI

Si procede alla visione dei seguenti documenti:

- Requisiti tecnici a pena di esclusione
- Documentazione tecnica
- Assistenza tecnica
- Elenco descrizione del lotto
- Campionatura

In base a questi requisiti abbiamo ritenuto non valutabile la ditta DIEMME in quanto non viene fornito il catalogo in formato elettronico e cartaceo.

Si procede all'apertura dei ferri chirurgici sotto visione del microscopio fornendo per ogni ditta una griglia di valutazione.

Vedi allegati.

Dopo lunga osservazione da parte della commissione si evince

- che le ditte TEC MED e Visionic hanno rispettato tutti i punti del capitolato tecnico

Le altre ditte hanno fornito documentazione parziale e/o non idonea

- EMMEC/4 presentava parziale certificazione con scadenze non idonee, nessuna proroga e assenza di documentazione in lingua italiana
- RICORDINI presentava parziale certificazione con scadenze non idonee, nessuna proroga e assenza di documentazione in lingua italiana

Verranno allegate al verbale tutte le griglie di valutazione per il completamento della valutazione del lotto.

La seduta riservata è tolta alle ore 12:30.


Letto, confermato e sottoscritto.

Per la commissione giudicatrice

Presidente  
Dott. Maurizio Postorino

Componente  
Dott. Davide Aleo

Componente  
Dott.ssa Simona Tomè

*d  
d  
Tome  
'01*

**Servizio Sanitario Nazionale – Regione Liguria**  
**Azienda Unità Sanitaria Locale n. 5 “Spezzino”**  
**Presidio Ospedaliero S. Bartolomeo di Sarzana**  
**S.C. di Oculistica**  
*Direttore Dott. Maurizio Postorino*

Griglia di valutazione LOTTO 2 FERRI OFTALMICI MONOUSO

Elemento di valutazione	Peso	Punti	Ditta VISIONIC
Realizzato in acciaio INOX di qualità elevata che offre durabilità e resistenza	<b>10</b>	<b>10</b>	Esperienza professionale che dimostra durabilità e resistenza dell'articolo prodotto
Confezionati singolarmente in doppia busta Durata conservazione sterile 5 anni Facilità di stoccaggio riduzione dell'ingombro	<b>8</b>	<b>8</b>	Buona facilità di stoccaggio
Presenza di etichetta di rintracciabilità autoadesiva	<b>8</b>	<b>0</b>	Non presente etichetta di rintracciabilità adeguata sul materiale fornito
Assenza di “sbavature” di lavorazione	<b>10</b>	<b>10</b>	Perfetta lavorazione
Omogeneità nella satinatura, finitura opaca non riflettente	<b>8</b>	<b>8</b>	Buona satinatura e finitura con materiale non riflettente
Disponibilità a fornire il catalogo in formato elettronico (più copie)	<b>6</b>	<b>6</b>	
Finitura delle punte ( a strumento chiuso le punto devono essere perfettamente allineate)	<b>10</b>	<b>10</b>	Punte perfettamente allineate
Chopper con punta liscia che riduce l'attrito e il potenziale danno ai tessuti oculari	<b>10</b>	<b>10</b>	Buona maneggevolezza
		<b>TOT 62</b>	

NOTA: Tutto il materiale è stato attentamente visionato sotto al microscopio

Presidente di Commissione Dott. Maurizio Postorino

Componente di Commissione Dott Davide Aleo

Componente di Commissione Dott.ssa Simona Tomè

Sarzana, 15/11/2025

**Servizio Sanitario Nazionale – Regione Liguria**  
**Azienda Unità Sanitaria Locale n. 5 “Spezzino”**  
**Presidio Ospedaliero S. Bartolomeo di Sarzana**  
**S.C. di Oculistica**  
*Direttore Dott. Maurizio Postorino*

Griglia di valutazione LOTTO 2 FERRI OFTALMICI MONOUSO

Elemento di valutazione	Peso	Punti	Ditta RICORDINI
Realizzato in acciaio INOX di qualità elevata che offre durabilità e resistenza	<b>10</b>	<b>8</b>	Assenza di esperienza professionale che dimostri durabilità e resistenza dell'articolo prodotto
Confezionati singolarmente in doppia busta Durata conservazione sterile 5 anni Facilità di stoccaggio riduzione dell'ingombro	<b>8</b>	<b>2</b>	Media facilità di stoccaggio Durata di conservazione sterile 3 anni
Presenza di etichetta di rintracciabilità autoadesiva	<b>8</b>	<b>8</b>	
Assenza di “sbavature” di lavorazione	<b>10</b>	<b>3</b>	Lavorazione grossolana e poco rifiniti i margini
Omogeneità nella satinatura, finitura opaca non riflettente	<b>8</b>	<b>5</b>	Poca satinatura, eccessivo riflesso
Disponibilità a fornire il catalogo in formato elettronico (più copie)	<b>6</b>	<b>4</b>	Catalogo presentato solo in lingua inglese
Finitura delle punte ( a strumento chiuso le punto devono essere perfettamente allineate)	<b>10</b>	<b>4</b>	Disallineamento delle superfici della chiusure in punta
Chopper con punta liscia che riduce l'attrito e il potenziale danno ai tessuti oculari	<b>10</b>	<b>1</b>	Non adeguato, sovrapponibile ad uncino
		<b>TOT 35</b>	

NOTA: Tutto il materiale è stato attentamente visionato sotto al microscopio

Presidente di Commissione Dott. Maurizio Postorino

Componente di Commissione Dott Davide Aleo

Componente di Commissione Dott.ssa Simona Tomè

**Servizio Sanitario Nazionale – Regione Liguria**  
**Azienda Unità Sanitaria Locale n. 5 “Spezzino”**  
**Presidio Ospedaliero S. Bartolomeo di Sarzana**  
**S.C. di Oculistica**  
*Direttore Dott. Maurizio Postorino*

Griglia di valutazione LOTTO 2 FERRI OFTALMICI MONOUSO


Elemento di valutazione	Peso	Punti	Ditta EMMEC/4
Realizzato in acciaio INOX di qualità elevata che offre durabilità e resistenza	<b>10</b>	<b>2</b>	Solo le punte sono in materiale ACCIAIO INOX
Confezionati singolarmente in doppia busta Durata conservazione sterile 5 anni Facilità di stoccaggio riduzione dell'ingombro	<b>8</b>	<b>2</b>	Media facilità di stoccaggio Confezionati in busta singola
Presenza di etichetta di rintracciabilità autoadesiva	<b>8</b>	<b>8</b>	
Assenza di “sbavature” di lavorazione	<b>10</b>	<b>4</b>	Lavorazione grossolana e poco rifiniti i margini
Omogeneità nella satinatura, finitura opaca non riflettente	<b>8</b>	<b>4</b>	Punta riflettente
Disponibilità a fornire il catalogo in formato elettronico (più copie)	<b>6</b>	<b>4</b>	Catalogo presentato solo in lingua inglese
Finitura delle punte ( a strumento chiuso le punto devono essere perfettamente allineate)	<b>10</b>	<b>4</b>	La pinza da ressi incrocia leggermente le punte
Chopper con punta liscia che riduce l'attrito e il potenziale danno ai tessuti oculari	<b>10</b>	<b>3</b>	Punta spessa poco maneggevole in camera anteriore
		<b>TOT 31</b>	

NOTA: Tutto il materiale è stato attentamente visionato sotto al microscopio

Presidente di Commissione Dott. Maurizio Postorino

Componente di Commissione Dott. Davide Aleo

Componente di Commissione Dott.ssa Simona Tomè



**Servizio Sanitario Nazionale – Regione Liguria**  
**Azienda Unità Sanitaria Locale n. 5 “Spezzino”**  
**Presidio Ospedaliero S. Bartolomeo di Sarzana**  
**S.C. di Oculistica**  
*Direttore Dott. Maurizio Postorino*

Griglia di valutazione LOTTO 2 FERRI OFTALMICI MONOUSO

Elemento di valutazione	Peso	Punti	Ditta TEC MED
Realizzato in acciaio INOX di qualità elevata che offre durabilità e resistenza	<b>10</b>	<b>8</b>	Assenza di esperienza professionale che dimostri durabilità e resistenza dell'articolo prodotto
Confezionati singolarmente in doppia busta Durata conservazione sterile 5 anni Facilità di stoccaggio riduzione dell'ingombro	<b>8</b>	<b>4</b>	Confezionati in busta singola
Presenza di etichetta di rintracciabilità autoadesiva	<b>8</b>	<b>8</b>	
Assenza di “sbavature” di lavorazione	<b>10</b>	<b>6</b>	Poco definiti i margini di presa in punta
Omogeneità nella satinatura, finitura opaca non riflettente	<b>8</b>	<b>4</b>	Poca satinatura, eccessivo riflesso
Disponibilità a fornire il catalogo in formato elettronico (più copie)	<b>6</b>	<b>6</b>	
Finitura delle punte ( a strumento chiuso le punte devono essere perfettamente allineate)	<b>10</b>	<b>4</b>	Minimo disallineamento, apertura e chiusura della pinza da ressi troppo ampia per microincisioni
Chopper con punta liscia che riduce l'attrito e il potenziale danno ai tessuti oculari	<b>10</b>	<b>6</b>	Manico troppo sottile
		<b>TOT 46</b>	

NOTA: Tutto il materiale è stato attentamente visionato sotto al microscopio


Presidente di Commissione Dott. Maurizio Postorino



Componente di Commissione Dott. Davide Aleo



Componente di Commissione Dott.ssa Simona Tomè



Sarzana, 15/11/2025

**Servizio Sanitario Nazionale – Regione Liguria**  
**Azienda Unità Sanitaria Locale n. 5 “Spezzino”**  
**Presidio Ospedaliero S. Bartolomeo di Sarzana**  
**S.C. di Oculistica**  
*Direttore Dott. Maurizio Postorino*

Griglia di valutazione LOTTO 2 FERRI OFTALMICI MONOUSO

Elemento di valutazione	Peso	Punti	Ditta DIEMME
Realizzato in acciaio INOX di qualità elevata che offre durabilità e resistenza	<b>10</b>		
Confezionati singolarmente in doppia busta Durata conservazione sterile 5 anni Facilità di stoccaggio riduzione dell'ingombro	<b>8</b>		
Presenza di etichetta di rintracciabilità autoadesiva	<b>8</b>		
Assenza di “sbavature” di lavorazione	<b>10</b>		
Omogeneità nella satinatura, finitura opaca non riflettente	<b>8</b>		
Disponibilità a fornire il catalogo in formato elettronico (più copie)	<b>6</b>		
Finitura delle punte ( a strumento chiuso le punto devono essere perfettamente allineate)	<b>10</b>		
Chopper con punta liscia che riduce l'attrito e il potenziale danno ai tessuti oculari	<b>10</b>		
		<b>TOT</b>	

NOTA: Non valutato perché non conforme ai requisiti richiesti del capitolo tecnico, non fornito catalogo né in forma elettronica né cartacea

Presidente di Commissione Dott. Maurizio Postorino

Componente di Commissione Dott Davide Aleo

Componente di Commissione Dott.ssa Simona Tomè

Sarzana, 15/11/2025