

PROT. N° 52016

La Spezia, 06/11/2025

VERBALE DI CONCLUSIONE
CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO

Oggetto: Consultazione preliminare di mercato ex art. 77 del d. Lgs. N° 36/2023 finalizzata all'affidamento della fornitura a noleggio, per un periodo di 5 anni, comprensivo di assistenza e manutenzione di tipo "full-risk", di nr. 1 microscopio operatorio per chirurgia oftalmica, con generazione di immagini tridimensionali (3d) e sistema di tomografia a coerenza ottica integrata (oct), destinato alla S.C. Oftalmologia (Blocco Operatorio Ospedale san Bartolomeo di Sarzana).

1. Fabbisogno aziendale:

Ai sensi dell'art. 76 del d.lgs. 36/2023, Asl 5 ha attivato una consultazione preliminare di mercato ex art. 77 del D. Lgs. N° 36/2023 finalizzata a verificare l'esistenza dei presupposti per il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando, per la fornitura a noleggio, per un periodo di 5 anni, comprensivo di assistenza e manutenzione di tipo "full-risk", di nr. 1 Microscopio Operatorio per Chirurgia oftalmica (ID sintel 203047156) individuato come infungibile e con scadenza il giorno 02/07/2025.

Il documento di consultazione del mercato aveva l'obiettivo di:

- Garantire la massima e più diffusa pubblicità delle iniziative al fine di assicurare la più ampia diffusione delle informazioni;
- Avere la maggiore partecipazione possibile da parte dei soggetti interessati;
- Ricevere, da parte dei soggetti interessati osservazioni e suggerimenti per una più compiuta conoscenza del mercato;
- Verificare quali siano le soluzioni effettivamente disponibili per soddisfare l'interesse pubblico per il quale si procede;

La consultazione si è svolta sulla piattaforma di intermediazione telematica Sintel e ha visto la partecipazione di 3 Operatori economici i quali hanno proposto le loro apparecchiature e dichiarato di essere in grado di fornire il prodotto richiesto e/o equivalente alle caratteristiche elencate ai punti 1,2,3, delle specifiche tecniche allegate alla procedura, dimostrando quindi la praticabilità di soluzioni alternative a quelle che porterebbero a concludere per l'esistenza di un unico fornitore.

2. Sintesi delle osservazioni emerse

A seguito dell'invio delle proposte agli uffici competenti per una valutazione tecnico-sanitaria in merito, è emersa la necessità di sottoporre agli stessi O.E. alcune richieste di chiarimento su aspetti tecnici e clinici, di seguito riportati:

"Con riferimento alla procedura in oggetto e ai fini di una valutazione definitiva alle proposte pervenute dagli operatori economici si chiede di poter sottoporre agli stessi O.E. le seguenti richieste di chiarimento in merito alle proposte presentate:

Operatore economico 1:

Si chiede di voler indicare le parti dell'offerta rassegnata, precisando nome del documento, pagina e paragrafo, che dimostrino la corrispondenza e soddisfacimento delle seguenti caratteristiche tecniche del microscopio richiesto dal presente avviso di consultazione preliminare di mercato:

"Microscopio operatorio digitale per chirurgia oftalmica, con generazioni di immagini tridimensionali (3D) e sistema di tomografia a coerenza ottica integrato (OCT)"

"Movimento di rotazione del corpo ottico con range più elevato possibile e regolato mediante freno elettromagnetico"

"Pedaliera di comando wireless, impermeabile con funzioni programmabili" con particolare riguardo al possesso della caratteristica di impermeabilità

"Sistema di guida/allineamento per l'impianto di lenti toriche"

"Messa a fuoco micrometrica e zoom motorizzati" con particolare riguardo alla messa a fuoco micrometrica

"Movimenti XY del corpo ottico motorizzati e con funzione reset" con particolare riguardo alla funzione di reset

"Tilting micrometrico motorizzato" ove sia specificato, in particolare se il microscopio proposto dispone di Tilting motorizzato o non-motorizzato;

"Inversione immagine di tipo automatico"

In alternativa, si chiede di integrare la documentazione prodotta con ulteriori documenti tecnici (scheda tecnica, relazione, ecc) nella quale codesto spett.le operatore economico dia evidenza della disponibilità di un prodotto che possieda caratteristiche rispondenti a tutte le specifiche tecniche esplicitate nel presente avviso CPM, comprese quelle sopra riportate.

Operatore economico 2:

Con riferimento al presente avviso di consultazione preliminare di mercato e, in particolare, alla caratteristica tecnica del microscopio richiesto "Sorgente luminosa con tecnologia LED e illuminazione stereo coassiale, con possibilità di inserimento filtri (UV, IR, ecc...) ", si chiede di chiarire se il prodotto proposto possiede tali caratteristiche, anche attraverso soluzioni equivalenti adottate dal fabbricante, con particolare riguardo ai filtri UV e IR a protezione del paziente.

Operatore economico 3:

Si chiede di voler indicare le parti dell'offerta rassegnata, precisando nome del documento, pagina e paragrafo, che dimostrino la corrispondenza e soddisfacimento della seguente caratteristica tecnica del microscopio richiesto dal presente avviso di consultazione preliminare di mercato:

"Agevole possibilità di passaggio dalla modalità tridimensionale (visione 3D) alla modalità convenzionale (visione 2D) e viceversa da parte dell'utilizzatore nel corso della seduta operatoria e senza necessità di intervento tecnico"

*che preveda lo smontaggio e/o il montaggio di parti del microscopio (Specificare in offerta le procedure operative che consentono il passaggio dalla modalità 3D alla modalità 2D)", si chiede di
In alternativa, si chiede di integrare la documentazione prodotta con ulteriori documenti tecnici (scheda tecnica, relazione, ecc) nella quale codesto spett.le operatore economico dia evidenza della disponibilità di un prodotto che possieda caratteristiche rispondenti a tutte le specifiche tecniche esplicitate nel presente avviso CPM, compresa la caratteristica sopra riportata".*

Inviate le richieste e ricevuto riscontro da parte degli Operatori, non allegati alla presente per dimensioni dei documenti ma comunque presenti sulla piattaforma Sintel, è emerso che i prodotti di due Operatori economici rispondono ai requisiti di cui alle specifiche tecniche dell'iniziativa.

3. Conclusioni:

Alla luce di quanto sopra, il RUP dispone l'avvio di una procedura ordinaria ex art. 71 del D. Lgs. 36/2023.



IL RUP
Dott. Marco Lugli

