

Sarzana, 21/02/2026

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Cristina Bordino (RUP)

Referente: Dott. Giacomo Zanella

Verbale della seduta riservata della commissione giudicatrice del 21/02/2026

Componenti della Commissione	Ente	Qualifica	Incarico
Dott. Maurizio Postorino	AST LIGURIA Area 5 La Spezia	Direttore	Presidente
Dott. Davide Aleo	AST LIGURIA Area 5 La Spezia	Dirigente medico	Componente
Dott.ssa Simona Tomè	AST LIGURIA Area 5 La Spezia	Infermiera	Componente

Alle ore 11:05 ha inizio il verbale della commissione riunita presso il reparto di Oftalmologia dell'Ospedale San Bartolomeo di Sarzana dove vengono verificati e valutati "i ferri oftalmici pluriuso, lotto unico,"

Si sono presentate le seguenti ditte

- E.Janach srl

Si procede alla visione dei seguenti documenti:

- Requisiti tecnici a pena di esclusione
- Documentazione tecnica
- Assistenza tecnica
- Elenco descrizione del lotto
- Campionatura

Si procede all'apertura dei ferri chirurgici sotto visione del microscopio fornendo una griglia di valutazione.

Vedi allegati.

Dopo lunga osservazione da parte della commissione si evince che la ditta in gara presenta tutti i requisiti congrui alla partecipazione di tale gara.

Verranno allegate al verbale la griglia di valutazione per il completamento della valutazione del lotto.

La seduta riservata è tolta alle ore 12:05.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la commissione giudicatrice

Presidente
Dott. Maurizio Postorino



Componente
Dott. Davide Aleo



Componente
Dott.ssa Simona Tomè



Azienda Sociosanitaria Liguria
P. O. S. Bartolomeo - Sarzana
Direttore S.C. OCULISTICA
Dott. Maurizio POSTORINO
C.F. PST MRZ 74E01 H224D

Servizio Sanitario Nazionale – Regione Liguria
Azienda Unità Sanitaria Locale n. 5 “Spezzino”
Presidio Ospedaliero S. Bartolomeo di Sarzana
S.C. di Oculistica
Direttore Dott. Maurizio Postorino


Griglia di valutazione ferri oftalmici pluriuso, lotto uno

N.	Elemento di valutazione	Peso	Punti	Ditta E.Janach
1	Resistenza a sollecitazioni chimico-fisiche degli agenti decontaminanti per il <u>trattamento manuale</u> .	4	4	Comprovata esperienza professionale su strumenti già utilizzati
2	Resistenza a sollecitazioni chimico-fisiche nel processo di pulizia e sterilizzazione automatizzata (lava strumenti e autoclavi)	4	4	Comprovata esperienza professionale su strumenti già utilizzati
3	Disponibilità a fornire il catalogo in formato elettronico (più copie)	3	3	
4	Assenza di “sbavature” di lavorazione	7	7	Visionata al microscopio
5	Omogeneità nella satinatura	7	7	Visionata al microscopio
6	Impugnatura ergonomica e maneggevole (sia per destrimani che per mancini)	6	6	Visionata al microscopio
7	Cremagliera con scanalature incise con precisione per aprire e chiudere con sicurezza senza sforzo	7	7	Visionata al microscopio
8	Finitura dei morsi e delle punte (a strumento chiuso il morso e le punte devono essere perfettamente allineati)	9	9	Visionata al microscopio
9	Forbici e taglienti: perfetta affilatura delle lame	9	9	Visionata al microscopio
10	Portaghi-atraumaticità del morso (il morso non deve essere tagliente per evitare che tagli il filo di sutura)	7	7	Comprovata esperienza professionale su strumenti già utilizzati
11	Portaghi-buona tenuta dell’ago	7	7	Comprovata esperienza professionale su strumenti già utilizzati
			TOT 70	

Presidente di Commissione Dott. Maurizio Postorino

Componente di Commissione Dott Davide Aleo

Componente di Commissione Dott.ssa Simona Tomè



Sarzana, 21/02/2026

Azienda Sottosantitaria Ligure 5
P.O. S.Bartolomeo -Sarzana
Direttore S.C. OCULISTICA
Dott. Maurizio POSTORINO
C.F. PST MRZ 74E01 H224D